

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Implantologická jednotka s příslušenstvím

Počet kusů: 5 setů

Minimální požadavky:

- Chirurgický unit vybavený systémem, který umožňuje automatickou kalibraci točivého momentu každého jednotlivého násadce před samotným operačním zákrokem
- Na LCD displeji se zobrazuje konkrétní hodnota otáček
- Množství chladicího media
- Nastavený maximální kroutící moment
- Nastavený převod násadce mikromotoru (kolínka)
- Nastavený maximální počet otáček
- Směr chodu mikromotoru (levé /pravé otáčky)
- Podsvícený LCD displej s provozními parametry
- Chirurgická jednotka obsahuje minimálně:
 - řídící jednotku
 - mikromotor
 - ovládací pedál se závěsem
 - chirurgické kolínko 1:20
 - chladicí set
- Součástí implantologického setu je chirurgické instrumentarium baleno v kazetě s organizérem, bez dorazů
- Obsahem chirurgického instrumentaria (jednoho setu) jsou:
 - Vrták kulový
 - Vrták pilotní
 - Vrták finální pro implantát 2,9
 - Vrták finální pro implantát 3,5
 - Vrták finální pro implantát 4,0S
 - Vrták finální pro implantát 4,0T
 - Vrták finální pro implantát 5,0S
 - Vrták finální pro implantát 5,0T
 - Měrka hloubky vrtu pro 2,9
 - Pro 3,5
 - Pro 4,0
 - Pro 5,0
 - Zhlubovací fréza pro 2,9
 - 3,5
 - 4,0
 - 5,0
 - Závitník pro 2,9
 - 3,5
 - 4,0
 - 5,0
 - Zavaděč implantátu krátký
 - Zavaděč implantátu dlouhý
 - Univerzální zavaděč s ISO zámkem „UNIGRIP“
 - Šroubovák Imbus 1,25 krátký
 - Šroubovák Imbus1,25 dlouhý

-Prodloužení vrtáku

Zavaděč implantátu mechanický

Peralelizační pin 3ks

Ráčna s dynamometrickým měřidlem

Přidržovací klíč

Kazeta pro sterilizaci

Organizér kazety