

Příloha č. 1 - Technická specifikace - barvicí automat

Interní číslo VZ: 2025_033_00_00

Dodavatel (účastník, název / IČ)		bamed s.r.o. / 62525638
Výrobce		DIAPATH S.p.A.
Model nabídnutého přístroje		GIOTTO
Položka číslo	Požadovaný parametr s uvedenou mezní hodnotou požadavku	Hodnota požadovaného parametru pro nabízený systém (Vyplní účastník)
1.	barvicí automat pro histologická, cytologická a histochemická barvení na mikroskopických sklech	ANO
1.1	automatický systém detekce hladiny pro udržení optimální hladiny reagensů vč. upozornění na nutnost doplnění	ANO
1.2	technologie umožňující automatickou identifikaci košů pro automatické spuštění zvolené barvicí metody	ANO
1.3	sw pro automatické nastavení konfigurace barvicích lázní pro požadované protokoly	ANO
1.4	tiché robotické rameno	ANO
1.5	systém efektivního odkapání koše před přesunem do další lázně	ANO
1.6	světelná a akustická signalizace pro informaci o stavu systému vč. alarmových hlášení	ANO
1.7	automatická detekce tlaku vody	ANO
1.8	kontinuální vkládání, otevírání zásuvek vstupních a výstupních kyvet	ANO
1.9	systém správy reagensů dle obarvených košů a expirace	ANO
1.10	jednodílný kryt pro zakrytí všech kyvet pro zamezení odpařování	ANO
1.11	ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky	ANO
1.12	ovádání v ČJ	ANO
1.13	filtr s aktivním uhlím vč. možnosti připojení k centrálnímu odsávání	ANO
1.14	min. 40 kyvet o objemu 450 ml	ANO
1.15	4 proplachovací kyvety z toho min. 2 zaměnitelné pro barvicí reagenty	ANO
1.16	min. 2 sušící pozice	ANO
1.17	min. 4 vkládací a 4 odkládací pozice	ANO
1.18	koše pro min. 30 skel	ANO
1.19	min. kapacita 12 košů současně barvených protokolů / košů	ANO
1.20	nastavitelná teplota sušení do 70°C	ANO
2.	další požadavky	
2.1	Pro připojení do sítě zadavatele musí být splněny všechny požadavky uvedeny v Příloze č. 3 ZD "Informace pro implementaci dodávaných technologií do sítě zadavatele" tj. i dodávaný HW i SW	nepřipojuje se do sítě

V: Litvínovicích Dne:.....

Jiří
Bárta
Digitálně podepsal
Jiří Bárta
Datum: 2025.05.27
09:17:08 +02'00'

.....
bamed s.r.o.
Jiří Bárta, jednatel