



## Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

<b>Vojenská nemocnice Brno</b>	<a href="http://www.vnbrno.cz">www.vnbrno.cz</a>
Sídlo: <b>Brno, Zábrdovická 3</b>	<b>PSČ 636 00</b>
<b>Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 636 00</b>	
<b>IČO: "Text111"60555530</b>	
<b>DIČ: CZ60555530</b>	
<b>E-mailová adresa: sekretariat@vnbrno.cz</b>	
<b>Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710</b>	
<b>Jednající: plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel nemocnice</b>	

### I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Vojenskou nemocnicí Brno sídlem Zábrdovická 3, 636 00 Brno, IČ: 60555530, jako kupujícím či objednatelem (dále jen „VNB“) a druhými stranami jako prodávajícími či poskytovateli (dále jen „Smluvní partner“)

Uzavřená smlouva je smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně VNB a na druhé straně Smluvní partner.

Smluvním partnerem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává odběrateli výrobky nebo poskytuje služby.

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Smluvní strany dodat VNB předmět koupě nebo poskytnout VNB sjednané služby a závazek VNB za předmět koupě či poskytnutou službu uhradit sjednanou cenu, přičemž specifikace předmětu koupě či poskytnuté služby je obsažena v příslušné smlouvě.

### III. Cena, platební podmínky, způsob platby

Smluvním partnerem bude na sjednanou cenu dle příslušné smlouvy vystavena faktury, která je současně daňovým dokladem.

Sjednaná cena je uváděna vždy včetně DPH.

Úhradu sjednané ceny bude realizována bankovním převodem, přičemž cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním odpovídající finanční částky na účet Smluvního partnera uvedený ve vystavené faktuře.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání předmětu koupě či poskytnutí služby VNB, přičemž splatnost faktury je 30 dnů od data zdanitelného plnění/vystavení.

### IV. Dodání a převzetí

Smluvní partner se zavazuje dodávat předmět koupě či poskytnout službu s odpovídajícím dodacím listem a požadovanou dokumentací v areálu VNB na adrese Zábrdovická 3, 636 00 Brno, v termínu sjednaném v příslušné smlouvě.

Dodaný předmět koupě či poskytnutá služba musí být bez jakýchkoliv faktických či právních vad. Předmět koupě musí být způsobilý pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu.



Dodání je splněno převzetím předmětu koupě či poskytnutím sjednané služby VNB. VNB zajistí převzetí předmětu koupě či poskytnuté služby odpovědnou osobou, která převzetí potvrdí na předávacím protokolu/dodacím listu. VNB nepřevezme předmět koupě či odmítne poskytnutí služby, pokud není dodáno včas anebo řádně, tzn. vykazuje vady a učiní do předávacího protokolu výhrady.

Nebezpečí škody na předmětu koupě, a to ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží, přechází na VNB okamžikem převzetí zboží.

Náklady spojené s dopravou předmětu koupě či zajištěním podmínek po poskytnutí služby hradí Smluvní partner.

## **V. Vady a záruka**

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 atd. občanského zákoníku).

Na předmět koupě poskytuje Smluvní partner záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl být předmět koupě řádně užíván.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

Zasláním objednávky či akceptací návrhu smlouvy ze strany VNB Smluvní partner potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, a to zejména s dodacími a reklamačními podmínkami, seznámil a bez výhrad je akceptuje, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky či akceptace návrhu smlouvy.

V případě jakýchkoliv rozdílu mezi obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Veškeré smlouvy mezi VNB a Smluvním partnerem jsou vyhotoveny v českém jazyce, lze je uzavřít v českém jazyce a řídí se českým právem.

Případné odlišné obchodní podmínky Smluvního partnera jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu VNB.

Právní vztahy VNB a Smluvního partnera výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“).

Obchodní podmínky platí ode dne 24. 10. 2016.



## Příloha č. 2–Specifikace předmětu dodávky – změna č. 1

Vojenská nemocnice Brno	www.vnbrno.cz
Sídlo: Brno, Zábrdovická 3	PSČ 636 00
Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 636 00	
IČO: 60555530	
DIČ: CZ60555530	
E-mailová adresa: sekretariat@vnbrno.cz	
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710	
Jednající: plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel nemocnice	

## Předmět dodávky:

## Dodávka plicního ventilátoru

## Popis:

Do sloupce „parametr“ doplňte do bílých (nepodbarvených) polí parametr vyznačený v řádku „položka“ tučně pro vámi nabízený přístroj, případně uveďte číslo přílohy vaší nabídky, pokud jsou vyžadovány údaje uvedené v samostatných přílohách.

## VENTILÁTOR PLICNÍ

	Položka	parametr
1	objemově a tlakově řízený ventilační přístroj určený pro dlouhodobou ventilaci dospělých pacientů	
2	přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)	
3	ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína	
4	připojení na stávající rozvody medicínálních plynů	
5	HPO – vysokotlaké připojení O <sub>2</sub>	
6	LPO – nízkotlaké připojení O <sub>2</sub>	
7	napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru a to na dobu min. 3,5 hodiny v konvenčních režimech <b>a na min. 1 hodinu při HFO ventilaci *</b>	ANO-230V/50Hz   Baterie na Min. 4 hod provozu
8	hmotnost samostatného ventilátoru max. 8 kg	ANO – 4,9kg
9	umístění na pojízdném stojanu nebo vozíku s brzdou, držák tlakových láhví	
10	možnost rozšíření přístroje o modul kapnometrie	
11	ovládání přístroje a SW v českém jazyce	
12	možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM)	
13	rozsáhlé alarmové zabezpečení min. akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených ventilačních parametrů, apnoe *	ANO - vše
14	pohotovostní režim – standby funkce	
15	vestavěná proudová nebulizace pro podávání léků synchronizovaná	



	s inspiřiem	
16	ventilační režimy min. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV *	ANO - vše
17	PRVC nebo ekvivalent - objemem kontrolovaná tlakem řízená ventilace	
18	NIV přes masku s průtokem, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách	
19	možnost nastavení obou (včetně umělého nasádního CPAPu s nezávislým tlakem a časem)	
20	ventilační režimy s garantovaným objemem a automatickou kompenzací pro úniky	
21	nezávislé nastavení jak inspiračního, tak expiračního průtoku	
22	SpO2 monitorace integrovaná v přístroji vč. saturačního čidla	
23	kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta	
24	funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru	
25	nastavitelná hodnota inspiračního tlaku v rozmezí min. 1 – 80 cm H2O *	ANO 0-95 cmH2O, tj. 0-60cmH2O nad hodnotu PEEP
26	elektronický PEEP v rozsahu min. 0-35 cm H2O *	ANO – 0-35cmH2O
27	nastavení koncentrace FiO2: 21-100 %	
28	flowtriggermin. 1-20 l/min *	ANO – 1-20 l/min.
29	dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu min. 20 – 2000 ml * a měřitelný dechový objem min. 10 ml *( par. A / par. B)	ANO – Vt 20-2000 ml / měřitelný Vt 0-9000 ml
30	nastavení dechové frekvence: maximální hodnota dechová frekvence min. 70 dechů/min *	ANO – dech. frekv. 1-80 dechů/min.
31	špičkový inspirační průtok - min. 260 l/min. *	ANO – min. 260 l/min.
32	inspirační čas - minimální rozsah 0,1 – 12 s *	ANO – 0,1-12 s
33	nastavitelný poměr I:E	
34	automatická kompenzace úniku	

Monitorace

	Položka	parametr
35	monitor min. 8" *	ANO – 8,4" dotykový
36	sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek a 3 smyček v čase, min. 2 křivky současně	
37	objem: jednotlivý a minutový objem	
38	tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean	
39	čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence	
40	grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu	
41	monitorace plicní mechaniky min. poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB *	ANO - vše



N006/17/V00000552

**Příslušenství**

	Položka	parametr
35	součástí dodávky musí být <b>zvlhčovač</b> , patientský okruh a veškeré další příslušenství ventilátoru, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta	

**Další podmínky:**

	Položka	parametr
27	požadujeme nový plně funkční přístroj (ne demo, ne repas)	
28	prohlášení o shodě, certifikace ISO - <b>uvedte ANO/NE</b> – je-li k dispozici při podání nabídky ( <b>bude požadováno při podpisu smlouvy</b> )	ANO
29	záruka <b>min. 24 měsíců</b> *- je možné nabídnout delší záruku	ANO, 24 měsíců na techniku, 6 měsíců na příslušenství
30	autorizovaný servis v ČR – <b>uvést adresu a kontaktní údaje-samostatná příloha nabídky – uvedte číslo přílohy nabídky</b>	Příloha nabídky č.
31	zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (delší jak 2 týdny)	
32	seznam dalšího příslušenství, které není součástí dodávky, včetně aktuálních cen – <b>samostatná příloha nabídky – uvedte číslo přílohy nabídky</b>	Příloha nabídky č. 6
33	<b>seznam min. tří pracovišť</b> vybavených nabízeným typem přístroje s kontaktními údaji na odpovědného zaměstnance na pracovišti – <b>samostatná příloha nabídky – uvedte číslo přílohy nabídky</b>	Příloha nabídky č.7
34	Uvedte <b>cenu spotřebního materiálu</b> v CZK s DPH nutného pro ventilaci pacienta *	

Dodavatel je povinen zajistit v průběhu záruční doby bezplatný záruční servis předmětu dodávky do 48 hodin od oznámení závady.

Brno, dne 27. 5. 2017

**Položkový rozpis**

Název položky	Cena celkem bez DPH [CZK]	Samostatně DPH [CZK]	Cena celkem včetně DPH [CZK]
3. POLOŽKA 1 Cena za dodávku plicního ventilátoru HAMILTON C1 - plicní ventilátor včetně baterie, SpO2 a O2 židla, stojanu a příslušenství k provozu			
4. POLOŽKA 2 Roční cena za pozáruční servis a BTK včetně práce a cestovného – celkem			



Obr.: Hamilton C1 - ilustrační foto

## Příloha č. 3 – Ceník pozáručních servisních zásahů a podmínky jejich realizace

Záruční a pozáruční servis přístrojů zajišťuje firma A.M.I.-Analytical Medical Instruments s.r.o..

IČ: 63983524

DIČ CZ63983524

Adresa: Praha 7, Letohradská 3, PSČ 170 00

tel: +420 257 325 606

email: servis@amimedical.cz

Servisní středisko Brno.

### - Ceník po/záručního servisu :

- 1 hodina práce servisního technika

- cestovné - po

Brně

- čas strávený na cestě

- příplatek za práci v sobotu

- příplatek za práci v neděli a svátek

- četnost BTK

- cena BTK v záruční době

- cena BTK v pozáruční době

- doba nástupu na opravu je do 2 dní od nahlášení závady

- možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy

- Bezplatný záruční servis nezahrnuje opravy a výjezdy servisního technika, které vznikly nesprávným používáním přístroje, špatným nastavením funkcí nemocniční obsluhou, nešetrnou manipulací a nedodržováním hygienických zásad údržby zařízení. V tomto případě bude kupujícímu účtována oprava a výjezd technika dle platného ceníku společnosti A.M.I.

- Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným zacházením anebo nepřiměřeným zatížením v rozporu s návodem k užívání přístrojů.