

Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka náhradních dílů k vakuovému systému iontových tras Tandetronu“

Interní č. objednávky UJF: 25100294

Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:

Č.	NÁZEV	POŽADOVANÉ PARAMETRY		KUSY	KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ	Nabídková cena
		PARAMETR	POŽADOVANÁ HODNOTA NEBO VLASTNOSTI			(VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)	CELKEM v Kč bez
1	Stíněný odvzdušňovací ventil	Pro připojení	plně kompatibilní s čerpadlem HiPace 80 Neo	1	ANO	Pfeiffer Vacuum PM Z01 290 CT	11 380,00 Kč
		Připojovací příruba (in/ out)	G 1/8"		G 1/8"		
		Řídicí napětí	24 V DC		24 V DC		
		Průtok plynu	při atmosférickém tlaku min. 130mbar l/s		130 mbar l/s		
		Únik helia	max. < 1 · 10-8 mbar l/s		< 1 · 10-8 mbar l/s		
		Max. vstupní tlak	alespoň 1500mbar (absolutní)		1500 mbar (absolutní)		
		Záruka	min. 12 měs.		12 měsíců		
2	Centrovací kroužek	Popis	s ochranou mřížkou	1	ANO, 4 mm	Pfeiffer Vacuum PM 016 208 AU	4 570,00 Kč
		Příruba	DN 63		DN 63 ISO-K/ISO-F		
		Kompatibilita	plně kompatibilní s čerpadlem HiPace 80 Neo		ANO		
		Materiál	hliník/ FPM		ANO		
		Záruka	min. 12 měs.		12 měsíců		
3	Propojovací kabel	Délka	min. 3 m	1	3 m	Pfeiffer Vacuum PM 071 733 -T	7 470,00 Kč
		Propojení	mezi HiScroll a HiPace TC110		ANO		
		Záruka	min. 12 měs.		12 měsíců		
4	Zavzdušňovací/ odvzdušňovací ventil	Řídicí napětí	24 V DC	1	24 V DC	Pfeiffer Vacuum PM Z01 291 CT	11 050,00 Kč
		Připojovací příruba	G 1/8"		G 1/8"		
		Kompatibilita	HiPace 300, TC 400/ TC 1200		ANO		
		Záruka	min. 12 měs.		12 měsíců		
5	Centrovací kroužek	Popis	s ochranou mřížkou	1	ANO, 4 mm	Pfeiffer Vacuum PM 016 212 AU	6 520,00 Kč
		Příruba	DN 100 ISO		DN 100 ISO-K/ISO-F		
		Kompatibilita	plně kompatibilní s čerpadlem HiPace 300		ANO		
		Materiál	hliník/ FPM		ANO		
		Záruka	min. 12 měs.		12 měsíců		
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH			41 000,00 Kč	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH			40 990,00 Kč
				Nabídková cena celkem v Kč s DPH			49 597,90 Kč

Pozn.: Zadavatel uvádí požadavek na kompatibilitu poptávaného předmětu plnění z důvodu návaznosti na stávající vybavení Zadavatele, tj. jedná se o pořízení náhradních dílů pro stávající vakuový systém.

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele