

Odběratel:



UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6
128 00 PRAHA 2
Česká republika

DIČ: CZ00216208
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s.

Konečný příjemce:

311400 Katedra genetiky a mikrobiologie

Dodavatel:

IČ: 26424991

DIČ: CZ26424991

KRD-obchodní společnost s.r.o.**Pekařská 603/12****155 00 Praha 5**

Platnost objednávky do:

31.12.2025

Termín dodání:

10.06.2025

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
---------	----------	----	---------------	--------------

4010120100

SP-UV1100 Spectrophotometer UV/VIS 200~1000nm
tungsten lamp&deuterium lamp, 4glass and 2quartz cuv
dle cenové nabídky "CNT252520"

Celkem:**94 985,00 CZK****Předpokládaná cena celkem (s DPH):****94 985,00 CZK****Datum schválení:** 27.05.2025**Za dodavatele:****Schválil:****Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Razítko, podpis**Informace pro dodavatele:**

- 1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
 - b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- 2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- 3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- 4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- 5) V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- 6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- 7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
- 8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. **Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.**

Interní údaje objednatele:

Příkazce operace a správce rozpočtu a osoba, která tuto objednávku vystavila, vyhotovením této objednávky prohlašují, že neexistuje na jejich straně střet zájmů vůči dodavateli. Případně doplnit - tj. že jejich osobní zájmy nemají vliv na tuto objednávku nebo jednají v nejlepším zájmu Přírodovědecké fakulty UK.

Dodavatel: IČ: 26424991 DIČ: CZ26424991



KRD-obchodní společnost s.r.o.

Pekařská 603/12
15500 Praha 5
Česká republika

Bankovní spojení:

IBAN:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81246

Datum vystavení: 07.02.2025

Datum platnosti: 31.12.2025

Platební podmínky: Převodním příkazem

Doba dodání: 3 - 4 týdny

Cenová nabídka:

CNT252520

Odběratel:

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

12843 Praha 2

Česká republika

Příjemce:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Katedra genetiky a mikrobiologie PŘIF UK

Viničná 5

128 44 Praha 2

Česká republika

Poznámka:

Katalogové číslo	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK	Sleva
Název				Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	(%)
4010120100		KS	21%			
SP-UV1100 Spectrophotometer UV/VIS 200~1000nm tungsten lamp&deuterium lamp 4glass and 2quartz cuv						
Spectrophotometer						
Spektrofotometr SP-UV1100 je vysoce kvalitní a uživatelsky přívětivý přístroj s velkým podsvíceným LCD displejem. Je plně vybaven k ovládání počítačem pomocí aplikačního softwaru a je přizpůsoben mnoha funkcím jako skenování spekter a více vlnových délek, skenování v čase (kinetika), měření nukleových kyselin / proteinů.						
Vlastnosti:						
Velký podsvícený LCD displej o velikosti 128 x 64 bodů s nastavitelnou regulací jasu						
Datové úložiště až pro 200 položek						
Data lze obnovit po náhlém výpadku napájení						
Automatické nastavení vlnové délky						
Automatické přepínání Tungsten a deuteriové lampy						
Ovládání PC pomocí aplikačního softwaru						
Velká přihrádka na vzorky						
K dispozici je řada volitelného příslušenství						
Technické parametry:						
Optická systém: Single Beam						
Světelný zdroj: Tungsten a deuteriová lampa						
Spektrální šířka pásma: 2 nm						
Rozsah vlnových délek: 190-1100 nm						
Přesnost vlnové délky: ± 0,5 nm						
Opakovatelnost vlnové délky: ± 0,3nm						
Fotometrický rozsah: -0,3-3,0 A, 0-200% T						
Stabilita: ± 0,002 A/h při 500 nm (po 2 hod předehřátí)						
Přihrádka na vzorky: 4 pozice, délka dráhy kyvet 10 mm						
LCD displej						
Výstupní USB port a paralelní port (tiskárna)						
Napájení: 110/220VAC, 50/60Hz, 120W						
Rozměry (D x Š x V): 490 x 360 x 210 mm						
Hmotnost: 14 kg						
Možnost dokoupení příslušenství:						
18900332 4 komorový držák kyvet 10-50 mm						
18900337 Držák mikrokyvet						
18900338 Držák testovacích zkumavek						
18900364 Profesionální software pro spektrofotometr						
KRD-MANIPULACNI						
Manipulační poplatek						

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	78 750,00	16 537,50	95 287,50
Celkem	78 750,00	16 537,50	95 287,50

Cenová nabídka: **CNT252520**

Odběratel: **Univerzita Karlova**


Stránka 2 z 2

Celkem: 95 287,50 CZK

Vystavil:

Telefon:

Email:



Podpis a razítko: