

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	[Injekční dávkovač HP30 PCA]	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
Lineární dávkovač infuzí – injektomat		
- programování rychlost/objem nebo objem/čas	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- dávkovací rychlost minimálně 0,1-999 ml/h	ANO ☒ / NE ☐	[0,1-2000 ml/h]]
- krok dávkovací rychlosti 0,1 ml/h	ANO ☒ / NE ☐	[0,1 ml/h]
- předvolba objemu 0,1-999 ml	ANO ☒ / NE ☐	[0,1-2000 ml/h]
- předvolba času minimálně 1 min. – 96 min.	ANO ☒ / NE ☐	[00:00:01~99:59:59]
- přepočet dávkovacího nastavení – zadaný objem a čas	ANO ☒ / NE ☐	objem a čas
- rychlost bolusu od 1 ml/h, programovatelné	ANO ☒ / NE ☐	[0,1]
- krokování bolusu 0,1 ml/h	ANO ☒ / NE ☐	[0,1]
- KVO režim 1 nebo méně – 3 ml/h nebo více (nastavitelné)	ANO ☒ / NE ☐	[0,1 - 5 ml/h]
- přesnost dávkování $\pm 2\%$	ANO ☒ / NE ☐	$\pm 2\%$
- technická přesnost $\pm 1\%$	ANO ☒ / NE ☐	[$\pm 0,5\%$]
- injekční stříkačky 10, 20–50/60 ml (s umožnění uživatelské volby), při dodání bude naprogramováno na stříkačky výrobce B. Braun	ANO ☒ / NE ☐	[2, 5 ,10, 20, 50/60 m]
- zobrazení podávaných léčiv – minimálně 250 léčiv, umožnění uživatelsky nastavitelných	ANO ☒ / NE ☐	max 5 000
- zobrazení historie – minimálně 950 událostí	ANO ☒ / NE ☐	max 3000
- tlakový limit min. 20–120 kPa (nastavitelný minimálně v 9 krocích)	ANO ☒ / NE ☐	[20 - 130 kPa, 12 kroků]
- podávání směsi i do epidurálního katetru s vhodným generovaným tlakem	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- nastavitelná hodnota okluzního tlaku, limit – alarm a zastavení	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- informativní displej	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- alarmy chybových stavů	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- umožnění uzamknutí klávesnice proti neoprávněné manipulaci	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- uživatelské rozhraní v českém jazyce	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- vestavěný akumulátor pro nejméně 4 hodiny provozu	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- síťová šňůra	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- držák na připevnění k tyči včetně napájecího kabelu	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- funkce: bolus pro infúzi řízenou pacientem (PCA)	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- různé varianty programování, minimálně: bolus na vyžádání, uzamknutí intervalu, naprogramování parametrů bolusu pro infúzi řízenou pacientem, programovatelné bolusy – přístroj jednou za	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]

nastavený časový interval podá definovaný bolus, aniž by pacient mačkal tlačítko		
- umožnění naprogramování: minimálně denní dávkovací profil	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- tlačítko pro pacienta do lůžka pro PCA bolus	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- životnost minimálně 10 let	ANO ☒ / NE ☐	[10]

V Hradci Králové dne: 9.6.2025

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
 Tomáš Joukl, prokurista