

Objednávka č. 0392-2025-Ste (vydaná)

Objednatel: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59 586 01 Jihlava IČO: 00090638 DIČ: CZ00090638	Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Vokovice, Evropská 16/176 160 00 Praha IČO: 27068641 DIČ: CZ27068641
--	--

Datum vystavení objednávky: 11.04.2025

Datum dodání:

Místo dodání: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Způsob dodání:

Předmět: SERVIS - Shockpulse (COS)

Prosím o diagnostiku a vystavení CN na opravu přístroje Shockpulse SN: CG0994 a totéž na loaner měniče SN:2305FR32362014. (Udaná cena v objednávce je pouze orientační.)

Dne 28.3.2025 došlo na OS k závadě na přístroji v sestavě - náš generátor + zápůjční měnič firmy Olympus. Návaznou diagnostikou bylo zjištěno mechanické poškození konektoru na generátoru a zároveň i poškození konektoru zapůjčeného měniče.

Na technickou závadu byla nahlášena nežádoucí událost adresovaná na Úsek managementu kvality za účelem prošetření stavu přístroje a navržení nápravného opatření.

Prosím o zaslání loaneru generátoru a doručení námi zakoupeného nového měniče. Zároveň poté o objednání svozu, kdy Vám odešleme do Přerova vadný generátor k opravě konektoru a Váš zápůjční měnič (i s protokolem o vrácení).

Vypracované cenové nabídky mi prosím zašlete na mail: stejskalovam2@nemji.cz

Za účelem zaslání loaneru generátoru a svozu našeho generátoru prosím kontaktovat: Ing. Petru Liškovou - liskovap@nemji.cz, 704 861 690

1	Přístroj ultrazvukový Olympus, typ: Litotriptor Shockpulse SE, inv. č.: 002-000-003-513, výr. č.: CG0994, umístění: COS operační sály 223	50 000,00	Kč
---	---	-----------	----

Vyřizuje: Ing. Marcela Stejskalová

Tel.: 567 157 456

Mobil: +420 705 791 514

E-mail: stejskalovam2@nemji.cz