

					Plán kontrol												Měsíční platba
NA + BR	Inventární číslo	Výrobní číslo	Zdravotnický prostředek	Název NS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/ks
	2/01818	081137	sterilizátor parní UNISTERI HP 336-1	Centrální operační sály /COS/		R+T+K								V	P		
	93HM02423	5200555	sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (1)	Centrální operační sály /COS/				R+T						V	P		
	93HM02424	5200557	sterilizátor parní STERIVAP SPH E 6612-ED (2)	Centrální operační sály /COS/				R+T						V	P		
	93HM02422	5200542	sterilizátor parní STERIVAP SPH E 666-ED (3)	Centrální operační sály /COS/				R+T						V	P		
	2/02924	J210989	sterilizátor horkovzdušný Stericell 55 ECO	Oddělení transfúzní a hematologické /PKHTS/ - hematologická laboratoř									R+K				
	93HM01274	73936001	mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E2 DH	Endoskopické centrum						R							
	93HM01275	73937001	mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E3	Endoskopické centrum						R							
	2/00586	000103	sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L	Otorinolaryngologické oddělení /ORL/ - lůžková část												R	
	2/00619	022265	sterilizátor horkovzdušný STERICELL 111 L	Otorinolaryngologické oddělení /ORL/ - ambulance - AP												R	
	2/00560	991069	sterilizátor horkovzdušný STERICELL 55	Chirurgické oddělení - chirurgická ambulance AP												R	
	2/01817	081138	sterilizátor parní UNISTERI 336-1 ED OKIM	Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/		R+T+K											
	0/30587	93048	sterilizátor horkovzdušný HS 202 A - pouze na sušení	Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/												R	
	0/30457	85925	sterilizátor parní AUT 26/II - pouze na sušení	Oddělení klinické mikrobiologie /PKM/												R	
	96HM00019	031208	sterilizátor parní STERIVAP 446 1/1	Multidisciplinární JIP Broumov	T		Q			P			Q			R+V	
Celkem za 48 měsíců pro Náchod (Náchod + Broumov)																	1 170 960,00
Práce servisního technika					(sazby budou účtovány dle skutečnosti)								1 hodina			Položky pro obě smlouvy	
Cestovné včetně času technika stráveného na cestě					(sazby budou účtovány dle skutečnosti)								1 km				
Specifikace servisu					Termín					Poznámka							
m - měsíční prohlídka a údržba										provádí provozovatel							
Q - čtvrtletní prohlídka a údržba					dle plánu					BTK							
P - půlroční prohlídka a údržba					dle plánu					BTK							
R - roční prohlídka a údržba					dle plánu					BTK							
K - Kalibrace měřicího řetězce					v termínu R					teploty a tlaku ve shodě se zákonem č. 505/1990 Sb. a dokumentem EA4/02							
V - validace					dle plánu					dle požadavku vyhlášky 306/2021 Sb.							
I - instruktáž personálu					dle dohody					dle potřeby objednatele							
E - elektro revize										zajišťujeme si sami (smluvní servis)							
T - provozní revize tlakových nádob					dle plánu					v souladu se Zákonem o ZP a Nařízením vlády 192/2022 Sb.							

Tuto část do smlouvy pro Náchod

1170960