

KUPNÍ SMLOUVA NA NÁKUP ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu na nákup zdravotnické techniky (dále jen „Smlouva“)

1. Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrliantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 43-65137761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „Kupující“)

a

2. CMI s.r.o.

se sídlem: Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha 6

IČ: 47117320

DIČ: CZ47117320 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12464

zastoupena: Ing. Ján Kriška, jednatel

bankovní spojení: ČSOB; č. ú: 478574273/0300

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Preamble

Kupující a Prodávající uzavírají tuto Smlouvu na základě vítězné nabídky dodavatele veřejné zakázky, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Specializovaný operační mikroskop/exoskop**“, vedené pod ev. č. **OŘN-02/25** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět Smlouvy

1.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.2 Předmětem koupě je dodávka níže uvedeného přístrojového vybavení:

Přístrojové vybavení vč. obchodního názvu	Typ	Umístění ve FN Ostrava
Specializovaný operační mikroskop/exoskop – 1 systém Beyeonics ONE	Beyeonics ONE	Oční klinika

(dále jen „**Přístroj**“), a to v rozsahu a standardu dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Základní medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním položek (dále jen „**příloha č. 1**“).

1.3 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj nový, nepoužitý, určený pro prodej na českém trhu. Prodávající se zavazuje dodat Přístroj v požadované kvalitě, aby byl určen pro zamýšlené použití, vyhovoval podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídal popisu funkčnosti uvedenému v průvodní dokumentaci Přístroje a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či Prodávajícího před uzavřením této Smlouvy.

1.4 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů. V případě zdroje ionizujícího záření se Prodávající zavazuje, že dodaný Přístroj splňuje podmínky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Součástí dodávky Přístroje bude předávací protokol, který bude obsahovat jednoznačné určení jednotlivých položek předmětu Smlouvy, ceny s DPH a ceny bez DPH a číslo Smlouvy Kupujícího. Vzor předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „příloha č. 4“) stanoví minimální požadavky pro předávací protokol Přístroje.

1.6 Součástí dodávky Přístroje je zejména:

- a. zajištění dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti Přístroje. Kupující při vytváření zadávacích podmínek uvažil ve vztahu k povaze a smyslu Veřejné zakázky uplatnění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, a uplatnil je tam, kde to bylo z jeho pohledu účelné. Prodávající se

tímto zavazuje k odvozu a likvidaci odpadu a obalů, a to v souladu s platnou legislativou a se snahou minimalizovat dopad na životní prostředí, s respektováním principu udržitelnosti a možností cirkulární ekonomiky;

- b. předání dokladů, které se k Přístroji vztahují a jsou nezbytné pro jeho řádný provoz, zejména instalační, validační, kalibrační a jiné protokoly;
 - c. bezplatné zaškolení obsluhy Přístroje či jiných vybraných zástupců Kupujícího, tj. instruktáž dle platných právních předpisů, společně s dodáním potvrzení o bezplatném zaškolení;
 - d. předání návodu k použití v českém jazyce 1x v písemné formě nebo 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči, a to včetně informací k preventivním prohlídkám Přístroje;
 - e. dodání prohlášení o shodě a ve vztahu k CE certifikátu – doklad (např. formou prohlášení Prodávajícího nebo písemně na některém z předávaných dokladů) obsahující informace/identifikaci notifikované osoby a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné dokumentace dle platných právních předpisů;
 - f. dodání informací o zahájení a době záruky v souladu s touto Smlouvou (např. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém z předávaných dokladů).
- 1.7 Prodávající se zavazuje provádět bezplatný záruční servis Přístroje po celou dobu sjednané záruční doby dle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že záručním servisem se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, validace, provozní údržba, pravidelné bezpečnostně technické kontroly (s použitím předepsaných servisních kitů) dle doporučení výrobce Přístroje a elektrické revize dle platných právních předpisů, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti, apod., včetně vystavení protokolů, které jsou předepsány výrobcem dodávaného Přístroje pro zabezpečení řádné funkce dodaného Přístroje.
- 1.8 Pokud je součástí dodaného Přístroje záložní napájecí zdroj (dále jen „UPS“), Prodávající se zavazuje provádět pravidelnou roční kontrolu a s tím související údržbu, včetně případné výměny baterií. Důsledky vyplývající z případného neprovedení této bezpečnostně technické kontroly Přístroje jdou k tíži Prodávajícího.
- 1.9 Prodávající je povinen dodat Přístroj tak, aby nebyl v okamžiku dodání zatížen jakýmkoliv právy třetích osob (včetně podmíněných nebo budoucích práv).
- 1.10 Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:
- a. Smlouva;
 - b. přílohy Smlouvy;
 - c. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
 - d. nabídka Prodávajícího.
- 1.11 Kupující je osobou povinnou dle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kybernetické bezpečnosti**“). V případě, že je Přístroj nebo jeho část:

- a) připojován jakýmkoli způsobem - tj. kabelovým či bezdrátovým – do lokální sítě (LAN) Kupujícího, a/nebo
 - b) dochází k jakémukoli (i fyzickému) přenosu dat mezi Přístrojem nebo jeho částí a jakoukoli aplikací Kupujícího, případně informačním systémem Kupujícího, a/nebo
 - c) je k Přístroji nebo jeho části umožněno připojení prostřednictvím vzdáleného přístupu,
- zavazuje se Prodávající splnit povinnosti stanovené přílohou č. 5 Smlouvy – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Porušení jakékoliv z těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

2. Cena

- 2.1 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny po předání Přístroje bez vad, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany Kupujícího. Pokud budou v předávacím protokolu uvedeny vady Přístroje, Prodávajícímu nevzniká nárok na zaplacení kupní ceny do doby, než budou odstraněny.
- 2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:
 - a. **Nabídková cena bez DPH** **11 727 000,-Kč**
 - b. **DPH** **2 462 670,-Kč**
 - c. **Nabídková cena celkem vč. DPH** **14 189 670,-Kč**
- 2.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy (zejména balné, dopravné, celní či jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů atd.), rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu trvání Smlouvy.
- 2.4 Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědným zástupcem Kupujícího. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Kupujícímu na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz a musí obsahovat:
 - a. číslo Smlouvy,
 - b. IČ a DIČ Kupujícího i Prodávajícího,
 - c. předmět plnění,
 - d. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - e. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - f. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- 2.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

3. Místo a termín dodání Přístroje

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj **do 16 týdnů** od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.2 Přístroj je pokládán za předaný nejdříve v okamžiku, kdy je nainstalován, uveden do provozu a je-li zaškolená obsluha. O těchto skutečnostech smluvní strany sepíší předávací protokol dle přílohy č. 4 Smlouvy, který bude podepsán zástupci oběma smluvních stran. Prodávající před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky, jejich prvotní ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a u ostatních měřidel jejich kalibraci.
- 3.3 Předávací protokol je za Kupujícího oprávněn podepsat pověřený pracovník úseku nákupu zdravotnické techniky (oddělení zdravotnické techniky) a vedoucí daného pracoviště Kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává Prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává Kupujícímu.
- 3.4 Pracovník Kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedené Přístroje, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady Přístroje.
- 3.5 Okamžikem převzetí Přístroje Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Přístroji a vlastnické právo k Přístroji.
- 3.6 Místem dodání je **Oční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava**. Náklady na dodání Přístroje do místa dodání hradí Prodávající.
- 3.7 Kupující umožní příjezd dopravci do místa dodání na dobu nezbytně nutnou k předání Přístroje. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem kontaktní osobě na straně Kupujícího.

4. Záruka a odpovědnost za vady

- 4.1 Prodávající prohlašuje, že dodaný Přístroj je bez vad, a to bez vad faktických i právních. Prodávající poskytuje **záruku** za jakost Přístroje po dobu **24 měsíců**, počítanou od okamžiku převzetí Přístroje Kupujícím.
- 4.2 Záruka zajišťuje, že Přístroj bude mít všechny vlastnosti dle této Smlouvy, dle dokumentace k Přístroji, vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou dobu trvání záruční doby. Pokud je součástí plnění UPS, Prodávající garantuje stejné vlastnosti dle předchozí věty také vůči UPS, a to včetně baterií. Odpovědnost Prodávajícího za vady Přístroje, na které se nevztahuje záruka, není tímto odstavcem dotčena.

- 4.3 Kupující se zavazuje oznámit vadu Přístroje na e-mail Prodávajícího: serviscz@cmi.sk. Oznámení o vadách musí obsahovat minimálně identifikaci Smlouvy, popis vady či uvedení, jak se vada projevuje a stanovit požadované nároky Kupujícího.
- 4.4 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady Přístroje.
- 4.5 Neuplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu v konkrétním případě jiné nároky, Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 4.6 tohoto článku Smlouvy, odstranit oznámené vady opravou Přístroje nebo dodat Kupujícímu nový bezvadný Přístroj. Práva Kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými právními předpisy tím nejsou dotčena.
- 4.6 V rámci záruční doby garantuje Prodávající **2 pracovní dny** k odstranění vady a zprovoznění Přístroje bez potřeby náhradních dílů, počítané od nahlášení vady Prodávajícímu. V rámci záruční doby garantuje Prodávající **10 pracovních dnů** k odstranění vady a zprovoznění Přístroje v případě nutnosti náhradních dílů nebo nutnosti zapůjčení adekvátního systému, počítaných od nahlášení vady Prodávajícímu.

5. Sankční ujednání

- 5.1 Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
- 5.2 Kupující má v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Přístroje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny řádně nedodaného Přístroje stanovené touto Smlouvou, včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 5.3 Prodávající uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Přístroje stanovené touto Smlouvou, včetně DPH, za každý den prodlení nad garantovaný počet dnů zprovoznění Přístroje stanovený v čl. 4. odst. 4.6 Smlouvy.
- 5.4 Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. 1. odst. 1.11 této Smlouvy a v příloze č. 5 této Smlouvy.
- 5.5 Nárok Kupujícího podle tohoto článku není dotčen, pokud Kupující nebude povinen Přístroj převzít.
- 5.6 Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle ušlého zisku a náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně.

6. Software

- 6.1 Pokud je součástí předmětu plnění Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak se Kupujícímu vyhrazuje časově neomezené a výhradní právo užívat tyto softwarové produkty s Přístrojem, s kterým byly dodány, a to v nezměněné formě. Prodávající pro případ dodávky softwarových produktů uděluje Kupujícímu bezplatně veškeré nezbytné licence (časově neomezené) nutné pro užívání dodaných softwarových produktů a pro plnohodnotné užívání Přístroje. Prodávající

je současně povinen a zavazuje se dodané softwarové produkty pravidelně (řádně a včas) aktualizovat (provádět upgrade, tj. instalování novějších, aktualizovaných verzí), a to bezplatně.

- 6.2 Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění Smlouvy je obsažena v kupní ceně a Prodávající prohlašuje, že užívání softwaru Kupujícím nebrání jakákoli překážka faktická či právní, vyplývající zejména ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů.

7. Trvání a ukončení Smlouvy

- 7.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, které vznikly za doby existence předmětné Smlouvy.
- 7.2 Kupující a Prodávající mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení Prodávajícího s dodáním Přístroje o více než 14 dní;
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Přístroje o více než 30 dní;
 - opakovaný výskyt vady Přístroje;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Přístroj má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Kupujícího, je neplatné.
- 8.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy, zejména pro vyřizování dílčích záležitostí, je:
- na straně Kupujícího: [REDACTED],
[REDACTED],
 - na straně Prodávajícího: jméno: [REDACTED],
[REDACTED].

- 8.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.
- 8.5 Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.6 Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Kupujícím na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti **neposkytne a nebudou zpřístupněny** osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. **individuální finanční sankce** ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. **sankčních seznamech** (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 8.7 Prodávající dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy **nejsou a nebudou porušeny zakazy** uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Prodávající **není**:
- a. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku,
 - b. právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo
 - c. fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce.

Prodávající současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Prodávající dále prohlašuje a odpovídá za to, že **neobchoduje** v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

- 8.8 Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího; v tomto případě je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Prodávající zavazuje bezodkladně zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané

povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plné výši.

- 8.9 Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Prodávajícího vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
- 8.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.11 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna včetně jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o RS“).
- 8.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.13 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 8.14 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 8.15 Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:
- příloha č. 1 – Základní medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním jednotlivých položek a jejich příslušenství;
 - příloha č. 2 – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky;
 - příloha č. 3 – Informace k periodické bezpečnostní technické kontrole (tj. četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí, kalibrace, validace, jiné činnosti)) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam s oceněním);
 - příloha č. 4 – Vzor předávacího protokolu;
 - příloha č. 5 – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Praze dne **Ing. Ján Kriška**
Podpis: _____
Prodávající
Ing. Ján Kriška
jednatel společnosti CMI s.r.o.

Digitálně
podepsal Ing.
Ján Kriška
Datum:
2025.06.20
10:46:39 +02'00'

V Ostravě dne _____
MUDr. Jiří Havrlant
Podpis: _____
Kupující
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.06.27
11:07:03 +02'00'

Příloha č. 1 – Základní medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním položek

TECHNICKO – MEDICÍNSKÉ POŽADAVKY (tj. minimální požadavky zadavatele, které musí systém splnit):

Specializovaný operační mikroskop/exoskop (Specializovaný digitální zobrazovací systém pro oftalmochirurgii) 1 ks

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr)	Požadovaná hodnota	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +- 10% ANO/NE	Vyjádření účastníka ZŘ (dodavatele)	
				Splnění požadavku (parametru) ANO/NE	Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme informaci o splnění daného parametru / požadavku (vč. strany dokumentu)
Medicínský účel					
1.	Digitální zobrazovací systém slouží jako základní přístroj a vybavení pro oftalmologické aplikace a zejména mikrochirurgické operace v plném rozsahu (přední a zadní segment oka, traumatologie, onkochirurgie)	Ano	-	Ano	Manuál_CZ str.13
2.	Digitální zobrazovací systém pro veškeré typy mikrochirurgických zákroků a pro výukové účely v oftalmologii	Ano	-	Ano	Manuál_CZ str.13, 146
Kompatibilita					
3.	Zadavatel požaduje kompatibilitu předmětu plnění se stávajícím přístrojovým vybavením a jednotlivými komponenty v majetku zadavatele	Kompatibilitu se systémem OCULUS BIOM® 5	-	Ano	Manuál_CZ str.80
Hlavní jednotka kamery					
4.	Pracovní vzdálenost	min. rozsah v rozmezí (280 mm – 350 mm)	NE	Ano, 280-350 mm	Manuál_CZ str. 143
5.	Zorné pole (FOV)	min. rozsah v rozmezí (50 mm x 25) mm, při pracovní vzdálenosti 300 mm	NE	Ano, 50 x 29 mm	Manuál_CZ str. 143
6.	Zvětšení	min. rozsah (4,5x – 20,0x)	NE	Ano 4.5 x – 23 x	Manuál_CZ str.143

7.	Ovládání clony	Elektronické (motorizované)	:	Ano	Manuál_CZ str.143
8.	Ovládání ostření	Elektronické (motorizované)	:	Ano	Manuál_CZ str.143
9.	Osvětlení (viditelné světlo)	Adekvátní počet a zdroj Stereo koaxiálního osvětlení	NE	Ano	Manuál_CZ str.143
10.	Laserový filtr	532nm optický filtr pro endolaser	NE	Ano	Manuál_CZ str.143
11.	Ochranný filtr sítnice	UV ochranný filtr	NE	Ano	Manuál_CZ str.143
12.	Kamera: 2x Digitální kamera s rozlišením <i>Hodnocený parametr</i>	min. 4K		Ano, 8K	Manuál_CZ str.143
13.	Úhel náklonu hlavy objektivu/kamery <i>Hodnocený parametr</i>	-		Ano, 0 – 45 °	Manuál_CZ str. 147
14.	Motorizovaný náklon hlavy objektivu/kamery	Ano	:	Ano	Manuál_CZ str. 147
15.	Automatický náklon hlavy objektivu/kamery	Ano	:	Ano	Manuál_CZ str. 147
Okuláry/Náhlavní souprava					
16.	Počet náhlavní soupravy <i>Hodnocený parametr</i>	-	:	2	Manuál_CZ str.18
17.	Pohled při operaci	Elektronicky přepínatelné zobrazení displeje a reálného průhledu	:	Ano	Manuál_CZ str.98, 143
18.	Zobrazení	Stereoskopické zaostření na 1,5 m	ANO	Ano, Stereoskopické na 1,5 m	Manuál_CZ str.143
19.	Zobrazení	3D, 4K	:	Ano, 3D, 4K	Manuál_CZ str.143
20.	Použitelné s brýlemi	Ano	:	Ano	Manuál_CZ str. 143
21.	Nastavitelný rozsah mezi zornicemi/PD	Min. rozsah (55-70) mm	NE	Ano, 55 - 73	Manuál_CZ str.143
22.	Simultánní připojení	náhlavní soupravy/okuláry	NE	2 náhlavní soupravy	Manuál_CZ str.18
23.	Garance stability nastavení okulárů nebo upevnění náhlavní soupravy	Ano	:	Ano	Manuál_CZ str. 36
24.	V případě použití náhlavní soupravy - délka kabelu	min. 5 metrů	NE	Ano, 5 metrů	Manuál_CZ str.144
Konektivita – video					
25.	Vstup	min. 1 x HDMI Full High-Definition video <i>upřesnění viz vysvětlení ZD č. II, dotaz č. 3.</i>	NE	Ano, 1 x HDMI Full High-Definition video	Manuál_CZ str.144

2	Výstup	min. 1x HDMI 1920x1080 HD video <i>upřesnění viz vysvětlení ZD č. II, dotaz č. 3.</i>	<u>NE</u>	<u>Ano, 1x HDMI 1920*1080 HD video</u>	Manuál_CZ str.144
2	Výstup	min. 1x HDMI 1920x1080 HD video <i>upřesnění viz vysvětlení ZD č. II, dotaz č. 3.</i>	<u>NE</u>	<u>Ano, 1x HDMI 1920*1080 HD video</u>	Manuál_CZ str.144
2	Výstup	min. 1 x HDMI výstup pro zrcadlení dotykové obrazovky pracovní stanice <i>upřesnění viz vysvětlení ZD č. II, dotaz č. 3.</i>	<u>NE</u>	<u>Ano, 1 x HDMI výstup pro zrcadlení dotykové obrazovky pracovní stanice</u>	Manuál_CZ str.144
2	Podporované HDMI kabely	HDMI 2.0 a vyšší, délka min. 8 m <i>upřesnění viz vysvětlení ZD č. II, dotaz č. 3.</i>	<u>NE</u>	<u>Ano, HDMI 2.0 a vyšší, délka až 10 m</u>	Manuál_CZ str.144
Konektivita – komunikace					
3	USB	min. 1x přední panel min. 3x zadní panel	<u>NE</u>	<u>Ano, 1x přední panel, 3x zadní panel</u>	Manuál_CZ str.144
3	Různé	min. 2x konektor pro sluchátka min. 1x konektor nožního pedálu min. 2x Ethernet porty pro příslušenství mikroskopu	<u>NE</u>	<u>Ano, 2x konektor pro sluchátka 1x konektor nožního pedálu 2x Ethernet porty pro příslušenství mikroskopu</u>	Manuál_CZ str.144
Uživatelské rozhraní (UI)					
3	Chirurg	Náhlavní souprava/okuláry a nožní pedál	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str.144
3	Ostatní personál	Obrazovka ovládacího panelu	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str.144
Ovládací obrazovka					
3	Displej	min. 24" displej	<u>NE</u>	<u>Ano, 24"</u>	Manuál_CZ str.144
3	Rozlišení vhodné pro účely obsluhy mimo operátora	min. 1920 x 1080 pixelů	<u>NE</u>	<u>Ano, 1920 x 1080 pix</u>	Manuál_CZ str.144
Bezdrátový nožní pedál					
3	Tlačítka	Programovatelné funkce tlačítek	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 144
3	Přizpůsobení	Plně přizpůsobitelná konfigurace nožního pedálu	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 144
3	Bezdrátový nožní pedál	1ks	=	<u>Ano, 1 ks</u>	Manuál_CZ str.145

Záznam na vnitřní úložiště

3	Kanály	Levý a pravý HD+ (1920x1200)	<u>NE</u>	<u>Ano</u> , Levý a pravý HD+ (1920x1200)	Manuál_CZ str. 145
4	Možnosti nahrávání	Jeden soubor, levý a pravý kanál vedle sebe Jeden soubor, levý kanál Dva soubory, jeden pro každý kanál	=	<u>Ano</u> , Jeden soubor, levý a pravý kanál vedle sebe Jeden soubor, levý kanál Dva soubory, jeden pro každý kanál	Manuál_CZ str. 145
4	Kapacita úložiště	min. 2 TB	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 145

Optika pro zobrazení zadního segmentu

4	Podporovaný držák zadní čočky	Oculus BIOM 5ml, 200mm.	<u>NE</u>	<u>Ano</u> , Oculus BIOM 5ml, 200mm.	Manuál_CZ str. 145
4	Čočka	Opakovaně použitelné a jednorázové čočky, které jsou vhodné pro Oculus BIOM 5ml	<u>NE</u>	<u>Ano</u> , Opakovaně použitelné a jednorázové čočky, které jsou vhodné pro Oculus BIOM 5ml	Manuál_CZ str. 145
4	Fokusace	Pomocí interní čočky, bez fyzického pohybu BIOMu	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 80

Digitální možnosti

4	Operační systém	Vyhovující kybernetické bezpečnosti	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 145
4	Digitální zoom obrazu	Ano	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 145
4	Digitální panorama obrazu	Ano	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 145
4	Uživatelské nastavení	Ano – osobní nastavení profilů chirurgů	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 56
4	Systém ovládání mikroskopu/exoskopu <i>Hodnocený parametr</i>	-	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 19
5	Digitální vylepšení barev obrazu	Ano	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 52
5	Přizpůsobitelné předvolby pro vylepšení barev digitálního obrazu	Ano	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 52
5	Přizpůsobitelné předvolby pro úroveň osvětlení	Ano	=	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 50

5	Ostření <i>Hodnocený parametr</i>	-		<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
5	Automatická centrace limbu	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
5	Automatické polohování hlavy mikroskopu	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
5	Nástroj pro výuku <i>Hodnocený parametr</i>			<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
5	Pozice obrazu pro asistenta	Vedle sebe (3D pohled, stejný obrázek jako primární chirurg) 90 stupňů (2D zobrazení) 180 stupňů (3D zobrazení)	<u>NE</u>	<u>Ano, Vedle sebe (3D pohled, stejný obrázek jako primární chirurg) 90 stupňů (2D zobrazení) 180 stupňů (3D zobrazení)</u>	Manuál_CZ str. 14, 15
5	Přepínání pohledu na přední/zadní segment	Ano, ohnisko při přepínání zůstává, není třeba přeostršovat	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
5	Digitální ovládání jasu na předním segmentu	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Digitální ovládání jasu na zadním segmentu	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Přizpůsobitelná hloubka ostrosti	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Automatické nastavení jasu při změně hloubky ostrosti	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Automatický záznam operace	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
Napájení systému					
6	Vstupní napětí	220 – 240 VAC / 50Hz	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Ochrana	IEC 60601-1	:	<u>Ano, IEC 60601-1</u>	Manuál_CZ str. 146
6	Izolační transformátor	Ano	:	<u>Ano</u>	Manuál_CZ str. 146
Závěsné rameno					
6	Vyrovnávání	Vyvažování plynovými pružinami	:	<u>Ano, plynovými pružinami</u>	Manuál_CZ str. 147
6	Brzdy	Elektromechanické brzdy	:	<u>Ano, elektromechanické brzdy</u>	Manuál_CZ str. 147
6	Délka	min. 800 mm	<u>NE</u>	<u>Ano, 850 mm</u>	Manuál_CZ str. 147
7	Otočný úhel	min. rozsah 280°	<u>NE</u>	<u>Ano, 280 °</u>	Manuál_CZ str. 147
Nosné rameno					
7	Délka	min.500 mm	<u>NE</u>	<u>Ano, 550 mm</u>	Manuál_CZ str. 147

7.	Otočný úhel	min. rozsah 280°	<u>NE</u>	<u>Ano, 280 °</u>	Manuál_CZ str. 147
Rozměry a mobilnost systému					
7.	Rozměry vhodné pro umístění ve vestavbě operačního sálu oční kliniky	Ano	<u>±</u>	<u>Ano,</u> 193 cm x 92 cm x 112 cm (VxŠxD) ve složené poloze	Manuál_CZ str. 147
7.	Mobilita přístroje	4x otočná kola s brzdou	<u>±</u>	<u>Ano,</u> <u>Základna se 4 kolečky</u> 82 cm x 82 cm	Manuál_CZ str. 147

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr)	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	Vyjádření účastníka ZŘ (dodavatele)	
			Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>

Ostatní

75.	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu (pro instalaci a uvedení do provozu – kompletní SW a HW (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, materiál na uvedení do standardního provozu – pokud vyžadovány pro provoz přístroje);	=	<u>Ano</u>	
76.	Příslušenství pro ovládání		<u>Ano</u>	
77.	Doprava, instalace, zaškolení – provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu, dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	=	<u>Ano</u>	
78.	Technická/aplikační podpora v potřebném rozsahu po celou dobu provozu přístroje	=	<u>Ano</u>	
79.	Možnost rozšíření např. o OCT, navigace,	=	<u>Ano</u>	

CENOVÁ NABÍDKA Č.700 250395

Datum: 16.04.2025

Jménem společnosti CMI s.r.o. si Vám dovoluji nabídnout:

BEYEONICS ONE 3D operační mikroskop

č.	Kód Popis	Cena za kus	Množství MJ	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
1	Beyeonics ONE System Mikroskop Beyeonics ONE System Beyeonics One: Technické parametry: Počet otočných ramen 2 Délka závěsného ramene 850 mm Úhel ramene zavěšení 280 stupňů Délka nosného ramene 550 mm Úhel nosného ramene 280 stupňů Celkový dosah (od středu k oku pacienta) 160 cm Úhel otáčení hlavy kamery (rychlý přepínač OS/OD) 270 stupňů Motorizovaný Z pohyb 80 mm Motorizovaný pohyb XY Pohyb 6 cm Optimální pracovní vzdálenost 300mm - 280mm – 350mm Motorizovaný náklon mikroskopu 0-45 stupňů Automatický pohyb náklonu Optický a digitální obrazový výkon: Výkon procesoru Intel Xeon Silver W-3223 GPU AMD Radeon Pro W5700 Motorizované ostření Motorizovaná clona Digitální kamery 2 x 65 megapixelů Zvětšení x4,5 - x23,0 Digitální zoom obrazu Digitální panoramování obrazu Úhel mezi optickými kanály 5 stupňů Pracovní vzdálenost 280-350 mm Zorné pole 50 x 29 mm ve vzdálenosti 300 mm Zadní pozorovací systém Oculus BIOM a ploché kontaktní čočky Osvětlení Flood + Stereo-Coaxial Illuminator 4000K bílá světelná dioda (LED) Osvětlení vyhrazeného pole průměr 6 cm ve vzdálenosti 200 mm Vyhrazené koaxiální osvětlení (červený reflex) průměr 2 cm ve vzdálenosti 200 mm Zelený laserový filtr (zadní) 532nm optický filtr	11 727 000,00	1,00	ks 11 727 000,00		21 14 189 670,00

CENOVÁ NABÍDKA Č.700 250395

Jménem společnosti CMI s.r.o. si Vám dovoluji nabídnout:

Datum: 16.04.2025

BEYEONICS ONE 3D operační mikroskop

č.	Kód Popis	Cena za kus	Množství MJ	Celkem DPH % s DPH	Celkem bez DPH
	Ochranný filtr modrého světla (přední) Latence digitálního obrazu 20 ms Headset/y: Počet náhlavních souprav 2 (použitelné současně) Podpora použití s brýlemi Rozlišení náhlavní soupravy 2 x 1920 x 1200 Displej náhlavní soupravy „Stereoskop ekvivalentní 55"" 3D 4K OLED displeji na vzdálenost 1,5 m" Vlastní PD 55-73 mm Přizpůsobená vzdálenost k očím Nastavitelné popruhy Maximální vzdálenost od mikroskopu 5m Přepínání na zobrazení reálného světa (průhledná elektrická závěrka)				
		Celková cena bez DPH		11 727 000,00	KČ
		DPH		2 462 670,00	KČ
		Celkem s DPH		14 189 670,00	KČ

Platnost cenové nabídky je 14 dní od data vystavení.

V ceně je zahrnuta doprava, montáž a zaškolení obsluhy.

Předpokládaný termín dodání do 30 dnů od obdržení oficiální objednávky. Záruční doba 24 měsíců.

Příloha č. 2 – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky

- **Součástí dodávaného systému nejsou měřidla podléhající zákonu o metrologii v platném znění. Žádná část systému ani systém jako celek nevyžaduje kalibraci ani validaci**

Příloha č. 3 – Informace k periodické bezpečnostní technické kontrole (tj. četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí, kalibrace, validace, jiné činnosti)) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam s oceněním) případně informaci, že výrobce na dodávaný předmět plnění servisní kity nedoporučuje

- **BTK 1x ročně**
- **Povinné servisní kity nejsou doporučeny**

Příloha č. 4 – Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava IČ 00843989 DIČ CZ00843989 Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba tel: email:
Smlouva/objednávka č.: 004/OVZ/25/xxx-K Faktura č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Fakultní nemocnice Ostrava budova 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava – Poruba

Dodavatel potvrzuje, že Přístroj, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. 004/OVZ/25/xxx-K.

Přístroj č. 1 ...““

Označení Přístroje v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení Přístroj v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
		

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus

					s DPH
.....					
.....					
.....					

Servis zdravotnického prostředku dle platných právních předpisů je garantován firmou XXX, a to jako záruční po dobu 24 měsíců ode dne uvedení do provozu a potvrzeného předání včetně zaškolení.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle platných právních předpisů a bylo bezplatné.

Přístroj předal:		Přístroj převzal:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Příloha č. 5 – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti

Požadavky na zabezpečení modalit (zdravotnické techniky) v oblasti kybernetické bezpečnosti

Dodavatel (dodavatelem je pro účely této přílohy myšlen Prodávající či Zhotovitel uvedený ve Smlouvě) bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FN Ostrava“) byla rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ze dne 18.10.2018 určena povinnou osobou podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“).

FN Ostrava je ve smyslu § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“).

Jelikož zdravotnická technika je nedílnou součástí zajišťování poskytování základní služby FN Ostrava a zároveň vstupuje jako podpůrné aktivum podle § 2 písm. f) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti do rozsahu systému řízení bezpečnostní informací FN Ostrava, je dodavatel povinen za tímto účelem poskytnout dostatečnou součinnost při plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedná se zejména o níže uvedené provozní technické požadavky na zdravotnickou techniku:

Pokud je součástí předmětu plnění samostatná zdravotnická technologie:

1. Aktualizace SW vybavení

Dodavatel je povinen udržovat software vybavení včetně operačního systému v aktuální verzi a provádět instalace bezpečnostních patchů doporučených výrobcem software vybavení. Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o zjištění zranitelností a spolupracovat při jejich řízení.

2. Přístupová oprávnění

Systém musí umožnit řízení přístupových oprávnění a oddělení administrátorského a uživatelských účtů. Administrátorský účet nesmí umožnit přístup k osobním údajům pacientů. V případě, že by pro servis zdravotnické techniky byl nutný přístup k osobním údajům pacientů, musí být s dodavatelem zdravotnické techniky uzavřena zpracovatelská smlouva podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

3. Logování

Dodavatel je povinen logovat veškeré přístupy ke zdravotnické technice, technická data zdravotnické techniky, která jsou nutná pro dohled a servis a logy uchovávat po dobu 3 měsíců.

Logy musí být přístupné přes standardní rozhraní určeným pracovníkům FN Ostrava. Dodavatel nesmí ukládat logy, které obsahují osobní údaje, tyto logy je povinen mazat.

4. Šifrování dat

Ukládaná data na datových nosičích, která obsahují osobní údaje pacientů ve smyslu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, musí být šifrována.

5. Ukládání konfigurace

Dodavatel je povinen ukládat (zálohovat) kompletní software vybavení zdravotnické techniky v pravidelných intervalech a uchovávat 3 předchozí verze konfigurace nastavení.

6. Servisní počítače a vzdálený servisní přístup

K servisním zásahům nebo kontrole zdravotnické techniky smí dodavatel používat pouze servisní počítač, který je vybaven antivirovým programem s aktuální virovou databází a s výrobcem podporovaným operačním systémem.

V případě, že dodavatel bude provádět servisní zásahy nebo kontrolu zdravotnické techniky z prostředí mimo interní síť FN Ostrava, musí používat zabezpečený VPN kanál, který bude zřízen FN Ostrava pouze na základě požadavku osoby k tomuto požadavku oprávněné.

7. Bezpečnostní incidenty

Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o všech bezpečnostních událostech a incidentech, které by mohly mít negativní dopad na FN Ostrava.

8. Řízení rizik

FN Ostrava je povinna řídit rizika související s dodavateli. Pokud FN Ostrava identifikuje riziko, jehož míra převyšuje stanovenou akceptovatelnou úroveň a souvisí s předmětem plnění smlouvy, je dodavatel povinen spolupracovat na stanovení vhodných bezpečnostních opatření ke snížení tohoto rizika a zajistit jeho implementaci na své straně.

Pokud je součástí předmětu plnění také PC, notebook či jiná obdobná výpočetní technika, potom rovněž:

9. Operační systém

Výpočetní techniku, která je připojena ke zdravotnické technice a zároveň do interní sítě FN Ostrava, je dodavatel povinen dodat s operačním systémem ve verzi podporované výrobcem operačního systému, zejména v oblasti bezpečnostních patchů. Pro operační systémy s licencí „Open Source“ (GNU, GPL apod.) musí mít dodavatel prokazatelně zajištěnou odpovídající podporu operačního systému.

10. Penetrační (bezpečnostní) testování

Dodavatel musí umožnit FN Ostrava provedení bezpečnostního testování v předem stanovených termínech.

FN Ostrava má podle § 4 zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační systém základní služby a tyto požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou.

Vyžadování plnění výše uvedených požadavků, které vyplývají z bezpečnostních opatření FN Ostrava v míře nezbytné pro splnění povinností FN Ostrava podle zákona o kybernetické bezpečnosti není tedy možné považovat podle § 4 zákona o kybernetické bezpečnosti za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.

Dodavatel má povinnost zajistit bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků a nesouladu se stanovenými bezpečnostními požadavky.