

Položkový soupis prací a dodávek

S:	xxxxxxx
O:	xxxxxxx
R:	xxxxxxx MEDICINÁLNÍ PLYNY

Povinné údaje které musí být bezpodmínečně uvedeny
 Udaje které musí zpracovatel editovat dle dané stavby,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava
Díl: 1		Medicínální plyny				176 357,00		0,00		0,00	
0 00		Potrubí 12x1 Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348	m	65,00000	750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
0 00		Potrubí 18x1 Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348	m	65,00000	950,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
0 00		Prořez potrubí 3% Dodávka a montáž potrubí prořezu potrubí	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
0 00		Pájka Ag 45% Dodávka a montáž pájky	g	350,00000	22,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
0 00		Tvarovka potrubí 12x1 Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348	ks	29,00000	150,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
0 00		Tvarovka potrubí 18x1 Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 22x1 mm dle ČSN EN 13348	ks	29,00000	120,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	xxxxxxx	
O:	xxxxxxx	
R:	xxxxxxx	MEDICINÁLNÍ PLYNY

 Povinné údaje které musí být bezpodmínečně uvedeny
 Udaé které musí zpracovatel editovat dle dané stavby,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
0	00	Chránička pro potrubí 12x1	ks	12,00000	290,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1									
0	00	Chránička pro potrubí 18x1	ks	2,00000	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 18x1									
0	00	Konzolový systém pro potrubí 12x1	ks	34,00000	119,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m									
0	00	Konzolový systém pro potrubí 18x1	ks	17,00000	133,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m									
0	00	Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1	ks	10,00000	371,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m									
0	00	Sestava provozního alarmu	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž sestavy provozního alarmu Obsahuje - uzavírací ventil, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, kontrolní manometr 0-1 MPa musí odpovídat použití pro medicínální kyslík, čidlo porovzního alarmu je napojeno na centrální velín - zajišťuje profese MaR									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	xxxxxxx	
O:	xxxxxxx	
R:	xxxxxxx	MEDICINÁLNÍ PLYNY

Povinné údaje které musí být bezpodmínečně uvedeny
 Udaje které musí zpracovatel editovat dle dané stavby,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
0	00	Značení potrubí	m	130,00000	47,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž značení potrubí									
		Součet celkového potrubí									
0	00	Pájecí plyn	m	130,00000	10,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž pájecího plynu									
		Pro celkovou délku potrubí									
0	00	Čistící plyn	m	130,00000	10,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž čistícího plynu potrubí									
		Pro celkovou délku potrubí									
0	00	Tlaková zkouška - úseková	ks	2,00	939,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž úsekové zkoušky potrubí									
		Součet úseků za ventilovými krabicemi, jednotlivá patra a jednotlivé stoupačky									
0	00	Tlaková zkouška - celková	ks	1,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž celkové zkoušky potrubí									
		Tlaková zkouška celého systému									
0	00	Napojení na stávající rozvod	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod									
		Napojení na stávající rozvod včetně odstávky systému									
Díl: 1		Signalizace medicínálních plynů				63 118,00		0,00		0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	xxxxxxx
O:	xxxxxxx
R:	xxxxxxx MEDICINÁLNÍ PLYNY

 Povinné údaje které musí být bezpodmínečně uvedeny
 Uda je které musí zpracovatel editovat dle dané stavby,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava
0	00	Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 2x uzavírací ventil, 2x čidlo klinické signalizace, 2x kontrolní manometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace									
0	00	Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	ks	1,00000	25 918,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž panelu klinické signalizace Panel klinické signalizace s dotykovým displejem musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Musí obsahovat min. signalizaci pro 2 plyny, obsahuje bateriový zdroj pro překlenutí náběhu na záložní zdroj - diesel Propojený s příslušným skupinovým uzávěrem									
0	00	Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1	m	90,00000	130,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž propojovacího kabelu Slouží pro propojení čidel ventilové krabice a panelů klinické signalizace									
Díl: 1		Ukončovací prvky medicínálních plynů				1 588 000,00		0,00		0,00	
0	00	Lůžková rampa pro jedno lůžko	ks	2,00000	59 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž lůžkové rampy pro jedno lůžko Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2									
0	00	Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	2,00000	115 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Dodávka a montáž lůžkové rampy pro dvě lůžka Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	xxxxxxx
O:	xxxxxxx
R:	xxxxxxx MEDICINÁLNÍ PLYNY

Povinné údaje které musí být bezpodmínečně uvedeny	Udaje které musí zpracovatel editovat dle dané stavby,
--	--

[illegible]