

Dodatek č. 1 kupní smlouvy

na pořízení zdravotnické techniky pro nově budovaný Urgentní příjem Nemocnice Vyškov včetně příslušenství a dalšího vybavení

*kteřou, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský
zákoník) v platném znění uzavřely 13. 6. 2025 tyto smluvní strany:*

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace ve věcech smluvních.

Zastoupená: [redacted] - vedoucím obchodního oddělení Nemocnice
Vyškov, příspěvková organizace ve věcech technických

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a

MGVIVA a.s.

sídlo: / místo podnikání: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 Veleslavín

IČO: 17321611,

DIČ: CZ17321611,

společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném:
Městský soud v Praze

pod značkou / číslem: oddíl B, vložka 27447

zastoupená Ing. Lenkou Hesovou, členem správní rady

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

číslo účtu: [redacted]

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího pro zajištění lepší transparentnosti transportního lehátka (stretcheru) RTG přístrojem s C-ramenem se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně dílčí položky předmětu plnění:

- a) Změna dílčí položky č. 32 lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní (nabízené řešení: Sprint 200 bez vah) se v původním znění ruší a nahrazuje se novým zněním:

Požadované řešení:

32 392000 lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní 5 ks

Nově nabízené řešení:

Sprint 100 bez vah 5 ks

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 – technický list položky č. 32 lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní

Ve Vyškově dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA

Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Horák,
MBA
Datum: 2025.07.03
09:52:13 +02'00'

kupující

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

V Praze dne

Ing.
Lenka
Hesová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Hesová
Datum: 2025.07.02
13:58:39 +02'00'

prodávající

za MGVIVA a.s.
Ing. Lenka Hesová
člen správní rady

TECHNICKÝ LIST

Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem zdravotnická technika Změna 1

PŮVODNÍ - zrušeno

Požadované řešení:

32 392000 lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní 5 ks

Nabízené řešení:

Sprint 200 bez vah 5 ks

NOVÉ

Požadované řešení:

32 392000 lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní 5 ks

Nabízené řešení:

Sprint 100 bez vah 5 ks

Sprint 100



Transportní lůžko

	2dílná úzká ložná plocha	2dílná široká ložná plocha	4dílná úzká ložná plocha	4dílná široká ložná plocha
Vnější rozměry	211 x 76 cm	211 x 86 cm	211 x 76 cm	211 x 86 cm
Ložná plocha matrace	193 x 66 cm	193 x 76 cm	193 x 66 cm	193 x 76 cm
Nastavení výšky	56,5–89 cm	56,5–89 cm	55,5–88 cm	55,5–88 cm
Nastavení výšky	18° / 18°	18° / 18°	18° / 18°	18° / 18°
Nastavení opěrky zad	0–90°	0–90°	0–90°	0–90°
Nastavení opěrky steh	–	–	0–40°	0–40°
Nastavení opěrky lýtek	–	–	0–21°	0–21°
Výška postraníc	35,5 cm	35,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Bezpečné pracovní zatížení (SWL)	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg
Váha (včetně základního vybavení)	120 kg	135 kg	120 kg	135 kg

Specifikace lůžka:

MO:1 Základní model: Stretcher Sprint 100
 SC:0 Váhy: Bez vah
 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
 CU:00 Základní provedení: Standardní provedení
 UN:01 Typ podvozku: Standard
 PE:00 Potenciálové propojení: Bez potenciálového propojení
 UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
 CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006
 CA:10 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 200 mm, antistatické kolečko
 ARC:01 Aretovatelné kolečko: Aretovatelné kolečko u hlavy (určeno pro řízení stretcheru od nohou)
 BR:16 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček ovládané ze dvou stran (hlava, nohy)
 LJ:41 Zdvíhové jednotky: Hydraulický zdvih
 FC:02 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky
 BA:07 Kryty ložné plochy: Neodnímatelné HPL kryty
 XR:07 RTG provedení: Příprava pro RTG a dvoudílnou i čtyřdílnou ložnou plochu
 AHB:02 Lišty na příslušenství na stranách lůžka: Pár lakovaných postranních lišt na příslušenství
 AHU:00 Lišta u hlavy: Bez lišty
 AHD:00 Lišta u nohou: Bez lišty
 PA:09 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu plynovou pružinou+ polohování lýtkového dílu mechanickým rastroem (4
 DLH:01 Tlačná madla u hlavy: IV&Drive (Infuzní stojan a transportní madla v jednom)
 DLF:00 Tlačná madla u nohou: Bez tlačných madel
 SR:54 Postranice: Jednodílné sklopné s tlumením (SoftDrop)
 SL:02 Zámek postranice: Zámek postranice v hlavové i nožní části
 AI:00 Indikátory náklonu: Bez indikátoru náklonu
 A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství
 LY:01 Layout návodu: Linet
 LA:02 Jazyk návodu: Čeština
 PG:01 Balení: Standard
 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
 VO:00 Jmenovité napětí: Lůžko bez elektrických komponent
 PL:00 Síťový kabel + zástrčka: Bez elektrických komponent

11 11026300A0011 Držák RTG kazety

Držák RTG kazety pro Sprint 100 (s pevným rozměrem)

20 11026300A0009 Multifunkční polička 3v1

Multifunkční polička 3v1
 Materiál: HPL plast + lakované části RAL 9006
 Umístění do pouzder v nožní části

31 1106000080002 Box na příslušenství pod zádočným
dílem

Box na příslušenství pod zádočným dílem
- kompatibilní s Sprint 100 (konfigurační volba BD:00)
- kompatibilní s držákem kyslíkové lahve
- nosnost 10 kg

50 4GPVM18710S Pasivní matrace Sprint 100
Advanced, 193x66x13

matrace pasivní
model: Sprint Advanced
provedení:
- kompatibilita s 4dílnou ložnou plochu
- PU + VISCO + thermic vrstva na povrchu
- materiál a barva horního potahu - Sloen, šedá
- horní potah s potiskem Sprint
- spodní potah s antislipem
- fixační popruhy
- nehořlavá vložka: ANO
rozměry:
- 193x66x13 cm