

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Analyzátor MAX 9k (výrobce MacroArray Diagnostics)			
Multiplexová (biočipová) technologie pro kvantitativní stanovení sIgE proti min. 290 alergenům s blokací CCD molekul s možností stanovení jednoho a více vzorku v jednom běhu a se systémem k rozlišení zkřížené reagujících složek			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Technické požadavky			
Multiplexová (biočipová) technologie pro kvantitativní stanovení sIgE proti min. 290 alergenům s blokací CCD molekul s možností stanovení jednoho a více vzorku v jednom běhu a se systémem k rozlišení zkřížené reagujících složek	ANO	117 extraktů, 178 molekulárních alergenů	dokument alex návod
Požadovaný rozsah měření sIgE: min. 0,3-50kU/l	ANO	Specifické IgE: 0,3-50 kUA/l kvantitativní	dokument alex návod
Biologický materiál: sérum, množství max. 450mcl	ANO	400 mcl u nepředředěného séra, manuálně předředěné sérum 145 mcl	dokument MAX návod
Požadavky na vyšetřované alergeny jsou ze skupin min.: pyly trav, stromů, bylin; plísňe, kvasinky, mikroorganismy a spóry; roztoči a švábi; jedy blanokřídleho hmyzu; srst a epitel; ovoce; zelenina; vejce; mléko; luštěniny; maso; mořské plody; ořechy; zvířetní alergeny; cereálie atd.	ANO	ANO	dokument alex návod
Připojení zařízení do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy STAPRO.	ANO	ANO	
Přístroj a SW musí mít označení CE IVD.	ANO	ANO	DoC dokumenty
Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorí dle ČSN EN ISO 15189.	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatel sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu Smlouvy o výpůjčce)

V dne

.....