

Příloha č. 1 - Technická specifikace - telemetrie

Interní číslo VZ: 2025_038_0_00

Dodavatel (účastník, název / IČ)		SNT Plus s.r.o. / 25701576
Výrobce		Philips
Model nabídnutého přístroje		IntelliVue MX40 IntelliVue X3
Položka číslo	Požadovaný parametr s uvedenou mezní hodnotou požadavku	Hodnota požadovaného parametru pro nabízený systém (Vyplní účastník)
	6 ks telemetrický monitor a 5 ks transportní modul - rozšíření stávající telemetrie výrobce Philips na Kardiologické klinice	
1.	6 ks telemetrický monitor kompatibilní s telemetrickým systémem na kardiologické klinice	IntelliVue MX40
1.2	min. 2,8" dotykový displej	2,8" dotykový displej
1.3	monitorování EKG včetně EKG kabelu 5 svodů	monitorování EKG včetně 5svodového EKG kabelu
1.4	2 ks akumulátor ke každému monitoru (celkem 12 ks)	2 ks akumulátoru ke každému monitoru (celkem 12 ks)
1.5	1 ks nabíjecí stanice pro min. 9 akumulátorů	nabíjecí stanice pro 9 akumulátorů
2.	5 ks transportní modul kompatibilní s telemetrickým systémem na kardiologické klinice, každý modul bude obsahovat:	IntelliVue X3
2.1	min. 6,1" dotykový displej	6,1" dotykový displej
2.2	monitorování EKG, Respirace, SpO2 a NIBP včetně EKG kabelu 5 svodů, SpO2 čidla prstového a NIBP hadice a manžety	monitorování EKG, Respirace, SpO2 a NIBP včetně EKG kabelu 5 svodů, SpO2 čidla prstového a NIBP hadice a manžety
2.3	akumulátor až 5 hodin provozu	akumulátor až 5 hodin provozu
2.4	napájecí a komunikační jednotka	IntelliVue Dock napájecí a komunikační jednotka
2.5	mobilní stojan	ANO
2.	další požadavky	
2.1	Pro připojení do sítě zadavatele musí být splněny všechny požadavky uvedeny v Příloze č. 3 ZD "Informace pro implementaci dodávaných technologií do sítě zadavatele" tj. i dodávaný HW i SW	ANO

V: Praze Dne: /viz el. podpis/

.....
za účastníka Ing. Ludvík
Tót, jednatel