

Dodatek č. 16

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2000

I.

Smluvní strany

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČ 65269705 DIČ CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 71234621/0100

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen objednatel)

a

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 50, 656 60 Brno

zastoupená Ing. Milanem Krajcarem, jednatelem společnosti

IČ 46346996 DIČ CZ46346996

Bankovní spojení: KB Brno, č.ú.: 10108-621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58436

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Servisní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 11. 4. 2000 tak, že se dosavadní příloha smlouvy nahrazuje novou přílohou, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Došlo v ní k vyjmutí parních sterilizátorů Securex 669-2, v.č.96026, Securex 669-2, v.č. 96027, Securex 6612-2, v.č. 96079. Ostatní zůstává beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 10. 2016.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 6.9.2016

V Brně dne: 15.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno

Pracovnice dětské medicíny, Černopouť 3, Brno																						
umístění přístroje	název přístroje	typ přístroje	výrobní číslo	Plán servisních prohlídek za kalendářní rok												servisní prohlídky	provozní revize TN	V/K	opravy	paušál bez DPH		ZP
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/měs.	ano-ne
Seznam přístrojů a ceny bez DPH:																						
centrální sterilizace	myčka ultrazvuková	Ultramatic	243035059					R								1 320	0	0	930	2 250,0	187,5	ne
Paušál celkem (bez materiálu):																1 320,0		0,0	930,0	2 250,0	187,5	

Přístrojů celkem: 1

Pracoviště - nemocnice Bohunice, Jihlavská 20

umístění přístroje		název přístroje	typ přístroje	výrobní číslo	Plán servisních prohlídek za kalendářní rok												servisní prohlídky	provozní revize TN	V/K	opravy	paušál bez DPH		ZP	
Seznam přístrojů a ceny bez DPH:					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/měs.	ano-ne	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FED	100507				P					R				5 590	2 130	14 500	17 820	40 040,0	3 336,7	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FD	100719			P					R					5 590	1 430	14 500	14 850	36 370,0	3 030,8	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FD	100720			P					R					5 590	1 430	14 500	14 850	36 370,0	3 030,8	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FD	100721			P					R					5 590	1 430	14 500	14 850	36 370,0	3 030,8	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FD	100722			P					R					5 590	1 430	14 500	14 850	36 370,0	3 030,8	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor parní	SP HP 6612-2FED	100724			P					R					5 590	2 130	14 500	17 820	40 040,0	3 336,7	ano	
centrální sterilizace		sterilizátor horkovzd.	Stericell 55	101507								R					850	0	0	660	1 510,0	125,8	ano	
Paušál celkem (bez materiálu):																	34 390,0	9 980	87 000	95 700,0	227 070,0	18 922,5		

Přístrojů celkem: 7

Celkem za obě pracoviště FN	Práce ve základní sazbě DPH:	229 320,00	19 110,00
	Paušál celkem bez materiálu:	229 320,00	19 110,00

Specifikace servisu:	sjednáno:	v paušálu:	poznámka:	záznamy elektronicky:	
P = půlroční prohlídka a údržba	ano	ne		ano	ano

měsíčně na adresu:

lchomoucky@fnbrno.cz

FN Brno
Dodatek č. 16 platný od 1.10.2016

R = roční prohlídka a údržba	ano	ano	v termínu: dle plánu	ano
BO = běžné opravy	ano	ano	nástup na opravu do: 24 hodin	ne
K = Kalibrace teplotních a tlakových čidel	ano	ano		ne
V = validace	ano	ano	v souladu s požadavkem Vyhl. 306/2012 Sb., v termínu dle dohody s pracovištěm	
PR = provozní revize tlak. nádob	ano	ano	v termínu roční prohlídky	ano
ER = elektorevize	ne	ne		ne
IP = instruktáže personálu	ano	ano	v termínu: dle dohody	ne
PP = pohotovost v nepracovní dny	ne	ne	víkendy + svátky od 08:00 h do 18:00 h.	

Cestovné: Nebude účtováno.
Příplatky za práci: 275,00 Kč/h
v noci (22-6 h): 550,00 Kč/h
v nepracovní dny:
Kontakty zhotovitele: Jakub Stehlík, servisní technik, mobil 602 129 210 nebo tel. 541 222 485.
Mgr. Pavel Vašíček, zástupce servisu, mobil 731 514 118, telefon 545 537 376, e-mail: pavel.vasicekk@bmt.cz
Kontakty objednatele: Ing. Leopold Chomoucký, OZT, telefon 532 233 960, e-mail: lchomoucky@fnbrno.cz

Datum: 6.9.2016

za zhotovitele
za objednatele

1-7