

4. část - Nitrilové vyšetřovací rukavice min. 10N

- rukavice vyšetřovací pro jednorázové použití, pro použití ve zdravotnictví k ochraně pacienta a uživatele před kontaminací

- rukavice určené k ochraně proti chemikáliím a mikroorganismům

Zadavatelem stanovené minimální technické podmínky	Splnění požadavků Ano / Ne	Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
- vyrobené z nitrilu	Ano	Technický list
- bez pudru	Ano	Technický list
- nesterilní	Ano	Technický list
- pravolevé	Ano	Technický list
- s rolovaným lemem	Ano	Technický list
Povrch konce prstů: mikro zdrsňný	Ano	Technický list
- velikost dle normy ČSN EN 455-2 - S, M, L - délka rukavice musí být minimálně 240 mm	Ano	Technický list
- musí být testovány dle normy ČSN EN 374-1,2, stanovení odolnosti proti chemickým látkám (dle 374-1 rukavice typ B) (vysoká ochrana proti chemikáliím) a mikroorganismům	Typ B	Technický list, certifikát str.7
Třída zdrav. prostředku: I.	Ano	Technický list
ochr. prostředku: Osobní ochranné prostředky kategorie III	Ano	Technický list
Expirace: min. 2 roky	Ano - 5 let	Technický list
Hodnocená subkritéria kvality:		
- nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL ≤ 1,5	AQL 1	Technický list
- síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, min. 10N	11N	Technický list
Obsahuje urychlovače /Akcelérátory	ANO	Technický list
Rukavice musí splňovat následující normy:		
(EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I	Ano	Technický list
(EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III	Ano	Technický list
ČSN EN 455-1,2,3,4	Ano	Technický list
ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300))	Ano	Technický list, Certifikát str.6
ČSN EN ISO 374-1,2,4 (dle 374-1 rukavice typ B) (vysoká ochrana proti chemikáliím)	Ano	Technický list, Cert.str.7
ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5	Ano	Technický list
ČSN EN 16523-1 nebo 374-3	Ano	Technický list, Cert.str.6