

Obchodní společnost: **BIONIK Stapro Group s.r.o.**
IČO: 02040638
DIČ: CZ699004728
Sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice
Zastoupena: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 261153304/0300
Sp. zn.: C 32600 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Datová schránka: ukbytyq

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2025 Smlouvu o poskytování servisních služeb (dále jen „smlouva“), kterou se poskytovatel zavázal objednateli poskytovat pozáruční servisní služby k přístrojovému vybavení objednatele sloužícího k poskytování zdravotních služeb (dále jen „služby“), to vše na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Přenosný UZ přístroj**“, uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID : VZ0212629, systémové číslo zakázky P25V00297432. V důsledku ukončení výroby modelu Z60 a jeho nahrazení modelem MX5, přistoupili účastníci, v souladu s čl. IV., odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, k uzavření tohoto dodatku a dohodli se na níže uvedeném.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy Specifikace přístrojového vybavení se ruší a nahrazuje aktuální Přílohou č. 1 smlouvy Specifikace přístrojového vybavení, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu se smlouvou dohodou objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Specifikace přístrojového vybavení
Příloha č. 2: Oznámení o změně modelu v rámci veřejné zakázky – náhrada modelu Z60 za model MX5
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísňe, jako správný podepisují.

V dne

V Praze dne

Poskytovatel:
BIONIK Stapro Group s.r.o.

Objednatel:
Nemocnice Na Homolce

.....
[redacted]
na základě plné moci

.....
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice

Přenosný UZ přístroj

Účastník uvede následující informace:	
<i>Typ nabízeného přístroje</i>	<i>MX5</i>
<i>Výrobce</i>	<i>Mindray</i>
<i>Třída rizika ZP</i>	<i>Ila</i>
<i>Interval BTK (vyplnit pouze pokud je ZP)</i>	<i>1x ročně</i>
<i>Třída el. ochrany</i>	<i>Typ - BF konektor</i>
<i>Typ příložené části</i>	<i>nemá příložnou část</i>
<i>Životnost přístroje</i>	<i>10let</i>

Technické požadavky: <i>U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.</i>	Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE, popř. hodnotu)	Odkaz na str. v návodu k obsluze v ČJ/ orig. katalogovém listě výrobce sloužící k ověření splnění požadavku
Předmětem VZ je dodání 1 ks přenosného ultrazvukového přístroje pro chirurgii JIP	ANO	BINA_271_020625, str. 1
Napájení 230V/50Hz s integrovanou ochranou proti přepětí a podpětí v elektrické síti	ANO	BINA_271_020625, str. 1
Max. hmotnost 10 kg (samotný přístroj)	ANO	BINA_271_020625, str. 1
LCD obrazovka s minimální úhlopříčkou 15" a min. Full HD rozlišením (1920x1080)	ANO	BINA_271_020625, str. 1
Min. 3x USB 3.0 na těle přístroje	ANO, 3x	BINA_271_020625, str. 1
Vnitřní paměť min. 500 GB (úložiště bez pohyblivých částí)	ANO, 1000GB SSD	BINA_271_020625, str. 1
Ukládání obrázků na min. vnitřní paměť (HDD), USB, PC a DICOM	ANO	BINA_271_020625, str. 1
Provoz na integrovanou baterii přímo v přístroji po dobu minimálně 90 minut	ANO, 90min	BINA_271_020625, str. 1
Aktivní port pro připojení minimálně 3 ultrazvukových sond	ANO, 3x	BINA_271_020625, str. 1
Rychlé přepínání mezi sondami (pomocí klávesy)	ANO	BINA_271_020625, str. 1
Automatické zvětšení obrázku přes celý displej jediným stiskem	ANO, iZoom	BINA_271_020625, str. 1
Funkce potlačení skvrn v obraze, vylepšený kontrast a rozlišení	ANO, iClear	BINA_271_020625, str. 1
Funkce odstranění nelineárních harmonických frekvencí, obraz bez interferencí	ANO, Phase Shift HI	BINA_271_020625, str. 1
Inteligentní optimalizace obrazu B/PW	ANO, iTouch	BINA_271_020625, str. 1

Rozsah nastavení dynamického rozsahu: od max. 30 dB do min. 220 dB v krocích po minimálně 5 dB	ANO	BINA_271_020625, str. 1
TDI – tkáňové dopplerovské zobrazení	ANO	BINA_271_020625, str. 2
CW kontinuální dopplerovské zobrazení	ANO	BINA_271_020625, str. 2
M-mode, anatomický M-mode	ANO	BINA_271_020625, str. 2
DICOM rozhraní DICOM Verification/Service, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, včetně Multimodality Query/Retrieve, DICOM Worklist, Dodání dokumentu DICOM Conformance Statement	ANO	BINA_271_020625, str. 2
Připojení do PACS pomocí LAN konektoru s podporou 802.1x, podpora WPA3 a WPA2 business	ANO	BINA_271_020625, str. 2
Životnost přístroje min. 10 let	ANO	BINA_271_020625, str. 2
Příslušenství		
Min. 3m napájecí kabel (1ks)	ANO	BINA_271_020625, str. 2
1 ks – baterie (provoz na baterii minimálně 90 minut)	ANO	BINA_271_020625, str. 2
1 ks – konvexní sonda (frekvenční rozsah od max. 2 do min. 4 MHz). Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutí vody (sondy): IPX7	ANO	BINA_271_020625, str. 2
1 ks – lineární sonda (frekvenční rozsah od max. 5 do min. 10 MHz). Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutí vody (sondy): IPX7	ANO	BINA_271_020625, str. 2
1 ks – sektorová sonda (frekvenční rozsah od max. 2 do min. 4 MHz). Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutí vody (sondy): IPX7	ANO	BINA_271_020625, str. 2
Součástí ultrazvukového přístroje bude vozík s bržděnými kolečky, madlem, úložným prostorem pro příslušenství a minimálně 3 držáky sond	ANO	BINA_271_020625, str. 2



referent veřejných zakázek

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol

Veřejná zakázka: „Přenosný UZ přístroj“

Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

IČO: 000 23 884

Zast. MUDr. Petrem Poloučkem, MBA – ředitelem nemocnice

Věc: Oznámení o změně modelu v rámci veřejné zakázky – náhrada modelu Z60 za model MX5

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že v rámci Vámi vypsaného výběrového řízení, v němž jsme uspěli s nabídkou modelu Z60, došlo při objednávce u výrobce ke náhradě za nový model.

Výrobce nás informoval, že model Z60 byl ukončen ve výrobě a již není nadále dostupný.

Na základě této informace jsme s výrobcem projednali možnou náhradu a bylo nám potvrzeno, že plně odpovídajícím náhradním modelem je model MX5.

Tento model:

- splňuje veškeré technické i funkční parametry vysoutěženého modelu Z60,
- je plně kompatibilní s požadavky uvedenými ve výběrové dokumentaci,
- zachovává všechny výhody a kvality původně nabídnutého řešení.

Rádi bychom Vás proto požádali o schválení této změny a potvrzení, že dodávka může být realizována v náhradní podobě – tedy s modelem MX5.

Technická dokumentace k náhradnímu modelu je součástí tohoto oznámení.

Děkujeme za pochopení a jsme Vám k dispozici pro poskytnutí veškerých doplňujících informací.

V Pardubicích dne 4. června 2025

S pozdravem

Aplikační specialista

BIONIK Stapro Group s. r. o.

Na základě plné moci