


Kupní smlouva

*uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násled.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*


Smluvní strany:

Prodávající, jímž je:

obchodní firma: BERINGEI, s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 55/ 47, 639 00 Brno-střed - Štýřice
IČ : 48169731
DIČ: CZ 48169731
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75698
jehož jménem jedná: Ing. Milan Bučko
tel.: 
fax: 
bankovní spojení / číslo účtu: Československá obchodní banka a.s. / č.ú. 
(dále označován krátce též jako „**Prodávající**“)

a

Kupující, jímž je:

obchodní firma: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace.**
se sídlem: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
IČ : 00839205
DIČ: CZ00839205
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258
jehož jménem jednají: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
tel.: 
fax: 
bankovní spojení / číslo účtu: KB, a.s. č.ú.: 
(dále označován krátce též jako „**Kupující**“),

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikovaný(é) zdravotnický(é) přístroj(e) (dále jen „Přístroj“), a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo k Přístroji a dále závazek Kupujícího řádně a včas dodaný Přístroj převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky plnění, práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu **endoskopické vybavení, tj. elektrochirurgický generátor, typ: ESG-300 a oplachovou pumpu, typ: OFP-2**, jejichž přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy-, (dále jen „**Přístroj**“).

Prodávající prohlašuje, že v době dodání Přístroje bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat s Přístrojem, a zavazuje se, že převede na Kupujícího své vlastnické právo k Přístroji.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně s Přístroji veškeré doklady, které se k Přístroji vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Přístroje:

- návod k obsluze Přístroje v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD nebo USB ve formátu PDF),
- originál návod,
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.
- provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích.

III.

Termín plnění

Prodávající se zavazuje dodat Přístroj a veškeré doklady, které se k Přístroji vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 40 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy a Kupující se zavazuje dodaný Přístroj převzít.

Místem dodání Přístroje je Chirurgické oddělení, Nemocnice Vyškov, p. o., Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Přístroje dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení, tel. . Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Přístroj převzít.

Součástí plnění smlouvy je provedení instalace Přístroje vč. konfigurace, uvedení Přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky, vstupní validace a odzkoušení bezproblémového provozu za přítomnosti zaměstnance Obchodního oddělení a zaměstnance Chirurgického oddělení Kupujícího.

Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepíší při dodání předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Přístroje v průběhu záruční doby.

Okamžikem předání a převzetí Přístroje na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo k Přístroji a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Přístroji.

Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem

č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, vč. aktualizace příp. firmware, validace parametrů. Prodávající bude v záruční době tyto úkony provádět zdarma bez nutnosti vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Cena Zboží bez DPH	543 957,30 Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc devět set padesát sedm korun českých a třicet haléřů)
DPH 21% k ceně Zboží	112 463,70 Kč
DPH 12% k ceně Zboží	1 009,90 Kč
Celková cena vč. DPH	657 430,90 Kč (slovy: šest set padesát sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých a devadesát haléřů)

Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Přístroje, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace, vstupní validace, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Přístroje.

Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené ve výběrovém řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury - daňového dokladu. Fakturu - daňový doklad vystaví Prodávající po splnění dodávky a předání předmětu plnění Kupujícímu. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění Kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita zboží a odpovědnost za vady

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Přístroj zcela nový, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Přístroji, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.

Prodávající prohlašuje, že Přístroj, který dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné ve výběrovém řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Přístroje vybrána jako nejvhodnější.

Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva k Přístroji nebudou na Přístroji váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

Prodávající se zavazuje, že dodaný Přístroj (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání, způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Přístroje v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Přístroje.

Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Přístroje v době trvání záruky do 2 pracovních dnů od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Přístroj opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Přístroje uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Přístroje (např. nárok na náhradu škody).

VI.

Sankce a odstoupení od smlouvy

Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Přístroje řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Přístroj řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Přístroje nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadný Přístroj opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v délce trvání výpovědní lhůty 1 měsíc.

VII. Závěrečná ujednání

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že porozuměly jejímu obsahu, a že s obsahem souhlasí. Podepsání této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.

Prodávající uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí Kupující.

Příloha č. 1 – technická specifikace

V  Vyškově dne

V Brně dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA

Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk
Horák, MBA
Datum: 2025.07.15
07:33:24 +02'00'

.....
podpis kupujícího

Ing. Milan
Bučko

Digitally signed by
Ing. Milan Bučko
Date: 2025.07.07
09:11:50 +02'00'

.....
podpis prodávajícího

Příloha č. 1 – technická specifikace

P	N POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ
001.	elektrochirurgický generátor <i>Bližší specifikace položky:</i> požadovaná specifikace elektrochirurgického generátoru: vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu. Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje. Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci. - základní frekvence: 430 kHz, +- 20% - maximální VF příkon: min 120 W - nastavení VF příkonu (tlačítka +/-) 1-50W (1x stisknutí +/- 1W; od 50W výše (1x stisknutí +/- 5W) - ovládání výstupu nožním bezdrátovým spínačem s možností přepínání jednotlivých nastavení přímo na pedálu - dotykový odporový displej barevný – možnost ovládat i s chirurgickými rukavicemi - módy s automatickým přizpůsobením dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie - aktivace a přepínání módů pomocí bezdrátového nožního pedálu i v bipolárním režimu - vizualizace nastaveného výkonu ve Wattech - zobrazení chybových hlášení a postupem k nápravě v českém jazyce a se zvukovým upozorněním Monopolární módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: - čistý řezací mód - smíšený řezací mód - pulsní řezací a koagulační mód - pomalý - pulsní řezací a koagulační mód - rychlý pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity: - hluboká koagulace bez generování jisker - povrchová koagulace s omezenou schopností oddělování tkání - povrchová koagulace s vyšší schopností oddělování tkání - špičkové napětí pro povrchovou koagulaci bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání	Ks	1.00

	Bipolární módy pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty: - řezání s omezenou koagulací pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni - koagulace bez generování jisker pro kontrolované účinky v tkáni s detekcí automatického ukončení procedury - pro hloubkovou koagulaci v závislosti na odporu Bezpečnostní prvky - systém pro sledování kontaktu neutrální elektrody s případnou audiovizuální signalizací a výstupem na displej u špatně přilepených elektrod, určený k eliminaci popálenin vniklých neutrální elektrodou s ochranou přerušením el. okruhu při nedostatečném kontaktu s tělem pacienta; - optimalizace řezání bez počátečního zpoždění, bez nežádoucího termálního šíření; - možnost použití výstupního výkonu v úrovni tak nízké jak jen je možné a současně tak vysoké jak je nutné; - sensor sledující úniky proudů tzv. „falešné proudy“. Požadované příslušenství: - 1 x balení jednorázových neutrálních elektrod s integrovaným kabelem (15 ks) - 1 x monopolární HF kabel - 1 x nožní pedál bezdrátový - 1 x balení univerzální neutrální elektrody s integrovaným kabelem (15 ks) - 1 x kabel k opakovanému použití k neutrálním elektrodám pro stávající elektrochirurgický generátor na koloskopiích  ESG-300)		
002.	oplachová pumpa <i>Bližší specifikace položky:</i> požadovaná specifikace: endoskopická oplachová pumpa - rozměry: výška max 170 mm (max 220mm s kontejnerem na vodu) - šířka max 250 mm - hloubka max 390 mm - hmotnost max 4kg (s prázdným kontejnerem na vodu) - typ pumpy - peristaltický		

	- přívod vody - ovládán pneumatickým nožním spínačem nebo dálkově z endoskopu prostřednictvím Olympus videoprocesoru - maximální tlak menší než 1300 kPa - průtoková rychlost kontinuálně nastavitelná pro snižování/zvyšování průtoku v několika úrovních, ovládána z předního panelu, nastavení je uchováno v paměti dokud nedojde k vypnutí jednotky - indikátory průtokové rychlosti: LED kontrolky pro verifikaci vybraného nastavení u všech úrovní, zobrazují aktuální nastavení průtoku - maximální průtoky: 250 ml/min - pomocný oplachový kanál; 800 ml/min - pracovní kanál s průměrem 3,2 mm (bez zavedeného instrumentária) - součástí dodávky oplachové pumpy je i nožní spínač, elektrický kabel, kontejner na vodu, návod k použití Požadované příslušenství: - 1x irigační hadice pro vzduch, typ A - 1x adaptéry pro irigační hadice - 1x balení jednodenních oplachových hadic (10ks v balení) - 1x balení jednorázových adaptérů pro pomocný oplachový kanál (100 ks v balení)		
--	---	--	--

Technická specifikace

Elektrochirurgická jednotka ESG-300 (viz. Obr. 1)

Monopolární/bipolární vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka pro endoskopickou/ bronchoskopickou chirurgii. Použitelná pro endoskopické/ bronchoskopické přístroje. Možnost rozšíření o modul APU-300 umožňující argon plasma koagulaci.

vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy

typy módů 4 základní módy pro monopolární **řezání** s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- *Efekt 1,2,3 (Čistý řezací mód)*
- *Efekt 1,2,3,4,5 (Smíšený řezací mód)*
- *Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)*
- *Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)*

4 základní módy pro monopolární **koagulaci** s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- *Efekt 1,2,3,4,5 (Jemná koagulace)*
- *Efekt 1,2,3,4,5 (Silnější koagulace)*
- *Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)*
- *Efekt 1,2,3 (Sprejová koagulace)*

vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy

typy módů 1 základní mód pro bipolární **řezání** s nastavitelnými efekty:

- *Efekt 1,2,3*

3 základní módy pro bipolární **koagulaci** s nastavitelnými efekty:

- *Efekt 1,2,3*
- *Efekt 1,2,3*
- *Efekt 1,2,3*

základní frekvence - 430 kHz, +- 20%
maximální výstup - 120 W
ovládání výstupu - nožním **bezdrátovým** pedálem (viz. obr. 2).

váha - 11.98 Kg
rozměry (š/v/h) - 370/ 156/ 465 mm

nedílné příslušenství

- MAJ-860 A-cord (kabel k endoskopickým instrumentářiím) (viz. obr.3)
- neutrální pacientská elektroda s integrovaným kabelem (viz. obr.4)

kompatibilita S modulem APU-300 Argon plasma koagulace (viz. obr.5).

bezpečnostní prvky

- CQM (Contact Quality Monitor) - Měření aktuální impedance tkáně a následné přizpůsobení intenzity proudu aplikované do tkáně.
- HSCP (High Power Cut Support) – Optimalizuje řezání bez počátečního zpoždění
- FSM (Fast Spark Monitor) - Umožňuje použití výstupního výkonu v úrovni tak nízké jak jen je možné a současně tak vysoké jak je nutné
- LPS (Leakage Protection Sensor) – Sensor sledující úniky proudů tzv. „falešné proudy“

vlastnosti

- Dotykový odporový displej – možnost ovládat i s chirurgickými rukavicemi
- Ovládání bezdrátovým pedálem s možností přepínání jednotlivých nastavení jednotky přímo na pedálu
- Možnost customizovaného nastavení jednotlivých řezacích/koagulačních módů
- Sprejová koagulace pro výkony ESD (Endoskopická submukózní disekce) a POEM (per orální endoskopická myotomie)

Obr. 1 Elektrochirurgická jednotka ESG-300



Obr. 2 Nožní bezdrátový pedál



Obr. 3 MAJ-860 A-cord (kabel k endoskopickým instrumentářiím)



Obr. 4 Neutrální patientská elektroda bez kabelu/s integrovaným kabelem



Obr. 5 Olympus APU-300 Argon plasma koagulace



Technická specifikace

OFP-2 oplachovací vodní peristaltická pumpa – zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy.

Možnost připojení k zvláštnímu oplach. kanálu endoskopů Olympus řady 160, 180, 185, 190 a k pracovnímu kanálu všech ostatních endoskopů pomocí adaptéru MAJ 1616 a připojovací hadičky.

- *ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou*
- *kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka*
- *automatické vypnutí v případě prázdné nádoby*
- *okamžité vypnutí do stand-by režimu*
- *autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)*
- *průtok* max. 750ml/min přes pracovní kanál
- *průtok* max. 230ml/min přes přídavný oplach. kanál
- *nádoba na vodu* obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy
- *rozměr* š 200 x d 173 x h 385 mm
- *váha* 4 kg s prázdnou nádobou

Součástí dodávky je: adaptér pro pracovní kanál a hadice pro pracovní kanál

