

Cena: 112.000,- Kč

Praha dne: 27.6.2025

OBJEDNÁVKA č.:

14/06/25

Dodavatel: S-MEDICS, s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
IČ: 60465271
DIČ: CZ60465271

P. č.	Věc/obsah	Počet
	Objednáváme u vás:	
1.	Servisní oprava spiroergometru - výměna paramagnetického senzoru O2	1 x

Schvaluji:
Mgr. SOUMAR Libor, Ph.D.
ředitel

CASRI Praha

příspěvková organizace MO

Podbabská 3, Praha 6, 160 00
973 204 641, casri@casri.cz
IČO: 493 663 78, DIČ: CZ49366378

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sekera
Telefon: 973 204 644

výzkumný projekt č.: **VZ 106**

Fakturujte na adresu :
CASRI, příspěvková organizace MO
Podbabská 3
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 49366378
DIČ: CZ49366378

Bankovní spojení :
Česká národní banka
č. účtu: 31921881 / 0710



250260 - 25/234

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

EV. ČÍSLO 200250099

DODAVATEL: IČ: 60465271 DIČ: CZ60465271 S-medics, s.r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 <i>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26668</i> Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 273134370 / 0300 IBAN: CZ79 0300 0000 0002 7313 4370 BIC: CEKOCZPP	ODBĚRATEL: IČ: 49366378 DIČ: CZ49366378 CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu) Podbabská 1590/3 160 00 Praha 6 - Dejvice
Variabilní symbol: 200250099 Datum splatnosti: 28.08.2025 Datum vystavení: 29.07.2025 DUZP: 28.07.2025 Forma úhrady: Převodem	Objednávka: 14/06/25 Naše číslo zakázky: SM-SE-25-000074

Kat. číslo Název	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
C03218-01-12 Paramagnetické čidlo kyslíku	1 ks	88 000,00	88 000,00	21	106 480,00
9998-PRACE Práce servisního technika specialisty	2 ks	1 490,00	2 980,00	21	3 605,80
9998-CESTA-PRAHA Dopravné Praha	1 ks	900,00	900,00	21	1 089,00
Celkem			91 880,00		111 174,80

QR PLATBA



CELKEM K ÚHRADĚ V Kč

111 174,80

REKAPITULACE DPH		Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21 %	91 880,00	19 294,80	111 174,80
Celkem		91 880,00	19 294,80	111 174,80

Vystavil(a): Kremerová Monika
Telefon: +420 225 001 578
Email: monika.kremerova@stargen-eu.cz

*Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM, klientské číslo EK-F00031280
Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA, www.remasystem.cz*

511/600 / 321


Správnost údajů a nutnost nákupu
potvrzuji. Materiál byl vzat do evidence
pod číslem

DODAVATEL S-medics, s.r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 IČ: 60465271 DIČ: CZ60465271	Objednávka zákazníka 14/06/25 Ze dne 27.06.2025 Servisní smlouva č. Kontaktní osoba Tel.:
	ZÁKAZNÍK CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu) Podbabská 1590/3 160 00 Praha IČ: 49366378 DIČ: CZ49366378
Code SM-SE-25-000074 Typ výkazu Oprava	

ZAŘÍZENÍ	VÝROBNÍ ČÍSLO
Analyzátor plynů Quark CPET	2015070815

POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE
Chybná kalibrace kyslíku.
POPIS PRÁCE
Výměna kyslíkového čidla a nastavení, kontrola funkce. Analyzátor plynů Quark CPET(2015070815)-

PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY					
Kat.č.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
9998-CESTA-PRAHA	Dopravné Praha	1	ks	900.00	900.00
9998-PRACE	Práce servisního technika specialisty	2	ks	1490.00	2980.00
C03218-01-12	Paramagnetické čidlo kyslíku	1	ks	88000.00	88000.00
CELKEM					91880.00

UKONČENÍ PRÁCE	
Závěr:	
Ukončení práce: 28.07.2025 Technik: Jan Plevka Email: jan.plevka@s-medics.cz Mobil: 602262050	Podepisující: Email:
Podpis technika: 	Podpis: