

Příloha č. 2 servisní smlouvy č. xxxxx

SOUPIS SERVISNÍCH PRACÍ DLE TYPU DODANÝCH POLOŽEK**1. DIGESTOŘE****Servisní prohlídka digestoře MERCİ G**

- kontrola správnosti a kompletnosti vybavení
- kontrola celkového stavu a funkce digestoře
- kontrola korpusu digestoře na poškození a korozi
- kontrola elektroinstalace včetně elektrozásuvek a dotažení svorek
- kontrola a přeměření zemnicích bodů ve vnitřním pracovním prostoru digestoře
- kontrola těsnosti a stavu napojení vzduchotechniky
- kontrola a vyčištění odtahové štěrby a kontrola stavu skrytého korpusu
- kontrola přísavací štěrby pracovní desky a čelního krytu desky a její vyčištění
- kontrola kvality a těsnosti spár korpusu a pracovní desky digestoře a jejich případné přetěsnění
- kontrola a případná výměna lankového zavěšení bezpečnostního okna
- kontrola funkčnosti bezpečnostního okna a posuvných skel a vyčištění vodících profilů
- kontrola funkcí elektropohonu bezpečnostního okna
- kontrola funkce bezpečnostní optické závory okna
- kontrola funkce pohybového snímače obsluhy
- kontrola funkcí nožního ovládání bezpečnostního okna
- kontrola a vyčištění osvětlení digestoře
- kontrola funkce a těsnosti odpadní vaničky a odpadního vedení
- kontrola těsnosti rozvodů kapalných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola těsnosti rozvodů plyných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkce a těsnosti ventilů a výstupních olivek kapalných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkce a těsnosti ventilů a výstupních olivek plyných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkcí alarmů bezpečnostního okna a nedostatečného průtoku vzduchu
- kontrola a vyčištění čidla alarmu průtoku vzduchu
- kontrolní měření průtoku vzduchu digestoří v rovině bezpečnostního okna (nevalidované)
- kontrola funkčnosti podskříňky pod pracovní deskou digestoře (viz. samostatný výpis níže)
- kontrola označení příslušnými bezpečnostními značkami
- kontrola zaškolení obsluhy
- vyznačení příští servisní kontroly a vylepení servisního štítku

Servisní prohlídka podskříňky pod pracovní deskou digestoře (dle typu určení skříňky) - mimo bezpečnostní skříň s požární odolností (ty uvedeny samostatně)

- vizuální kontrola ustavení
- kontrola funkce dveří a zásuvek
- kontrola a seřízení spár dveří
- kontrola připevnění úchytek a madel
- kontrola funkce zámků

- kontrola záchytných van
- kontrola a vyčištění odtahových štěrbin
- kontrola těsnosti a stavu napojení vzduchotechniky
- kontrola funkce odtahu podskříňky dle předpisu pro daný typ
- kontrola označení příslušnými bezpečnostními značkami

Požadovaná frekvence periodických preventivních prohlídek: 1x za rok

2. SPECIÁLNÍ SKŘÍNĚ NA KYSELINY A LOUHY A CHEMIKÁLIE

Servisní prohlídka speciálních skříní

- kontrola správnosti a kompletnosti vybavení
- kontrola stavu poškození vnějších a vnitřních ploch
- kontrola kovových částí na poškození a korozi
- kontrola funkce dveří a zásuvek včetně kontroly závěsů a výsuvných lišt zásuvek
- kontrola a seřízení spár dveří a čel zásuvek
- kontrola poškození a těsnosti záchytných van
- kontrola funkce zámků
- kontrola připevnění úchytek a madel
- kontrola a vyčištění odtahových štěrbin
- kontrola těsnosti a stavu napojení vzduchotechniky
- kontrola funkcí a nastavení odtahových jednotek (*zvláštní samostatné příslušenství*)
- kontrola funkce odtahu skříně dle předpisu pro daný typ
- kontrola označení příslušnými bezpečnostními značkami
- kontrola zaškolení obsluhy
- vyznačení příští servisní kontroly a vylepení servisního štítku

Požadovaná frekvence periodických preventivních prohlídek: 1x za rok