

Příloha č. 1 ZD – specifikace předmětu plnění

Oddělení standardní ošetrovatelské péče – mezi tato oddělení řadíme terapeutická oddělení, resocializační oddělení následné péče s klidnými pacienty. Na těchto odděleních jsou léčeni pacienti, jimž je poskytována základní ošetrovatelská péče zaměřená jednak na somatickou oblast a hlavně stabilizaci psychického stavu a zároveň zde může probíhat psychická rehabilitace s nácvikem podmínek v přirozeném prostředí pacientů.

Pacienti na jmenovaných odděleních jsou již většinou po somatické i psychické stránce základně stabilizováni a bez projevů neklidu a nespolupráce, bez tendencí poškozovat vybavení oddělení.

1) Psychiatrické lůžko - specifikace

- 1.1 Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě)
- 1.2 Registrace lůžka jako zdravotnického prostředku dle MDR (Medical Device Regulation)
- 1.3 Nosnost lůžka minimálně 200kg
- 1.4 Lůžko musí splňovat minimální hmotnost pacienta 160kg
- 1.5 Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 85cm
- 1.6 Maximální vnější rozměry 85 x 210 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu
- 1.7 Ložná plocha minimálně 2 díly z pevných neodnímatelných kovových lamel
- 1.8 Šířka lamel ložné plochy minimálně 8cm (dobrá čistitelnost)
- 1.9 Délka zádového dílu min. 70cm
- 1.10 Výška ložné plochy 45cm +/- 2cm
- 1.11 Polohování zádového dílu mechanicky
- 1.12 Rozsah polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice min. 0° - 70°
- 1.13 Hlavové a nožní čelo z masivu s výplní lamino, čela pevná neodnímatelná
- 1.14 Kolečka o průměru minimálně 150mm s centrální brzdou a aretací přímého směru
- 1.15 Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka
- 1.16 Čtyři (4)x univerzální držák příslušenství (v každém rohu lůžka)
- 1.17 Možnost uchycení fixačních pásů pro neklidné pacienty
- 1.18 Spojovací materiál lůžka upravený pro potřeby psychiatrie
- 1.19 Jednodílné ¾ kovové postranice, sklopné podél lůžka, odnímatelné bez nutnosti montáže
- 1.20 Výška postranic nad ložnou plochou minimálně 45cm



1.21 Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín

1.22 Dekor čel dle vzorníku dodavatele

Bude požadován vzorek!

2) Matrace – specifikace

2.1 Pasivní zónová matrace

2.2 Nosnost matrace 180-200kg

2.3 Výška matrace min. 12 cm, max. 15 cm

2.4 Šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek

2.5 Vícevrstvá matrace, objemová hmotnost pěn min 40 kg/m³

2.6 Potah matrace voděodolný, paroproustný, antibakteriální, snímatelný, odolnost vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům.

Bude požadován vzorek!

3) Oboustranný noční stolek, pečovatelský - specifikace

3.1 Noční stolek pro pacienty PNB

3.2 Vrchní deska nočního stolku vyrobená z plastu se zvýšeným okrajem po celém obvodu zamezující pádu předmětů,

3.3 Konstrukce nočního stolku musí být ucelená, stabilní (bez jakýchkoliv výkyvů) a bezpečná pro pacienta, nezvyšuje riziko pádu

3.4 Oboustranné otvírání nočního stolku (jak zásuvky, tak spodní skříňky),

3.5 Zásuvka musí být zabezpečena proti náhodnému vypadnutí,

3.6 Veškerá manipulace a nastavení stolku musí být snadno proveditelná jednou osobou (sestrou/pacientem).

3.7 Korpus nočního stolku vyrobený z:

3.7.1 dřevotřískového lamina o tloušťce minimálně 18 mm,

3.7.2 veškeré řezné hrany musí být opatřeny minimálně 0,5 mm silnou ABS hranou,

3.7.3 lepení všech ABS hran musí být pomocí polyuretanového lepidla, odolné proti vlhkosti a běžně používaným dezinfekcím,

3.7.4 čtyři (4) ks dvojitého koleček o průměru minimálně 65 mm

3.7.5 jeden (1) kus kovového držáku na ručník s povrchovou úpravou jako součást každého nočního stolku,



3.7.6 noční stolek musí být snadno čistitelný a odolný proti desinfekci,

3.8 Doporučené provedení, uspořádání nočního stolku:

3.8.1 v horní části zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky, prostor pro obuv ve spodní části stolku

3.8.2 prostor za dvířky musí být uzpůsoben tak, aby zde byl prostor pro uložení PET lahve o výšce min. 36 cm.

3.9 Rozměry nočního stolku: Výška: 40 x 50 x 80 cm, u veškerých těchto rozměrů je povolena tolerance +/- 2cm.

3.10. Dvojitá bržděná kolečka o průměru min 65mm

3.11. Dekor dle vzorníku dodavatele, shodný s lůžky

