

Analýza krevních biomarkerů neurodegenerace – technické & obchodní podmínky

Projekt OP JAK CZ.02.01.01/00/23_025/0008726

Základní požadavky

Poptávka služby analýzy krevních vzorků za účelem stanovení koncentrace biomarkerů neurodegenerace.

Povinné parametry

Služba musí být schopna analyzovat krevní vzorky za účelem stanovení koncentrace markerů neurodegenerace, předně protein pTau 217, NfL a GFAP. Detailní specifikace je umístěna níže.

Funkční charakteristiky (Nabídky musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)	Požadovaná hodnota	Nabídka dodavatele (vyplní uchazeč)
Analýza markerů z krevního séra	Ano	ANO Sérum nebo EDTA plazma (p-Tau 217 z EDTA plazmy) (Nf-Light z EDTA plazmy nebo séra) (GFAP z EDTA plazmy nebo séra)
Potřebná velikost vzorku	max. 5 ml	Max. 3 ml p-Tau 217 – 1 ml EDTA plazmy) Nf-Light – 1 ml EDTA plazmy nebo séra GFAP – 1 ml EDTA plazmy nebo séra
Stanovení koncentrace markeru pTau 217 (Phosphorylated TAU 217 protein)	Ano	ANO
Stanovení koncentrace markeru GFAP (Glial fibrillary acidic protein)	Ano	ANO
Stanovení koncentrace NfL (Neurofilament light chains)	Ano	ANO
Předání vzorků	Doručovací služba	Vlastní doprava dodavatele
Technologie zpracování vzorků	SIMOA	ANO
Termín dodání	30 dní od doručení vzorků	ANO
Odhadovaný počet vzorků	144	152
Množství analyzovaných vzorků jedním kitem	76	76

Forma výstupu analýz	Hodnoty koncentrací a jejich validita	ANO
----------------------	---------------------------------------	-----

Uchazeč níže uvede nabídkovou cenu za provedení díla v **Kč bez DPH**, místo provedení díla a kontaktní osobu.

Cena za analýzu jednoho vzorku	4 112,00 Kč
Místo provádění díla (adresa pro přijetí vzorku)	BioTech a.s. Kramolínská 955, Letňany 199 00 Praha 9
Kontaktní osoba pro provádění díla	RNDr. xxxxxxxx

Dodavatel (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude ve všech ohledech v souladu s výše uvedenými požadavky objednatele. Pokud se v průběhu přípravy nebo realizace dodávky ukáže, že je nezbytné dodat další zařízení, komponenty či příslušenství, nebo provést jakékoli další služby či práce, aby byly splněny požadavky objednatele uvedené v této specifikaci, dodavatel se tímto zavazuje taková zařízení dodat a tyto práce nebo služby provést jako součást původní dodávky dle uzavřené smlouvy, a to bez navýšení kupní ceny.

Sankční ujednání:

V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany dodavatele je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Účinnost smlouvy:

Smluvní strany, berou na vědomí, že se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“). Smlouva nabývá účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv do 31.12.2028.