

# SERVISNÍ SMLOUVA

na provádění servisních služeb zdravotnických prostředků dodaných v rámci investiční akce  
„VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení - nákup“ v rámci části veřejné zakázky č. 4 s  
názvem: Anesteziologický přístroj

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### OBJEDNATEL:

#### Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno  
Zastoupený: plk. gšt. MUDr. Petrem Králem, MBA, ředitelem  
IČO: 60555530  
DIČ: CZ60555530  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### POSKYTOVATEL:

#### medisap,s.r.o.

Sídlo: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
Zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti  
IČ: 48029360  
DIČ: CZ48029360  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, servisní smlouvu tohoto znění:

## PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-029291, pod názvem „VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení - nákup“, v rámci části veřejné zakázky č. Z2025-029291 s názvem: „VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení - nákup“ v rámci části veřejné zakázky č. 4 s názvem: Anesteziologický přístroj (dále jen „zadávací řízení“), v němž Poskytovatel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

V souvislosti s předmětem plnění byla mezi smluvními stranami uzavřena kromě této Servisní smlouvy také Kupní smlouva, upravující podmínky dodání zdravotnických prostředků podle přílohy č. 1. této smlouvy (dále jen „KUPNÍ SMLOUVA“).

## VYMEZENÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH POJMŮ

Dle zákona č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, je třeba provádět na zdravotnické prostředky povinné pravidelné bezpečnostní kontroly (BTK). Dle požadavku MO ČR je Objednatel povinen mít provedené elektrické revize u všech zdravotnických prostředků, a to i u zdravotnických prostředků, u nichž se dle zákona č. 375/2022 Sb. a ČSN EN 62353 ED.2 elektrevize neprovádí.

## II. ZMĚNA POSKYTOVATELE

1. Zdravotnické prostředky, na kterých mají být podle této smlouvy prováděny záruční a pozáruční servisní služby byly pořízeny v rámci veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy, přičemž Poskytovatel dodal Objednateli zdravotnické prostředky specifikované v **příloze č. 1** této smlouvy. Protože v závislosti na výsledku zadávacího řízení může nastat situace, kdy Poskytovatel sám není výrobcem zdravotnických prostředků a sám není bez využití poddodavatele kvalifikovaným poskytovatelem záručních a pozáručních servisních služeb, které mají být prováděny na dodaných zdravotnických prostředcích, umožnil Objednatel změnu dodavatele, kterou si vyhradil podle § 100 odst. 2 zákona č. 137/2016 Sb. v zadávacím řízení takto:

### **VYHRAZENÁ ZMĚNA DODAVATELE**

- 1) Vyhrazená změna dodavatele se vztahuje pouze na provádění servisních služeb zdravotnických prostředků.
  - 2) Změna dodavatele může být provedena v rámci provádění záručních i pozáručních servisních služeb.
  - 3) Novým dodavatelem může být pouze osoba certifikovaná výrobcem pro provádění servisu na daném zdravotnickém prostředku (vždy musí být doloženo certifikátem).
  - 4) Nový dodavatel musí bez dalších výhrad a změn převzít závazky, ke kterým se zavázal Poskytovatel ve smlouvě uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení.
  - 5) Pokud Objednatel neuplatní vyhrazenou změnu dodavatele, nebo pokud Poskytovatel nezajistí, aby nový dodavatel převzal závazky Poskytovatele, je povinen závazky vyplývající ze servisních služeb splnit Poskytovatel.
2. Na základě vyhrazené změny závazku může být v této smlouvě uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem změněn Poskytovatel za nového dodavatele, tj. může být tato smlouva při zachování jejího textu převedena „cedována“ na jiného dodavatele/poskytovatele, který je dále označen jako „Nový poskytovatel“.
  3. Na základě vyhrazené změny dodavatele podle čl. II. odst. 1 této smlouvy se předpokládá, že:
    - 1) Poskytovatel, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy, bude nahrazen esí této smlouvy za Nového poskytovatele.
    - 2) Nový poskytovatel převezme od Poskytovatele závazky podle této smlouvy, s čímž vysloví souhlas.
    - 3) Pokud Nový poskytovatel nepřevzme od Poskytovatele závazky podle této smlouvy, je povinen je zajistit sám Poskytovatel.

## III. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je úplná, řádná a včasná záruční a pozáruční servisní činnost Poskytovatele k zajištění řádného a bezporuchového provozu zdravotnického prostředku včetně jeho příslušenství podle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „zdravotnický prostředek“) a provedení s tím souvisejících činností.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že pořízení zdravotnického prostředku je spolufinancováno za účasti finančních prostředků státní dotace a uzavírá tuto smlouvu s vědomím nutnosti dostát všem závazkům ze smlouvy vyplývajícím řádně a včas, a to při současném respektování požadavků poskytovatele dotace.
3. Poskytovatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
  - 3.1. má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;
  - 3.2. uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajících z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu;
  - 3.3. disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a po vzájemném projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

## IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

### IV.1. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ SERVIS

1. Předmětem této smlouvy je provádění bezplatného komplexního záručního servisu Poskytovatelem (dále jen „servisní služby v záruční době“) po dobu záruční doby **na zdravotnické prostředky** podle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Záruční doba na zdravotnické prostředky podle **přílohy č. 1** této smlouvy je sjednána v KUPNÍ SMLOUVĚ na 24 měsíců od předání díla podle KUPNÍ SMLOUVY. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl zdravotnický prostředek nebo jeho část podle této smlouvy užívat pro vady zjištěné v záruční době, za které odpovídá Poskytovatel. Pro ty součásti zdravotnického prostředku, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Poskytovatelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
3. Po dobu záruční doby zodpovídá Poskytovatel za kvalitu, provozuschopnost, správnou funkci zdravotnického prostředku tak, aby zdravotnický prostředek mohl sloužit k účelu, pro který byl Objednatelem pořízen. Poskytovatel nese veškeré náklady vyplývající z provádění servisních služeb v záruční době.
4. Servisní služby v záruční době budou Poskytovatelem prováděny v rozsahu v rozsahu nutném pro řádný a bezporuchový provoz zdravotnického prostředku podle technické dokumentace výrobce zdravotnického prostředku a platných právních předpisů. Poskytovatel se zavazuje, že bude pro Objednatele řádně vykonávat servisní služby v záruční době, které zahrnují zejména:
  - a) zajištění veškerých výrobcem předepsaných, pravidelných i nepravidelných provozních kontrol v souladu s legislativou platnou pro zdravotnická zařízení (zákon č. 375/2022 Sb, ČSN atd.),
  - b) opravy Objednatelem reklamovaných poruch a závad zdravotnického prostředku a jeho uvedení do stavu plné využitelnosti vzhledem k jeho technickým parametrům, vč. kompletní práce techniků Poskytovatele v rámci provádění pozáručního servisu, včetně dopravy do místa sídla Objednatele, včetně času stráveného na cestě
  - c) dodávky a instalace prvků pro provádění výrobcem předepsané údržby zdravotnického prostředku (určených k pravidelné výměně), dodávky a zabudování veškerého spotřebního materiálu, náplní a náhradních dílů pro opravy zdravotnického prostředku, nezbytné k řádnému a bezporuchovému provozu zdravotnického prostředku po dobu trvání záruční doby podle této smlouvy,
  - d) poskytování telefonické podpory v českém jazyce v pracovní dny
  - e) zaškolení personálu na vyžádání Objednatele, 1 x do roka na náklady Poskytovatele
  - f) provádění aktualizace zdravotnického prostředku dle výrobcem vydaných upgrade počítačového systému a softwarové modifikace na odpovídající standard v dané době (pokud je SW součástí zdravotnického prostředku),
5. Servisní služby v záruční době zahrnují všechny náklady Poskytovatele, zejména:
  - náklady Poskytovatele na řešení reklamovaných vad zdravotnického prostředku v záruční době, vč. nákladů na náhradní díly, které musely být v rámci reklamace zdravotnického prostředku opraveny nebo nahrazeny,
  - provedení veškerých servisních zásahů prováděných servisním technikem vč. nákladů na práci servisního technika, jeho dopravu do sídla Objednatele a zpět vč. času stráveného na cestě,
  - náklady na provádění BTK, a dalších výrobcem a právními předpisy předepsaných kontrol a revizí,
  - náklady na další zaškolení obsluh (nad rámec zaškolení obsluh, které byly provedeny při předání a převzetí zdravotnického prostředku v rámci stavby), a to v rozsahu 1x za rok,
  - náklady na provádění telefonické podpory.
6. Objednatel se zavazuje k provedení servisních služeb v záruční době činnosti poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, zejm. poskytnout přístup ke zdravotnickému prostředku.
7. Objednatel oznámí zjištěné závady zdravotnického prostředku nebo provedených servisních služeb v záruční době Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to na kontaktní údaje Poskytovatele, které jsou uvedeny v **příloze č. 2** této smlouvy. Na základě oznámení Objednatele Poskytovatel následně informuje Objednatele o době nástupu k odstranění závady a to tak, aby dodržel lhůty dle čl. V. odst. 2.1 a 2.2. této smlouvy. Poskytovatel bezodkladně písemně potvrdí Objednateli přijetí oznámení o závadě. Pokud nedorazí k bezodkladnému písemnému potvrzení oznámení, považuje se toto

oznámení za doručené v 18:00 hodin dne kdy bylo zasláno ze strany Objednatele.

8. Poskytovatel se zavazuje v rámci servisních služeb v záruční době použít vždy originální díl, nebo díl plně funkčně kompatibilní, pokud se originální díl již nevyrábí, vždy se však musí jednat o díl nový, nerepasovaný a nepoužitý.
9. Po ukončení každé dílčí servisní služby v záruční době Poskytovatel vystaví a podepíše servisní výkaz/protokol o provedení BTK, v němž uvede specifikaci provedené servisní služby v záruční době, zjištěné závady, seznam použitých a instalovaných náhradních dílů s plným názvem a případně popisem (v případě cizojazyčného názvu a popisu dílu včetně překladu do českého jazyka) a potvrdí, že zdravotnický prostředek je způsobilý k řádnému provozu. Servisní výkaz potvrdí Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce uvedený v **příloze č. 3** této smlouvy.
10. Poskytovatel se zavazuje dodat Objednateli aktuální technickou a provozní dokumentaci zdravotnického prostředku (pokud ji nepředal Objednateli již dříve) a aktualizovat tuto dokumentaci souběžně se zaváděním konstrukčních a softwarových změn a nových modelů. Veškerá dokumentace bude dodávána v českém jazyce.
11. **Důvěrnost**  
Objednatel se zavazuje, že veškeré mu svěřené dokumenty, know-how, marketingové informace a podobné informace, týkající se zdravotnického prostředku, bude považovat za důvěrné a nebude je předávat třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele, s výjimkou pracovníků, kteří takové informace potřebují k plnění svých služebních povinností. Informace, které jsou veřejně známé z tištěných publikací nebo jsou obecně známé jiným způsobem, nejsou považovány za důvěrné informace.
12. Poskytovatel se zavazuje sledovat lhůty pro provádění pravidelné preventivní údržby zdravotnického prostředku, uvědomit Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o termínu provedení preventivní údržby a v oznámeném termínu preventivní údržbu zdravotnického prostředku provést. Tuto činnost bude provádět Poskytovatel i bez výzvy Objednatele. Maximálně 30 dní před skončením záruční lhůty je Poskytovatel povinen provést veškeré pravidelné kontroly dle legislativy a provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů, bez ohledu na stanovenou periodu jejich opakování, a to bezplatně.
13. Pracovníci Poskytovatele se v případě provádění servisních služeb v záruční době v místě plnění zavazují dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy požární ochrany Objednatele.
14. Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se Poskytovatel dodat Objednateli bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na Objednatele.
15. V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je Poskytovatel povinen na vyžádání Objednatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroj.
16. Poskytovatel zpracuje a Objednateli při zahájení provádění servisních služeb v záruční době předá dokumentaci údržby, která bude obsahovat minimálně (i) předepsané revize pro jednotlivé součásti zdravotnického prostředku, vč. lhůt jejich obnovy, (ii) plán preventivních prohlídek a (iii) seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé části zdravotnického prostředku vč. lhůt jejich obnovy.

## IV.2. POZÁRUČNÍ SERVIS

1. Předmětem této smlouvy je provádění komplexního pozáručního servisu, který spočívá v provádění pravidelné technické údržby, odstraňování případných závad, včetně dodávek náhradních dílů, a případných upgrade dodaného zdravotnického prostředku včetně veškerého jeho příslušenství v místě plnění tak, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost v souladu se všemi právními předpisy.
2. Servisní činnost bude Poskytovatelem prováděna v rozsahu nutném pro řádný a bezporuchový provoz zdravotnického prostředku podle technické dokumentace výrobce zdravotnického prostředku a platných právních předpisů (dále jen „servisní služby“). Poskytovatel se zavazuje, že bude pro Objednatele řádně vykonávat servisní služby, které jsou předmětem této smlouvy a Objednatel se zavazuje, že řádně provedené servisní služby převezme a zaplatí Poskytovateli cenu touto smlouvou sjednanou.
3. Servisní služby v rámci pozáručního servisu zahrnují zejména:

- a) zajištění veškerých výrobcem předepsaných, pravidelných i nepravidelných provozních kontrol v souladu s legislativou platnou pro zdravotnická zařízení (zákon č. 375/2022 Sb, revize atd.),
  - b) opravy poruch a závad zdravotnického prostředku a jeho uvedení do stavu plné využitelnosti vzhledem k jeho technickým parametrům, vč. kompletní práce techniků Poskytovatele v rámci provádění pozáručního servisu, včetně dopravy do místa sídla Objednatele a včetně času stráveného na cestě.
  - c) dodávky a instalace prvků pro provádění výrobcem předepsané údržby zdravotnického prostředku (určených k pravidelné výměně), dodávky a zabudování veškerého spotřebního materiálu, náplní a náhradních dílů pro opravy zdravotnického prostředku, nezbytné k řádnému a bezporuchovému provozu zdravotnického prostředku po dobu trvání této smlouvy, výměny těch prvků či součástí dodaného zdravotnického prostředku, které dosáhnou hranice životnosti a které bude tedy nutné pořídit k zajištění řádné a bezvadné funkce dodaného zdravotnického prostředku po dobu trvání této smlouvy.
  - d) provádění aktualizace zdravotnického prostředku dle výrobcem vydaných upgrade počítačového systému a softwarové modifikace na odpovídající standard v dané době (pokud je SW součástí zdravotnického prostředku),
  - e) poskytování telefonické podpory v českém jazyce v pracovní dny.
  - f) zaškolení personálu na vyžádání Objednatele, 1 x do roka na náklady Poskytovatele
4. V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je Poskytovatel povinen na vyžádání bezplatně zapůjčit Objednateli náhradní přístroj.
5. Poskytovatel se zavazuje sledovat lhůty pro provádění pravidelné preventivní údržby zdravotnického prostředku, uvědomit Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o termínu provedení preventivní údržby a v oznámeném termínu preventivní údržbu zdravotnického prostředku provést. Tuto činnost bude provádět Poskytovatel i bez výzvy Objednatele.
6. Objednatel se zavazuje k provedení servisních služeb činnosti poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, zejm. poskytnout přístup ke zdravotnickému prostředku.
7. Objednatel oznámí zjištěné závady zdravotnického prostředku nebo provedených servisních služeb Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to na kontaktní údaje Poskytovatele, které jsou uvedeny v **příloze č. 2** této smlouvy. Na základě oznámení Objednatele Poskytovatel následně informuje Objednatele o době nástupu k odstranění závady a to tak, aby dodržel lhůty dle čl. V. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. V případě, že cena opravy překročí 10 000 Kč vč. DPH je nutné si nejprve nechat cenovou nabídku odsouhlasit Objednatel. Poté až je možno zahájit opravu. Poskytovatel bezodkladně písemně potvrdí Objednateli přijetí oznámení o zjištění závady. Pokud nedojde k bezodkladnému písemnému potvrzení oznámení, považuje se toto oznámení za doručené v 18:00 hodin dne kdy bylo zasláno ze strany Objednatele.
8. Poskytovatel se zavazuje v rámci servisních služeb použít vždy originální díl, nebo díl plně funkčně kompatibilní, pokud se originální díl již nevyrobí, vždy se však musí jednat o díl nový, nerepasovaný a nepoužitý.
9. Po ukončení každé dílčí servisní služby Poskytovatel vystaví a podepíše servisní výkaz, v němž uvede specifikaci provedené servisní služby, zjištěné závady, seznam použitých a instalovaných náhradních dílů s plným názvem a případně popisem (v případě cizojazyčného názvu a popisu dílu včetně překladu do českého jazyka) a potvrdí, že zdravotnický prostředek je způsobilý k řádnému provozu. Servisní výkaz potvrdí Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce uvedený v **příloze č. 3** této smlouvy.
10. Poskytovatel se zavazuje dodat Objednateli aktuální technickou a provozní dokumentaci zdravotnického prostředku (pokud ji nepředal Objednateli již dříve) a aktualizovat tuto dokumentaci souběžně se zaváděním konstrukčních a softwarových změn a nových modelů. Veškerá dokumentace bude dodávána v českém jazyce.
11. **Důvěrnost**  
Objednatel se zavazuje, že veškeré mu svěřené dokumenty, know-how, marketingové informace a podobné informace, týkající se zdravotnického prostředku, bude považovat za důvěrné a nebude je předávat třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele, s výjimkou pracovníků, kteří takové informace potřebují k plnění svých služebních povinností. Informace, které jsou veřejně známé z tištěných publikací nebo jsou obecně známé jiným způsobem, nejsou považovány za důvěrné informace.
12. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti při provádění servisních služeb za podmínek v ní stanovených.

13. Pracovníci Poskytovatele se v případě provádění servisních služeb v místě plnění zavazují dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy požární ochrany Objednatele.

#### **IV.3. PODMÍNKY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

1. Objednatel má právo reklamovat:
  - 1.1. Vady zdravotnického prostředku zjištěné v záruční době podle čl. IV.1. odst. 2 této smlouvy.
  - 1.2. Vady provedených servisních služeb v záruční době podle čl. IV.1. této smlouvy.
  - 1.3. Vady provedených pozáručních servisních služeb podle čl. IV.2. této smlouvy.
2. Objednatel uplatní reklamaci na kontaktních místech Poskytovatele podle přílohy č. 2 této smlouvy.

#### **IV.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

1. Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu poskytování servisních služeb podle čl. IV.2. této smlouvy spočívající v navýšení počtu zdravotnických prostředků podle **přílohy č. 1** na kterých je servisní činnost prováděna, a to za splnění následujících podmínek:
  - a) Jedná se o totožný typ přístroje (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství);
  - b) navýšení ceny paušálního plnění podle v čl. VII. odst. 2.1 této smlouvy za rozšíření servisních služeb musí v poměru odpovídat počtu navýšení zdravotnických prostředků na kterých bude servisní činnost nově prováděna. Za provádění servisních služeb a dodání náhradních dílů neobsažených v čl. VII. odst. 2.1. se uplatní jednotkové ceny podle v čl. VII. odst. 2.2 až odst. 2.3 této smlouvy.
  - c) změna závazku musí být sjednána mezi smluvními stranami dodatkem ke smlouvě;
  - d) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky;

### **V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DOBA PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB V ZÁRUČNÍ DOBĚ, DOBA PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB V POZÁRUČNÍ DOBĚ**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu:
  - 1.1. Provádění servisních služeb v záruční době:

Po dobu 24 měsíců od předání zdravotnického prostředku Objednateli. Ode dne předání zdravotnického prostředku běží jeho záruční doba a doba provádění servisních služeb v záruční době.
  - 1.2. Provádění servisních služeb po skončení záruční doby:

Po dobu 60 měsíců po skončení záruční doby dodaného zdravotnického prostředku. Pokud smluvní strana minimálně 3 měsíce před koncem doby trvání smlouvy neoznámí druhé smluvní straně, že na ukončení smlouvy trvá, platí, že doba trvání smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně po dobu morální životnosti zdravotnického prostředku.
2. Poskytovatel se zavazuje po dobu provádění servisních služeb v záruční době podle čl. V. odst. 1.1. této smlouvy a po dobu provádění servisních služeb podle čl. V. odst. 1.2. této smlouvy:
  - 2.1. K nástupu na zahájení odstranění závady maximálně do 24 hodin od jejího nahlášení Objednatel, pokud se Poskytovatel a Objednatel podle povahy závady písemně nedohodnou na lhůtě odlišné.
  - 2.2. K odstranění závady:
    - 2.2.1. Maximálně do 48 hodin od nástupu na zahájení odstranění závady, pokud jde o závadu zdravotnického prostředku v záruční době nebo o závadu zdravotnického prostředku vzniklou po skončení záruční doby bez zavinění Objednatele.

Smluvní strany mohou písemně sjednat dobu jinou v konkrétním případě, pokud nebude možné sjednanou dobu na straně Poskytovatele dodržet (např. v případě potřeby dodávky unikátního náhradního dílu).
    - 2.2.2. Maximálně do 48 hodin od nástupu na zahájení odstranění závady, pokud jde o závadu zdravotnického prostředku v záruční době nebo o závadu zdravotnického prostředku vzniklou po skončení záruční doby a požadovaná oprava není záruční opravou ani reklamací zdravotnického prostředku, ale vznikla zaviněním na straně Objednatele.

Smluvní strany mohou písemně sjednat dobu jinou v konkrétním případě, pokud nebude možné sjednanou dobu na straně Poskytovatele dodržet (např. v případě potřeby dodávky unikátního náhradního dílu).

- 2.3. K poskytování telefonické podpory v českém jazyce v pracovní dny v době od 7<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> hodin.

## VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy s výjimkou pozáručních oprav, které bude z technických důvodů nutno provádět v sídle Poskytovatele či v místě Poskytovatelem určeném.

## VII. CENA SERVISNÍCH SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provádění servisních služeb podle čl. IV.2. je stanovena na základě NABÍDKY, kterou podal Poskytovatel v zadávacím řízení.
2. Cena za provádění servisních služeb podle čl. IV.2. se vypočte z následujících údajů:
  - 2.1. Fixní roční cena za povinné prohlídky zdravotnického prostředku podle zákona o zdravotnických prostředcích (BTK a veškeré nutné revize), vč. náhradních dílů, které se mění pravidelně v rámci povinných prohlídek zdravotnického prostředku dle doporučení výrobce zdravotnického prostředku ve výši:  
**36 000 Kč bez DPH/rok**  
Ve fixní ceně jsou zahrnuty také náklady:
    - a) za cenu práce servisních a revizních techniků,
    - b) náklady na dopravu servisních a revizních techniků do sídla Objednatel,
    - c) poskytování telefonické podpory podle čl. IV.2. odst. 3 písm. e) této smlouvy.
    - d) zaškolení obsluhy
  - 2.2. Jednotková cena za provádění servisních služeb neobsažených v čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy servisním technikem ve výši:  
**1 960 Kč bez DPH/hod.**
  - 2.3. Jednotková cena za servisní výjezd servisního technika (dopravní náklady) při poskytování servisních služeb neobsažených v čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy ve výši:  
**18 Kč bez DPH/1 km** cesty tam i zpět, přičemž vzdálenost servisního střediska Poskytovatele od sídla Objednatel je 60 km.  
Smluvní strany sjednávají, že maximální počet km, které může Poskytovatel účtovat Objednateli za 1 výjezd k servisnímu zásahu je shodný se vzdáleností ze servisního střediska Poskytovatele do sídla Objednatel podle tohoto odstavce. Na základě tohoto ujednání stanovil Poskytovatel, že maximální možná cena za 1 výjezd (tam i zpět) je **1000 Kč bez DPH.**
  - 2.4. Cena při servisním zásahu použitých náhradních dílů, které nejsou zahrnuty v ceně podle čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy, za ceny podle aktuálního ceníku Poskytovatele a poskytne na ně slevu ve výši **10 %**. V případě, že cena opravy překročí 10 000 Kč vč. DPH, musí Poskytovatel předložit Objednateli cenovou nabídku, kterou musí odsouhlasit Objednatel. Až poté je možno zahájit opravu.
3. Pro vyloučení všech pochybností bude Poskytovatel účtovat a Objednatel platit cenu servisních služeb takto:
  - 3.1. Fixní cenu podle čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy po splnění všech závazků vůči Objednateli podle čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy, a to na základě faktury se splatností 60 dnů vystavené Poskytovatelem v měsíci následujícím po provedení všech úkonů, Součástí faktury musí být vždy Objednatel potvrzený servisní výkaz práce, popř. všechny dílčí výkazy práce za předpokladu, že servisní služby byly prováděny po částech. Roční úhrn nesmí překročit hodnotu uvedenou v čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy.
  - 3.2. Cenu za každý servisní zásah vypočtenou jako násobek počtu hodin činnosti servisního technika a jednotkové ceny podle čl. VII. odst. 2.2 této smlouvy, s připočtením:
    - a) dopravních nákladů vypočteným z násobku jednotkové ceny podle čl. VII. odst. 2.3. této smlouvy a počtu km podle čl. VII. odst. 2.3. této smlouvy (vzdálenost v km se použije 1x, neboť cena na 1 km je určena za cestu tam i zpět) a
    - b) s připočtením ceny použitých náhradních dílů při servisním zásahu za ceny podle aktuálního ceníku Poskytovatele snížené o slevu podle čl. VII. odst. 2.4. této smlouvy.Cenu každého servisního zásahu vypočtenou v tomto odstavci 3.2. uvedeným způsobem bude Poskytovatel účtovat Objednateli vždy po ukončení servisního zásahu, a to na základě faktury se splatností 60 dnů. Součástí faktury musí být vždy Objednatel potvrzený servisní výkaz práce. V případě, že cena opravy překročí 10 000 Kč vč. DPH je nutné přiložit k faktuře i Objednatel předem schválenou cenovou nabídku.
4. Cena za provádění servisních služeb podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele související s prováděním servisních služeb podle této smlouvy (např. náklady na dopravu náhradních dílů, jejich zabalení a vybalení vč. likvidace obalů, náklady na instalaci a uvedení zdravotnického

prostředku do opětovného provozu, zaškolení obsluh, pokut to bude třeba apod.) a je platná po dobu trvání smlouvy. Ceny náhradních dílů je Poskytovatel povinen s Objednatelům předem projednat.

5. K účtované ceně za provádění servisních služeb podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě a výši platné podle právních předpisů k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
6. Faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být vždy potvrzený výkaz práce Objednatelům a v případě nutnosti i schválená cenová nabídka podle čl. VII. odst. 3.
7. Pro případ, že faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit před uplynutím její splatnosti Poskytovateli k doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začne lhůta splatnosti faktury plynout znovu od počátku dnem prokazatelného doručení faktury obsahující všechny požadované náležitosti a správné údaje Objednateli.
8. Lhůta splatnosti faktur – daňových dokladů je stanovena do 60 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla Objednatel.
9. Poskytovatel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně po vydání rozhodnutí správce daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) informovat objednatel o této skutečnosti.
10. Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že Poskytovatel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátec DPH, anebo bankovní účet, který Poskytovatel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, je objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ZDPH uhradit přímo správci daně. V případě uplatnění výše uvedeného postupu zaniká nárok Poskytovatele, který je v seznamu nespolehlivých plátců DPH, na zaplacení částky odpovídající výši DPH.
11. **VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K CENĚ**  
Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

11.1. Cenu za provádění servisních služeb (pro účely tohoto odstavce dále jen „cena“) lze změnit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

- a) Cena nebude měněna po dobu prvních 60 měsíců trvání smlouvy.
- b) V 6. a každém následujícím roce provádění servisních služeb může být cena upravena v závislosti na hodnotě inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, a to tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5 % oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. Úprava ceny může být provedena tak, že se cena zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
- c) Úprava ceny může být provedena v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynulo prvních 60 měsíců trvání smlouvy (v 6. roce provádění servisních služeb) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech provádění servisních služeb).
- d) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsících provádění servisních služeb.
- e) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě.
- f) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změnu ceny k datu, kdy uplynulo prvních 60 měsíců provádění servisních služeb (v 6. roce provádění servisních služeb) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech provádění servisních služeb). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.

- 11.2. Cenu za provádění servisních služeb podle čl. VII. odst. 2.2. a odst. 2.3. (pro účely tohoto odstavce dále jen „cena“) lze nahradit: Fixní roční paušální částkou za provádění servisních služeb neobsažených v čl. VII. odst. 2.1. této smlouvy, která zahrnuje neomezený počet hodin servisního technika za rok a neomezené náklady na dopravu za rok, a je stanovena ve výši **14 000 Kč bez DPH / rok** a to za splnění těchto podmínek:
- a) Tato vyhrazená změna nemůže být uplatněna dobu prvních 12 měsíců poskytování servisních služeb podle čl. IV.2. této smlouvy.
  - b) Úprava ceny (náhrada za Fixní roční paušální částku) může být provedena v okamžiku, kdy skutečně účtovaná cena na základě fakturace za období 12 měsíců přesáhne Fixní roční paušální částkou za provádění servisních služeb podle tohoto odstavce.
  - c) Pokud bude tato vyhrazená změna Objednatelům uplatněna, smluvní strany přistoupí k uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

## VIII. SANKCE

1. Sankce za nedodržení termínů a lhůt sjednaných touto smlouvou:
  - 1.1. V případě nedodržení lhůty k nástupu na zahájení odstranění závady podle čl. V. odst. 2.1. této smlouvy uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
  - 1.2. V případě nedodržení lhůty k odstranění závady podle čl. V. odst. 2.2. této smlouvy uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
  - 1.3. V případě nedostupnosti telefonické podpory v době podle čl. V. odst. 2.3. této smlouvy uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každou hodinu nedostupnosti telefonické podpory.
2. Sankce za porušení povinností Poskytovatele podle této smlouvy:

Poruší-li Poskytovatel povinnost stanovenou touto smlouvou a neprovede nebo neprovede včas úkony, které měl v rámci servisních služeb v záruční době a servisních služeb provést (např. preventivní kontroly, pravidelnou údržbu, kontroly elektrické bezpečnosti, BTK, kontroly stanovené výrobcem), uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele neprovedený nebo včas neprovedený úkon provést dodatečně, ani povinnost Poskytovatele nahradit Objednateli škody, které mu z důvodů neprovedeného nebo včas neprovedeného úkonu vznikly.
3. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním Poskytovatele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Poskytovatel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatel.

## IX. ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚĚD SMLOUVY

1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva

třetích osob nabytá v dobré víře.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
7. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět do uplynutí doby 60 měsíců po skončení záruční doby dodaného zdravotnického prostředku. Po uplynutí této doby je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět, výpovědní doba činná 3 měsíce.
8. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu bez uvedení důvodu kdykoli vypovědět, výpovědní doba činná 3 měsíce.

## **X. OCHRANA INFORMACÍ**

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
2. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**  
Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Poskytovatel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
3. **ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR**
  - 1) Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR).
  - 2) V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“).
  - 3) Poskytovatel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
  - 4) Ustanovení o vzájemných povinnostech objednatele a Poskytovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
  - 5) Poskytovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
  - 6) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
  - 7) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
  - 8) Poskytovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Poskytovatel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
  - 9) Poskytovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
  - 10) Poskytovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil

úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.

- 11) Poskytovatel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 12) Poskytovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
- 13) Poskytovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Poskytovatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 14) Po skončení platnosti této smlouvy je Poskytovatel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Poskytovateli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

## **XI. JINÁ UJEDNÁNÍ**

1. Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu trvání této smlouvy. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Poskytovatel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Poskytovatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
2. Poskytovatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Poskytovatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1            TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU  
příloha č. 2            KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE  
příloha č. 3            KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE
7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně dne .....

V Praze dne .....



za Objednatele  
**plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA**  
**ředitel Vojenské nemocnice Brno**



za Poskytovatele  
  
**jednatel společnosti medisap,s.r.o.**

příloha č. 1  
**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**

*Tato příloha obsahuje specifikaci zboží dle parametrů požadovaných zadavatelem a parametrů nabízených účastníkem zadávacího řízení podle Technické specifikace, která je součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE tzn. včetně vyplněné tabulky tak, jak byla předložena v NABÍDCE. (přílohu doplní poskytovatel dle nabídky)*

**4. část veřejné zakázky – Anesteziologický přístroj**

**Klasifikace části 4 VZ**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
|                                             | CPV        |
| Anesteziologické přístroje                  | 33172100-7 |
| Opravy a údržba zdravotnických přístrojů    | 50421000-2 |
| Instalace a montáž zdravotnických přístrojů | 51410000-9 |

**Popis:** Anesteziologický přístroj pro oddělení ARO.

Identifikátor účastníka:

Název: medisap,s.r.o.

IČO: 48029360

Doplní účastník:

Název zdravotnického prostředku: Anesteziologický přístroj

Typ zdravotnického prostředku: New device/ ~~Legacy device~~\* Nehodící škrtněte

Třída zdravotnického prostředku: IIb

**Do sloupce „parametr“ doplňte parametr vyznačený v řádku pro vámi nabízený přístroj, případně uveďte číslo přílohy vaší nabídky, pokud je prostor řádku nedostatečný nebo pokud jsou vyžadovány údaje uvedené v samostatných přílohách.**

**Technická specifikace předmětu dodávky:**

| Název: Anesteziologický přístroj 1 ks |                                                                                                    |                                                                                                             |                     |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Obchodní název nabízeného plnění:     |                                                                                                    | anesteziologický přístroj Aisys CS2<br>monitor vitálních funkcí B155M<br>moduly E-NMT, E-Entropy, E-sCAiOVE |                     |                                                          |
| Zadání parametru                      |                                                                                                    | Zadavatel požaduje                                                                                          | Splňuje             | Účastník nabízí                                          |
| 1.                                    | Anesteziologický přístroj umožňující anestezii všech věkových kategorií pacientů                   | ANO                                                                                                         | ANO /               |                                                          |
| 2.                                    | Anestézie s malými průtoky čerstvých plynů – low flow a minimal flow                               | ANO                                                                                                         | ANO / <del>NE</del> | 0,2 L- 15L/min (minimal flow 0,5L/ min; low flow 1L/min) |
| 3.                                    | Monitorování vitálních funkcí, plynové analýzy a pacientské spirometrie                            | ANO                                                                                                         | ANO / <del>NE</del> |                                                          |
| 4.                                    | Připojení k centrálnímu rozvodu plynů a současně zálohově k tlakovým lahvím umístěným na přístroji | ANO                                                                                                         | ANO / <del>NE</del> |                                                          |

|     |                                                                                                                                                                           |                                   |          |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 5.  | Pojízdné provedení, podvozek s brzděnými antistatickými kolečky nebo centrální brzdou, včetně držáku na záložní tlakové láhve (2 ks 10l), úchyty pro usnadnění transportu | ANO                               | ANO / NE | Vše požadované |
| 6.  | Min. 3 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC, 50 Hz umístěné přímo na anesteziologickém přístroji, každá zásuvka opatřena samostatným jističem                               | ANO                               | ANO / NE |                |
| 7.  | Rozšiřitelný pracovní prostor v podobě vyklápěcího stolku                                                                                                                 | ANO                               | ANO / NE |                |
| 8.  | Pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do pacientského okruhu s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému  | ANO                               | ANO / NE |                |
| 9.  | Malý objem pacientského okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie                                                                                               | Hodnotící kritérium minimalizační | ANO / NE | 3 litry        |
| 10. | Absorbér CO2, na opakované i jednorázové použití, vyměnitelný za provozu bez rozpojení okruhu                                                                             | ANO                               | ANO / NE |                |
| 11. | Pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému                                     | ANO                               | ANO / NE |                |
| 12. | Samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku případně směsi O2 vzduch, pro spontánní ventilaci maskou/ nosní kanylou                                              | ANO                               | ANO / NE |                |
| 13. | Elektronické průtokoměry s elektronickým nastavením čerstvé směsi                                                                                                         | ANO                               | ANO / NE |                |
| 14. | Přednastavení pro obvykle používané koncentrace a průtoky                                                                                                                 | ANO                               | ANO / NE |                |
| 15. | Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low flow anestézii                                                                                                               | ANO                               | ANO / NE |                |
| 16. | Pozice pro upevnění odpařovačů anestetik pro sevofluran a desfluran                                                                                                       | Min. 2                            | ANO / NE | 3 pozice       |
| 17. | Validace přístroje pro použití odpařovače na desfluran                                                                                                                    | ANO                               | ANO / NE |                |
| 18. | Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik a jejich zobrazení po každé                                                                                               | ANO                               | ANO / NE |                |

|                   |                                                                                                                                                                                             |                                     |          |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
|                   | anestézii                                                                                                                                                                                   |                                     |          |                      |
| 19.               | Aktuální informace o spotřebě a nákladech na právě používané anestetikum                                                                                                                    | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 20.               | Stand by režim                                                                                                                                                                              | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 21.               | Hypoxické ochrana – automatická regulace směřování čerstvé směsi pro O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O a vzduchu                                                                            | ANO                                 | ANO / NE | Funkce Ecoflow       |
| 22.               | Rozsah průtoků pro O <sub>2</sub> zobrazovaný na displeji ventilátoru                                                                                                                       | V rozmezí min. 0,2 až max. 15 l/min | ANO / NE | 0,2 až max. 15 l/min |
| 23.               | Samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru jako hlášení pro obsluhu                                                       | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 24.               | Integrovaná a nezávislá odsávačka s regulací intenzity sání a 2 nádoby na sekret, odsávací set, držák na nádoby                                                                             | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 25.               | Vak pro ruční ventilaci na otočném rameni                                                                                                                                                   | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 26.               | Kvantitativní měření relaxace                                                                                                                                                               | ANO                                 | ANO / NE |                      |
| 27.               | Modul pro měření svalové relaxace                                                                                                                                                           | ANO                                 | ANO/NE   |                      |
| 28.               | Měření hloubky svalové relaxace jedním modulem jako standardní EMG, stimulací periferních nervů a měřením mechanické odezvy mechanosenzorem a elektrosenzorem (min. metodami TOF, DBS, PTS) | Hodnotící kritérium A/N             | ANO / NE | Vše požadované       |
| 29.               | Kvantitativní kontinuální měření analgesie                                                                                                                                                  | ANO                                 | ANO / NE | Funkce SPI           |
| 30.               | Měření hloubky vědomí                                                                                                                                                                       | ANO                                 | ANO / NE | Entropy              |
| 31.               | Funkce automatického řízení anestezie na základě měřených hodnot vydechaného kyslíku a anestetika                                                                                           | Hodnotící kritérium A/N             | ANO / NE | Et Control           |
| 32.               | Záložní baterie pro plný provoz přístroje na                                                                                                                                                | Min. na 90 min                      | ANO / NE | Min. na 90 min       |
| <b>Ventilátor</b> |                                                                                                                                                                                             |                                     |          |                      |
| 33.               | Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor (vzduch jako řídící plyn)                                                                                                          | ANO                                 | ANO / NE |                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|
| 34. | Barevný grafický LCD display o velikosti min. 15", na výklopném rameni, s dotykovým ovládáním a pomocí mechanického ovladače, a s tlačítky (klávesami) rychlého přístupu pro ovládání často používaných funkcí ventilátoru | ANO                                | ANO / NE | 15", vše požadované       |
| 35. | Zobrazení více křivek najednou                                                                                                                                                                                             | Min. 3 uživatelem volitelné křivky | ANO / NE | Min. 3 volitelné křivky   |
| 36. | Spirometrie - zapnutí a vypnutí zobrazení smyček min. objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok, měřených, dle volby obsluhy, ze senzorů v přístroji nebo z tracheální rourky pacienta                                         | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 37. | Možnost připojení paralelního displeje                                                                                                                                                                                     | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 38. | Automatická kompenzace změn příkonu čerstvých plynů a poddajnosti (compliance) ventilačního okruhu                                                                                                                         | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 39. | Ventilátor kontroluje přípustnou úroveň nastavení směsi čerstvých plynů pro jeho optimální využití a zajištění dostatečnosti O2 v uzavřeném okruhu podle stavu konkrétního pacienta                                        | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 40. | Zobrazení efektivity vedené inhalační anestézie na displeji ventilátoru                                                                                                                                                    | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 41. | Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu i ihned po zapnutí                                                                                                                                        | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 42. | Další volitelné jednotlivé testy těsnosti patientského okruhu a použitých odpařovačů                                                                                                                                       | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 43. | Rychlé uvedení přístroje do provozu obejitím testů, emergentní stav použití přístroje                                                                                                                                      | ANO                                | ANO / NE |                           |
| 44. | Dechový objem Vt v rozsahu                                                                                                                                                                                                 | Min. 5 ml – 1500ml měřeného objemu | ANO / NE | 5 ml – 1500ml             |
| 45. | Rozsah poměrů I:E dle ventilačních režimů                                                                                                                                                                                  | Min. 2:1 až 1:6                    | ANO / NE | Min 2:1 až 1:8            |
| 46. | Maximální dechová frekvence                                                                                                                                                                                                | Min. 100 cyklů/min                 | ANO / NE | Až 100 cyklů/min          |
| 47. | Elektronicky říditelný PEEP minimálně                                                                                                                                                                                      | Min. 30 cm H <sub>2</sub> O        | ANO / NE | Až 30 cm H <sub>2</sub> O |
| 48. | Řízená objemová a tlaková ventilace IMV, PCV, tlaková ventilace s garancí objemu                                                                                                                                           | ANO                                | ANO / NE |                           |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |          |                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 49.                                            | Synchronizované ventilační režimy SIMV, tlaková podpora PSV                                                                                                                                                                                                           | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| 50.                                            | Ruční a spontánní ventilace pacienta v uzavřeném okruhu s absorpcí CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                    | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| <b>Monitor VF, plynové analýzy a ventilace</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |          |                              |
| 51.                                            | Kompatibilní modulární monitor umístěný pro rychlou orientaci o stavu pacienta v jednom zorném poli nad ovládacím displejem ventilátoru na jednom společném rameni s funkcí nezávislého nastavení polohy displejů s možností naklonění a otočení displejů o min. 360° | ANO                                               | ANO / NE | Vše požadované               |
| 52.                                            | Barevný LCD display, velikosti min. 15". se softwarem pro anestézii, hmotnost max. 6 kg (vč. baterie)                                                                                                                                                                 | ANO                                               | ANO / NE | Velikost 15", hmotnost 5,2kg |
| 53.                                            | Obrazovka s min. 12 stopami pro zobrazování křivek a numerických hodnot měřených parametrů                                                                                                                                                                            | ANO                                               | ANO / NE | 12 stop                      |
| 54.                                            | Profily zobrazení podle typu operace a stavu pacienta                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| 55.                                            | 24h trendů pro anesteziologický záznam                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                               | ANO / NE | Až 168hodin                  |
| 56.                                            | Včetně kompletního příslušenství k provozu                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| <b>Měřené parametry monitoru</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |          |                              |
| 57.                                            | Min. 3-5 svodů EKG, základní arytmie, HR, ST analýza, respirace, 2xIBP (Art, CVP), hemodynamika, NIBP s dvouhadicovým kabelem do monitoru, SPO <sub>2</sub> , teplota                                                                                                 | ANO                                               | ANO / NE | Vše požadované               |
| 58.                                            | Měření SPV a PPV                                                                                                                                                                                                                                                      | Hodnotící kritérium A/N                           | ANO / NE | Vše požadované               |
| 59.                                            | Ochrana proti defibrilačnímu pulzu 360J                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| 60.                                            | Rozsah měření tlaku                                                                                                                                                                                                                                                   | Min. 300 mmHg                                     | ANO / NE | Až 300 mmHg                  |
| 61.                                            | Numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření                                                                                                                                                                                  | ANO                                               | ANO / NE |                              |
| 62.                                            | Možnost nastavení automatického intervalu měření NIBP                                                                                                                                                                                                                 | Min. po 1, 3, 5, 10, 15 a 30 minutách, 2 hodinách | ANO / NE |                              |
| 63.                                            | Tepová frekvence                                                                                                                                                                                                                                                      | Min. 240                                          | ANO / NE | Až 300 pulzů/min             |

|                                                                         |                                                                                                                                               |                         |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                               | pulzů/min               |          |                    |
| 64.                                                                     | Alarmové meze přizpůsobitelné pacientu a výkonu                                                                                               | ANO                     | ANO / NE |                    |
| <b>Plynová analýza</b>                                                  |                                                                                                                                               |                         |          |                    |
| 65.                                                                     | Plynová analýza měření inspirační a expirační hodnoty s nastavením limitů alarmů pro každý parametr                                           | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 66.                                                                     | O2 (paramagneticky) grafické zobrazení oxygram, N2O, CO2 kapnograf, volatilní anestetika s jejich automatickou detekcí                        | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 67.                                                                     | Automatická detekce a zobrazení všech použitých anestetik ve směsi                                                                            | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 68.                                                                     | Vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MACage a stav obsahu zbývajících složek plynů ve směsi údají Balance                             | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 69.                                                                     | Spirometrie měřená z tracheální rourky pacienta nebo z ventilátoru dle výběru uživatele                                                       | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 70.                                                                     | Měřicí systém bude obsahovat odlučovač vody s možností jeho vyprázdnění                                                                       | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 71.                                                                     | Uchazeč v případě výběru zajistí zápůjčku příslušných odpařovačů anestetik po dobu životnosti přístroje                                       | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 72.                                                                     | Export kompletních dat a aktivní propojení softwaru s NIS (STAPRO). Export dat v odpovídajících formátech, připojení do NIS součástí nabídky. | ANO                     | ANO / NE |                    |
| <b>Další požadavky (pro všechny uvedené předměty plnění této části)</b> |                                                                                                                                               |                         |          |                    |
| 73.                                                                     | Nový nerepasovaný přístroj                                                                                                                    | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 74.                                                                     | Kompletní uvedení do provozu a předání příslušných certifikátů a protokolů                                                                    | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 75.                                                                     | Veškerý spotřební materiál a příslušenství pro okamžité zahájení všech výše uvedených funkcionalit součástí dodávky                           | ANO                     | ANO / NE |                    |
| 76.                                                                     | Kompatibilita spotřebního materiálu se stávajícími přístroji (anesteziologické přístroje řady Avance)                                         | Hodnotící kritérium A/N | ANO / NE | Plná kompatibilita |
| 77.                                                                     | Prohlášení o shodě, certifikace ISO, CE certifikace pro systém. SW, databázi a reagenty                                                       | ANO                     | ANO / NE |                    |

|     |                                                                                   |                |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 78. | Autorizovaný servis v ČR – uvést adresu a kontaktní údaje                         | PN Č.          | ANO / NE |           |
| 79. | Všechny uvedené parametry uchazeč doloží na vyžádání zadavatele návodem k použití | ANO            | ANO      |           |
| 80. | Seznam min. 3 pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje                      | PN Č.          | ANO / NE |           |
| 81. | Záruční doba                                                                      | Min. 24 měsíců | ANO / NE | 24 měsíců |

PN č. = příloha nabídky číslo

#### Hodnotící kritéria:

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Nabídková cena bez DPH     | 60%  |
| Technická úroveň plnění    | 20%  |
| Cena za spotřební materiál | 10%  |
| BTK, kontroly              | 5%   |
| HZS pozáruční servis       | 2,5% |
| Jednotková cena za výjezd  | 2,5% |

#### Subkritéria kritéria technická úroveň plnění:

| Parametr č. | Specifikace                                                                                                                                                                                 | Hodnocení                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9.          | Malý objem patientského okruhu a absorberu CO2 pro rychlý úvod do anestézie                                                                                                                 | Hodnotící kritérium minimalizační; 20% |
| 28.         | Měření hloubky svalové relaxace jedním modulem jako standardní EMG, stimulací periferních nervů a měřením mechanické odezvy mechanosenzorem a elektrosenzorem (min. metodami TOF, DBS, PTS) | Hodnotící kritérium A/N; 8%            |
| 31.         | Funkce automatického řízení anestezie na základě měřených hodnot vydechovaného kyslíku a anestetika                                                                                         | Hodnotící kritérium A/N; 20%           |
| 58.         | Měření SPV a PPV                                                                                                                                                                            | Hodnotící kritérium A/N; 2%            |
| 75.         | Kompatibilita spotřebního materiálu se stávajícími přístroji (anesteziologické přístroje řady Avance)                                                                                       | Hodnotící kritérium A/N; 50%           |

**Cena spotřebního materiálu:** Účastník doplní ceny u uvedeného spotřebního materiálu do tabulky níže – součet jejich ceny bude hodnocen. Dále účastník doplní tabulku o další spotřební materiál potřebný k naplnění funkcí viz. Technická specifikace

| Používaný spotřební materiál                     | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Množství v balení | Hodnotící kritérium                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Pacientský okruh                                 |                      |                          |                   |                                          |
| Mechanosenzorem pro měření svalové relaxace      |                      |                          |                   |                                          |
| Elektrosenzor pro měření svalové relaxace        |                      |                          |                   |                                          |
|                                                  | Kč bez DPH           | DPH                      | Kč vč DPH         |                                          |
| <b>Cena celkem za uvedený spotřební materiál</b> |                      |                          |                   | <b>Hodnotící kritérium minimalizační</b> |
| Sensor Entropy, 25ks/bal jendorázové             |                      |                          |                   |                                          |
| Hadice NIBP ADULT 2T DINAClick                   |                      |                          |                   |                                          |
| Kabel pacientský 3-5 vodičový                    |                      |                          |                   |                                          |
| Svody EKG (sada 3 svodů)                         |                      |                          |                   |                                          |
| Kabel pro připojení jednoho teplotního senzoru   |                      |                          |                   |                                          |
| teplotní senzor                                  |                      |                          |                   |                                          |
| D-lite                                           |                      |                          |                   |                                          |
| D-fend                                           |                      |                          |                   |                                          |
| Vápní absorpční Amsorb                           |                      |                          |                   |                                          |
| Kabel propojovací SpO2                           |                      |                          |                   |                                          |
| Manžeta DURA-CUF                                 |                      |                          |                   |                                          |
| Saturační Senzor TruSignal                       |                      |                          |                   |                                          |

**příloha č. 2**  
**KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE**

---



**příloha č. 3**  
**KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE**

---

