

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Brno	www.vnbrno.cz
Sídlo: Brno, Zábrdovická 3 Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 615 00 IČO: 60555530 DIČ: CZ60555530 E-mailová adresa: [REDACTED] Bankovní spojení: CNB pobočka Brno, číslo účtu: [REDACTED] Jednající: plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA , ředitel nemocnice	PSČ 615 00

dále jen „Kupující“ na jedné straně

a

Firma: SNT Plus s.r.o.	www.sntplus.cz
Sídlo: Novodvorská 994/138, Praha 4 Zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62478 IČO: 25701576 DIČ: CZ25701576 E-mailová adresa: [REDACTED] Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: [REDACTED] Jednající: [REDACTED] jednatel	PSČ: 142 00

dále jen „Prodávající“ na straně druhé,

vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly ke vzájemné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají níže uvedeného data v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-035097 pod názvem s názvem: „**VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup II**“, část 9 VZ s názvem **Mobilní ultrazvuk 2ks** (dále jen „zadávací řízení“), v němž Poskytovatel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

V souvislosti s předmětem plnění byla mezi smluvními stranami uzavřena kromě této Kupní smlouvy také Servisní smlouva (dále označena jako „SERVISNÍ SMLOUVA“), upravující provádění servisních služeb zdravotnických prostředků dodaných v rámci plnění této kupní smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k němu. Kupující se naproti tomu touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě dohodnutou kupní cenu. Kupující se zavazuje přijmout předmět koupě do svého vlastnictví tak, jak tento stojí a leží.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnické techniky
Typového označení: Lumify C5-2, Lumify L12-4, tablet, vozík
Výrobce: Philips

dále pro účely této smlouvy jen „přístroj“ včetně příslušenství, jehož technická specifikace je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy (technický list je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy). Dodaný přístroj bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi současnému technickému vývoji.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný přístroj je způsobilý k řádnému užívání ke sjednanému účelu a jeho technický stav odpovídá technickým normám. Přístroj splňuje veškeré požadavky dle platné legislativy pro jeho provoz ve zdravotnictví, především, že ve vztahu k přístroji byly splněny veškeré ohlašovací povinnosti, zejména ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a byly vydány veškeré potřebné souhlasy, povolení nebo byly splněny registrační povinnosti potřebné pro provoz přístroje ke sjednanému účelu.

3. **Součástí dodávky je:**
 - doprava předmětu smlouvy do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - kompletní instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého materiálu potřebného ke kompletní instalaci a zahájení provozu přístroje dle technické specifikace;
 - návod v ČJ vč. instruktáže personálu Kupujícího, prohlášení o shodě, certifikace servisního střediska;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době.
 - záruční doba na výpočetní techniku, pouze pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy a současně je specifikována v tabulce „IT požadavky“, v tomto případě se podmínky a délka záruční doby řídí příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technické specifikace
4. U předmětu smlouvy Prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání Kupujícímu.
5. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů a norem. Obě smluvní strany se rovněž zavazují plnit podmínky dle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
6. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**

Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změnu závazku ze smlouvy, kterou mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona.

6.1. Dodání technicky vyššího typu přístroje:

Vyhrazená změna se týká dodávky přístroje a spočívá v dodání „technicky vyššího“ typu přístroje oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) Prodávající nemohl technicky vyšší přístroj zahrnout do NABÍDKY, neboť k účelu, k němuž má daný přístroj sloužit plně vyhovoval přístroj nabízený v NABÍDCE nebo technicky vyšší přístroj nebyl v době podání NABÍDKY na trhu dostupný;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena technicky vyššího přístroje bude
 - buď shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE,

- nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně NABÍDKY, pokud na trhu není možné technicky vyšší přístroj pořídit za cenu uvedenou v NABÍDCE;
- e) technicky vyšší přístroj musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v nabídce;
- f) změna přístroje musí být vždy projednána s Kupujícím a Kupujícím musí být schválena; Prodávající nemůže vymáhat na Kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou Kupující nevysloví souhlas.

6.2. Dodatečné plnění:

Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu dodávek spočívající v dodání:

- vyššího počtu kusů dodaných přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- dalšího příslušenství kompatibilního k dodaným přístrojům

za splnění následujících podmínek:

- a) Kupující nemohl vyšší počet ks přístrojů, nebo jejich částí, nebo jejich příslušenství, nebo dalšího příslušenství kompatibilního k nim, zahrnout do původní veřejné z důvodů nedostatku finančních prostředků, které měl v době zadávacího řízení k dispozici; pokud se mu však podaří další finanční prostředky získat, může zrealizovat větší rozsah dodávek;
- b) přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) musí být Kupujícím dodán minimálně ve shodné kvalitě a ceně jako přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) sjednaný v této smlouvě, další příslušenství k dodanému přístroji musí být s dodaným přístrojem kompatibilní;
- c) cena za rozšíření dodávky musí odpovídat shodnému plnění dodávanému podle této smlouvy nebo v případě dalšího příslušenství ceně podle katalogu Prodávajícího platného v době uplatnění této vyhrazené změny;
- d) změna závazku musí být sjednána mezi smluvními stranami dodatkem ke smlouvě;
- e) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky;

6.3. Omezení předmětu koupě:

Kupující žádá na realizaci předmětu koupě prostředky ze státního rozpočtu MO ČR (dotaci). Vlastní zdroje kupujícího (nad rámec poskytnuté dotace) jsou velmi omezené.

- 1) V případě, že prodávající v NABÍDCE předložil kupní cenu, která překračuje předpokládanou hodnotu pořizovacích nákladů stanovenou v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a kupující nebude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu (z dotace nebo i z omezených vlastních zdrojů), může kupující omezit předmět koupě dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen současně s touto smlouvou.
- 2) Vyhrazenou změnu podle bodu 1) může kupující využít i v případě, že kupní cenu podle této smlouvy bude kupující hradit výhradně z vlastních zdrojů, budou-li nedostatečné na její úhradu.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět dle čl. č II. této smlouvy činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

Cena bez DPH	396 000,- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	83 160,- Kč
Cena včetně DPH	479 160,- Kč
2. Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístroji a veškeré další náklady Prodávajícího nutné ke splnění povinností dodat předmět koupě dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada sjednané ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího na základě vystavené faktury se splatností min. 60 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.

4. Konečná faktura bude vystavena Prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmětu plnění. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou Kupujícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Prodávající se zavazuje po podpisu předávacího protokolu vystavit a doručit Kupujícímu konečnou fakturu nejpozději do dne nejzazšího smluvního termínu dodání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Dodací list je požadován v elektronické podobě ve zpracovatelném formátu pdk. U položek, u kterých bude mít Dodavatel k dispozici UDI kódy, budou tyto kódy vždy součástí dodacího listu.

IV. Dodání předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude dodán nejpozději do **30. 11. 2025**.
2. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
3. Pro případ, že Prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě v termínu podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nebo bude v prodlení s vystavením řádné konečné faktury v termínu podle čl. III. odst. 4 této smlouvy uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Prodávající bere na vědomí, že v případě prodlení s dodáním předmětu koupě nebo s vystavením konečné faktury může dojít ze strany zřizovatele Kupujícího ke krácení dotace, na základě, které je předmět koupě financován, čímž může vzniknout Kupujícímu škoda. Úhradou smluvní pokuty tak není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která mu vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. O dodání předmětu koupě, včetně instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu Kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za Kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pokud bude přístroj nebo jeho příslušenství dodáváno po částech, sepíší smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
5. V souvislosti s instalací a uvedením přístroje do provozu je Prodávající povinen provést zaškolení obsluhy přístroje a učinit o něm oficiální písemný zápis, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem Kupujícího. Písemný zápis musí obsahovat potvrzení o oprávněnosti vyškolených zaměstnanců Kupujícího školit, co do obsluhy přístrojů další zaměstnance Kupujícího, popřípadě se Prodávající zavazuje po dobu záruční doby na výzvu Kupujícího proškolit zdarma zaměstnance Kupujícího.
6. Prodávající je povinen uvědomit o datu dodávky přístroje pověřeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v čl. VII. odst. 1 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
7. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud Prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud Prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, Prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za vady, které přístroj má v době jeho předání a za vady zjištěné po celou dobu záruční doby.
2. Reklamací zjevných vad přístroje Kupující uplatní u Prodávajícího při předání a převzetí, nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.
3. Reklamací ostatních vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

VI. Záruka za jakost a záruční servis

1. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastností stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastností obvyklé.
2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní techniky a současně je tato výpočetní technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se délka záruční doby příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1.
3. Během trvání záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu plnou záruku na dodaný předmět koupě, tj. bezplatné opravy, pravidelné kontroly dle legislativy a bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (např. bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, instruktáž apod. a to včetně veškerého spotřebního materiálu doporučeného výrobcem k pravidelné obměně v rámci BTK, či jiné pravidelné kontroly (doporučené výrobcem) v místě plnění a to za podmínek dle SERVISNÍ SMLOUVY. Pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní techniky a současně je tato výpočetní technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se podmínky uplatnění a poskytnutí záruky za jakost příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technická specifikace.

VII. Ostatní ujednání

1. Kupující pověřil jednáním ve věcech smluvních:
[redacted]
a ve věcech technických podle této smlouvy vč. převzetí předmětu koupě pracovníky Oddělení farmacie a zdravotnické techniky (OFZT) Kupujícího.
2. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
a. vedoucí zakázky [redacted]
b. zástupce vedoucího zakázky [redacted]
3. Ke změně pověřených pracovníků postačí písemné oznámení druhé smluvní straně datovou schránkou, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k takové změně dojde.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (dále jen „MDR“), případně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále i jen „nařízení“), a zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „ZZP“), a to v závislosti na povaze nabízeného plnění. Zejména používání UID kódů a požadavky na registraci v rámci systému EUDAMED.
7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující spadá do vyššího režimu opatření pro zabezpečení kybernetické bezpečnosti a musí splňovat nejvyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. Kupující z tohoto důvodu povinen:

- Zohlednit a provádět pravidelnou analýzu rizik, identifikaci a řízení bezpečnostních rizik v souladu s metodikou hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- Zajistit implementaci bezpečnostních opatření, která odpovídají nejvyšším bezpečnostním požadavkům, včetně technických a programových prostředků (např. procesor, paměť, firmware), které mohou ovlivnit bezpečnost systému.
- Dodržovat klasifikaci informací podle stupňů důvěrnosti, přičemž nejvyšší stupeň ("přísně diskrétní") vyžaduje nejvyšší úroveň ochrany, přístup jen pro přesně určené osoby s písemnou evidencí přístupu.

Tedy naplnění kybernetické bezpečnosti v nejvyšší kategorii znamená komplexní přístup zahrnující právní povinnosti, systematickou analýzu a řízení rizik, implementaci přísných bezpečnostních opatření, klasifikaci a ochranu informací s nejvyšším stupněm důvěrnosti a pravidelný dohled a kontrolu plnění těchto požadavků v souladu s platnou legislativou a metodikami NÚKIB. Předmět plnění musí po celou dobu své životnosti splňovat veškeré požadavky vyplývající z platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, prováděcími předpisy, metodikami Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a rovněž vnitřními směrnici a bezpečnostními standardy Zadavatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, jež bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si oba účastníci smlouvy přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dodávaných přístrojů

Příloha č. 2 – Technický list předmětu plnění

V Brně dne


Za Kupujícího:



plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA
ředitel Vojenská nemocnice Brno

V Praze dne /viz el. podpis/

Za Prodávajícího:




jednatel SNT Plus s.r.o.

Příloha č. 1 Kupní smlouvy Specifikace dodávaného přístroje

Ustanovení společná pro všechny části veřejné zakázky:

- 1) Na nákup přístrojů (pořizovací náklady) má zadavatel omezené finanční prostředky ve výši poskytované dotace.
- 2) U všech částí VZ bude dodavatel poskytovat bezplatný záruční servis a opravy po dobu záruční doby.
- 3) U všech částí VZ stanoví účastník podmínky pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby. Tyto údaje doplní Účastník do návrhu servisní smlouvy předložené Zadavatelem.
- 4) U všech částí VZ předloží dodavatel v nabídce vyplněné tabulky, které jsou součástí tohoto dokumentu.
- 5) **Každá část VZ bude v nabídce doložena položkovou cenovou kalkulací, z níž budou zjistitelné jednotkové ceny jednotlivých položek technické specifikace.**
- 6) Položky SPECIFIKACE ani jednotkové ceny pro sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby nelze oceňovat nulovými položkami nebo položkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů.
- 7) Pořizované přístroje v částech VZ 1 – 15 jsou zdravotnickými prostředky a jako takové vyžadují registraci zdravotnického prostředku na SÚKL. Technická dokumentace bude obsahovat minimálně notifikaci podanou na SÚKL s uvedením přiděleného čísla žádosti.
- 8) Dodavatel, jehož nabídka bude hodnocena v 1. pořadí, je povinen před podpisem kupní smlouvy poskytnout na vyžádání vzorek nabízeného zařízení, který nabídl v rámci své nabídky. Vzorek je dodavatel povinen předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, zpravidla do 5 pracovních dnů od vyžádání. Vzorek bude vč. veškerého požadovaného příslušenství a bude poskytnut na dobu min. 5 dnů do zkušebního provozu. V případě, že dodavatel tuto podmínku nebude schopen splnit v dané lhůtě, nebo bude zjištěno během zkušebního provozu nesplnění zadávacích podmínek, bude nabídka dodavatele vyřazena.
- 9) **Dodavatel se zavazuje na vyžádání zajistit plnohodnotnou obousměrnou a automatizovanou datovou integraci zdravotnického prostředku do nemocničního informačního systému Zadavatele (Stapro Fons Enterprise), a to v celém rozsahu diagnostických a měřicích funkcí, které daný prostředek technicky umožňuje. Tato integrace se týká všech částí, u nichž je export dat technicky možný, případně umožňuje-li propojení se softwarovým rozhraním podporujícím export je daný SW součástí nabídky. Uvedená integrace tvoří nedílnou součást nabídky a bude provedena v souladu s platnými standardy pro datovou interoperabilitu ve zdravotnictví.**
- 10) **V případě, že je součástí zadávací dokumentace Zadavatele požadavek na dodání výpočetní techniky (např. osobního počítače, tiskárny či notebooku) a není požadováno jinak, je Dodavatel povinen zahrnout tyto položky do své nabídky v technickém provedení a kvalitativních parametrech odpovídajících specifikaci uvedené v příloze této smlouvy s označením „IT požadavky“, která tvoří její nedílnou součást.**
- 11) **Zadavatel požaduje aktivní ověřování uživatelů pomocí Active Directory.**
- 12) **Zadavatel upozorňuje, že jako Vojenská nemocnice podléhá zvýšenému režimu opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a je povinen plnit nejpřísnější požadavky vyplývající z platné legislativy a z interních předpisů pro subjekty spadající pod kritickou informační infrastrukturu. V této souvislosti je nezbytné, aby součástí dodávky bylo zajištění kybernetické bezpečnosti v nejvyšší kategorii, což zahrnuje komplexní přístup zahrnující právní soulad, systematické hodnocení a řízení kybernetických rizik, implementaci pokročilých bezpečnostních opatření, klasifikaci a ochranu informací dle stupňů důvěrnosti až po úroveň „přísně diskrétní“ a zajištění průběžného dohledu nad plněním těchto požadavků. Dodavatel je povinen zohlednit a případně provádět pravidelné analýzy rizik v souladu s metodikou podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, implementovat adekvátní technická a organizační opatření, včetně zabezpečení na úrovni hardware a firmware, a zavést systém řízení přístupu k důvěrným informacím s přesně definovanými oprávněními a evidencí přístupů. Zadavatel bude preferovat řešení, kdy implementované softwarové aplikace podporují centralizované logování do systému LOGMANAGER. Předmět plnění musí po celou dobu své životnosti splňovat veškeré požadavky vyplývající z platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti v platném znění, prováděcími předpisy, metodikami Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a rovněž vnitřními směrnici a bezpečnostními standardy Zadavatele.**

Mobilní ultrazvuk 2 ks				
Obchodní název nabízeného plnění:		Philips Lumify		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí	
1.	Ultrazvukový ultramobilní systém pro oddělení INT	ANO	ANO / NE	ANO
2.	Sondy připojitelné na libovolné zařízení zvolené uživatelem (tablet, mobilní telefon, notebook)	ANO	ANO / NE	ANO
3.	Sondy připojitelné k náhledovému zařízení kabelem	Hodnotící kritérium: A/N	ANO / NE	ANO – sondy připojitelný k zobrazovacímu zařízení pomocí kabelu
4.	Výdrž baterie po dobu uzv skenování bez připojení do el. sítě [hod]	Hodnotící kritérium maximalizační; maximum pro výpočet: 10 hodin	ANO / NE	Výdrž skenování bez nutnosti nabíjení minimálně 6 hodin
5.	Požadovaná zobrazení min: B-mód v základních frekvencích, barevné mapování, barevný doppler	ANO	ANO / NE	ANO
6.	SW pro zvýraznění jehly	ANO	ANO / NE	ANO
7.	SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii se zaměřením na interní pacienty	ANO	ANO / NE	ANO
8.	Automatická bezplatná aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje, včetně inovace vyšetřovacích módů	ANO	ANO / NE	ANO
9.	Zoom	ANO	ANO / NE	ANO
10.	Export v DICOM	ANO	ANO / NE	ANO
11.	Archivace dat, správa patientských dat a archivace obrázků – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk, USB port.	ANO	ANO / NE	ANO
Příslušenství ke každému UZV				
12.	Lineární sonda,	frekvence 4-12 MHz	ANO / NE	ANO – Lineární sonda Lumify 4-12 MHz
13.	Hmotnost lineární sondy [g]	Hodnotící kritérium minimalizační; minimum pro výpočet: 10 g	ANO / NE	Hmotnost sondy 108 g
14.	Konvexní sonda	frekvence 2-6 MHz	ANO / NE	ANO – konvexní sonda Lumify frekvenčním

				rozsahem 2-6 MHz
15.	Hmotnost konvexní sondy [g]	Hodnotící kritérium minimalizační; minimum pro výpočet: 10 g	ANO / NE	Hmotnost sondy 136 g
16.	Náhledový tablet, obrazovka min. 10'', výkon zařízení odpovídající požadavkům přístroje pro plynulé skenování a kvalitní zobrazení	Ano	ANO / NE	ANO – Náhledový tablet Samsung Galaxy Tab S9 s ulhopříčkou 11"
17.	Pojízdný stojan s úchytem na sondy a úchytem na náhledový tablet	Ano	ANO / NE	ANO – vozík s držákem na tablet i sondy
Další požadavky (pro všechny uvedené předměty plnění této části)				
18.	Celý obsah dodávky nový a nerepasovaný	PN Č.1	ANO / NE	ANO Nabídka 25NV-MH-0131
19.	Splnění podmínek daných dle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti	ANO	ANO / NE	ANO
20.	Kompletní uvedení do provozu a předání příslušných certifikátů a protokolů	PN Č. 2	ANO / NE	ANO
21.	Prohlášení o shodě, certifikace ISO	Min. 24 měsíců	ANO / NE	ANO – PN Č. 3
22.	Certifikace IVD CE celého systému	ANO	ANO / NE	ANO
23.	Veškeré příslušenství pro okamžité zahájení všech výše uvedených funkcionalit součástí dodávky	ANO	ANO / NE	ANO
24.	Autorizovaný servis v ČR – uvést adresu a kontaktní údaje	PN Č.4	ANO / NE	
25.	Všechny uvedené parametry uchazeč doloží na vyžádání zadavatele návodem k použití	ANO	ANO / NE	ANO
26.	Seznam min. 3 pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje	ANO	ANO / NE	ANO – 
27.	Záruční doba	Min. 24 měsíců	ANO / NE	60 měsíců na ultrazvuky Lumify

PHILIPS LUMIFY

mobilní tabletový ultrazvukový systém

Základní parametry

- dynamický rozsah minimálně 170 dB,
- 5 letá záruka na dodávané sondy včetně kabelu s automatickou bezplatnou aktualizací SW revizí, bez nutnosti licence
- možnost současného vyšetření na všech nabízených sondách,
- možnost provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení min. 6 hodin
- Možnost připojení k jakémukoliv podporovanému tabletu nebo smartphonu
- SW pro Android i iOS



Přístroj obsahuje min. následující zobrazovací módy

- B mode na základních frekvencích i pomocí THI,
- barevné mapování,
- pulzní doppler (PW) s automatickou optimalizací a měřením
- M-mode,
- compoundní zobrazování,
- speckle reduction,
- automatická úprava celkové zisku i TGC,
- software pro zvýraznění jehly
- možnost měření v B-mode plochu a vzdálenost
- možnost zapnutí středové linky odpovídající lince na sondách
- možnost měření v PW doppleru (křivka) i v M-mode

Správa dat

- možnost ukládání patientských dat do vnitřní databáze přístroje,
- možnost načítání patientských dat pomocí čárového kódu,
- export dat v DICOM formátu pomocí WiFi,
- možnost odesílání uložených patientských dat v PC formátech pomocí emailového klienta.

Vozík pro uchycení a převoz

- transportní vozík s výškovou stavitelností uchycení displeje a s odkládacím prostorem pro spotřební materiál,

Zobrazovací displej

- Samsung Galaxy Tab S9 128 GB 11“ **palců a full HD rozlišením** (2560x 1600 pixelů)
- možnost připojení mechanické klávesnice přes USB nebo Bluetooth

Požadované ultrazvukové sondy

- lineární sonda
 - **minimálním frekvenční rozsah 4-12 MHz,**
 - **velikost aktivní plochy 34,5 mm,**
 - min. zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
 - **váha do 110 gramů**
- konvexní sonda
 - **minimálním frekvenční rozsah 2-6 MHz,**
 - **velikost FOV min. 65°,**
 - min. zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, speckle reduction
 - **váha do 140 gramů**
 - Snadno odpojitelný a vyměnitelný kabel jak od zobrazovacího zařízení tak od sondy

Obsah balení

- 1x Originální brašna Philips
- 1x sonda Philips Lumify L12-4
- 1x sonda Philips Lumify C5-2
- 2x propojovací kabel USB-C – ke každé sondě jeden
- 1x Tablet Samsung Galaxy Tab S9
- 1x Transportní vozík pro sondy i tableta

