

**Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 23108000148**  
**„Vybavení polní nemocnice – zdravotnické moduly – nákup“**

## I.

## Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
**IČO:** 601 62 694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710

**Zastoupena:** JUDr. Barborou Krejčí Stoklasa, ředitelkou odboru  
vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a  
akvizic MO

**Na adrese:** náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:**

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky  
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

**Datová schránka:** hjyaavk  
ukbwexd (výhradně pro zaslání elektronické faktury)

(dále jen „kupující“)

a

**Vojenský technický ústav, s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 75859

**Se sídlem:** Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
**IČO:** 24272523  
**DIČ:** CZ24272523  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 914881/0710  
**IBAN:** CZ22 0710 0000 0000 0091 4881  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Kašpárkem, ředitelem státního podniku

**Kontaktní osoba:**

| Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24     | 10%        |
| 25-34     | 15%        |
| 35-44     | 20%        |
| 45-54     | 25%        |
| 55-64     | 30%        |
| 65-74     | 35%        |
| 75-84     | 40%        |
| 85+       | 45%        |

**Kontaktní osoby ve věcech technických:****Adresa pro doručování korespondence:**

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV  
Vyškov  
Víta Nejedlého 691  
Dědice, 682 01 Vyškov

**Datová schránka:**

7jckvi2

(dále jen „prodávající“)

se v souladu s čl. XIX. odst. 2. smlouvy č. 23108000148, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

**II.****Účel dodatku**

Účelem dodatku je změna identifikačních údajů na straně kupujícího a prodávajícího a upřesnění technických parametrů dodávaného zboží vzešlých z podnikových zkoušek prováděných prodávajícím (viz žádost ze dne 5. září 2025).

**III.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je úprava čl. I., IX. a úprava přílohy č. 1 (*Specifikace zboží*) smlouvy.

**IV.****Změny a doplňky**

1. Kontaktní osoby kupujícího a prodávajícího v čl. I. smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku.
2. Text čl. IX. odst. 7. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

| Název                                                | <b>JKM</b><br>(jednotná<br>klasifikace<br>majetku) | <b>TPS</b><br>(typ položky<br>stávající) | <b>TPP</b><br>(typ položky<br>požadovaný) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg               | 4210                                               | 1                                        | -                                         |
| Modul zdravotnický - přípravná operačního sálu       | 6545                                               | -                                        | 1                                         |
| Modul zdravotnický - mikrobiologická laboratoř       | 6545                                               | -                                        | 1                                         |
| Přenosný počítač                                     | 7010                                               | 0                                        | -                                         |
| Tiskárna se skenerem                                 | 7025                                               | -                                        | 0                                         |
| Tiskárna čárových kódů                               | 7025                                               | -                                        | 0                                         |
| Modul zdravotnický - pracoviště operačního sálu 1 OP | 6545                                               | -                                        | 1                                         |
| Modul zdravotnický - pracoviště stomatologie         | 6545                                               | -                                        | 1                                         |

3. Specifikace nátěrů uvedené na stranách 9, 27, 41 a 63 v oddílech 1) Modul zdravotnický – pracoviště operačního sálu 1 OP, 2) Modul zdravotnický – příprava operačního sálu, 3) Modul zdravotnický – mikrobiologická laboratoř a 4) Modul zdravotnický – pracoviště stomatologie přílohy č. 1 (*Specifikace zboží*) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

## Nátěry

- Vnější a vnitřní povrchová ochrana bude provedena dle schválených technologických postupů a bude řešena v souladu s **ČOS 801001, 6. vydání, Změna 1**, na klimatickou, korozní a chemickou odolnost (chemická odolnost včetně dezinfekčních prostředků na bázi alkoholů, sloučenin chloru, aldehydů a kyseliny peroctové).
- Použití kvalifikovaného nátěrového systému, nebo prokázání vlastností aplikovaných kvalifikovaných nátěrových systémů dokumentem vydaným dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, bude součástí konečné kontroly ZSOJ. Splnění výše uvedených požadavků na nátěrové systémy bude doloženo protokoly o vyhovujících kvalifikačních zkouškách nátěrových systémů provedených v akreditované zkušebně v souladu s **ČOS 801001, 6. vydání, Změna 1**.
- Vnější nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4 dle ČSN EN ISO 9223; tloušťka nátěrového systému min. 100µm pro ocel, 90 µm pro hliník; barevný odstín RAL 1014.
- Povrch nátěru musí být souvislý, hladký, bez stečenin, záclon, lepivých a zvrásněných míst. Nepřípustné jsou puchýře, zvedání základního nátěru, trhliny, hrubé tahy po štětci a jiné vizuálně zjiřitelné defekty.

| Typ nátěrového systému     | Počet vrstev | Skladba nátěrového systému                                                                                              |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyuretanový dvousložkový | 1            | <b>EPAX S 2325/0600</b> - Barva epoxidová základní dvousložková s vysokým obsahem pevných částic, tloušťka 40-60 µm DFT |
|                            | 1            | <b>ARMY U 2500</b> – Email polyuretanový dvousložkový venkovní matný pro vojenské účely, tloušťka 60-80 µm DFT          |
|                            | 1            | <b>U 1500 NG</b> – Polyuretanový dokončovací lak dvousložkový ultramatný speciální, tloušťka 30-40 µm DFT               |

- Pro spodní část KTN nátěrový systém proti abrazivnímu prostředí a pro stupeň korozní agresivity atmosféry C5 dle ČSN EN ISO 9223; tloušťka nátěrového systému min. 130µm; barevný odstín černý.
- Vnitřní nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity atmosféry C3 dle ČSN EN ISO 9223; tloušťka nátěrového systému min. 70µm pro ocel, 60 µm pro hliník; barevný odstín bílý.

| Typ nátěrového systému | Počet vrstev | Skladba nátěrového systému                                                                                              |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 1            | <b>EPAX S 2325/0600</b> - Barva epoxidová základní dvousložková s vysokým obsahem pevných částic, tloušťka 40-60 µm DFT |

|                               |   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyuretanový<br>dvousložkový | 1 | <b>ARMY U 2500</b> – Email polyuretanový dvousložkový<br>venkovní matný pro vojenské účely, tloušťka 60-80 $\mu\text{m}$<br>DFT |
|                               | 1 | <b>U 1500 NG</b> – Polyuretanový dokončovací lak<br>dvousložkový ultramatný speciální, tloušťka 30-40 $\mu\text{m}$<br>DFT“     |

4. Specifikace Raznice ATB disků, 6 ks uvedené na straně 56 v oddíle 3) Modul zdravotnický – mikrobiologická laboratoř přílohy č. 1 (*Specifikace zboží*) smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

**Raznice ATB disků zn. Biorad, 6 ks**

- průměr desky 90 mm
- pro min. 6 patron
- kompatibilní s raznicí 7-Disk Dispenser, kat. č. 50294

5. Specifikace Membránový filtr MBL na straně 54 v oddíle 3) Modul zdravotnický – mikrobiologická laboratoř přílohy č. 1 (*Specifikace zboží*) smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

**Membránový filtr 1 ks**

- hmotnost (max. 5 kg)
- vícebodový filtrační systém
  - počet větví: 3
  - průměr filtru: 47 mm
  - kapacita nálevky: 100 ml/300 ml/500 ml (volitelně)
  - hadicový tm: ID8 (5/16 palce)
- Membránové kapalinové čerpadlo
  - dle ISO 8199
  - vstupní napětí: DC24V, 1,8 A
  - max. průtok kapaliny: 4,5 l/min
  - max. vakuum: 313 mbar abs.
- Filtrační set
  - vel. Pórů: 0,20; 0,45  $\mu\text{m}$
  - průměr filtru: 47 mm
  - objem nálevky: 100 ml.

6. Specifikace Rozvody vody (vodoinstalace) uvedené na straně 68 v oddíle Modul zdravotnický – pracoviště stomatologie přílohy č. 1 (*Specifikace zboží*) smlouvy se ruší 14. a 17. odrážka a nahrazuje se takto:

- Zásobní nádrž na odpadní vodu.
- Čerpadlo na odpadní vodu. Výtlak minimálně 8 m a min. výtlačkem 100 l/min.

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem, včetně jejích příloh, se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 5 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jiří Kašpárek  
ředitel Vojenského technického ústavu, s. p.

*podepsáno elektronicky*

JUDr. Barbora Krejčí Stoklasa  
ředitelka odboru vyzbrojování vzdušných sil  
a logistiky SVA MO

*podepsáno elektronicky*

Ing. Jiří  
Kašpárek

Digitálně podepsal Ing.  
Jiří Kašpárek  
Datum: 2025.09.24  
13:34:39 +02'00'