



Kupní smlouva č. 2503400538

ČOP: H23025C



L I N E T spol. s r.o.

se sídlem Želečnice 5, 274 01 Slaný

zastoupená

IČO: 00507814

DIČ: CZ00507814

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163

e-mail

(dále jen „**prodávající**“)

a

Fakultní nemocnice v Motole

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem Fakultní nemocnice v Motole

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nabídkou prodávajícího, kterou podal do veřejné zakázky s názvem „**Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka lehátek, stretcherů, lůžek a stolků pro potřeby Simulačního centra intenzivní medicíny. Obchodní názvy, typy přístrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 a příloze č. 3 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že jako součást dodávky dle této smlouvy:
 - a) odevzdá zboží kupujícímu, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v **příloze č. 1** této smlouvy, včetně specifikace množství, jakosti, provedení, vlastností zboží apod. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a prodávající odevzdá zboží spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím („**zboží**“),
 - b) odevzdá kupujícímu součást a příslušenství zboží,
 - c) odevzdá kupujícímu rovněž všechny doklady a dokumenty, které se k dodávanému zboží vztahují, resp. které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména provozní manuály a návody k použití zboží (vždy jedenkrát v české jazykové verzi), prohlášení o shodě a veškerou servisní a jinou dokumentaci ke zboží („**doklady**“),
 - d) umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží,
 - e) instaluje zboží v místě a čase určeném kupujícím, včetně zkoušky („**instalace**“), a
 - f) zaškolí obsluhu zboží na straně kupujícího (lékaři, laboranti, technici) dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, v délce určené závazným předpisem výrobce přístroje, a to na vlastní náklady v místě a čase určeném kontaktní osobou kupujícího uvedenou níže v čl. IV. odst. 4 smlouvy na použití, údržbu, čištění, základní servis

- přístroje a sterilizaci zboží, zároveň vystaví certifikát o zaškolení zaměstnanců FN Motol („**zaškolení**“),
- g) zajistí likvidaci obalů a odpadu.
(společně dále jen „**dodávka**“).
3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu podle této smlouvy.

II. Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat celou dodávku nejpozději do 6 týdnů od odeslání písemné výzvy kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla sjednána smluvními stranami na základě cenové nabídky, kterou zpracoval v rámci veřejné zakázky prodávající, a která je uvedena v **příloze č. 3** této smlouvy – Ceník (dále jen „**kupní cena**“).
2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po podpisu dodacího listu dle čl. IV. odst. 5, 6 a 7 níže. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Proávající prohlašuje, že kupní cena je konečná a že zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou dle této smlouvy, zejména zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, zaškolení obsluhy zboží.
4. Proávající se zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále a výše jen „**faktury**“) budou obsahovat veškeré náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy, a dále evidenční číslo této smlouvy nebo jiný identifikátor dle dohody smluvních stran. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu, tedy **CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581 a názvem projektu „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“** (dále jen „**projekt**“). Přílohou faktury bude dodací list dle čl. IV. odst. 6 a 7 níže.
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn kontrolovat formální náležitosti, správnost a úplnost faktur a jejich příloh. V případě, že prodávajícím vystavená faktura (příloha faktury) bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu (přílohu) do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Proávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou fakturu. Po tuto dobu není kupující v prodlení s úhradou fakturované částky. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti dle odst. 2 výše.

IV. Dodací podmínky

1. Dodávka bude dodána **do Simulačního centra intenzivní medicíny** v místě sídla kupujícího.
2. Proávající je povinen dodat dodávku vcelku a vše najednou, částečné plnění je prodávající oprávněn dodat jen s písemným souhlasem kupujícího.
3. Proávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy sám, prostřednictvím třetí osoby jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Proávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání dodávky, a to nejméně 48 hodin před její realizací na tel. **220 320 220**. Kupující je oprávněn jednostranně změnit osoby a telefonní čísla uvedená v předchozí větě, a to písemným oznámením prodávajícímu, které je vůči němu účinné v okamžiku doručení takového oznámení.
5. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud prodávající:
 - zboží řádně a včas odevzdá kupujícímu, včetně příslušných dokladů,
 - instaluje zboží,
 - zaškolí obsluhu zboží, a
 - kupující současně zboží převezme a splnění dodávky v souladu s tímto odstavcem potvrdí podpisem na dodacím listu dle odst. 6 a 7 tohoto článku.
6. Po splnění dodávky dle odst. 5 výše vystaví prodávající dodací list /eventuálně jiný zápis o odevzdání a převzetí dodávky (dále a výše jen „**dodací list**“), který bude obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - a) označení dodacího listu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo této kupní smlouvy,
 - d) označení dodaného a nedodaného zboží (jeho stav, množství apod.),
 - e) datum odevzdání zboží, dokladů, instalace a zaškolení,
 - f) jiné náležitosti důležité pro odevzdání a převzetí dodávky,
 - g) registrační číslo projektu – „**CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581**“,

- h) název projektu – „**Vznik simulačního centra intenzivní medicíny**“.
7. Dodací list podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran. V případě pochybností má přednost podpis za stranu kupující.

V. Práva z vadného plnění, záruka za zboží

1. Prodávající se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv (faktických a právních) vad. Pokud není písemně dohodnuto jinak, nemá kupující zájem na plnění dodávky, která by měla jakékoliv vady, a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
2. Prodávající odpovídá za vady dodávky, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky podle této smlouvy v následujícím rozsahu:
 - a) záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu dodacího listu dle čl. IV. výše, tj. že po tuto dobu bude dodávka způsobilá k užívání a zachová si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti,
 - b) bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku, bezplatný servis pokrývá náklady na náhradní díly, cestu, stravu a práci servisních techniků ze strany prodávajícího a bezpečnostně technickou kontrolu (BTK) včetně kalibrace a validace,
 - c) nástup na odstranění poruchy maximálně do 48 hod. od nahlášení poruchy (a to ve všední dny),
 - d) odstranění vady,
 - e) dodání náhradního bezvadného zboží stejných parametrů a kvalit v případě neopravitelné vady zboží nebo v případě podstatného porušení smlouvy,
 - f) záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně kupujícím,
 - g) záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě a čase určeném kupujícím,
 - h) prodávající se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně kupujícího, nejpozději však do 48 hodin po okamžiku nahlášení vady dodávky; nahlášení vady bude provedeno písemnou formou (podle dohody smluvních stran – dopisem, faxem, e-mailem, prostřednictvím formuláře prodávajícího zveřejněného na jeho webových stránkách) na adresu či telefonní číslo prodávajícího,
 - i) záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat dodávku pro vady.
4. Prodávající se dále zavazuje, že poskytne kupujícímu pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně však 8 let.

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že prodávající nedodrží v záruční době lhůtu nástupu na opravu, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny opravovaného přístroje za každý případ a každý započatý den prodlení.
3. V případě, že bude prodávající v prodlení s plněním předmětu podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení ust. čl. VIII odst. 9. je kupující oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
5. V případě, že odstranění vady uvedené v čl. V. odst. 3. písm. d) bude trvat déle než 120 hodin od nástupu na opravu, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny opravovaného přístroje za každý započatý den, o který bude lhůta 120 hodin překročena; to neplatí v případě, že výše uvedená lhůta bude překročena z důvodů, které prokazatelně prodávající nezavinil a kupující tento stav písemně potvrdí ve zprávě prodávajícího.
6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu čl. VIII. odst. 6. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
7. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis anebo pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

- na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60ti dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na takové prodlení prodávajícím písemně upozorněn,
 - na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas dodávku dle této smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn,
2. Oznámení o odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

VIII. Ostatní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, tj. dnem podpisu dodacího listu. To platí i v případě, že dodávka bude doručena prostřednictvím dopravce nebo poskytovatele poštovních služeb.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím dodávky, tj. dnem podpisu dodacího listu. To platí i v případě, že dodávka bude doručena prostřednictvím dopravce nebo poskytovatele poštovních služeb.
3. Prodávající se zavazuje, že při dodávce, kterou svěří dopravci nebo poskytovateli poštovních služeb, zajistí pojištění takové dodávky na celou výši její hodnoty, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
4. Prodávající je povinen dodávku zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý a potřebným k uchování a ochraně zboží.
5. Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci vyčlení vyhovující prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, která bude schválena podle příslušných technických předpisů.
6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti kupujícího, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Prodávající si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, se kterými se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane do kontaktu.
7. Prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví.
8. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu, a to ani částečně.
10. Prodávající je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům). Prodávající je dále povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Prodávající prohlašuje, že svou účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku neporušuje ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Prodávající je povinen předložit řádně vyplněný a prodávajícím podepsaný aktuální Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů, který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy, a to před zahájením činnosti dodavatele/poddodavatele na plnění předmětu smlouvy. V případě změny výše uvedeného je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat předáním znovu vyplněného formuláře dle vzoru v **příloze č. 2** smlouvy, jehož přílohu/přílohy bude/budou tvořit:
 - (i.) výpis/výpisy z veřejného rejstříku v případě dodavatele/poddodavatele, je-li českou právnickou osobou;
 - (ii.) doklady v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je-li zahraniční právnickou osobou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku, pokud není výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedorazí k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem o registru smluv.
7. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů
Příloha č. 3 Kupní smlouvy – Ceník

V Želevčicích dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

za prodávajícího:

za kupujícího:



Digitally signed
Date: 2025.09.25
12:58:43 +02'00'

L I N E T spol. s r.o.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.29
13:55:27 +02'00'

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel Fakultní nemocnice v Motole



Příloha č 1 Kupní smlouvy č. 2503400538 – Technická specifikace předmětu plnění
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění splňuje tyto parametry:	Hodnota parametru přístroje
Transportní lehátko 3 ks – Jordan A2h	
pevná a stabilní konstrukce ve všech polohách a výškách	xxx
min. 2 polstrované segmenty	2 segmenty
kolečka s možností zabrzdění	xxx
sklopné postranice	xxx
nastavitelný podhlavník plynovou vzpěrou min. v rozsahu od 0° do +45°	Od 0° do +45°
celková délka 190–220 cm	200 cm
celková šířka 65–85 cm	70 cm
nosnost min. 150 kg	180 kg
hydraulicky nastavitelná výška minimálně v rozsahu 65–75 cm	58 – 98 cm
Stretcher pro převoz pacientů 2 ks – Sprint 100	
stabilní, jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	xxx
hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60–85 cm, ovládání výšky pomocí nožních pedálů umístěných na obou stranách lůžka	56,5 – 89 cm
minimálně dvoudílná ložná plocha	Dvoudílná ložná plocha
rozměry ložné plochy min. 190x65 cm	193 x 66 cm
polohovatelný zádivý díl min. v rozsahu od 0° do +90°	Od 0° do +90°
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°	18°
možnost rychlospuštění stretcheru do pozice pro KPR	xxx
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	xxx
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr koleček minimálně 150 mm, přístup k brzdám s centrálním ovládáním ze všech 4 stran lůžka, páte kolečko pro snadnou manipulaci	200 mm
držáky a lišty na příslušenství	xxx
ochranná nárazová kolečka/nárazníky v rozích stretcheru	xxx
nosnost min. 200 kg	320 kg
madla v čele lůžka pro snadný transport	xxx
součást dodávky matrace, integrovaný infuzní stojan, držák na tlakovou lahev a polička na monitor/defibrilátor	xxx
Resuscitační lůžko pro dospělé 3 ks – Essenza 300 LT	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	xxx
stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka	xxx
bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg	270 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 46-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	41,9 – 92,3 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádivý a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	200 x 90 cm
zádivý a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)	xxx
prodloužení lůžka minimálně o 20 cm s integrovanou podporou pro matraci, snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky	30 cm, ovladatelné jednou rukou



Příloha č 1 Kupní smlouvy č. 2503400538 – Technická specifikace předmětu plnění
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

Předmět plnění splňuje tyto parametry:	Hodnota parametru přístroje
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru	14°
oboustanný laterální náklon	xxx
oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci	xxx
oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci	xxx
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	xxx
kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	xxx
nosník příslušenství u hlavového čela s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.	xxx
kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy)	xxx
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 40cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	42 cm
centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokáce (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, 30° zádového dílu, případně další...)	xxx
oboustranně v postranicích integrované patientské/sesterské ovladače	xxx
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.	150 mm
páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm	45 mm
systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda, apod.)	xxx
univerzální lišty a držáky na příslušenství (u nožní části)	xxx
fixační body pro možnost bezpečného kurtování pacienta	xxx
ochranná kolečka v rozích lůžka	xxx
systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný	xxx
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	xxx
svorka pro vyrovnání el. potenciálu	xxx
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	xxx
konektor pro možnost připojení ručního patientského ovladače	xxx
součást dodávky: hrazda se samonavíjecí rukojetí; pasivní matrace plně kompatibilní s lůžkem	xxx
Resuscitační lůžko pro dítě 1ks – Tom 2	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 50637:2017 v platném znění nebo srovnatelné (lepší) řešení	xxx
stabilní a velmi jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	xxx
bezpečná provozní zátěž minimálně 75kg	80 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 62-80 cm pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou péči	61,4 – 86,4 cm
elektricky polohovatelná dvoudílná ložná plocha minimálně 130x70cm - minimálně zádový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotoru	137 x 70 cm
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR	xxx



Příloha č 1 Kupní smlouvy č. 2503400538 – Technická specifikace předmětu plnění
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

Předmět plnění splňuje tyto parametry:	Hodnota parametru přístroje
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru	15°
odnímatelná kompaktní plastová transparentní čela s dětskými motivy, s aretací proti samovolnému vytažení a otvory pro vedení hadic ventilátoru, atd.	xxx
spustitelné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, výška minimálně 80cm, aretovatelné alespoň ve 4 výškách, zabezpečení celé délky ložné plochy s možností přístupu k dítěti i při aktivovaných postranicích (dvířka, apod.)	80 cm
automatická blokáce spouštění postranic při zatížení pacientem zevnitř	xxx
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci a možností blokáce (zámků) jednotlivých funkcí	xxx
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm	125 mm
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství, DIN lišta u hlavového čela	xxx
ochranná kolečka v rozích lůžka	xxx
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochranných fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)	xxx
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	xxx
svorka pro vyrovnání el. potenciálu	xxx
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	xxx
součást dodávky: pasivní matrace plně kompatibilní s lůžkem, držák tlakové lahve	xxx
Lůžko pro dospělého pacienta 7 ks – Essenza 300	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	xxx
stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka	xxx
bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg	300 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 46-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	28 – 78,4 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádivový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	200 x 90 cm
zádivový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)	xxx
prodloužení lůžka minimálně o 20 cm s integrovanou podporou pro matraci, snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky	30 cm
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru	14°
oboustranně mechanické rychlospuštění zádivového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	xxx
kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	xxx
nosník příslušenství u hlavového čela s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.	xxx
kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy)	xxx
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 40cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	42 cm



Příloha č 1 Kupní smlouvy č. 2503400538 – Technická specifikace předmětu plnění
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

Předmět plnění splňuje tyto parametry:	Hodnota parametru přístroje
centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, 30° zádového dílu, případně další...)	xxx
oboustranně v postranicích integrované patientské/sesterské ovladače	xxx
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.	150 mm
páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm	45 mm
systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda, apod.)	xxx
univerzální lišty a držáky na příslušenství (u nožní části)	xxx
fixační body pro možnost bezpečného kurtování pacienta	xxx
ochranná kolečka v rozích lůžka	xxx
systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný	xxx
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	xxx
svorka pro vyrovnání el. potenciálu	xxx
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	xxx
konektor pro možnost připojení ručního patientského ovladače	xxx
součást dodávky: hrazda se samonavíjecí rukojetí; pasivní matrace plně kompatibilní s lůžkem	xxx
Pacientský stolek 2 ks – Eleganza mano	
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	xxx
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)	xxx
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	xxx
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 75–105cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg	Rozsah 72 – 109 cm, rozměry 600 x 335 mm, nosnost 9 kg ve středu desky
kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka	75 mm
provedení stolku – horní zásuvka a dolní skříňka s kvalitními ložisky, uprostřed nika	xxx
stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek	xxx
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku	xxx
možnost volby barevného odstínu	xxx



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 5

Seznam dodavatelů, poddodavatelů
a skutečných majitelů

Verze 2.0

Platnost od 30. 8. 2024



Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů¹

Název výzvy	6.1.1.1 Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Název projektu	Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Registrační číslo projektu	CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581
Název žadatele/příjemce	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
Název zakázky	Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

Zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel

Název	L I N E T spol. s r.o.
IČ/DIČ	00507814
Skuteční majitel/é	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	

Poddodavatel/é

Název	-
IČ/DIČ	-
Skuteční majitel/é poddodavatele	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	-
Datum narození skutečného majitele/ů	-

¹ Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že jej nemají.

Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – 3x transportní lehátko, 2x stretcher, 3x resuscitační lůžko pro dospělé, 1x resuscitační lůžko pro dítě (6 let), 2x patientský stolek, 7x lůžko pro dospělého pacienta

Položka	MJ	Počet MJ	Obchodní název, typ přístroje	Třída míry rizika dle MDR	Cena za MJ v Kč bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena za MJ v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
transportní lehátko	ks	3	Jordan A2h	I	42 170,00 Kč	21%	51 025,70 Kč	126 510,00 Kč	153 077,10 Kč
stretcher pro převoz pacientů	ks	2	Sprint 100	I	109 506,90 Kč	21%	132 503,35 Kč	219 013,80 Kč	265 006,70 Kč
resuscitační lůžko pro dospělé	ks	3	Essenza 300 LT	I	93 496,29 Kč	12%	104 715,84 Kč	280 488,87 Kč	314 147,52 Kč
resuscitační lůžko pro dítě (6 let)	ks	1	Tom 2	I	88 706,94 Kč	12%	99 351,77 Kč	88 706,94 Kč	99 351,77 Kč
lůžko pro dospělého pacienta	ks	7	Essenza 300	I	81 699,09 Kč	12%	91 502,98 Kč	571 893,63 Kč	640 520,86 Kč
patientský stolek	ks	2	Eleganza Mano	Není ZP	13 703,37 Kč	21%	16 581,08 Kč	27 406,74 Kč	33 162,16 Kč
CELKEM								1 314 019,98 Kč	1 505 266,11 Kč

