

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Brno	www.vnbmo.cz
Sídlo: Brno, Zábřdovická 3 Korespondenční adresa: Brno, Zábřdovická 3, PSČ 615 00 IČO: 60555530 DIČ: CZ60555530 E-mailová adresa: [REDACTED] Bankovní spojení: CNB pobočka Brno, číslo účtu: [REDACTED] Jednající: plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA , ředitel nemocnice	PSČ 615 00

dále jen „Kupující“ na jedné straně

a

Firma: MGVIVA a.s.	www.mgviva.cz
Sídlo: Křenova 438/3, Praha 6 Zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27447 IČO: 17321611 DIČ: CZ17321611 E-mailová adresa: [REDACTED] Bankovní spojení: CSOB a.s., [REDACTED] Jednající: [REDACTED] člen správní rady	PSČ: 162 00

dále jen „Prodávající“ na straně druhé,

vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly ke vzájemné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají níže uvedeného data v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-035097 pod názvem s názvem: „**VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup II**“, část 12 VZ s názvem **Doplnění ORL věže** (dále jen „zadávací řízení“), v němž Poskytovatel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

V souvislosti s předmětem plnění byla mezi smluvními stranami uzavřena kromě této Kupní smlouvy také Servisní smlouva (dále označena jako „SERVISNÍ SMLOUVA“), upravující provádění servisních služeb zdravotnických prostředků dodaných v rámci plnění této kupní smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k němu. Kupující se naproti tomu touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě dohodnutou kupní cenu. Kupující se zavazuje přijmout předmět koupě do svého vlastnictví tak, jak tento stojí a leží.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnické techniky
Typového označení: UHD Kamerová hlava resterilizovatelná v autoklávu, ORL patientské křeslo, Čelní ORL lampy, Flexibilní VIDEO-endoskop, Rigidní optika Richard Wolf 70°, Rigidní optika Richard Wolf 30°, Lupenlaryngoskop Richard Wolf 90°, Světlovodný kabel
Výrobce: RfQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG, Richard Wolf GmbH, GREINER GmbH, Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

dále pro účely této smlouvy jen „přístroj“ včetně příslušenství, jehož technická specifikace je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy (technický list je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy). Dodaný přístroj bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi současnému technickému vývoji.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný přístroj je způsobilý k řádnému užívání ke sjednanému účelu a jeho technický stav odpovídá technickým normám. Přístroj splňuje veškeré požadavky dle platné legislativy pro jeho provoz ve zdravotnictví, především, že ve vztahu k přístroji byly splněny veškeré ohlašovací povinnosti, zejména ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a byly vydány veškeré potřebné souhlasy, povolení nebo byly splněny registrační povinnosti potřebné pro provoz přístroje ke sjednanému účelu.

3. **Součástí dodávky je:**
 - doprava předmětu smlouvy do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - kompletní instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého materiálu potřebného ke kompletní instalaci a zahájení provozu přístroje dle technické specifikace;
 - návod v ČJ vč. instruktáže personálu Kupujícího, prohlášení o shodě, certifikace servisního střediska;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době.
 - záruční doba na výpočetní techniku, pouze pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy a současně je specifikována v tabulce „IT požadavky“, v tomto případě se podmínky a délka záruční doby řídí příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technické specifikace
4. U předmětu smlouvy Prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání Kupujícímu.
5. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů a norem. Obě smluvní strany se rovněž zavazují plnit podmínky dle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
6. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**

Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změnu závazku ze smlouvy, kterou mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona.

 - 6.1. **Dodání technicky vyššího typu přístroje:**

Vyhrazená změna se týká dodávky přístroje a spočívá v dodání „technicky vyššího“ typu přístroje oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

 - a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
 - b) Prodávající nemohl technicky vyšší přístroj zahrnout do NABÍDKY, neboť k účelu, k němuž má daný přístroj sloužit plně vyhovoval přístroj nabízený v NABÍDCE nebo technicky vyšší přístroj nebyl v době podání NABÍDKY na trhu dostupný;

- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena technicky vyššího přístroje bude
 - buď shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE,
 - nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně NABÍDKY, pokud na trhu není možné technicky vyšší přístroj pořídit za cenu uvedenou v NABÍDCE;
- e) technicky vyšší přístroj musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v nabídce;
- f) změna přístroje musí být vždy projednána s Kupujícím a Kupujícím musí být schválena; Prodávající nemůže vymáhat na Kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou Kupující nevysloví souhlas.

6.2. Dodatečné plnění:

Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu dodávek spočívající v dodání:

- vyššího počtu kusů dodaných přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství dle přílohy č. 1 této smlouvy.
 - dalšího příslušenství kompatibilního k dodaným přístrojům
- za splnění následujících podmínek:

- a) Kupující nemohl vyšší počet ks přístrojů, nebo jejich částí, nebo jejich příslušenství, nebo dalšího příslušenství kompatibilního k nim, zahrnout do původní veřejné z důvodů nedostatku finančních prostředků, které měl v době zadávacího řízení k dispozici; pokud se mu však podaří další finanční prostředky získat, může zrealizovat větší rozsah dodávek;
- b) přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) musí být Kupujícím dodán minimálně ve shodné kvalitě a ceně jako přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) sjednaný v této smlouvě, další příslušenství k dodanému přístroji musí být s dodaným přístrojem kompatibilní;
- c) cena za rozšíření dodávky musí odpovídat shodnému plnění dodávanému podle této smlouvy nebo v případě dalšího příslušenství ceně podle katalogu Prodávajícího platného v době uplatnění této vyhrazené změny;
- d) změna závazku musí být sjednána mezi smluvními stranami dodatkem ke smlouvě;
- e) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky;

6.3. Omezení předmětu koupě:

Kupující žádá na realizaci předmětu koupě prostředky ze státního rozpočtu MO ČR (dotaci). Vlastní zdroje kupujícího (nad rámec poskytnuté dotace) jsou velmi omezené.

- 1) V případě, že prodávající v NABÍDCE předložil kupní cenu, která překračuje předpokládanou hodnotu pořizovacích nákladů stanovenou v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a kupující nebude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu (z dotace nebo i z omezených vlastních zdrojů), může kupující omezit předmět koupě dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen současně s touto smlouvou.
- 2) Vyhrazenou změnu podle bodu 1) může kupující využít i v případě, že kupní cenu podle této smlouvy bude kupující hradit výhradně z vlastních zdrojů, budou-li nedostatečné na její úhradu.

III.

Cena a platební podmínky

- 1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět dle čl. č II. této smlouvy činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

Cena bez DPH	1 967 457,60 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	413 166,10 Kč
Cena včetně DPH	2 380 623,70 Kč

- 2. Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístroji a veškeré další náklady Prodávajícího nutné ke splnění povinností dodat předmět koupě dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Úhrada sjednané ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího na základě vystavené faktury se splatností min. 60 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
4. Konečná faktura bude vystavena Prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmětu plnění. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou Kupujícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, jinak faktura nebude placena. Prodávající se zavazuje po podpisu předávacího protokolu vystavit a doručit Kupujícímu konečnou fakturu nejpozději do dne nejzazšího smluvního termínu dodání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Dodací list je požadován v elektronické podobě ve zpracovatelném formátu pdk. U položek, u kterých bude mít Dodavatel k dispozici UDI kódy, budou tyto kódy vždy součástí dodacího listu.

IV. Dodání předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude dodán nejpozději do **30. 11. 2025**.
2. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
3. Pro případ, že Prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě v termínu podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nebo bude v prodlení s vystavením řádné konečné faktury v termínu podle čl. III. odst. 4 této smlouvy uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Prodávající bere na vědomí, že v případě prodlení s dodáním předmětu koupě nebo s vystavením konečné faktury může dojít ze strany zřizovatele Kupujícího ke krácení dotace, na základě, které je předmět koupě financován, čímž může vzniknout Kupujícímu škoda. Úhradou smluvní pokuty tak není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která mu vznikla v přičinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. O dodání předmětu koupě, včetně instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu Kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za Kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pokud bude přístroj nebo jeho příslušenství dodáváno po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
5. V souvislosti s instalací a uvedením přístroje do provozu je Prodávající povinen provést zaškolení obsluhy přístroje a učinit o něm oficiální písemný zápis, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem Kupujícího. Písemný zápis musí obsahovat potvrzení o oprávněnosti vyškolených zaměstnanců Kupujícího školit, co do obsluhy přístrojů další zaměstnance Kupujícího, popřípadě se Prodávající zavazuje po dobu záruční doby na výzvu Kupujícího proškolit zdarma zaměstnance Kupujícího.
6. Prodávající je povinen uvědomit o datu dodávky přístroje pověřeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v čl. VII. odst. 1 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
7. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud Prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud Prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, Prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za vady, které přístroj má v době jeho předání a za vady zjištěné po celou dobu záruční doby.
2. Reklamací zjevných vad přístroje Kupující uplatní u Prodávajícího při předání a převzetí, nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.

3. Reklamací ostatních vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

VI.

Záruka za jakost a záruční servis

1. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní techniky a současně je tato výpočetní technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se délka záruční doby příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1.
3. Během trvání záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu plnou záruku na dodaný předmět koupě, tj. bezplatné opravy, pravidelné kontroly dle legislativy a bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (např. bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, instruktáž apod. a to včetně veškerého spotřebního materiálu doporučeného výrobcem k pravidelné obměně v rámci BTK, či jiné pravidelné kontroly (doporučené výrobcem) v místě plnění a to za podmínek dle SERVISNÍ SMLOUVY. Pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní techniky a současně je tato výpočetní technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se podmínky uplatnění a poskytnutí záruky za jakost příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technická specifikace.

VII.

Ostatní ujednání

1. Kupující pověřil jednáním ve věcech smluvních:
[redacted]
a ve věcech technických podle této smlouvy vč. převzetí předmětu koupě pracovníky Oddělení farmacie a zdravotnické techniky (OFZT) Kupujícího.
2. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
a. vedoucí zakázky [redacted]
b. zástupce vedoucího zakázky [redacted]
tel.: [redacted]
3. Ke změně pověřených pracovníků postačí písemné oznámení druhé smluvní straně datovou schránkou, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k takové změně dojde.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a názvu a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (dále jen „MDR“), případně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále i jen „nařízení“), a zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále

jen „ZZP“), a to v závislosti na povaze nabízeného plnění. Zejména používání UID kódů a požadavky na registraci v rámci systému EUDAMED.

7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující spadá do vyššího režimu opatření pro zabezpečení kybernetické bezpečnosti a musí splňovat nejvyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. Kupující z tohoto důvodu povinen:

- Zohlednit a provádět pravidelnou analýzu rizik, identifikaci a řízení bezpečnostních rizik v souladu s metodikou hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- Zajistit implementaci bezpečnostních opatření, která odpovídají nejvyšším bezpečnostním požadavkům, včetně technických a programových prostředků (např. procesor, paměť, firmware), které mohou ovlivnit bezpečnost systému.
- Dodržovat klasifikaci informací podle stupňů důvěrnosti, přičemž nejvyšší stupeň („přísně diskrétní“) vyžaduje nejvyšší úroveň ochrany, přístup jen pro přesně určené osoby s písemnou evidencí přístupu.

Tedy naplnění kybernetické bezpečnosti v nejvyšší kategorii znamená komplexní přístup zahrnující právní povinnosti, systematickou analýzu a řízení rizik, implementaci přísných bezpečnostních opatření, klasifikaci a ochranu informací s nejvyšším stupněm důvěrnosti a pravidelný dohled a kontrolu plnění těchto požadavků v souladu s platnou legislativou a metodikami NÚKIB. Předmět plnění musí po celou dobu své životnosti splňovat veškeré požadavky vyplývající z platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, prováděcími předpisy, metodikami Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a rovněž vnitřními směrnici a bezpečnostními standardy Zadavatele.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, jež bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si oba účastníci smlouvy přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dodávaných přístrojů

Příloha č. 2 – Technický list předmětu plnění

V Brně dne

Za Kupujícího:



plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA
ředitel Vojenská nemocnice Brno

V Praze dne

Za Prodávajícího:



člen správní rady

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaného přístroje**

„VN BRNO – ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA PRO ODBORNÁ ODDĚLENÍ – NÁKUP II“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klasifikace části 12 VZ

Přístroje a zařízení pro otorinolaryngologii
Endoskopie, endochirurgické přístroje
Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

CPV
38300000-8
33168000-5
51410000-9
50421000-2

Popis: Předmětem dodávky je doplnění ORL věže o 4K kameru, mobilní čelní lampy, vyšetřovací křesla a rigidní a flexibilní endoskopy.

Identifikátor účastníka:

Název: MGVIVA a.s.

IČO: 17321611

Doplní účastník:

Název zdravotnického prostředku: Doplnění ORL věže

Typ zdravotnického prostředku: New device/ ~~Legacy device~~* Nehodící škrtněte

Třída zdravotnického prostředku: I., IIa

Technická specifikace předmětu dodávky:

Doplnění ORL věže				
Obchodní název nabízeného plnění:		UHD Kamerová hlava resterilizovatelná v autoklávu, ORL patientské křeslo, Čelní ORL lampy, Flexibilní VIDEO-endoskop, Rigidní optika Richard Wolf 70°, Rigidní optika Richard Wolf 30°, Lupenlaryngoskop Richard Wolf 90°, Světlovedný kabel		
Zadání parametru		Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1.	4K kamerová hlava	1ks	ANO / NE	ANO
2.	3 čipová CMOS kamerová hlava	ANO	ANO / NE	ANO
3.	Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0	ANO	ANO / NE	ANO
4.	Celokovové tělo pro optimalizaci chlazení a ergonomii	ANO	ANO / NE	ANO
5.	2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku	ANO	ANO / NE	ANO
6.	Výměnné objektivs různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm	ANO	ANO / NE	ANO
7.	Objektiv pro optiky menší než 7 mm	ANO	ANO / NE	ANO
8.	Podpora úzkopásmového zobrazení	ANO	ANO / NE	ANO

9.	Autoklávovatelná do 134°C	ANO	ANO / NE	ANO
10.	Kompatibilita se stávajícím 4K kamerovým kontrolerem R.WOLF Logic 4K	ANO	ANO / NE	ANO
Vyšetřovací křesla 2ks				
11.	Pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže	ANO	ANO / NE	ANO
12.	Plně elektricky polohovatelné	ANO	ANO / NE	ANO
13.	Křeslo složené ze 4 segmentů	ANO	ANO / NE	ANO
14.	Možnost položení křesla do vodorovné pozice (lehátka) pomocí jednoho tlačítka	ANO	ANO / NE	ANO
15.	Výškově elektricky polohovatelné min. v rozsahu 580 – 880 mm	ANO	ANO / NE	ANO
16.	Základna o průměru 70 cm pro maximální stabilitu	ANO	ANO / NE	ANO
17.	Rotace křesla s pacientem min. $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích	ANO	ANO / NE	ANO
18.	Sklápěcí a odnímatelné opěrky na ruce pacienta	ANO	ANO / NE	ANO
19.	Ovládání elektropohonů pomocí nožního ovladače	ANO	ANO / NE	ANO
20.	Nožní ovladač se čtyřmi tlačítky pro ovládání každého segmentu zvlášť	ANO	ANO / NE	ANO
21.	Součástí křesla vysouvací podvozek pro snadný přesun křesla (v případě zasunutí podvozku stojí křeslo na podstavci)	ANO	ANO / NE	ANO
22.	Možnost volby barevného provedení čalounění	ANO	ANO / NE	ANO
23.	Nosnost křesla 150 kg	ANO	ANO / NE	ANO
Příslušenství k ORL věži				
24.	Čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 000 mm	2 ks	ANO / NE	ANO
25.	Flexibilní endoskop s vnějším průměrem 3,2 mm, pracovní délkou min 330 mm, ohyb pracovní části nahoru/dolů 130° , zorné pole min. 90° , rozlišení čipu 1280x720p, pistolové držení nástroje, integrované LED osvětlení distálního konce, hloubka ostrosti min. od 3 do 50 mm, propojovací kabel USB pro propojení do PC, max. hmotnost 160g	2 ks	ANO / NE	ANO
26.	Optika průměr 4 mm, délka cca 170 mm, úhel pohledu 70° , autoklávovatelná	2 ks	ANO / NE	ANO
27.	Optika průměr 2,7 mm, délka cca 150 mm, úhel pohledu 30° , autoklávovatelná	2 ks	ANO / NE	ANO

28.	Lupenlaryngoskop pr. 10mm, 90°, dvojí zvětšení, autoklávovatelný 134°C	1 ks	ANO / NE	ANO
29.	Světlovodný kabel s koncovým připojením ke zdroje světla 90°, min. délka 1800 mm	2 ks	ANO / NE	ANO
30.	Celý obsah dodávky nový a nerepasovaný	ANO	ANO / NE	ANO
31.	Kompletní seznam a ceník dalšího příslušenství	ANO	ANO / NE	ANO
32.	Kompletní uvedení do provozu a předání příslušných certifikátů a protokolů	ANO	ANO / NE	ANO
33.	Veškeré příslušenství pro okamžité zahájení všech výše uvedených funkcionálních součástí dodávky	ANO	ANO / NE	ANO
34.	Prohlášení o shodě	ANO	ANO / NE	ANO
35.	Autorizovaný servis v ČR – uvést adresu a kontaktní údaje	PN č.	ANO / NE	ANO
36.	Všechny uvedené parametry uchazeč doloží na vyžádání zadavatele návodem k použití	PN č.	ANO / NE	ANO
37.	Seznam min. 3 pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje	PN č.	ANO / NE	ANO
38.	Záruční doba	Min. 24 měsíců	ANO / NE	ANO

CENOVÁ NABÍDKA

Nabídka číslo **700250001**

Ze dne **25.08.2025**

Platnost do

Pol.	Název Kat. číslo	Množství	Cena za MJ bez DPH	Sleva %	Cena za MJ bez DPH po slevě	Cena celkem bez DPH po slevě	Sazba DPH	Cena celkem včetně DPH po slevě
1	KAMEROVÁ HLAVA LOGIC 4K 85525942 ks	1 ks						
2	OBJEKTIV F 14 MM 85261144 ks	1 ks						
3	ORL léčebné křeslo Medseat 4.1 553-4736258	2 ks						
4	Opěrka hlavy Ergo 553-1461100	2 ks						
5	Chirurgický světlomet se studeným světlem Microspot s křížovým pásem, 90° (úhlová) kabelová hlava 006-08377	2 ks						
6	RP11A (3,2 mm) + USB C kabel RP11A (3,2 mm) + USB C kabel	2 ks						
7	Optika 70°, pr. 4mm, NL 175mm 8880545 EXCII	2 ks						
8	Optika pt.2,7mm,úhel 30°, prac.délka 115mm 8476433 EXCII	2 ks						
9	LARYN-PHARYNGOSCOPE 90° Ø 10MM WL 161MM 885090 EXC II	1 ks						
10	Světlovodný kabel lomený 90°,délka 180cm 0150-30000	2 ks						
11	Světelný kabel Adaptér, Wolf, strana endoskopu 0150-31050	2 ks						

Cena celkem	2 403 086,00	2 907 734,06
Sleva na položkách celkem	- 435 628,40	- 527 110,36

Záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba na příslušenství a baterie činí 6 měsíců od data instalace zařízení.

Tato záruka pokrývá pouze výrobní vady a nezahrnuje opotřebení způsobené běžným používáním nebo nesprávným zacházením.

Celkem po slevě bez DPH 0,00 Kč

Celkem včetně DPH 0,00 Kč

REKAPITULACE DPH		Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 967 457,60	413 166,10	2 380 623,70
Celkem		1 967 457,60	413 166,10	2 380 623,70

Platnost nabídky do

Nabídku vystavil:

telefon:

e-mail:

UHD Kamerová hlava resterilizovatelná v autoklávu

ENDOCAM Logic 4K
3-chip 4K camera head

spirit of excellen



- 3 čipová CMOS kamerová hlava
- Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0
- Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
- 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
- Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

- Objektiv s optickým ZOOM min. 13-29 mm
- Podpora úzkopásmového zobrazení
- Autoklávovatelná do 134 °C


ORL patientské křeslo

ENT patient chairs & working stools

medseat type



- Pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže
- Křeslo složené ze 4 segmentů
- Váha křesla 109kg
- Plně elektricky polohovatelné
- Nosnost křesla 220 kg
- Možnost položení křesla do vodorovné pozice (lehátka) pomocí jednoho tlačítka
- Výškově elektricky polohovatelné min. v rozsahu 580 – 880 mm



- Základna o průměru 704 mm pro maximální stabilitu



- Součástí křesla vysouvací podvozek pro snadný přesun křesla (v případě zasunutí podvozku stojí křeslo na podstavci)
- Rotace křesla s pacientem min. $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích
- Sklápěcí a odnímatelné opěrky na ruce pacienta
- Nožní ovladač se čtyřmi tlačítky pro ovládání každého segmentu zvlášť
- Možnost bezdrátového Bluetooth nožního ovladače
- Možnost volby barevného provedení čalounění

Čelní ORL lampy

— Fiberoptic headlight




- Chirurgická čelovka Microspot se studeným světlem a křížovým pásem
- Zaostritelný vláknooptický reflektor čelovka s vysoce výkonnou optikou pro osvětlení nejmenších tělesných dutin.
- Pohodlný, lehký nastavitelný stabilizační pás (černý nebo šedý) přes temeno hlavy nastavitelný jednou rukou.
- Světelné pole 5 až 105 mm, 90° (úhlová) kabelová hlavice
- 90° zahnutá koncovka světlovodného kabelu
- Světlovodný kabel 2100 mm

Flexibilní VIDEO-endoskop



- vnější průměre 3,2 mm, pracovní délka 330 mm
- Hmotnost 160g
- ohyb pracovní části nahoru/dolů 130°



- hloubka ostrosti min. od 3 do 50 mm
- Dvě programovatelná tlačítka
- integrované LED osvětlení distálního konce
- zorné pole min. 90°
- rozlišení čipu 1280x720p
- pistolové držení nástroje

- propojovací kabel USB pro propojení do PC



Rigidní optika Richard Wolf 70°

- Optika průměr 4 mm, délka cca 170 mm, úhel pohledu 70°, autoklárovatelná



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Rigidní optika Richard Wolf 30°

- Optika průměr 2,7 mm, délka cca 150 mm, úhel pohledu 30°, autoklárovatelná



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Lupenlaryngoskop Richard Wolf 90°

- Lupenlaryngoskop pr. 10mm, 90°, dvojitě zvětšení, autoklárovatelný 134°C



Světlovodný kabel

- Světlovodný kabel s koncovým připojením ke zdroje světla 90°, min. délka 1800 mm

