

Servisní report

Datum: 15. 08. 2025

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotnická 248/7, 775 20 Olomouc

Přijatý přístroj:

Sternum Saw Handpiece – DBC-470 (S/N: 20/360981)

Hlášená závada:

Motor nefunkční z důvodu vniknutí vlhkosti. Opořehobovaná těsnění, korozí flexi obvodu, opotřebená ložiska, kulíčková klec a vložka ložiska.

Diagnóza a provedené práce:

- Vyměna poškozeného motoru a motorového regulátoru
- Vyměna flexi obvodu
- Vyměna lip seal a dalších těsnících prvků (O-kroužky, těsnící podložky)
- Vyměna ložisek a vložky ložiska
- Vyměna hnací hřídele a kulíčkové klece
- Vyměna speciálních pinů, pružiny a izolačních prvků
- Kompletní repas a test funkčnosti elektrické ruční jednotky

Výsledek:

Přístroj byl kompletně opraven, otestován a je připraven k dalšímu bezpečnému používání.

Cenový návrh

- Celkem (bez DPH): 79.840 Kč bez DPH

Hand

Sehnal a opravu

FAKULTNÍ NEMOCNICE
 Zdravotnická 248/7, 775 20 Olomouc
 Ústav hospodářsko-technický
 Oddělení servisu a oprav zdravotnických přístrojů

Mgr. Jana Nepodajová
 18294

Radix CZ s.r.o. - Zdravotnické služby
 Zdravotnická 248/7, 775 20 Olomouc
 IČO: 252 23 111, DIČ: CZ252231111
 e-mail: info@radixcz.cz, tel: +420 585 411 111, fax: +420 527 315 987

85/2821