



Objednávka č.: DIS2505495

DIS2505495

VYŘIZUJE Horák Roman

☎ 588 443 601

FAX

E-MAIL Roman.Horak@fnol.cz

DATUM 19.09.2025

YBUX s.r.o.

Kramolínská 955
199 00 Praha 9 - Letňany

Druh faktury FNOL:

*Objednáváme u Vás: Dobrý den,
prosím o urgentní opravu CO2 čidla na inkubátoru
Přístoj při zapnutí alarmuje
Děkuji" Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající".

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I025264-004	14209/0350	INKUBÁTOR CO2 C16	
Rok výroby: 2012		Cena pořizovací: 118048,0000	Cena zůstatková: 14165,0000

Porucha CO2 čidla; Dobrý den,

prosím o urgentní opravu CO2 čidla na inkubátoru
Přístoj při zapnutí alarmuje

Děkuji

Středisko: Porodnicko-gynekologická kl.: centrum asistované reprodukce
Kontakt: Ing. Vojtěch Raška, tel. 588 445 437

NS: 0823

* Při částce nad 10 000,- Kč s DPH zašlete předem ke schválení podrobnou CN. Prověřujeme vysoké částky za cestovné. Ve výkaze uvádějte příčinu závady, zda byla porucha způsobena uživatelem nebo opotřebením přístroje. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ * Po provedení práce zasílejte kompletní faktury do 3 dnů elektronicky na email fin.účetárny: fin@fnol.cz. Tzn.: faktura + podepsaný serv. výkaz + CN+ objednávka. Nekompletní faktury vám vrátíme zpět. FNOL hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme zadávat do evidence faktury s nižší nebo vyšší splatností, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba. * Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz. Děkuje za pochopení.

VYSTAVIL:


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 269
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servis a bezpečnostně-technický kontrol
Ing. R. ZEMÁNEK

