

Příloha č.1 – Technická specifikace

Nabízený ventilátor: **MEDUMAT Standard 2**

Výrobce: Weinmann EMT, Hamburk

Rozsah dodávky: ventilátor *MEDUMAT Standard 2* (včetně základního příslušenství: znovupoužitelný patientský okruh, resuscitační maska č.5, MEDUtrigger, maska č. 5, sada CPAP masek, adaptér na inhalaci kyslíku, testovací vak), nabíjecí baterie, 12V kabel pro napájení z palubní sítě vozidla, nosná jednotka LIFE-BASE 3 NG včetně brašny, držák nosné jednotky na stěnu s nabíjecím rozhraním, návod v českém jazyce.

Režimy: IPPV, SIMV, CPAP, CPR, inhalace kyslíku, RSI (podpora při aplikaci narkózy).

Nabízená odsávačka: **ACCUVAC Lite**

Výrobce: Weinmann EMT, Hamburk

Konfigurace: odsávačka *ACCUVAC Lite*, znovupoužitelná nádoba na sekrety, brašna na příslušenství, 12V kabel do vozidla, držák na stěnu.

Nabízené přístroje splňují veškeré požadavky uvedené v příloze č.1 „Technická specifikace“ zadávací dokumentace.

Specifikace podle přílohy č.1 zadávací dokumentace:

- 1) Umístění ventilátoru na nosné jednotce s tlakovou lahví, která splňuje podmínky ČSN EN 1789.
- 2) Držák nosné jednotky přístroje, který umožňuje zavěšení již používaných přístrojů.
- 3) Hmotnost přístroje do 3 kg.
- 4) Barevný display min 5“.
- 5) Světelné a zvukové alarmy viditelné i za ztížených světelných podmínek.
- 6) Patientský okruh včetně resuscitační masky – možnost použití jednorázového okruhu.
- 7) Ventilační režimy IPPV/SIMV/CPAP/inhalace O₂ při spontánní ventilaci.
- 8) Možnost rychlého zahájení ventilace zadáním výšky a pohlaví pacienta nebo zvolení urgentního režimu pro dospělé a děti.
- 9) Dechová frekvence 5-50/min.
- 10) Dechový objem 50 až 2000 ml.
- 11) P_{max} 10 až 65 mbar.
- 12) Integrovaný PEEP 0 až 20 mbar.
- 13) Lokalizace v českém jazyce.
- 14) Přístroj musí splňovat podmínky normy ČS EN 1789.
- 15) Provozní teplota celé jednotky v rozsahu -18 až 50 °C.
- 16) Záruka na ventilátor min. 24 měsíců.
- 17) Transportní odsávačka včetně držáku do vozu s napájením ze sítě vozidla a dobou provozu na baterie min. 45 minut.
- 18) Možnost umístit odsávačku do držáků již používaných ve vozech ZZS Jčk.
- 19) Provozní teplota v rozsahu – 18 až 50 °C.
- 20) Záruka na odsávačku min. 24 měsíců.
- 21) Brašna nosné jednotky.
- 22) Držák do vozidla ZZS na nosnou jednotku.