

Příloha č.1a Kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění

Automatický externí defibrilátor (AED)

typové označení LIFEPAK 1000 - výrobce Physio-Control, Inc.,
který v plném rozsahu splňuje níže uvedené požadavky zadavatele:

Přístroj:	
1.	defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů
2.	možnost rozšíření vybavení pro použití i u novorozenců.
3.	bifázický výboj do 360 Joulů, doba nabíjení na 360 Joulů do 12 vteřin.
4.	nastavení síly výboje dle impedance pacienta
5.	textové, hlasové (v českém jazyce) a vizuální instrukce.
6.	automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace
7.	možnost konfigurace sekvence energií defibrilace
8.	možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence.
9.	LCD displej, minimální velikost 5,5" pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky
10.	automatický vnitřní test
Vnitřní paměť přístroje:	
11.	uložení údajů min. o dvou pacientech alespoň v rozsahu: záznam události, nepřetržitý záznam EKG a souhrn kódů činností
12.	uložení nepřetržitého monitoringu EKG min. 40 minut
13.	záznam údajů o provedených automatických testech přístroje
14.	možnost přenosu dat do počítače
15.	kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů
Baterie:	
16.	vybavena indikátorem stavu kapacity na viditelném místě
17.	jednorázová nenabíjecí
18.	bez nutnosti údržby
19.	životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J
20.	garantovaná životnost baterie při pohotovostním režimu min. 5 let
21.	vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu
Defibrilační elektrody:	
22.	kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech
23.	možnost přepojení defibrilačních elektrod z nabízeného přístroje do defibrilátorů používaných ZZS KVK pro plynulé pokračování resuscitace
Další požadavky na přístroj:	
24.	maximální hmotnost včetně baterie a jednoho páru defibrilačních elektrod 3,5 kg
25.	minimální požadovaná záruka na přístroj 5 let
26.	odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55
Příslušenství:	

27.	transportní obal s prostorem pro 2 páry elektrod s pevným madlem a popruhem přes rameno
28.	bezúdržbová baterie
29.	dva páry defibrilačních elektrod
30.	záchranný kit (resuscitační maska, holicí strojek, rukavice, nůžky, desinfekční ubrousek)
31.	návod k obsluze v českém jazyce
32.	Prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce

Další požadavky:	
-------------------------	--

33.	Zaškolení obsluhy AED
-----	-----------------------

Příloha č.1b Kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění

Tréninkový automatický externí defibrilátor:

typové označení **Trainer 1000** - výrobce **Physio-Control, Inc.**,

který v plném rozsahu splňuje níže uvedené požadavky zadavatele:

Přístroj:	
1.	automatický externí defibrilátor (AED) určený pro tréninkové účely
2.	schopnost simulace defibrilace pacienta, bez defibrilačního výboje
3.	shodná obsluha a shodné menu s nabízeným AED
4.	tvarově a funkčně shodný s nabízeným AED
5.	podsvícený LCD displej
6.	dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem
7.	variabilita volených činností pomocí modelových situací
8.	možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje
9.	zobrazení výzvy a doporučení pro KPR na displeji i hlasem
10.	přístroj komunikující s obsluhou v českém jazyce
11.	provoz na plně nabitou baterii min. 3 hodiny
12.	signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu
13.	hmotnost přístroje vč. transportního obalu a příslušenství max. 2 kg
Příslušenství:	
14.	dálkové ovládání
15.	transportní obal
16.	defibrilační elektrody - min. 5 ks tréninkových defibrilačních elkektrod
17.	nabíječka
Další požadavky:	
18.	Zaškolení obsluhy treninkového AED

Příloha č.1c Kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění

Software pro analýzu činností AED:

typové označení CODE-STAT™ 10.0 - výrobce Physio-Control, Inc.,

který v plném rozsahu splňuje níže uvedené požadavky zadavatele:

Požadavky:	
1.	nástroj pro možnost prohlížení, editaci a archivaci zdrojových dat z přístroje (AED) do osobního počítače.
2.	prohlížení stažených dat z přístroje v reálném čase, včetně kontinuální křivky EKG a dalších přístrojem zaznamenaných událostí.
3.	software plně kompatibilní s nabízeným přístrojem AED a ostatními přístroji používanými ZZS KVK
4.	zaškolení práce s programem

Příloha č.2 Kupní smlouvy: Rozpis kupní ceny

veřejná zakázka

Dodávka automatických externích defibrilátorů

položka	výrobce	typové označení	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	počet ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (21%) v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Automatický externí defibrilátor	Physio-Control, Inc.	LIFEPAK 1000	43700	20	874000	183540	1057540
Treninkový automatický externí defibrilátor	Physio-Control, Inc.	Trainer 1000	22000	1	22000	4620	26620
Software pro AED	Physio-Control, Inc.	CODE-STAT™ 10.0	42000	1	42000	8820	50820
Celkem v Kč vč. DPH							1134980

Celková kupní cena v Kč bez DPH	938 000 Kč
Výčíslení DPH 21% (z ceny bez DPH)	196 980 Kč
Celková kupní cena včetně DPH	1 134 980 Kč