



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22

Havlíčkův Brod IČO : 00179540, DIČO : CZ00179540

OBJEDNÁVKA č.: VOZT-2025-250

Značka: VOZT-2025-250
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: +420 569 472 118
Fax: +420 569 421 982
E-mail: adam.fila@onhb.cz

MEDISAP s.r.o.
Na Rovnosti 5
130 00 Praha 3
tel.-225 001 511 IČ: 48029360

Datum: 19.07.2025

Dokumentace servisního zásahu musí vyhovět zák.požadavkům !

Čitelná s uvedením oddělení, jednoznačnou identifikací přístroje, jménem technika, datem atd.

Při zásahu na více přístrojích, je nutné rozepsání provedených výkonů a jejich rozúčtování dle jednotlivých přístrojů !

Při nedodržení podmínek nebudou servisní faktury propláceny !

Před započítáním servisních prací v Nemocnici Havlíčkův Brod je nutno toto oznámit zodpovědné osobě uvedené na objednávce.

Prosíme o sdělení předběžné ceny opravy. Veškeré doklady zasílejte na oddělení zdravotnické techniky.

Výsledek servisního zásahu musí být vyznačen na protokolu :

VYHOVUJE / NEVYHOVUJE (důvod, opravitelnost)

K provedenímu servisnímu zásahu prosíme o dodání certifikátu o proškolení konkrétní osoby výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem , dle § 45 zák.375/2022Sb.

----- Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. BTK	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Umístění:	Centrální monitorovací systém i-Central CZC4522Z91 ARO-LI(int.péče)
2. BTK	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Umístění:	Monitor vitálních funkcí Datex Carescape B850 v2 SPM17480062SA ARO-LI(int.péče)
3. BTK	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Umístění:	Monitor vitálních funkcí Datex Carescape B850 v2 SPM17480077SA ARO-LI(int.péče)
4. BTK	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Umístění:	Monitor vitálních funkcí Datex Carescape B850 v2 SPM17480078SA ARO-LI(int.péče)
5. BTK	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Umístění:	Monitor vitálních funkcí Datex Carescape B850 v2 SPM17480081SA ARO-LI(int.péče)

6. BTK	Název zařízení:	Monitor vitálních funkcí
	Typ zařízení:	Datex Carescape B850 v2
	Výr.číslo:	SPM17480098SA
	Umístění:	ARO-LI(int.péče)
7. BTK	Název zařízení:	Monitor vitálních funkcí
	Typ zařízení:	Datex Carescape B850 v2
	Výr.číslo:	SPM17480101SA
	Umístění:	ARO-LI(int.péče)

Provedení pravidelné BTK s vystavením protokolů.(Provedení 07/2025)
(Kč 104.221,- bez DPH)

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

.....
podpis zodpovědné osoby