

Objednávka - číslo: 34491/2025

Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Objednatel Nemocnice Pelhřimov Příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951 Č.ú: 174-401202834/0600 Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel medisap,s.r.o. Na rovnosti 2244/5, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 48029360 DIČ: CZ48029360
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.	
Objednávám u Vás provedení PBTk na přístrojích na ARO. Dle zasláného servisního výkazu č. ME-SE-25-019536. Prosím o dodání certifikátu technika, že má oprávnění tyto kontroly provádět. Protokoly o PBTk prosím pouze elektronicky! Děkuji	
Cena bez DPH: 215 177,20 Kč	Cena s DPH:
Podpisem dodavatele se považuje objednávka za akceptovanou.	
Objednatel: Datum: Razítko a podpis:	Dodavatel: Datum: Razítko a podpis:

DODAVATEL medisap,s.r.o Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 IČ: 48029360 DIČ: 48029360	Objednávka zákazníka Ze dne Servisní smlouva č. Kontaktní osoba Tel.:
	ZÁKAZNÍK Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951
Code ME-SE-25-019536 Typ výkazu BTK	

ZAŘÍZENÍ	VÝROBNÍ ČÍSLO
Plicní ventilátor EVE In	S07018400010093
Plicní ventilátor EVE In	S07018400010094
Monitor LIGHT F-LM1	4982637
Monitor LIGHT F-LM1	4982639
Ventilátor R 860	CBRX00697
Ventilátor R 860	CBRX00698
Ventilátor R 860	CBRX00699
Ventilátor R 860	CBRX00700
Ventilátor R 860	CBRX00701
Ventilátor R 860	CBRX00729
Ventilátor R 860	CBRX00732
Ventilátor R 860	CBRX00745
Ventilátor R 860	CBRX00746

POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE Roční servisní kontrola.
POPIS PRÁCE Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. EVE IN (S07018400010093)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. Výměna servisní sady dvouleté. EVE IN (S07018400010094)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. Výměna servisní sady roční. F-LM1 (4982637)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. F-LM1 (4982639)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00697)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00698)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00699)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00700)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00701)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00729)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. R 860 Ventilator (CBRX00732)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.


R 860 Ventilator (CBRX00745)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.

R 860 Ventilator (CBRX00746)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.

PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY

Kat.č.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
107061591	Servisní sada EVE roční	2	ks	2345.00	4690.00
5514015	Inspiratory Safety Guard - Respirační pojistka k ventilátoru R860 (10ks/bal)	1	ks	3996.00	3996.00
5953932-S	Sada baterií (pár) pro R860, s olověným akumulátorem, dobíjecí, 12 V	9	ks	13776.80	123991.20
9998-PM-Monitor 12	Periodická kontrola monitoru	2	ks	3300.00	6600.00
9998-PM-Ventilator	Periodická kontrola plicního ventilátoru	11	ks	6900.00	75900.00
CELKEM					215177.20

UKONČENÍ PRÁCE

Závěr:	Vyhovuje	
Ukončení práce:	06.10.2025	
Technik:	Rostislav Rieger	Podepisující:
Email:	rostislav.rieger@medisap.cz	Email:
Mobil:		
Podpis technika:		
	Podpis:	