

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
OBMĚNA LŮŽEK V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BŘÍZA					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace				
Sídlo:	U Vrbky 486, Horní Bříza, 330 12			IČO:	00022578
Statutární zástupce:	Mgr. Radek Vyhnálek, MBA, ředitel				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	Nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Stamed s.r.o.				
Sídlo:	Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec			IČO:	29161941
Statutární zástupce:	Stanislav Kohout	Kontaktní osoba:	Monika Šašková		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. ZD dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje (zboží), počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje . - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		

1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ano
	Pečovatelská lůžka	170	min.24	Název: Eco 100 Sériové číslo: -	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: FMB	
Vnější rozměry lůžka 210 x 105 cm (toleranční pásmo ±5 %)				210 x 103 cm	
Rozměr ložné plochy Pro matraci 200 x 86 - 90 cm				200x 90 cm	
Prodloužení min 20 cm s rychloupínáním				ano	
Podjezdová výška minimálně 15 cm				15 cm	
Hmotnost klienta - Minimálně 220 kg				225 kg	
Nízká výška ložné plochy				ano	
Výška ložné plochy – nejnižší poloha - 17 cm (toleranční pásmo ±20 %)				15 cm	
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha - 80 cm (toleranční pásmo +/-20 %)				80 cm	
Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru				ano	
Pojízné ve všech pozicích				ano	
Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné				ano	
Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky				ano	
Ložná plocha z kovových lamel				ano	
Jednoduchá autoregrese zádového dílu				ano	

2x držáky na hrazdy	ano
Kovové části práškově lakované	ano
Nožní čela s výřezem	ano
Dělené teleskopické postranice v poměru 50:50, bez středového sloupku, nastavitelné v jakékoliv výškové poloze, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy. odnímatelné bez nutnosti použít nářadí, vnitřní postranice je celkově zakryta sítkou a není rozdělena žádnou pevnoučástí z důvodu prevence zranění končetin.	ano
Výplň postranice - síťka, omyvatelná v celé ploše postranoce, síťka je pevnou součástí postranice	ano
Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený	ano
Možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně	ano
Možnost polohy Fowlerova poloha	ano
Poloha Trendelenburg	ano
Integrované podsvícení lůžka	ano
Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zejména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku)	ano
Lůžka budou vyrobená v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky (zejména ČSN EN 60601-2-52)	ano
Ostatní vybavení (Příslušenství k lůžkům) :	

Hrazda vzpřimovací, lakovaná, s hrazdičkou (madlem), výškově nastavitelná - POČET KUSŮ 170 (dle počtu lůžek)				ano	
2	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ano
	Matrace	75	84	Název: HF2 Clinic Green Line	
				Sériové číslo: -	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: Funke Medical	
Určena pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitu (4. stupeň rizika dle EPUAP) Jádro vyrobeno ze 3 vrstev z kvalitní pěny Snížení tlaku na tkáň u 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg Matrace rozdělena do 7 zón a vybavena prořezy pro cirkulaci vzduchu pod klientem Prořezy pro lepší cirkulaci vzduchu jsou umístěny na vnitřních stranách pěnových vrstev Okraje vyrobeny ze zpevněného materiálu pro snadné vstávání pacienta. Šířka okrajů min. 5 cm pro zajištění správné opory pacienta Voděodolný a paropropustný potah zátěrem o hustotě min 180 g/m2, potah pratelný na 95 °C Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5 Výška matrace min. 15 cm. Nosnost matrace min. 150 kg. <u>Záruka na jádro matrace min. 60 měsíců</u>				ano	
				ano	
				13 mm Hg, 20 mm Hg	
				ano	
				ano	
				5 cm	
				ano	
				ano	
				15 cm	
				150 kg	
				ano	
				Přílohy: produktový list, product pass,návod, prohlášení o shodě	
				Ve Zruči-Senci dne 28. 8. 2025 Zpracoval: Petra Daňková, Stamed s.r.o.	