

Nemocnice Břeclav, p.o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

IČO: 00390780
DIČ: CZ00390780

OBJEDNÁVKA č.: 10277/2025-6

Značka: 10277/2025-6

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

MGVIVA, a.s., Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
koresp.adresa Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Datum: 27.10.2025

Objednáváme u Vás:

provedení BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a dodržení zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, včetně vystavení protokolů.

Před příjezdem technika na provedení BTK prosím o zaslání certifikátu na e-mail: hakalova@nembv.cz

Č. Objednáváný úkon Údaje o zařízení

1. Tech.kontrola	Název zařízení:	LASER
	Typ zařízení:	Revolix jr. 30
	Výr.číslo:	
	Inv.číslo:	9160
	Nákl.středisko:	03 21 06 01
	Umístění:	OPERAČNÍ SÁLY
	Třída:	I Ib

Předpokládaná cena:

V případě nutných oprav zašlete, prosím, cenový návrh.

Originál protokolů, prosím, zaslat na Oddělení zdravotní techniky na e-mail

DODAVATEL	MGVIVA a.s.	Objednávka zákazníka	10277/2025-6
	IČ: 17321611 DIČ: CZ17321611	Ze dne	29.10.2025
	Malešická 2251/51	Servisní smlouva č.	
	130 00 Praha 3	Kontaktní osoba	
		Tel.:	
		ZÁKAZNÍK	IČ: 00390780 DIČ:
			CZ00390780
			Nemocnice Břeclav,
			příspěvková organizace
			U Nemocnice 3066/1
			69002 Břeclav
	Code MG-SE-25-006617		
Typ výkazu	BTK		

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě:

ZAŘÍZENÍ

Laser RevoLix jr. 30 W

POPIS PRÁCE

Provedení periodické bezpečnostní technické kontroly dle výrobce a v souladu se zákonem 375/2022 Sb. v platném znění viz. protokoly.

Přístroj hlásí Error nr 9. Detector Failure - zjištěna závada na zátěžovém odporu R98. - Provedena výměna poškozených dílů.

PŘEDPOKLÁDANÉ PRÁCE A POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Kat.č.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
9998-1	Dopravné				
9998-P LaserJR	Program roční údržby laser - řada Junior				
CELKEM					59700.00

[REDACTED]

Odesláno: středa 29. října 2025 15:03
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: objednávka 10277/2025-6

Dobrý deň,

týmto potvrdzujem prijatie objednávky **10277/2025-6**.

S pozdravom

[REDACTED]
dispečer/koordinátor
divize Servis

[REDACTED]

MGVIVA a.s.
Křenova 438/3, 16200 Praha 6
Office: Malešická 2251/51, 13000 Praha 3

Váš autorizovaný partner zdravotnické a gastronomické techniky
ISO 9001 | ISO 13485 | ISO 27001 | ISO 37001



[REDACTED]

Sent: Wednesday, October 29, 2025 2:32 PM
To: servis@meviva.cz

[REDACTED]

Subject: objednávka 10277/2025-6

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku.

[REDACTED]

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
Samostatná referentka
Oddělení zdravotnické techniky

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

[REDACTED]