

Dodatek č. 3 kupní smlouvy

na pořízení zdravotnické techniky pro nově budovaný Urgentní příjem Nemocnice Vyškov včetně příslušenství a dalšího vybavení

*kteřou, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský
zákoník) v platném znění uzavřely 13. 6. 2025 tyto smluvní strany:*

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace ve věcech smluvních.

Zastoupená: [redacted] – vedoucím obchodního oddělení Nemocnice
Vyškov, příspěvková organizace ve věcech technických

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a

MGVIVA a.s.

sídlo: / místo podnikání: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 Veleslavín

IČO: 17321611,

DIČ: CZ17321611,

společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném:
Městský soud v Praze

pod značkou / číslem: oddíl B, vložka 27447

zastoupená Ing. Lenkou Hesovou, členem správní rady

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně plnění u dílčí položky předmětu plnění a související úpravě celkové kupní ceny:

- a) Změna předmětu plnění u dílčí položky č. 25 POCT analyzátor – měření krevních plynů, minerálů, metabolitů včetně urey a kreatinu, hemoglobinu (nabízené řešení: ABL90 FLEX PLUS):

Původní požadavek:

Připojení a přenos výsledků včetně kontrol kvality do LIS / NIS

Nový požadavek:

Připojení a přenos výsledků včetně kontrol kvality do LIS / NIS - ZRUŠENO

b) Změna předmětu plnění u dílčí položky č. 91 Automatický tromboelastograf (nabízené řešení: TEG-6s – tromboelastografický systém analyzátoru hemostázy):

Původní požadavek:

Přístroj musí být připojen do systémů LIS/NIS, vč. komunikačního protokolu

Nový požadavek:

Přístroj musí být připojen do systémů LIS/NIS, vč. komunikačního protokolu – ZRUŠENO

c) Změna kupní ceny v důsledku těchto úprav:

Původní kupní cena za dodávku zařízení činila 32 485 590,00 Kč bez DPH, tj. 39 019 541,22 Kč včetně DPH.

Nová kupní cena za dodávku zařízení je stanovena na 32 437 590,00 Kč bez DPH, tj. 38 961 461,22 Kč včetně DPH:

Celkem vč. DPH 12% - 3 584 282,24 Kč

Celkem vč. DPH 21% - 35 377 178,98 Kč

II.**Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 - výkaz výměr dodatku č. 3

Ve Vyškově dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA

Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk
Horák, MBA
Datum: 2025.11.26
15:10:25 +01'00'

kupující

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

V Praze dne

Ing. Lenka
Hesová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Hesová
Datum: 2025.11.25
13:45:12 +01'00'

prodávající

za MGVIVA a.s.
Ing. Lenka Hesová
člen správní rady

Svazek č. 4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem zdravotnická technika“ - Soupis požadovaného zařízení

Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutá pole. Ostatní pole není dodavatel oprávněn upravovat.

				Obchodní a typové označení nabízeného zařízení			Cena v Kč bez DPH		DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	100001		RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů	C-rameno s plochým detektorem ZIEHM Vision FD	ks	1				
			C-rameno s Flat-panelem o velikosti min. 20x20 cm a monitorovým vozíkem							
			C-rameno:							
			- plně vyvážené v každé poloze							
			- motorický vertikální pohyb min. 40 cm							
			- horizontální pohyb min. 20 cm							
			- orbitální pohyb min. -120/+45°							
			- rotace min. ±225°							
			- hloubka C-ramene min. 68 cm							
			- volný prostor SID min. 105 cm							
			Rentgenka:							
			- velikost ohniska max. 0,6 mm							
			- monitorování zátěže rentgenky							
			- tepelná kapacita systému min. 5 milionů HU							
			- aktivní kapalinové chlazení							
			Generátor:							
			- vysokofrekvenční 40kHz, řízený mikroprocesorem							
			- výkon min. 2,4 kW							
			- pulzní skiscope min. 1-25 pulzů/s. (v krocích 1,2,4,8,12,5 a 25)							
			- orgánová automatika							
			Detektor:							
			- CMOS technologie							
			- velikost detektoru min. 20x20 cm s možností ZOOM							
			- matrice detektoru 2048 x 2048 pixelů							
			- laserový zaměřovací kříž integrovaný v detektoru							
			Kolímace:							
			- čtvercová, podélná, irisová clona							
			- virtuální nastavení bez rtg záření							
			Orgánové anatomické programy:							
			- skelet/končetiny							
			- srdce/hrudník, břicho/trup							
			- eliminace kovů							
			- SOFT pro zobrazení měkkých tkání							
			- mohutný pacient							
			Monitor ovládací:							
			- TFT monitor dotykový – umístěný pro komfortní ovládání na C-rameni a také na monitorovém vozíku							
			- synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C-rameni							
			Monitor zobrazovací:							
			- velkoplošný monitor vel. min. 2x19" dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF na monitorovém vozíku							
			- rozlišení min. 1280x1024 pixelů							
			- kontrast ratio min. 600:1							
			- svítivost min. 800 cd/m2							
			DAP:							
			- zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímkem pacienta do PACS							
			Digitální zpracování obrazu:							
			- zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing							
			- funkce last image hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu							
			- digitální paměť min. 100 000 obrazů							
			Databáze:							
			- popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání							
			- možnost zadání pacienta							
			Archivace:							
			- mozaika – 16 obrazů							
			- USB port							
			- DICOM 3.0 (Storage, Worklist)							
			Wifi konektivita							
2	107101		přístroj ultrazukový diagnostický	Canon Aplio i700	ks	1				
			Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:							
			Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření							

Příloha č. 1 - Výkaz výměr, dodatek č.3

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_dodatek č.3

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_dodatek č.3

			2. Lineární sonda pro zajištění cévních vstupů a provádění blokády nervů v rozsahu min. 7 – 18 MHz, aktivní šíře zobrazení max. 40 mm								
			3. Lineární sonda pro blízké pole a cévní aplikace v rozsahu min. 4 – 12 MHz, aktivní šíře zobrazení min. 50 mm, označení středu vysílací části pro provádění intervenčních zákroků								
			4. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 120°								
5	121111		EKG přístroj vč. vozíku	GE EKG MAC	ks	2					
			Přenosné 12 kanálové EKG								
			Záznam na termocitlivý papír								
			Papír o šířce 210 mm								
			Automatický i manuální záznam								
			Displej pro zobrazení křivek min. 8" s dotykovou obrazovkou								
			Citlivost minimálně 2,5, 5, 10, 20 mm/mV								
			Rychlost zápisu 5, 12,5, 25 a 50 mm/s								
			Součástí dodávky je záložní baterie (pro provoz bez nutnosti zapojení do sítě)								
			Automatický filtr rušivých signálů (svalový filtr, síťový filtr a filtr driftu)								
			Splňuje evropskou normu pro EKG 60601-2-25:2015								
			Filtr driftu v rozsahu min 0,04-0,56 Hz								
			Záznam EKG pacientů a databáze pacientů v paměti přístroje, minimálně 300 záznamů								
			Alfanumerická klávesnice mechanická								
			Interpretace EKG křivek								
			Detekce arytmií								
			Detekce odpadlých elektrod								
			Detekce kardiostimulátoru								
			Analýza EKG dle Glasgowké univerzity, aleternativně dle analýzy MARQUETTE								
			Součástí dodávky vozík pro manipulaci s přístrojem								
			Součástí dodávky, rameno pro kabeláž								
6	130001		stůl operační mobilní vč. pevné oper. desky	Baxter Trumpf PST 300L	ks	1					
			elektromechanický nebo elektrohydraulický operační stůl s mobilní podvozkovou základnou a s pevnou operační deskou								
			celonerezová konstrukce celé podvozkové základny a rámu desek operačního stolu								
			vlastní konstrukce a veškeré kryty z vysokojakostní chrom-niklové nerez oceli								
			upraveno povrchovou úpravou elektronického leštění								
			po celé délce operačního stolu eurolišty								
			vícesegmentová pracovní plocha, min. 5i segmentová, nožní segmenty (L+P), středový, zádový a hlavový segment								
			celá pracovní deska rtg transparentní								
			polstrování operačního stolu antistatickými dílci, vícevrstvé sendvičové provedení s využitím viskoelastické pěny,								
			odnímatelné, se snadnou údržbou a hygienou								
			stabilní základna s možností přesunu pomocí pojezdových koleček								
			aretace stolu jedním pohybem								
			elektromotorické ovládání základních pohybů pracovní desky (zdvih, vyklápění Trendelenburg, antitrendelenburg a laterální vyklápění)								
			ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače								
			možnost uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy)								

			pohony napájeny z bezúdržbových akumulátorů								
			záložní bateriový zdroj pro nouzový provoz								
			signalizace stavu akumulátorů								
			polohování segmentů mechanické								
			manuálně nastavitelný hlavový segment								
			základní polohování oper. stolu elektromotoricky:								
			výškové nastavení zdvihu operačního stolu v rozsahu min. 300 mm								
			nastavení pozice Trendelenburg/reverzní Trendelenburg min. -20°/+20°								
			polohování laterálního náklonu min. -15°/+15°								
			zádový segment -35°/+55°								
			nožní segment 90° +30°								
			požadované min. příslušenství k operačnímu stolu:								
			1x anesteziologický rám včetně upínací spony								
			vč. závěsu paže k anesteziolog. rámu								
			1x infuzní opěra ruky								
			1x fixační pás pro uchycení ruky pacienta (pár), včetně fixačních spon								
			1x fixační pás pro tělo pacienta nebo DK, včetně fixačních spony								
			1x infuzní tyč, výškově nastavitelná, včetně upínací spony								
			2x stavitelná boční opěrka								
			1x opěrka pro nohy s uchycením na eurolištu								
			1x pojízdný stojan na příslušenství								
			1x stůl pod ruku operační s teleskopickou podpěrou								
			2 x polohovatelné opěrky nohou (Goepel Schaut) s putacím pásem								
			1 x kroužek pod hlavu								
7	131000		přístroj anesteziologický vč. monitoru	GE Carestation CS650, 8155M	ks	1					
			Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělé								
			Certifikovaný zdravotnický prostředek								
			Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí								
			Vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do patientského okruhu								
			Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow								
			Monitoring spotřeby anestetik a mediiplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika)								
			Integrovaná patientská jednotka nepřesahující půdorys pracovní desky								
			Průtokoměry plynů řízené a snímáné elektronicky s mechanickým ovládáním								
			Připojení k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, O2) – pohon na vzduch. Možnost připojení k 10 l tlakovým lahvím umístěných na přístroji								
			Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé								
			Možnost připojení jednocestných okruhů								
			O2 průtokoměr – integrovaný i externí								
			Záložní zdroj napájení minimálně na 30 minut provozu								
			Integrované osvětlení pracovní plochy								
			Integrovaný odtah anesteziologických plynů								
			Průtokoměry umožňující přesné dávkování (směšování) plynů i při nízkých průtocích								
			Nastavení flow čerstvé směsi minimálně v rozsahu 0,2 - 15 l/min								
			Možné použití s  Sevoflurane a Isoflurane (odpařovače nebudou součástí dodávky)								
			Možnost souběžného umístění 2 odpařovačů (sevofluran, desfluran) s ekologickým plněním (odpařovače nejsou předmětem dodávky)								
			Kontrola funkce a těsnosti systému vizuální systémem měchu ve válci								
			Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi								
			Monitor plynové analýzy a ventilace								
			Dotyková, barevná obrazovka minimálně 15", možnost obsluhy v ochranných jednorázových rukavicích								
			Uživatelský SW kompletně v českém jazyce								
			Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smýček								
			Analýza trendů								

			Monitoring plicní mechaniky								
			Plynová analýza								
			Analýza inspiria a expiria								
			Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N2O, CO2, O2								
			MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta								
			Paramagnetické měření O2								
			Kompletní příslušenství pro provoz								
			Ventilátor								
			Elektronický řízený								
			Ventilační režimy pro objemově a tlakově řízenou ventilaci – min. VC, PC, SIMV + PS, PSV, CPAP, MAN/SPONT								
			Dechový objem (VT) nastavitelný minimálně v rozsahu 5 -1500 ml								
			Nastavitelná frekvence minimálně v rozsahu 4 - 100 dechů/min								
			Nastavení PEEP minimálně: 4–30 mbar s možností vypnutí funkce								
			Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu								
			Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru								
			Pohon ventilátoru pneumatický s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu.								
			Příslušenství								
			Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství								
			Pacientský set								
			Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti								
			Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)								
			Držák pro pacientský hadicový set								
			Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví,								
			Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí								
			Zásuvky pro drobný materiál								
			Pojízdný podvozek s antistatickými kolečky a centrální brzdou								
			Monitor vitálních funkcí								
			Monitor vitálních funkcí s dotykovým barevným displejem alespoň 12", možnost obsluhy v ochranných jednorázových rukavicích								
			Monitor včetně přídavných modulů od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj, nutná kompatibilita								
			Současné zobrazení min. 6 křivek								
			Trendy grafické i numerické - min. 168 hodin								
			Kalkulátor pro výpočet dávkování léků								
			Měřené parametry: EKG (3 svody), respirace, NIBP, SpO2, IBP 2x								
			Monitorace základních arytmií								
			Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě, minimálně 4 hodiny provozu z akumulátoru								
			Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry								
			Přídavné moduly								
			Modul měření hloubky vědomí - využití stávajících modulů Entropy, GE Healthcare								
			Modul pro měření svalové relaxace. Měření hloubky svalové relaxace bude umožněno uživatelsky volitelnými metodami TOF (série čtyř impulzů), DBS (série dvou výbojů) a PTC (post-tetanic count). Měření mechanickými i elektrosenzorem.								
			Využití stávajících modulů NMT, GE Healthcare								
			Kvantitativní měření analgezie v průběhu chir. výkonů, vyhodnocení indexu odezvy na chir. Podnět se zobrazením na display monitoru.								
			Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry								
8	131505		systém ohřevu pacienta teplým vzduchem	IOB - Konvektivní ohřívací jednotka	ks	3					
			Systém konvekčního ohřevu vzduchu k prevenci a léčbě hypotermie a zajištění tepelného komfortu pacienta								
			Přesná řídicí jednotka vhánějící ohřátý vzduch flexibilní hadicí o délce min. 2 metry do příkrývek umístěných na pacientovi nebo pod pacientem								
			Integrovaný displej se zobrazením informací min. o: nastavené teplotě, režimu průtoku vzduchu, provozních hodinách, alarmových chybových stavech								
			Min. 4 polohy nastavení teploty v rozsahu vysoká 43°C, střední 38°C, nízká 32°C a okolní teplota								
			Tichý provoz, provozní hlučnost max. 55 dB								
			Integrovaný systém pro uchycení přístroje jak na infuzní stojan, tak i na bočníci lůžka								
			Rukojeť pro snadné přenášení								
			Hmotnost max. 5,5 kg								
			Rozměry max: 30 cm x 22 cm x 22 cm								
			Vysoce účinný HEPA filtr 0,2 µm, životnost filtru min. 500 provozních hodin								
			Min. 2 pozice přepínání režimu nízkého a vysokého průtoku vzduchu								
			Akustický a optický alarm minimálně pro překročení nadměrné teploty								
			Ohřívací jednotka je kompatibilní s min. 18-ti typy příkrývek pro pediatrické i pro dospělé pacienty								
			Elektrické napájení 220–240 V, 50/60 Hz								
			Příslušenství:								
			-pojízdny stojan s brzděnými kolečky								
			-jednorázové celotělové podložky (min. 20 ks) minimální rozměr 210x100 cm								
			-jednorázové celotělové podložky pediatrické (min. 20 ks) orientační rozměr 160x80 cm								
			-náhradní filtr								
9	133000		přístroj elektrochirurgický	ERBE VIO 3	ks	1					
			monopolární řezání do 400 wattů								
			monopolární koagulace do 200 wattů								
			bipolární řezání a koagulace do 120 wattů								
			Sledování kontaktu neutrální elektrody s pacientem								

			Typy proudů musí mít možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače								
			Digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve wattch a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací (v případě rozšířeného komunikačního rozhraní musí přístroj komunikovat v českém jazyce, uveďte údaje zobrazované na displeji)								
			Snadné a komfortní ovládání pomocí jednoho ovládacího prvku na předním panelu								
			Ochrana proti defibrilačnímu výboji								
			Možnost práce na pacientovi, který má Pacemaker								
			Součástí přístroje musí být dva nezávislé generátory								
			Rozhraní pro možnost připojení dalších systémů								
			Funkce Autostart i Autostop pro vybrané typy proudů při monopolární a bipolární koagulaci								
			Možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoli bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu								
			Automatické rozpoznávání bipolárních nástrojů								
			Vysoká bezpečnost pacienta, operátora a obsluhujícího personálu								
			Korekce chyb při chybném ovládání								
			Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení								
			Paměťové funkce pro možnost nastavení a uložení uživatelských programů (např. počet a typ módů činnosti, přednastavené programy, počet programů)								
			dodávka vč. příslušenství								
			50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody								
			nožní spínač pro řez i koagulaci								
			1 ks kabelu k neutrální elektrodě								
			2 ks monopolární rukojet sterilizovatelná s ovládáním a nožovou elektrodou								
			2 ks bipolární připojovací kabel								
			2 ks bipolární pinzeta přímá / bajonetová 17 cm, 0,6 mm – NonStick efekt								
10	141110		centrální monitorovací systém	GE CARESCAPE Central station, B125P	syst.	1					
			Lůžkový monitor	10 ks							
			barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 12", medical grade								
			český SW								
			min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně								
			jednoduché intuitivní ovládání								
			sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2								
			přenositelný modul pro měření EtCO2 (využití i stávajících modulů na ARO)	3 ks							
			trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod.								
			možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač								
			akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 4hod.								
			příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu								
			Centrální monitor pro min. 10 monitorů	1ks							
			český SW								
			možnost rozšíření až na 16 monitorů								
			obousměrná komunikace s připojenými monitory								
			možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase								
			možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů								
			Další vybavení								
			2x min. 27" plochý barevný displej								
			laserová tiskárna								
			jednotné příslušenství (kabely, čidla, spotřební materiál) se všemi monitory v rámci zakázky								
			propojení přes webové rozhraní se stávajícími monitorovacími systémy GE Healthcare (ARO, Interní JIP, Neurologická JIP)								
			pro sdílení dat a pro účely např. odborných konzilií v rámci nemocnice								
			Požadované příslušenství								
			jednotné příslušenství v rámci celé zakázky								
			kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu								
			a bezpečný provoz na pracovišti								
			držáky monitorů v rámci celé zakázky								
11	141122		transportní monitor	GE B10SP	ks	1					
			Lůžkový monitor								

			barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 10", medical grade							
			český SW							
			min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně							
			jednoduché intuitivní ovládání							
			sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2, IBP							
			1 ks přenositelný modul pro měření EtCO2 (využití i stávajících modulů na ARO)							
			trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod.							
			možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač							
			akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 4hod.							
			příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu							
12	143106		ventilátor plicní pro děti a dospělé - transportní do prostředí MR	HAMILTON MR1	ks	1				
			Přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacienta a také pro ventilaci během nemocničního transportu na vyšetření např. MR, CT, RTG, atd. Vyžadován přístroj kompatibilní s prostředím MR až do hodnoty min. 1,5 Tesla, nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu (vlastní integrovaná turbína)							
			-Ventilační režimy minimálně: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou; NIV; Bi-Level, či ekvivalent; automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta							
			-Monitorace:							
			§ grafické zobrazení dechové křivky (flow, tlak, objem)							
			§ plicní mechanika - min. poddajnost, rezistence, AutoPEEP, P0.1, RSB							
			§ monitorace hodnot - min. dechový objem, minutová ventilace, tlak v dýchacích cestách, frekvence dechová, FIO2, atd.							
			Obecné požadavky na přístroj:							
			§ proudová nebulizace pro podávání léků synchronizovaná s inspiriem							
			§ ovládání přístroje přes dotykovou obrazovku o velikosti min. 8,4" a otočným knoflíkem							
			§ apnea ventilace							
			§ možnost rozšíření systému o neonatální režim pro předčasně narozené děti s nastavitelným dechovým objemem již od 2 ml							
			-Ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ							
			-Alarmy: akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku							
			-Napájení: standardní síťové napájení 230 V / 50Hz + bateriový provoz na min. 8 hod provozu (interní baterie)							
			-Hmotnost: max 7kg přístroje vč. integrované baterie, bez stojanu							
			-Příslušenství:							
			§ pojízdný stojan vhodný do prostředí MR s brzděnými kolečky a jednoduše odnímatelným vlastním ventilátorem bez použití nástrojů;							
			§ patientský okruh jednorázový vhodný pro ventilaci v prostředí MR o minimální délce 3m;							
			§ tlaková hadice pro přívod O2							
			-Technické parametry (minimální):							
			§ Dechová frekvence – minimální nastavitelný rozsah 1 - 80 dechů/min							
			§ Dechový objem - minimální nastavitelný rozsah 20 - 2000 ml							
			§ koncentrace kyslíku – minimální plynule nastavitelný rozsah 21 - 100%							
			§ PEEP – minimální nastavitelný rozsah 0 - 35 cm H2O							
			§ Flow trigger nastavitelný - minimální rozsah 0,5 – 20 l/min							
			§ Stavitelný náběh tlaku							
			§ Citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-80%							
			§ Inspirační čas - minimální rozsah 0,1-12 s							
			§ Špičkový inspirační průtok – minimálně 260 l/min							
13	143107		defibrilátor, monitor, kardiostimulátor (dětská, dospělá pádla)	Intrepid Monitor/Defibrillator Philips	ks	2				
			přenosný, kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 7 kg včetně příslušenství (baterie, 1 role papíru, externích defibrilačních elektrod)							
			vybavenost: manuální defibrilace, monitoring pacienta, kardiostimulace (včetně příslušenství)							
			parametry: 12 svodové EKG, SpO2, NIBP, etCO2, včetně příslušenství							
			integrovaná dětská externí pádla v dospělých							
			velikost TFT displeje min. 8" se zobrazením 4 křivek							
			software v ČJ							
			synchronizovaná kardioverze							
			při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V							
			podání bifázického výboje v rozmezí 1- max. 200 J nastavitelná min. v 20 krocích							
			rychlé nabití do 6 sekund na maximální energetickou hodnotu přístroje							
			výdrž baterie: monitorovací režim EKG ≥ 180 min hodiny, defibrilační režim ≥ 100 výbojů při maximální energii výboje							
			indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje							

			trendy: min. 8 hodin s rozlišením 1 minuta							
			export dat do počítače přes USB							
			integrovaná termální tiskárna šíře min. 6cm s možností tisku klívek, trendů a přehledu událostí							
			Ochrana před prachem a vodou, min. IP 54							
			automatické kontroly připravenosti defibrilátoru, provozní test přístroje prováděný obsluhou max. 1 týdně							
			transportní brašna s postranními kapsami na uložení příslušenství							
			ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel							
			součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, NIBP, etCO2, odpojitelná defibrilační externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pádly, 1ks multifunkčních nalepovacích elektrod, které jsou určeny pro dospělé i dětské pacienty (nad 10kg)							
14	144100		systém infuzní techniky vč. systému monitorace systému infuzní techniky	SPACECOVER COMFORT 6 ks INFUSOMAT SPACE 15 KS SPACESTATION, INTEGROVANÝ SPACECOM 6 KS SPACE STATION 6 KS PERFUSOR SPACE 20 KS SPACE ONLINE SUITE 1 KS ONEVIEW ONLINE SUITE LICENCE 60 KS SPACE - DRŽÁK PUMPY 35 KS PC OptiPlex All-in-One 7420 35W XCTO 1 KS FM MOBIL - POJÍZDNÝ STOJAN 6 KS	systém 1					
			Dokovací stanice vč. infuzního stojanu – 6 ks							
			Pracovní stanice pro uchycení min. 8 přístrojů, pozice infuzních pump a lineárních dávkovačů v dokovací stanici musí být libovolně zaměnitelné							
			Snadné vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici							
			Jeden napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače nebo infuzní pumpy v dokovací stanici							
			Zajištění přehledné vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti							
			Možnost připojení pracovních stanic do nemocniční sítě bez nutnosti dalších úprav pracovní stanice							
			Možnost vzdáleného monitoringu pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných ve stanici a zobrazení těchto informací v PC na monitoru oddělení v nemocniční síti LAN							
			Možnost dokoupení dávkovačů s funkcí PCA a TIVA/TCI kompatibilní s dodávanou pracovní stanicí a dodanými přístroji							
			Možnost dokoupení dokovací stanice pro provoz minimálně 4 přístrojů v prostředí MRI, musí být kompatibilní s dodávanými pumpami a dávkovači							
			Kompatibilita s dodávanými lineárními dávkovači a infuzními pumpami							
			Infuzní pumpy – 15 ks							
			Přesnost dávkování ± 5 %; rychlost dávkování 0,1-1200 ml/hod.							
			Přehledný, dobře čitelný LCD displej, nastavitelný kontrast, minimální výška písma u názvu léku 4 mm							
			Nastavení parametrů infuze prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)							
			Výpočet rychlosti dávky g, mg, ug, ng, U, meg, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/žase							
			Možnost zadání dávkování minimálně v režimech – objem + průtok, objem + čas, průtok + čas; terapeutické režimy plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem							
			Možnost podání bolus – manuální i s přednastavením objemu; automatická redukce bolusového objemu po okluzi							
			Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku v rozmezí 75 až 750 mmHg, nastavitelný minimálně ve třech úrovních							
			Detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl., možnost nastavení velikosti vzduchových bublin minimálně v 10 úrovních a více							
			Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze							
			Alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitou a slabou baterii, vnitřní poruchu, okluzi nad i pod pumpou, odpojení od sítě, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy; možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu							
			Možnost použití infuzní pumpy jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze							
			Možnost použití bezpečnostních bezřetlátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a stíněných setů pro podání světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování na min. 72 hodin							
			Délka setu min. 250 cm; začleněné bezpečnostní prvky; sety – latex-free a DEHP-free							
			Při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy musí být automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta.							
			Gumová ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje							

Příloha č. 1 - Výkaz výměr dodatek č.3 11

			-průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřivač infuzních roztoků a krevních derivátů s nastavením teploty a alarmů								
			-nepřetržitý ohřev protékající infuze v infuzním setu / možnost užití kromě originálních i běžných infuzních setů								
			-přehledné zobrazení nastavené a aktuální teploty								
			-nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37°C – 41°C								
			-rozsah nastavení teploty v krocích po max. 0,5 °C								
			-doba zahřívání k provozu do 2 minut								
			-alarm nízké a vysoké teploty								
			-odolnost proti stříkající vodě ml. IPX4								
			-přípevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan								
			-uzpůsobení přenosu (integrovány držák nebo rukojeť apod.)								
			-ochrana před zásahem elektrickým proudem, stupeň BF, odolný defibrilací								
			-provozní napětí v min. rozsahu 220-240 V, 50/60 Hz								
			-maximální hmotnost přístroje 2kg								
			-možnost instalace libovolných setů								
17	146143		odsávačka elektrická přenosná (sání do jednorázových vaků)	Aspira GO 30	ks	1					
			kompaktní přenosná odsávačka se sacím výkonem cca 30l/min								
			nastavitelný rozsah vakua: od -0,10 do -0,85 bar								
			hmotnost přístroje cca 2,5 kg								
			výdrž Li-ion baterie cca 45 minut sání								
			úložný box v přední části přístroje na náhradní sací okruh								
			možnost použití jednorázových odsávacích vaků o objemu 1 litr								
			přenosná brašna přes rameno								
			indikátory provozu přístroje, nabíjení a provozu na elektrickou síť 220V								
			Základní příslušenství (součástí balení):								
			Nabíječka baterie								
			Lahev 1000 ml (možno sterilizovat)								
			Silikonový okruh (možno sterilizovat)								
			Jednorázový katétr CH18								
			Jednorázový přerušovač sání (stop ventil)								
18	146145		odsávačka elektrická pojízdná (výkon min. 40l/min)	Victoria Versa	ks	4					
			velmi tichý chod bez vibrací								
			minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu								
			manometr s barevným označením optimálního sání								
			regulátor vakua								
			sací výkon min. 40 lt/min								
			rozsah nastavení podtlaku 0-95 kPa								
			příkon do 110 VA								
			bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy								
			madlo								
			konfigurace:								
			pojízdný stojan s brzděnými kolečky, držák 2 lt lahve s použitím jednorázových vaků, sací okruh jednorázový nebo na více použití, proplachovací nádoba včetně držáku, košík odkládací, držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku, odkládací deska								
			záruka na sací agregát 6 let								
19	147126		ventilátor plicní pro děti a dospělé - transportní	HAMILTON T1 - transportní plicní ventilátor	ks	3					
			Ventilační parametry								
			přístroj pro nemocniční i mimonemocniční transport, s certifikací jak pro transport ve vozzech ZZS i letecké ZS dle EN 13718-1, a určený také pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů na oddělení UP, JIP a ARO								
			- přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)								

			- ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína								
			- dva vstupy pro připojení kyslíku: HPO – vysokotlaké připojení O2, a LPO – nízkotlaké připojení O2								
			Ventilační režimy minimálně:								
			§ CMV, SIMV, PCV, P-SIMV								
			§ ventilační režimy s garantovaným objemem								
			§ ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou								
			§ APRV spontánní ventilace s tlakovou podporou,								
			§ NIV neinvazivní ventilace								
			§ automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta								
			§ možnost rozšíření o režim HighFlow vysokoprůtokové kyslíkové terapie umožňující nastavení průtoku v min. rozsahu 2-100 l/min.								
			Monitorace:								
			§ na ovládací dotykové obrazovce o velikosti min. 8"								
			§ sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 4 křivek v čase, min. 3 křivky současně								
			§ objem: jednotlivý a minutový objem								
			§ t jak: PEEP/CPAP, plateau, mean								
			§ čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence								
			§ grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu								
			§ monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB								
			§ akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval, koncentrace O2, vadná čidla								
			Obecné požadavky na přístroj:								
			§ připojení na stávající rozvod medicínálních plynů (min. O2)								
			§ vestavěná s inspirem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků								
			§ ovládání přístroje minimálně ze dvou míst - přes dotykovou obrazovku a otočným ovládacím knoflíkem								
			§ funkce standby								
			§ možnost doplnění o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru								
			§ pojezdny podvozek pod ventilátor a držák okruhů; odnímatelný vlastní ventilátor bez použití nástrojů								
			§ procedury - min. podání 100% O2; odsávání								
			§ možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM...)								
			§ možnost rozšíření o měření ETCO2 - pro monitoraci volumetrického CO2, minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2								
			§ Stupeň krytí min. IP-54								
			Ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČI								
			Napájení: standardní síťové napájení 230 V / 50 Hz + bateriový provoz po dobu min. 4 hod provozu na jednu integrovanou baterii								
			Hmotnost: max 7 kg přístroje vč. integrované baterie, pro snadný transport								
			Příslušenství: kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu (min. tlakové hadice, O2 čidlo, exp. ventil, průtokové čidlo, vent. okruh, filtry,...)								
			Technické parametry minimální:								
			§ Dechová frekvence – nastavitelný minimální rozsah 1-80 dechů/min								
			§ Dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml								
			§ Koncentrace kyslíku – nastavitelný minimální rozsah 21-100%								
			§ PEEP - nastavitelný minimální rozsah 0-35 cm H2O								
			§ Flow trigger – nastavitelný minimální rozsah 0,5-20 l/min.								
			§ Stavitelný náběh tlaku								
			§ Citlivost expiračního triggeru – nastavitelný minimální rozsah 5-80%								
			§ Inspirační čas - nastavitelný minimální rozsah 0,1-12 s								
			§ Špičkový inspirační průtok - min. 260 l/min.								
20	147202		vak resuscitační ruční pro děti (do 20 kg)	AMBU MARK IV BABY	ks	7					
			ambuvak k manuální resuscitaci novorozenců, kojenců a dětí s hmotností do 20 kg								
			adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou								
			objem vaku 300 ml								
			bezlatexový, robustní s dvojítm pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta								
			s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi								
			pacientský ventil								
			rezervoár O2								
			silikonová transparentní obličejová maska pro děti (3 ks)								
21	147230		vak resuscitační s rezervoárem	AMBU MARK IV	ks	12					
			vak resuscitační s rezervoárem k manuální resuscitaci dospělých								
			možnost ventilace jednou osobou								
			adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou								

			s možností napojení na přívod kyslíku								
			objem vaku 1300 ml								
			autoklávatelný při 134°C								
			bezlatexový, robustní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta								
			s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi								
			pacientský ventil								
			otočný konektor								
			rezervoár O2 s objemem 1500 ml								
			možnost použití PEEP ventilu								
			silikonová transparentní maska s dofukovacím okrajem velikosti číslo 5, ¾, 2 a 6								
22	147401		zvlhčovač kyslíku	RS O2, TR 200	ks	7					
			složení ze dvou částí průtokoměru a vlastního zvlhčovače								
			rozsah průtoku na průtokoměru 0-15 l/min								
			autoklávatelný vlastní zvlhčovač								
			napojení přímo do centrálního rozvodu O2								
			napojení kyslíkové masky nebo nosních sond přímo na výstup z zvlhčovače								
23	147602		laryngoskop s led zdrojem vč. lžíc	Laryngoskopu s LED zdrojem, lžice 2-5McIntosh, dvojitá nabíječka	ks	4					
			celokovová lžice s vedením optického vlákna, optické vlákno vedeno uvnitř lžice								
			s matovou povrchovou úpravou lžic								
			laryngoskopická rukojeť s žárovkou LED								
			součástí rukojeti dobíjecí akumulátor Li-ion								
			lžice velikosti 2-5 typu McIntosh								
			vč. dobíjecí baterie a nabíječky pro laryngoskop								
			nabíjecí stanice pro dvě rukojeti s indikací nabití a zapojení do elektrické sítě								
24	147605		videolaryngoskop vč. stojanu	Glidescope Core	ks	1					
			videolaryngoskop pro obtížnou intubaci								
			1x videolaryngoskopická titanová lžice (vel.4)								
			1x videolaryngoskopická titanová lžice (vel.3)								
			1x řídící a zobrazovací jednotka – monitor FullHD (minimálně 10 palců), 2x vstup USB, 1x spojovací videokabel,								
			1x rigidní zavaděč pro obtížnou intubaci								
			pojistný masivní stojan s odkládacím prostorem a s ramenem pohyblivým ve třech osách								
			případně pevný ochranný kufřík, 1xUSB flash, síťový adaptér								
			lžice videolaryngoskopu z titanu umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti								
			titanová lžice laryngoskopu se zabudovanou kamerou a se zdroji světla LED, umožňující dokonalou vizualizaci dýchacích cest								
			možnost připojení kompatibilních periférií - bronchoskopů, širokého spektrum jednorázových lžic, SpO2 čidla se zobrazením hodnot saturace na obrazovce								
			účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace								
			nízký profil lžice (až na 10mm) umožňující obtížnou intubaci i v případech omezeného rozvětvení čelisti								
			externí napájecí adaptér – vlastní přístroj nevyžadující kontrolu na elektrickou bezpečnost								
			výstup HDMI umožňující online přenos signálu na externí monitory								
			on line přenos signálu na externím TFT barevném monitoru, možnost paralelního zobrazení signálu ze dvou zdrojů - např. bronchoskopu								
			nahrávání videa a audia a fotografií na vnitřní paměť minimálně 100GB, snadný přenos a archivace nahraných souborů								
			ochrana lžice proti zatečení IPX8 pro její ochranu při dezinfekci								
			veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení								
25	221106		POCT analyzátor - měření krevních plynů, minerálů, metabolitů včetně urey a kreatininu, hemoglobinu	ABL90 FLEX PLUS	ks	1					
			- Kazetový plně automatizovaný analyzátor acidobazické rovnováhy								
			- Zadávání ID pacienta pomocí barcode štítků čtečkou								
			- Zadávání ID operátora (přihlášení jednotlivých operátorů + automatické odhlášení během neaktivity nebo nutnost načítání ID operátora pomocí čtečky při každém měření)								
			- Typ vzorku: plná krev								
			- Typ odběru: arteriální, venózní, kapilární								

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_dodatek č.3

			Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)							
			Průměr světelného pole 180–270 mm							
			Technické podmínky RAMENO2:							
			Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)							
			Průměr světelného pole 180–270 mm							
			Technické podmínky RAMENO3:							
			Rameno pro TFT monitor							
			Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26"							
			Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA							
			Položování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojetmi operačních svítidel							
			Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech							
			Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné							
			Obecné požadavky:							
			- zdroj světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a misením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)							
			- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla							
			- index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty							
			- plynulé nastavení průměru světelného pole							
			- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu							
			- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů							
			- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla							
			- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti							
			- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti							
			- minimální tepelné vyzařování							
			- ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo							
			- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla							
			- snadné položení za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla							
			- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení							
			- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41							
			- napájení 230 V / 50 Hz							
			- automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení							
			- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin							
			- výškově stavitelné, možnost naklápění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla							
			- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla							
			- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen							
			- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla							

			Požadavky na instalaci:							
			Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále.							
			Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a přípojevacích prvků.							
			Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu.							
			V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele.							
			NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘÍPOJOVACÍMI PARAMETRY							
			(kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)							
			Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.							
			Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.							
28	232101	STAVBA - ZT	svítidlo vyšetřovací stropní	Operační svítidlo marLED E9i/E9i/ TFT/ nástěnné ovládání	ks	8				
			Požadavky na přístroj:							
			Stropní vyšetřovací/zákrkové svítidlo s technologií LED pro použití na zákrovém sále.							
			Technické podmínky:							
			Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx							
			Průměr světelného pole 170 mm							
			Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací							
			Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm							
			Výškové stavitelné, možnost naklápění a otáčení – ramena otočná o 360°							
			Obecné požadavky na přístroj:							
			- rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K							
			- index podání barev Ra min. 99							
			- maximální redukce stínů							
			- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu							
			- ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla							
			- možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)							
			- snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)							
			- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1							
			- napájení 230 V / 50 Hz							
			- nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg							
			Požadavky na instalaci:							
			Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků.							
			Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.							
			Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.							
29	361302		stěna závěsná s drážky na obuv - drátěný program, nerez (kapacita min.10 párů bot) orientační rozměry 500//300/1400 mm	Nerez závěsná stěna na galoše - 10 párů	ks	1				
			celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli							
			stěna s policemi pro uložení sálové obuvi							
			stěna / mříž k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů							
			součástí dodávky spojovací materiál/vruty na uchycení stěny ke zdi							
			provedení se cca 7 šikmými policemi z nerezové oceli							

			každá police umožňující uložení- dvou párů sátové obuvi							
30	376100	STAVBA - ZT	panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztokůorientační rozměry 500/525/340/2100 mm	Hygienický panel Becker	ks	1			21%	
			hygienický panel pro profesionální dezinfekci povrchů							
			kompaktní konstrukce z chromniklové oceli							
			panel s předinstalovaným systémem přívodu a odtoku vody							
			s dávkovačem dezinfekčního přípravku							
			mikroprocesorové řízení dávkovacího automatu							
			rozsah dávkování 0,25% - 3% roztok							
			displej se zobrazením hlášení dojití koncentrátu							
			skladování koncentrátu ve spodní skříňce							
			certifikace: atest BAM: BAM-DDE9; certifikát							
			TÜV: E8 01 01 42634 001; certifikát DVGW: DW-0402BL058							
			ve spodní skříňce výlevka s kruhovým oplachem							
			zásobní nádrž pro oplach výlevky integrovaná na panelu							
31	376130	STAVBA - ZT	vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická dezinfekce kapacita 1 podl. mísa s víkem+1moč. láhev nebo 3 moč.láhve	TOPIC 20	ks	1			21%	
			mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí							
			kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí							
			6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní							
			samostatně stojící přístroj z nerezové oceli							
			s možností zavěšení na zeď							
			nerezová svařovaná mycí komora							
			během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokované dveře							
			česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch							
			vlastní vyvíječ páry							
			možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.							
			vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí							
			labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění							
			hlučnost do 55dB							
			možnost připojení na stávající rozvody médií							
			možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob							
32	392000		lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní	Sprint 200 bez vah	ks	5			21%	
			- velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka							
			- min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 2015 x 85 cm							
			- úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90°							
			- úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40°							
			- úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 25°							
			- hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55 - 85 cm							
			- možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendelenburgovy polohy min. 15°							
			- integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka							
			s ochranou proti nechtěnému spuštění							
			- odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části)							
			- nožní čelo lůžka pro oporu nohou při polohování							
			- kolečka s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým a nožním čelem i z obou podélných stran lůžka, prům. min. 200 mm,							
			- prostor na umístění tlakové lahve na podvozek lůžka							
			- univerzální držáky na drobné příslušenství ze strany lůžka							
			- lišta pod hlavovou částí lůžka							
			- ochranná kolečka v rozích lůžka							
			- nosnost minimálně 300 kg							
			- odnímatelná matrace výšky min. 13 cm ze studené PUR pěny a visco pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem							
			- min. dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části							
			- lišty po obou stranách lůžka							
			- políčka na monitor							
			- tlačná madla v hlavové části							
			- box na uložení osobních věcí pacienta							
33	392629		křeslo transportní na přepravu pacientů	G... EXTRA, nosnost 220 Kg	ks	6			24%	

			stabilní kovová konstrukce							
			nosnost min. 180 kg							
			kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem							
			pohodlný čalouněný sedák							
			čalouněné opěradlo zad							
			čalounění i kovovou konstrukci vozíku možno dezinfikovat							
			manipulační madlo							
			oboustranně přístupný sedák							
			odklopná boční madla							
			pevná podpora nohou přepravované osoby, bez nutnosti sklápění a odklápění při nástupu nebo výstupu							
			upínací popruh pacienta							
			infuzní držák zasunovací							
			odkládací košík pod sedákem							
			zadní kolečka pr. 300 mm s automatickou aretací							
			přední kolečka pr. 100 mm							
			musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce							
34	393401		lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově zdvih., pojízdné orientační rozměry 2000/650/530-930 mm	JORDAN F2e zdravotnické lehátko	ks	4				
			lehátko stabilní konstrukce s elektricky nastavitelnou výškou stolu							
			2 segmentové							
			hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrrou							
			ústní otvor s krytem							
			elektricky nastavitelná výška v rozmezí min. 300 mm							
			ruční ovladač elektromotoru							
			konstrukce se zakrytáváním spodního rámu a pohybového mechanismu lehátka							
			konstrukce omyvatelná, dezinfikovatelná							
			zátěž lehátka alespoň 180 kg							
			držák na hygienický papír							
			brzděná kolečka pr. 75 mm							
			možnost výběru barevného provedení konstrukce dle vzorníku RAL							
			možnost výběru barevného provedení čalounění / koženky s atestem pro zdravotnictví							
35	395403		sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná	TB-2-MEDI	ks	3				
			stabilní kovová konstrukce							
			s nosností min. 130 kg garantovanou výrobcem							
			s pohodlným vysokým sedákem Ø 400 mm							
			s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním							
			sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení							
			čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min.7 cm, celočalouněná - čalounění koženka							
			podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž							
			pogumovaná kolečka o pr. 50 mm							
36	395420		trojnožka	230003-Sedadlo-výš.stav.ner.MAR	ks	2				

			nerezová stabilní konstrukce								
			podstavec sedadla v nezatiženém stavu pojízdný na třech kolečkách								
			při zatížení sedadla podstavec jnepojízdný								
			plynulé nastavení- výšky od cca 55 do cca 79 cm								
			nastavení výšky pomocí nožního pedálu								
			sedák z pružného polyuretanu								
			podélný sklon sedáku nastavitelný v rozsahu v rozsahu +/- 5°								
			antistatické provedení								
37	401010		lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné	Eleganza 1	ks	7					
			bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění								
			stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)								
			jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)								
			vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm								
			bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg								
			zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta								
			elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů,								
			lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky								
			prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra								
			ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta								
			náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta								
			oboustranné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi								
			kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů								
			plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním								
			(polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů								
			plynulé svislé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř								
			centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí								
			a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)								
			pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s LED svítlnou nebo LED osvětlením okolí lůžka								
			kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvrtné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků								
			vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka								
			systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda, apod.)								
			postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství								
			zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu								
			automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení								
			(použití pojistek a jiných nadproudových ochrann fungujících na destruktivních principech se nepřípouští)								
			svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu								
			přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V								

			možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad								
			příslušenství:								
			hrazda s výškově stavitelnou rukojetí								
			infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez								
			Pasivní antidekubitní matrace								
			jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3								
			na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru								
			s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace)								
			PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)								
			potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopni proti znečištění, paropropustný, voděodolný								
			materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)								
			nosnost min. 200kg								
			funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm								
38	405001		stolek odkladní /noční pojízdný orientační rozměry 480/500/810 mm	Elaganza Mano	ks	8					
			pojízdný, jednostranný stolek k lůžku, uzamykatelný								
			stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu								
			odolná horní plocha se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů								
			korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (18mm), lepený								
			ohrnutí ABS hranou o síle 2 mm								
			otvor s plastovou zásepkou v zádech stolu								
			zásuvky vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí								
			uvnitř zásuvek plastová (ABS) vyjímatelná vložka (RAL 2002)								
			horní část stolu nízká zásuvka								
			dolní část stolu vysoká zásuvka								
			velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolu (rozteč 305 mm)								
			dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, dvě brzditelná								
			ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolu								
			vložená dvířka								
			design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky								
39	405002		stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný	Elaganza Mano	ks	2					
			pojízdný, oboustranný stolek k lůžku, uzamykatelný								
			stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)								
			odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů								
			integrováná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm,								
			s posilováním mechanickou či plynovou pružinou,								
			naklopitelná pro čtení i psaní								
			s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání								
			rozměry vhodné pro táč s jídelním min. 580x330mm, nosnost min. 8kg								
			kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka								
			provedení stolu – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách								
			stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek								
			držák na zavěšení ručniku, manipulační madla na korpusu stolu								
			design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky								

22

			plastový vyjímatelný odpadkový koš								
			výškové stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice								
			držák kontejneru na použité jehly								
			nerezová kapsa na dokumenty								
			nástavba								
			1x sada čtyř výklopných boxů								
43	410060		vozik s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4) orientační rozměry 750/550/1020 mm	Zdravotnický vozík BASIC ZV1263NPZ	ks	0					
			konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou								
			pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata								
			nosnost pracovní desky 20 kg								
			vozik se třemi ocelovými zásuvkami								
			orientační rozměry:								
			1x ocelová zásuvka vel. M (výška cca 12 cm)								
			1x ocelová zásuvka vel. L (výška cca 20 cm)								
			1x ocelová zásuvka vel. XL s pořadačem (výška cca 37 cm)								
			ocelová zásuvka s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4)								
			vyjímatelné příčky, nosnost zásuvky 20 kg								
			zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042								
			nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg								
			zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami								
			čelo zásuvky možno v různém barevném provedení dle vzorníku výrobce								
			zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením								
			ocelová zásuvka s dokumentací musí být osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem - určené pro větší zatížení								
			centrální zamykání zásuvek								
			madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek								
			4x otočné kolo pr. 10 cm, 2x brzda, plastové nárazníky								
44	410099		vozik na čisté prádlo orientační rozměry 1200/550/1300 mm	VAN MAX HV2001D* s dveřmi	ks	1					
			konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava prášková barva								
			opláštění vozíku MDF deska								
			2-dveřové provedení,max. úhel otevření 180 st.								
			dveře uzamykatelné								
			3x police, nosnost police 40 kg								
			1x sklopná podpěra vaku								
			kola o pr. min. 160 mm,z toho dvě s brzdou								
			plastové ochranné nárazníky								
			madla pro obsluhu ocel s práškovou barvou								
45	413604		vozik anesteziologický orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba	Zdravotnický vozík BASIC ZV1207N	ks	1					
			celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku								
			nerezavějící, nekorodující								

			odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení							
			horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy							
			nosnost pracovní desky 20 kg							
			3x zásuvka (hl. orientačně 65 mm, 120 mm, 360 mm)							
			zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem							
			snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček							
			zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami							
			možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)							
			zásuvky musí být prachutěsné							
			musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením							
			při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky							
			musí být centrálně uzamykatelné							
			madla zásuvek z nerezové oceli							
			nosnost zásuvky 20 kg							
			pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel							
			4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník							
			příslušenství:							
			nástavba 2-fadé vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5							
			infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací							
			otvírák ampulí nerezový							
			zásobník na rukavice vč. držáku							
			držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet							
			plastový odpadní koš vč. držáku							
46	413606		vozík resuscitační orientační rozměry 750/550/900 mm+ nástavba	Zdravotnický vozík BASIC ZV1207N	ks	2				
			celonerezově provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku							
			nerezavějící, nekorodující							
			odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení							
			horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy							
			nosnost pracovní desky 20 kg							
			3x zásuvka (hl. orientačně 1x65mm, 1x12cm, 1x36cm)							
			zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem							
			snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček							
			zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami							
			možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)							
			zásuvky musí být prachutěsné							
			musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením							
			při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky							
			musí být centrálně uzamykatelné							
			madla zásuvek z nerezové oceli							
			nosnost zásuvky 20 kg							

			pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel							
			4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník							
			příslušenství vozíku:							
			nástavba 2-fadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 5+5							
			otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor							
			nosnost cca 10 kg							
			nerezový držák pro rukavice							
			infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací							
			nerezový sklopný stolek s prolisem							
			nerezový otvírač ampulí							
			nerezový toulec na odsávací katetry							
			držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet							
			plastový odpadní koš vč. držáku							
			otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná							
			kolečka s ochranou proti namotávání nití, antistatické provedení							
			ochranné rohové nárazníky z odolného PE plastu							
47	414108		stojan infúzní pojízdný nerez	Infuzní stojan NEREZ1002IS	ks	5				
			celonerezové provedení							
			teleskopická tyč							
			nastavitelná výška v rozmezí 1100-1850 mm							
			pětiramenný podstavec - pojízdný							
			2x brzděná, 3x nebrzděná kolečka, pr. 50 mm							
			antistatická kolečka							
			košík na infuze							
48	415103		váha osobní s výškoměrem	Osobní lékařská váha SOEHNLE Professional 6731.01.002	ks	3				
			osobní váha pro vážení do min. 250 kg							
			váha musí být certifikovaná							
			veliká stabilní vážicí platforma							
			čitelný LED displej							
			vážicí rozsah do 250 kg umožňující vážení dětí a zároveň i obézních pacientů							
			funkce: vážení, tárování, výpočet BMI, automatické vypnutí							
			integrován výškoměr							
			datové rozhraní RS232							
			napájení síťový adaptér 230 V							
			interní akumulátor							
49	416301		věšák nástěnný na rtg zástěry se skříňkou	280020:Nástěnný věšák na 5 RTG zástěr	ks	1				
			nerezový věšák k připevnění na zeď							
			kapacita min. 5 ks rtg zástěr							
			5x ramínko nerezové							

			každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku								
			nosník možno sklopit ke zdi								
			konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěr z ramínka								
			délka ramínka - cca 57 cm, nosnost jednoho ramínka - 6 kg								
			skříňka otevřená nerezová - zavěšená nad věšákem rtg zástěr								
			orientační rozměry skříňky 750/300/320 mm mm								
			dodávka vč. instalačního materiálu								
50	417330		podložka pro přesun pacienta pro dospělé	Easymove	ks	2					
			podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko v rovině s minimální námahou pro obsluhující personál podložka z nezávadného materiálu, pevného, odolného proti protřetí								
			podložka dezinfikovatelná								
			skládací provedení								
			orientační rozměry 500x1600 mm								
51	418212		lůžko sprchovací nerez,el. zvedání, polstr.vana	Carevo, head raise	ks	1					
			plně mobilní sprchovací lůžko pro osobní hygienu imobilních pacientů								
			zvedací kapacita 200 kg								
			sloupový zdvih								
			výměnné dobíjecí baterie (2 ks) s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz								
			nabíječka baterií								
			integrovane ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka								
			sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm								
			pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy								
			ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt ošetřujícího a pacienta								
			trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody								
			"flexi zona" se pružnými pásky ve střední části lůžka snižující tlak v oblasti boků								
			integrovaná madla, umožňující pacientovi podílet se na svém otáčení a polohování								
			integrovany držák sprchy;								
			dělená odpadní hadice o průměru cca 40 mm (délka do 1000 mm)								
			měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahující kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu								
			měkký podhlavník								
			4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna bržděná; 2 kolečka s aretací směru								
			funkce nouzového vypnutí								
			indikátor nízkého napětí baterie								
			výškový rozsah minimálně: 350 mm								
			celková šířka včetně postranic: 750 mm - 900 mm								
			celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm								
52	419131		křeslo klozetové a sprchové, pojízdné	Denver	ks	1					
			pojízdné toaletní a sprchové křeslo								
			se zvýšenou nosností 170 kg								
			výška sedu cca 570 mm								
			s možností najetí nad toaletu								

			použité materiály výhradně vysoce kvalitní plast a nerez								
			4x kolečko pr. 125 mm								
			brzda pro celkové zajištění vozíku								
			polstrovaný sedák s hygienickým výřezem								
			pěnový odnímatelný kryt sedáku								
			sklopné loketní opěrky umožňující nasednutí a sesednutí i ze strany, nejen zepředu								
			zádová opěrka z duralu, doplněna měkčeným PU polstrováním								
			výškově nastavitelné nášlapné plochy stupátek								
			otočné opěrky nohou, možnost je odejmout								
			křeslo vč. 2 ks toaletní nádoby vč. vík								
53	419301		schůdky 2-stupňové nerez orientační rozměry 450/400/400 mm	Ner.schůdek dvoustupňový - nož. pryžová	ks	2					
			konstrukce: nerez ocel AISI304								
			2-stupňový schůdek								
			nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem								
			antistatické provedení								
54	419500		držák na berle	TOOLFLEX 146 P Držák holi a berlí k nábytku 10 x držák	ks	1					
			pro pohodlné odkládání berlí nebo holi na stálých místech								
			pro průměr trubky cca 2-3 cm								
			nástěnné provedení								
			orientační rozměry držáku 220/55 mm								
			přípevnění na lištu, základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany								
			orientační rozměry lišty š. cca 220 cm, v. cca 10 cm (pro cca 10 ks držáků)								
			součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál								
55	420001	STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK	linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky, lékárny uzamky., trezoru, dolní+horní skřínky cca 3750 mm	A5-0.18	ks	1					
			Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek								
			A5-0.18 sestava uprostřed 420001								
			Technická specifikace								
			Konfigurace sestav								
56	420002	STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK	linka pracovní vč. dřezu, chladničky podst., dolní+horní skřínky cca 3150 mm	A5-0.18	ks	1					
			Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek								
			A5-0.18 sestava vlevo 420002								
			Technická specifikace								
			Konfigurace sestav								
57	420003	STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK	linka pracovní vč. chladničky na léky, dolní+horní skřínky, skříň policová uzamky. na sterilní materiál cca 5250 mm	A5-0.40	ks	1					
			Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek								
			A5-0.40 sestava 420003								
			Technická specifikace								
			Konfigurace sestav								
58	420004	STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK	linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skřínky cca 1210 mm	A5-0.21	ks	1					

			Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek							
			A5-0.21 sestava 420004							
			Technická specifikace							
			Konfigurace sestav							
59	442026	STAVBA - ZT	linka pracovní pro sádrování - vč.dřezu, vč. jímky na sádku, dolní+horní skříňky cca 1800/600/900 mm + 1800/350/600 mm	Pracovní linka	ks	1				
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku							
			1x dolní skříňky pro dřež							
			1x vevařený lisovaný dřež cca 400/400/280 mm							
			1x dolní skříňka s integrovanou nerezovou jímkou na sádku							
			dveře zašupovací							
			1x dolní skříňka policová							
			1x přestavitelná police							
			1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)							
			dveře zašupovací							
			deska pracovní se zadním límcem cca 1800 mm							
			skříňka horní policová s dvířky - celonerezová							
			1800/350/600 mm							
			1x přestavitelná police							
60	445100	STAVBA - ZT	linka pracovní vč.dřezu- dolní+horní skříňky, deska pracovní se zadním límcem, celonerez. Provedení cca 2000 mm	Pracovní linka	ks	1				
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku							
			dolní skříňka pro dřež							
			dřež lisovaný cca 600/400/280 mm							
			1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)							
			dveře zašupovací							
			1x dolní skříňka policová							
			1x přestavitelná police							
			1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)							
			dveře zašupovací							
			deska pracovní se zadním límcem cca 2000 mm							
			skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové							
			cca 2000/350/600 mm							
			v každé skřínce 1x přestavitelná police							
61	445102	STAVBA - ZT	linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem, celoner.provedení cca 1900 mm	Pracovní linka	ks	1				
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku							
			dolní skříňka pro dřež							
			dřež lisovaný cca 600/400/280 mm							
			1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)							
			dveře zašupovací							

			1x dolní skříňka policová								
			1x přestavitelná police								
			1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)								
			dveře zašupovací								
			deska pracovní se zadním límcem cca 1900 mm								
			skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové								
			cca 1900/350/600 mm								
			v každé skříňce 1x přestavitelná police								
62	446112		skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez 1000/350/600 mm	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky	ks	1					
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku								
63	446207		skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm	Skříň policová JIVA 61 - N	ks	1					
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku								
			skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová								
			4x police přestavitelná								
64	446208		skříň policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm	Skříň policová JIVA 61 - N	ks	1					
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku								
			skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová								
			5x police přestavitelná								
65	446209		skříň policová 2-dveřová nerez, uzamykatelná 1000/600/1800 mm	Skříň policová JIVA 61 - N	ks	1					
			Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku								
			skříň policová 2-dveřová nerez, uzamykatelná								
			5x police přestavitelná								
66	481001		židle pracovní s područkami, pojízdná, otočná, výšk. zdvih., nosnost min. 130 kg	židle pracovní s područkami, pojízdná, otočná, výšk. zdvih., nosnost min. 130 kg	ks	2					
			pracovní židle s nosností min. 130 kg garantovaná výrobcem :								
			s požadavkem velkého sedáku a velké opěrky zad :								
			polstrování s pěnovou výplní s vysokou odolností proti slehnutí :								
			čalounění - čalounická koženka, vhodná i do zdravotnických zařízení, :								
			snadná omyvatelnost, dezinfikovatelnost :								
			splňující základní ergonomické požadavky pro nastavování jejich rozměrů podle aktuálních potřeb sedícího :								
			synchronní mechanika :								
			nastavení výšky sezení plynovým pístem :								
			područky výškové stavitelné :								
			5ti ramenný kovový kříž :								
67	491344		regál kovový 5-polic (nosnost police cca 80 kg) 800/500/2000 mm	regál kovový 5-polic (nosnost police cca 80 kg) 800/500/2000 mm	ks	1					
			materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL								
			5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg								
			konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení								
			ukotvení regálu do zdi								
			součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál								

68	491345		regál kovový 5-políc (nosnost police cca 100 kg) 1000/500/2000 mm	regál kovový 5-políc (nosnost police cca 100 kg) 1000/500/2000 mm	ks	5	22 200 Kč	1 100 Kč	21%	22 200 Kč
			materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL							
			5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg							
			konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení							
			ukotvení regálu do zdi							
			součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál							
69	491454		regál kovový 6-políc (nosnost police cca 100 kg) 800/600/2400 mm	regál kovový 6-políc (nosnost police cca 100 kg) 800/600/2400 mm	ks	1	12 000 Kč	2 520 Kč	21%	12 000 Kč
			materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL							
			6x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg							
			konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení							
			ukotvení regálu do zdi							
			součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál							
70	491455		regál kovový 6-políc(nosnost police cca 100 kg) 1000/600/2400 mm	regál kovový 6-políc(nosnost police cca 100 kg) 1000/600/2400 mm	ks	11	22 200 Kč	4 662 Kč	21%	22 200 Kč
			materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL							
			5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg							
			konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení							
			ukotvení regálu do zdi							
			součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál							
71	492115		nádoba na odpad	Odpadkový koš, 20 l, nerez, lesk	ks	29	2 000 Kč	420 Kč	21%	2 000 Kč
			nádoba na odpad z ušlechtilé oceli							
			s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou							
			víko otevírané nožním pedálem							
			objem min./max. 16 l/25 l							
			výška max. 470 mm							
			s použitím jednorázových sáčků na odpadky							
72	495103		vozik úklidový	Úklidový vozík	ks	2	12 000 Kč	2 520 Kč	21%	12 000 Kč
			stabilní kovová konstrukce							
			pojízdný podvozek s rukovětí							
			technologie M ³ PRESS							
			výbava:							
			2x vědro							
			1x koš							
			1x vak o objemu 80l + víko							
			včetně úklidového nářadí(násada, držák, třáseň)							
73	495301		skříň pro úklidové potřeby, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm	Nerez skříň 1000 x 600 x 1800 mm	ks	1	12 000 Kč	2 520 Kč	21%	12 000 Kč
			robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu							
			povrchově upravená práškovou barvou (standardně RAL 7035 šedá))							
			dvoukřídle dveře s plnou stěnou							
			s větracími šterbinami							

			zámek vč. 2 klíčů								
			v jedné polovině pevné police 4x								
			v druhé polovině tyč s posuvnými háky								
			spodní prostor rozšířen								
			sokl								
74	495302		skříň pro dezinf. prostředky, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm	Nerez skříň 1000 x 600 x 1800 mm	ks	1					
			Příloha č. 2- Technické podmínky nerezového nábytku								
			celonerezové provedení								
			skříň musí být kovová, uzamykatelná								
			vhodná pro vlhké a mokré proozy								
			vhodná do hygienických prostor								
			dlouhodobá ochrana vůči korozi								
			odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních								
			skříň 1-dveřová, uzamykatelná								
			4x police výškově nastavitelná								
			nosnost police cca 80 kg								
75	495547		vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	Vako 80 C/N nožní ovládání	ks	21					
			stabilní kovová konstrukce								
			pojízdný podvozek								
			1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l								
			1x plastové víko								
			nášlapný systém								
76	496125		dávkovač mýdla kapacita 700 ml	Zásobník na mýdlo 800ml	ks	12					
			dávkovač tekutého mýdla								
			objem dávkovače min. 700 ml								
			orientační rozměry 110/100/200 mm								
			dávkovač z odolného ABS plastu								
			doplňování z kanystru								
			průhled pro kontrolu naplnění								
77	496126		dávkovač mýdla senzorový	dávkovač mýdla senzorový	ks	5					
			bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla								
			kapacita dávkovače cca 1000 ml								
			dávkovač plně automatický, senzorem řízený								
			dávkovač z odolného plastu								
			s průhledem pro přehled doplnění								
			doplňování z kanystru								
			součástí dodávky baterie								
			možnost připojení k el. síti - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jištění 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m								
			instalace na zeď								
			dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití								

78	496127		dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml	dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml	ks	25				
			bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla							
			kapacita dávkovače cca 1000 ml							
			dávkovač plně automatický, senzorem řízený							
			dávkovač z odolného plastu							
			s průhledem pro přehled doplnění							
			doplňování z kanystru							
			součástí dodávky baterie							
			možnost připojení k el. sítí - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jističe 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m							
			instalace na zeď							
			dodávka vč. uchyvacích dílů a návodu k použití							
79	496337		zásobník papírových ručníků	Zásobník na papírové ručníky 500	ks	16				
			zásobník skládaných papírových ručníků							
			ABS plas							
			průhled pro kontrolu naplnění							
			uzamykatelný							
			náplň 400-600 ks papírových ručníků							
			orientační rozměry 265x110x340 mm							
80	501000		monitor diagnostický vč. grafické karty	Barco Coronis Fusion 4MP MDCC-4430	ks	2				
			Medicinská grafická karta							
			- Speciální medicinská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízeného diagnostického monitoru (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízeného diagnostického monitoru s možností napojení na náhledový monitor). Grafická karta musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci dle platných Národních radiologických standardů a MDR 2017/745.							
			• Výstupy grafické karty: minimálně 3x digitální konektor DP nebo mini-DP							
			• RAM: minimálně 2GB DDR5							
			• Záruka minimálně 60 měsíců							
			Diagnostický monitor							
			- Dle zákona č. 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa.							
			- Požadovaná technologie LED IPS nebo OLED							
			- Rozlišení minimálně 4 Mpx, 2560 x 1600 pixelů s možností rozdělení na 2x 1280 x 1600 pixelů s obnovovací frekvencí minimálně 60 Hz.							
			- Úhlopříčka minimálně 30"							
			- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas							
			- Kalibrovatelná svítivost minimálně 600 cd/m2, maximální svítivost minimálně 1000 cd/m2							
			- Kontrast minimálně 2000:1							
			- Samočinná kalibrace jasu							
			- Nastavitelná kompenzace okolního osvětlení							
			- Integrované osvětlení pracovní plochy lékaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou							
			- Dohledový a kalibrační SW s možností cloudového ukládání denních / měsíčních reportů o provedených zkouškách provozní stálosti / QA testech.							
			- Barevná paleta minimálně 30 bitů							
			- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 178°							
			- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°							
			- Kompatibilní se standardem DICOM							
			- Vstupní grafické porty minimálně 2x DisplayPort, minimálně 1x USB 2.0							
			- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks							
			- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS							
			- Úhlopříčka minimálně 24"							
			- Rozlišení minimálně 1920x1080 px							
			- Kontrast minimálně 1000:1							
			- Minimální svítivost 250 cd/m2							
			- Reproduktory							
			- LED podsvícení							
			- Pozorovací úhel minimálně 178°							
			- Výškově nastavitelný							

Příloha č. 1 - Výkaz vůměr, dodatek č.3

			Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks								
			- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS								
			- Úhlopříčka minimálně 24"								
			- Rozlišení minimálně 1920x1080 px								
			- Kontrast minimálně 1000:1								
			- Minimální svítivost 250 cd/m2								
			- Reprodukory								
			- LED podsvícení								
			- Pozorovací úhel minimálně 178°								
			- Výškově stavitelný								
			Požadované příslušenství:								
			- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.								
			Nedílné podmínky při plnění zakázky:								
			a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů								
			b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 41 zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb)								
			c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu pro určeného pracovníka uživatele. Dodavatel předloží prokazatelný souhlas (certifikát) výrobce zboží k této činnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem) a doloží registraci své osoby pro provádění instruktáží / servisu předmětného ZP u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).								
			d) Dodavatel musí být oprávněnou a proškolenou osobou výrobcem zboží k provádění autorizovaných oprav a servisu dodaného ZP vč. provádění bezpečnostně-technických kontrol dodaného zboží (dále jen BTK). Dodavatel doloží tuto skutečnost registraci své společnosti jakožto osoby provádějící servis a distribuci obecných zdravotnických prostředků v ISZP SÚKL s vyznačením předmětného ZP.								
			Dodavatel dále předloží certifikát výrobce ZP o oprávnění své společnosti k instalaci, údržbě, technické podpoře a provádění záručních i pozáručních servisních činností pro nabízené zboží s vyznačenou dobou vydání / platnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem).								
			e) Dodavatel jakožto distributor obecných zdravotnických prostředků předloží potvrzení o registraci nabízeného produktu u SÚKL.								
			f) Dodavatel doloží uživatelský manuál k předmětnému ZP v ČJ včetně technické specifikace, ze které vyplývá splnění minimálních požadovaných technických parametrů.								
			g) Nabídková cena musí obsahovat provádění periodických BTK dle zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb a periodických ZPS dle platné legislativy a metodiky SÚJB po dobu záruky.								
82	501118		trezor na poplatky - nábytkový objem cca 20 l, orientační rozměry 35 × 25,5 × 30 cm	Burg Wächter PointSafe Trezor P2 E	ks	1					
			objem 20 l								
			k zabudování do skříně								
			masivní tělo s jednou stěnou a dvoustěnnými dvířky								
			elektronický číselný zámek s automaticky programovatelným generálním a uživatelským kódem								
83	600001		trouba mikrovlnná objem 20 l	Mikrovlnná trouba ETA Klasico 1208	ks	2					
			mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním								
			vnitřní objem 20 l								
			displej s funkcí zobrazování hodin								
			elektronické ovládání								
			automatické vypnutí trouby při otevření dvířek								
			časovač nastavitelný do 95 min								
			osvětlení vnitřního prostoru trouby								
			zvuková signalizace při nastavení a ukončení ohřevu								
			skleněný otočný talíř								
84	600005		konvice varná objem 1,7 l	Siguro EK-D170SS Metalist	ks	2					
			objem: 1,7 l								
			příkon: 2200 W								
			automatický systém vypínání při dosažení bodu varu								
			dvojnásobný bezpečnostní systém (bezpečnostní pojistky při nebezpečí přehřátí nebo v případě chodu naprázdno)								

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_dodatek č.3

Příloha č. 1 - Výkaz výměr_dodatek č.3

Příloha č. 1 - Výkaz výměr dodatek č.3 37

Příloha č. 1 - Výkaz výměr dodatek č.3

			Desky pracovní dřezové							
			Pracovní desky musí být opatřeny vevařeními rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření dřezů musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřipustné plastové provedení sifonu a ovládání)							
			Zásuvky nábytku							
			Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdiálních držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.							
			Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhybané madlo.							
			Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.							
			Nerezové stoly							
			Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřipustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. <u>U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavažené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,(H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřipustné spáry v podestavbách skříňkových stolů)</u> Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316I – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jácklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30 mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.							
			Regály							
			Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jáckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.							
			Nástěnné police							
			Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.							
			Požadavky na dodavatele							
			Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.							
Nabídka dodavatele celkem za Výše uvedená zařízení v požadovaném provedení bez DPH (přenos do formuláře nabídky)								32 437 590,00 Kč		38 961 461,22 Kč

Sazba DPH 12%	3 200 252,00 Kč	včetně DPH 12%	3 584 282,24 Kč
Sazba DPH 21%	29 237 338,00 Kč	včetně DPH 21%	35 377 178,98 Kč