

Smlouva o výpůjčce

Smluvní strany:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
zastoupena: MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tvrdíkem, MBA, členem představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1205

(dále jen „Vypůjčitel“)

a

ROCHE s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 49617052
DIČ: CZ49617052
zastoupena: RNDr. Tomášem Petrem, jednatelem
Terezou Davidovou, na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202

(dále jen „Půjčitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek níže stanovených, tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

Půjčitel je výlučným vlastníkem věci – **1 ks hlavního a 1 ks záložního integrovaného analyzátoru** (dále jen „přístroje“) – obchodní označení / výrobce 2x cobas® pure, c303|e402, v celkové pořizovací hodnotě 10 352 256 Kč bez DPH.

Přesná specifikace přístroje je uvedena v příloze č. 1.

II.

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává bezplatně přístroj uvedený v čl. I do užívání vypůjčiteli, který jej přijímá do výpůjčky.
2. Přístroj bude umístěn v nemocnici v Chebu, oddělení klinické biochemie a hematologie.
3. Odpovědnou osobou za předání a převzetí přístroje je [REDACTED]
4. Půjčitel se zavazuje, že o plánovaném termínu předání a převzetí přístrojů bude kontaktovat Oddělení biomedicínského inženýrství (dále jen BMI) nejméně 4 dny předem. Kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

III.

1. Půjčitel se zavazuje přístroj předat vypůjčiteli, a umístit jej na pracovišti vypůjčitele, o čemž obě smluvní strany sepíší zápis.
2. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli přístroj ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel se zavazuje provést na své náklady zaškolení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele, o čemž bude vystaven písemný doklad, tj. protokol o zaškolení.
3. Vypůjčitel je povinen užívat přístroj řádně a v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou přístroje. Vypůjčitel je povinen chránit přístroj před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo zničením.
4. Vypůjčitel nese odpovědnost pouze za škody na přístroji způsobené užíváním, které není v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Půjčitel je oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto smlouvou.
5. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení přístroje zajistí **bezplatný** servis, opravy, validaci, kalibraci a preventivní prohlídky (bezpečnostně technickou kontrolu) přístroje včetně bezplatné výměny veškerého spotřebního materiálu předepsaného výrobcem k výměně při údržbě.
6. Dodavatel se zavazuje k nástupu a opravě v případě závady ohrožující chod analyzátoru **do 24 hodin** v pracovní dny od nahlášení závady a odstranění závady **do 3 pracovních dnů**, v případě závady neohrožující chod analyzátoru se dodavatel zavazuje k nástupu a opravě **do 3 pracovních dnů** od nahlášení závady a k odstranění závady **do 5 pracovních dnů**.
7. Pokud však závadu na přístroji způsobil vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, hradí veškeré náklady spojené s opravou přístroje vypůjčitel. Půjčitel se dále zavazuje pro případ dlouhodobé opravy zapůjčit vypůjčiteli jiný přístroj stejného typu zdarma.
8. Půjčitel se zavazuje, že veškerou dokumentaci o provedených činnostech na přístroji, jež je předmětem výpůjčky (např. protokoly BTK a servisní výkazy) provedených v době trvání zápůjčky předá neprodleně na BMI.
9. Vypůjčitel nesmí přenechat přístroj k užívání třetí osobě.

IV.

1. Výpůjčka se sjednává **po dobu trvání rámcové kupní smlouvy** na dodávky reagentů pro biochemické analyzátory, uzavřenou mezi vypůjčitelem a půjčitelem.
2. Tato smlouva zanikne dnem, ve kterém zanikne rámcová kupní smlouva uvedená v odstavci 1.
3. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj půjčiteli, jakmile jej přestane potřebovat, nejpozději však do konce doby výpůjčky. Půjčitel se zavazuje, že v takovém případě převezme na výzvu vypůjčitele přístroj v sídle vypůjčitele, a to do 10 dnů od vyzvání vypůjčitelem. Půjčitel si přístroj odveze na své náklady.

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající a kupující obdrží po jednom výtisku. V případě, že smlouva je uzavřena v elektronické podobě, s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, je vyhotoveno jedno provedení této smlouvy.

Příloha č. 1 – Formulář technických specifikací přístroje

Příloha č. 2 - Formulář technických specifikací - seznam metod

Příloha č. 3 – Plná moc – Tereza Davidová

V Karlových Varech dne dle el. podpisu
Za Vypůjčitele

V Praze dne dle el. podpisu
Za Půjčitele

.....
MUDr. Jiří Štefan, MBA
předseda představenstva

.....
RNDr. Tomáš Petr
jednatel

.....
Ing. Jiří Tvrdlík, MBA
člen představenstva

.....
Tereza Davidová
na základě plné moci

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks hlavní a 1 ks záložní integrovaný analyzátor pro oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže <i>*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny</i>		
Obchodní název a typové označení přístroje		2x cobas® pure < c303 e402 >, c modul je vč. ISE
Výrobce přístroje		Roche/Hitachi
Požadované parametry		
Společné požadavky na hlavní i záložní analytický systém:		
Integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém	ANO	ANO
Modulární plně automatizované uspořádání systému s moduly pro biochemické a imunochemické analýzy	ANO	ANO
Jednotný reagenční koncept	ANO	ANO
Uzavřený systém s možností vložení uživatelem definovaných aplikací	min. 24 kanálů	ANO (hlavní analytický systém 15 a záložní také 15 volných kanálů)
Vkládání zkumavek standardních odběrových systémů	ANO	ANO
Práce s primárními zkumavkami s gelem i bez gelu	ANO	ANO
Použití různých velikostí primárních zkumavek	průměr 13 - 16 mm	ANO
Použití různých velikostí primárních zkumavek	výška 75 - 100 mm	ANO
Zpracování různých typů materiálů současně (např.: sérum, plazma, plná krev, moč, likvor)	ANO	ANO
Kvantitativní hodnocení sérových indexů	ANO	ANO
Pracovní režim tzv. „po pacientech“	ANO	ANO
Zpracování pediatrických vzorků	ANO	ANO
Jednoznačná identifikace vzorku pomocí čárového kódu	ANO	ANO
Zpracování i neoznačeného vzorku čárovým kódem	ANO	ANO
Preferované zařazování a zpracování vzorků pro stati-	ANO	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

mová urgentní vyhodnocení		
Funkčnost zbylé části integrovaného systému při poruše jednoho z analytických modulů v případě technické závady některé části	ANO	ANO
Analyzátor tvoří jeden celek vzájemně propojených biochemických a imunochemických modulů, je ovládán z jednoho místa	ANO	ANO
Rozměry (šířka x hloubka)	max. 2500 x 1100 mm	ANO (2500 x 1022)
Hmotnost	max. 1100 kg	ANO (1000 kg)
Elektrické napájení analyzátoru	230 V, 50 Hz	ANO (230 V, 50 Hz)
Kapacita vstupního podavače	min. 50 vzorků	ANO (50 vzorků na vstupu, 50 vzorků na výstupu)
Maskování jednotlivých modulů (např. při servisním zásahu či poruše)	ANO	ANO
Možnost maskování metod	ANO	ANO
Stanovení sérových indexů (lipemické, hemolytické, iktické) s vazbou až na jednotlivé metody	ANO	ANO
Automatické opakované testování (rerun), možnost automatického ředění při rerunu, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobení	ANO	ANO
Evidence použitých šarží reagensů, kalibrátorů, kontrolních materiálů, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů), expirace	ANO	ANO
Vzdálená správa - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele	ANO	ANO
Po dobu záruky bezplatné provádění servisu, oprav vč. náhradních dílů a všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a výkonů, včetně veškerého potřebného materiálu spotřebního charakteru a písemného vyhotovení dokladů o provedené BTK/verifikaci	ANO	ANO
Doprava, instalace, uvedení do provozu a instruktáž personálu součástí nabídky	ANO	ANO
ISE modul:		
Výkon minimálně 300 testů/hod	ANO	ANO (450 testů/hod)
Měření ion-selektivními elektrodami (Na, K, Cl)	ANO	ANO
Biochemický modul:		
Měření absorpční spektrofotometrií, turbidimetrií (homogenní imunoanalýza)	ANO	ANO
Modul musí zpracovávat všechny požadované biochemické testy ze ZD	ANO	ANO
Najednou na palubě	min. 37 metod	ANO (42 pozic pro reagenzie)
Výkon	min. 450 fotometrických testů/hod	ANO (450 fotometrických testů/hod)
Čas analýzy	do 15 minut	ANO (3-10 min, kroky po 1

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

		minutě)
Bezkontaktní míchání reakční směsi	ANO	ANO
Objem vzorku pro analýzu pro všechny metody	do 20 µl	ANO (12 µl)
Funkce automatického ředění a opakování analýzy	ANO	ANO
Automatické opakování stanovení vzorku případně s automatickým naředěním a koncentrováním vzorku	ANO	ANO
HbA1c (měření plné krve)	ANO	ANO
Samostatné naředění kalibrační řady z 1 pozice	ANO	ANO
Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb	ANO	ANO
Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků	ANO	ANO
Detekce hladiny pro reagensie	ANO	ANO
5 otevřených kanálů - bezplatné konfigurace biochemických vyšetření využívajících reagensie jiných dodavatelů	ANO	ANO (hlavní analytický systém 15 a záložní také 15 volných kanálů)
Imunochemický modul:		
Chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie pro heterogenní imunoanalytické testy	ANO	ANO
Najednou na palubě	min. 28 metod	ANO (28 pozic pro reagensie)
Výkon minimálně 120 testů/hod	min. 120 testů/hod.	ANO (výkon 120 testů/hod)
Doba analýzy metod do 30 min, možnost STAT testu do 9 min	ANO	ANO
Max. 95 % "Ready to use" reagenčních kazet pro uvedené portfolio metod nevyžadujících míchání a temperaci před založením na palubu analyzátoru	ANO	ANO
Objem vzorku pro analýzu pro všechny metody	do 30 µl	ANO
Funkce automatického ředění a opakování analýzy	ANO	ANO
Vzorky: sérum, plazma, moč	ANO	ANO
Dvoubodová adjustace master kalibrační křivky v duplikátu (celkem 4 testy) pro celou nabídku imuno reagensů	ANO	ANO
Pravidelné kontaktní promíchávání mikročástic v soupravách pro jejich homogenitu	ANO	ANO
Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků	ANO	ANO
Detekce hladiny pro reagensie	ANO	ANO
Kardiální markery:		
Stanovení vysoce citlivého troponinu T (STAT metoda), NT-proBNP (STAT metoda), myoglobin (STAT metoda)	ANO	ANO
HCG+ beta s těhotenskou a onkologickou indikací, měřící rozsah minimálně do 10 000 U/l	ANO	ANO
Kostní markery:		
beta-crosslaps, PTH (1-84), 25-OH vitamín D total	ANO	ANO
Doplňující požadavky:		

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými moduly integrovaného systému	ANO	ANO
Oboustranná komunikace s LIS používaném v laboratoři v reálném čase	ANO	ANO
Připojení k laboratornímu informačnímu systému (LIS) používaného v laboratoři	ANO	ANO
Dálková správa systému	ANO	ANO
Zálohování napájení integrovaného systému záložními zdroji (UPS)	ANO	ANO
Montáž a instalace jednotlivých položek dodávky	ANO	ANO
Demontáž a likvidace stávajících analyzátorů	ANO	ANO
Připojení zařízení na potřebná media a zdroje energií	ANO	ANO
Česky/slovensky mluvící aplikační specialista, Hot – linka a servisní podpora	ANO	ANO
Zajištění servisních služeb/zásahů do 8 h od nahlášení fyzicky nebo prostřednictvím vzdálené správy	ANO	ANO
Zajištění bezplatného upgrade SW	ANO	ANO
Archivace primárních dat	ANO	ANO
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže <i>*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu</i>		
Požadované parametry: METODA		
albumin v moči	ANO	ANO
albumin v séru	ANO	ANO
ALP	ANO	ANO
ALT	ANO	ANO
amylasa	ANO	ANO
AST	ANO	ANO
bilirubin celkový	ANO	ANO
bilirubin konjugovaný	ANO	ANO
bílkovina celková	ANO	ANO
bílkovina celková v moči a moku	ANO	ANO
CRP	ANO	ANO
etanol	ANO	ANO
fosfor	ANO	ANO
feritin	ANO	ANO
GGT	ANO	ANO
glukóza	ANO	ANO
hořčík	ANO	ANO
cholesterol celkový	ANO	ANO
cholesterol HDL	ANO	ANO
ISE	ANO	ANO
kreatinkináza	ANO	ANO
kreatinin	ANO	ANO
kyselina močová	ANO	ANO
laktát	ANO	ANO
LD	ANO	ANO
lipáza	ANO	ANO
prealbumin	ANO	ANO
transferin	ANO	ANO
triacylglyceroly	ANO	ANO
urea	ANO	ANO
vápník	ANO	ANO

**Formulář technických specifikací dodávky pro:
Dodávky reagensů pro biochemické analyzátory včetně
bezplatné zápůjčky biochemických analyzátorů**

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 26365804

železo	ANO	ANO
digoxin	ANO	ANO
teofylin	ANO	ANO
AFP	ANO	ANO
aTG	ANO	ANO
aTPO	ANO	ANO
CA 19-9	ANO	ANO
CA 15-3	ANO	ANO
CA 125	ANO	ANO
CEA	ANO	ANO
FT4	ANO	ANO
FT3	ANO	ANO
fPSA	ANO	ANO
HCG	ANO	ANO
myoglobin	ANO	ANO
NT-pro-BNP	ANO	ANO
PCT	ANO	ANO
PSA	ANO	ANO
troponin T hs	ANO	ANO
TSH	ANO	ANO