

Smlouva o výpůjčce

Smluvní strany:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
zastoupena: MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tvrdíkem, MBA, členem představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1205

(dále jen „Vypůjčitel“)

a

MEDISTA, spol.s r.o.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 60199865
DIČ: CZ60199865
zastoupena: Ing. Janem Kadlecem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25026

(dále jen „Půjčitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek níže stanovených, tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

Půjčitel je výlučným vlastníkem věci – **1 ks imunodiagnostického systému** (dále jen „přístroje“) – obchodní označení / výrobce 1x AFIAS-1, Boditech Med Inc. + ECL-25, Epitope Diagnostics, Inc. v celkové pořizovací hodnotě 608 500,- Kč bez DPH (98 500,- Kč AFIAS-1/510 000,-Kč ECL-25).

Přesná specifikace přístroje je uvedena v příloze č. 1.

II.

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává bezplatně přístroj uvedený v čl. I do užívání vypůjčiteli, který jej přijímá do výpůjčky.
2. Přístroj bude umístěn v nemocnici v Karlových Varech, na oddělení klinické biochemie a hematologie do 8 týdnů od účinnosti smlouvy.
3. Odpovědnou osobou za předání a převzetí přístroje je PharmDr. Vlasta Krejčová.
4. Půjčitel se zavazuje, že o plánovaném termínu předání a převzetí přístrojů bude kontaktovat Oddělení biomedicínského inženýrství (dále jen BMI) nejméně 4 dny předem. Kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

III.

1. Půjčitel se zavazuje přístroj předat vypůjčiteli, a umístit jej na pracovišti vypůjčitele, o čemž obě smluvní strany sepíší zápis.
2. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli přístroj ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel se zavazuje provést na své náklady zaškolení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele, o čemž bude vystaven písemný doklad, tj. protokol o zaškolení.
3. Vypůjčitel je povinen užívat přístroj řádně a v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou přístroje. Vypůjčitel je povinen chránit přístroj před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo zničením.
4. Vypůjčitel nese odpovědnost pouze za škody na přístroji způsobené užíváním, které není v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Půjčitel je oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto smlouvou.
5. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení přístroje zajistí **bezplatný** servis, opravy, validaci, kalibraci a preventivní prohlídky (bezpečnostně technickou kontrolu) přístroje včetně bezplatné výměny veškerého spotřebního materiálu předepsaného výrobcem k výměně při údržbě.
6. Dodavatel se zavazuje k nástupu a opravě v případě závady ohrožující chod analyzátoru **do 24 hodin** v pracovní dny od nahlášení závady a odstranění závady **do 3 pracovních dnů**, v případě závady neohrožující chod analyzátoru se dodavatel zavazuje k nástupu a opravě **do 3 pracovních dnů** od nahlášení závady a k odstranění závady **do 5 pracovních dnů**.
7. Pokud však závadu na přístroji způsobil vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, hradí veškeré náklady spojené s opravou přístroje vypůjčitel. Půjčitel se dále zavazuje pro případ dlouhodobé opravy zapůjčit vypůjčiteli jiný přístroj stejného typu zdarma.
8. Půjčitel se zavazuje, že veškerou dokumentaci o provedených činnostech na přístroji, jež je předmětem výpůjčky (např. protokoly BTK a servisní výkazy) provedených v době trvání zápůjčky předá neprodleně na BMI.
9. Vypůjčitel nesmí přenechat přístroj k užívání třetí osobě.

IV.

1. Výpůjčka se sjednává **po dobu trvání rámcové kupní smlouvy** na dodávky spotřebního materiálu pro CLIA imunodiagnostické vyšetření, uzavřenou mezi vypůjčitelem a půjčitelem.
2. Tato smlouva zanikne dnem, ve kterém zanikne rámcová kupní smlouva uvedená v odstavci 1.
3. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj půjčiteli, jakmile jej přestane potřebovat, nejpozději však do konce doby výpůjčky. Půjčitel se zavazuje, že v takovém případě převezme na výzvu vypůjčitele přístroj v sídle vypůjčitele, a to do 10 dnů od vyzvání vypůjčitelem. Půjčitel si přístroj odveze na své náklady.

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající a kupující obdrží po jednom výtisku. V případě, že smlouva je uzavřena v elektronické podobě, s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, je vyhotoveno jedno provedení této smlouvy.

Příloha č. 1 – Formulář technických specifikací

V Karlových Varech dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za Vypůjčitele

Za Půjčitele

.....
MUDr. Jiří Štefan, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Kadlec
jednatel

.....
Ing. Jiří Tvrdlík, MBA
člen představenstva

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky spotřebního materiálu pro CLIA imunodiagnostické vyšetření včetně bezplatné výpůjčky imunodiagnostického systému

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
CLIA imunodiagnostický systém	1 ks	
V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks CLIA imunodiagnostického systému pro oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.		
Obchodní název a typové označení přístroje		AFIAS-1 / ECL-25
Výrobce přístroje		Boditech Med Inc. / Epitope Diagnostics, Inc.
Požadované parametry		
Dodávka plně automatizovaného CLIA analyzátoru (chemiluminiscenčního imunodiagnostického analyzátoru) pro rutinní a specializovaná laboratorní vyšetření. Předmět zakázky může zahrnovat jeden nebo více analyzátorů, které společně splní níže uvedené požadavky	ANO	ANO
Plně automatizovaný systém s random-access režimem	ANO	ANO
Možnost současného provádění více typů testů (min. 70 metod)	ANO	ANO
Systém musí umožňovat testování alespoň v následujících oblastech:		
Fekální kalprotektin (Calprotectin, CP): diagnostika závažných střevních onemocnění (IBD)	ANO	ANO
Kvantitativní fekální okultní krev (Quantitative Fecal Occult Blood, qFOB): detekce krve ve stolici	ANO	ANO
Chromogranin A (CgA), diagnostika neuroendokrinních nádorů	ANO	ANO
MxA/CRP diagnostika infekce virového, nebo bakteriálního původu	ANO	ANO
Kapacita vzorků: min. 100 pozic (může být dosaženo součtem více jednotek)	ANO	ANO
Průchodnost: min. 60 testů / hodinu (může být dosaženo součtem více jednotek)	ANO	ANO
Měřicí metoda: chemiluminiscenční imunodiagnostika (CLIA)	ANO	ANO
Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz	ANO	ANO
Rozměry a hmotnost: vhodné pro umístění na laboratorní stůl	uvedte možnosti	43x68x62cm
Provozní podmínky: teplota 15–30 °C, vlhkost 20–80 %	ANO	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: Dodávky spotřebního materiálu pro CLIA imunodiagnostické vyšetření včetně bezplatné výpůjčky imunodiagnostického systému

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Všechny součásti systému musí splňovat podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovat nařízením Evropského a Rady EU 2017/746 (IVDR), ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č.375/2022 (Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)	ANO	ANO
Oboustranná on-line komunikace s LIS součástí dodávky bude zajištěna zdarma	ANO	ANO
Součástí přístroje/přístrojů UPS – výdrž UPS	min. 25 minut	min. 25 minut
Možnost hlášení a následné opravy poruchy analyzátoru 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu – NONSTOP podpora	ANO	ANO
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO	

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*