

PL Šternberk - modernizace akutního oddělení - vnitřní vybavení
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Položka	Číslo položky rozpočtu - vnitřní vybavení	Popis (minimální technické parametry)	Způsob prokázání	Účastník doplní způsob prokázání, tzn. uvede konkrétní doklad dle sloupce 4, který je předložen v nabídce s odkazem na stranu nabídky, na které je doklad předložen a který musí obsahovat skutečnosti prokazující splnění požadovaných technických parametrů	Účastník doplní název označení výrobku popř. výrobce a minimálně uvede hodnoty parametrů požadovaných zadávacími podmínkami, tj. projektovou dokumentací a soupisem vybavení
Sedací nábytek - potahový materiál		Sedací nábytek bude odolný, trvanlivý a snadno čistitelný s ohledem na specifický nemocniční provoz. Čalounění bude provedeno koženkou vhodnou do zdravotnictví. Zadavatel má možnost výběru minimálně z 12 barev koženky. K jednotlivým sedacím nábytkům budou doloženy technické listy a certifikáty dokládající požadované technické vlastnosti ve shodě s normou ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009. Specifikace potahového materiálu. Potahová koženka musí plnit následující minimální parametry: kvalitní koženka, materiál vhodný pro zdravotnictví, gramáž 465 g/m2, odolnost vůči prodlžení 100.000 cyklů, stálost na světle č.5.	Certifikát výrobce, technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník dle barevného provedení, koženka	Certifikáty, Technický list	Koženka do zdravotnictví Dinactiv 215 - viz příložený technický list
Varianta 1 - odolný nábytek Ozn. Var1 - ON		Materiálová skladba dvířek/čel: Vnější vrstva (pohledová přední strana): tvořena plastovým ochranným plátem proti poškození o minimální tl. 1 mm, materiál plast bez obsahu PVC, mechanická odolnost proti úderu o síle min. 60 kgf/cm2, reakce na oheň B-s1-d0, povrch jemně, strukturovaný, výběr z minimálně 20 barev, nosná deska: tvořena DTD nebo MDF ekologickou deskou o tloušťce 16 mm, požadována vysoká rozměrová a tvarová stálost desky, desky vhodné pro další povrchovou úpravu, desky speciálně určené pro výrobu nábytku, nízký stupeň bobtnání v tloušťce, plní emisní třídu E1 (EN ISO 12460-5), vyrobeno dle normy EN 312 - typ P2, vnější vrstva (zadní strana): vyrobena z vysokotlakého laminátu o tl. 0,8 mm, hrana ABS tl. 2 mm, aplikovaná technologie PUR nanášení hran.	Certifikát výrobce, technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník dle barevného provedení	Certifikát, Technický list	ACROCABINET - viz příložený technický list
ZZ – ŽIDLE	1	Čtyřnohá konferenční židle s čalouněným sedákem a čalouněným opěradlem, vysoce odolná vůči mechanickému poškození. Sedadlo a opěradlo je z jednoho kusu ohýbané bukové skořepiny. Korpus je celočalouněný bez krycích plastů, kvalitní PUR pěna. Čalouněný vak s viditelným obvodovým švem na opěradle. Očalouněná skořepina je uchycena středovým uchycením ke kovové podnoži čtyřmi šrouby s metrickým závitem. Potah: koženka. Podnož: pevná, čtyřnohá bez koleček, kovová, svařovaná, bez područek, profil trubka min. o Ø 20 mm, povrchová úprava šedý komaxit RAL 9006, bez područek. Požadovaná nosnost min. 130 kg, Rozměry: Výška sedu 46 cm, Šířka sedáku min 45 cm, Hloubka sedáku 39 cm, Výška opěradla od sedáku 43 cm, Výška samotného opěradla 43 cm, Šířka opěradla ve spodní části u sedáku 45 cm, Šířka opěradla v horní části u sedáku 40 cm, Celková šířka max. 54 cm, Celková výška min. 87 cm, Celková hloubka 57 cm.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník barevného provedení - konstrukce, potah koženka	Technický list, vzorník	IBIS ALBA - viz příložený technický list

Z3 – ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	4	Pracovní otočná kancelářská židle s područkami na kolečkách s čalouněným sedákem a čalouněným (né síťovaným) opěradlem. Určeno pro 8hodinový provoz, vnitřní prostory. Sedadlo: Nosný prvek /vnitřek sedáku vyroben z bukové překližky s vysokou odolností vůči zlomení/prasknutí. Tvar ergonomický – miskovitý. Výplň sedáku tvoří kvalitní PUR pěna. Spodní díl sedáku / kryt sedáku z černého plastu, né čalounickou netkanou podšívkou. Samotné sedadlo je upevněno k centrální mechanice šrouby s metrickým závitem. Čalouněný sedák vzhledově působících hranatějších křivek, nikoliv kulatého tvaru. Opěradlo: Nosný rám / vnitřek opěráku z houževnatého plastu. Zadní strana opěradla z černého plastu s dvojitým vertikálním rádiusovým prohnutím. Zadní kryt je upevněn k čalounění vhodným neviditelným spojením, nejsou viditelné šrouby. Výplň opěradla tvoří kvalitní PUR pěna. Opěrka zad výškově stavitelná hřebenovým mechanismem, tzv. systémem UP-DOWN bez mechanické pojistky. Samotné opěradlo je k centrální mechanice pevně upevněno středovým spojením, min. třemi šrouby s metrickým závitem M8. Čalouněný opěrák vzhledově působících hranatějších křivek, nikoliv kulatého tvaru. Potah: koženka. Mechanika: Synchronní – dvoupáková bez posuvu sedáku, páka po pravé straně pro nastavení výšky sedu a druhá páka pro aktivaci synchronní mechaniky. Ve spodní středové části mechaniky je aretační prvek pro nastavení tuhosti přitlaku mechaniky dle váhy uživatele. Blokace – záklon mechaniky min. v 5 pozicích. Područky: Područky celočerné plastové, nosná část područky z jednoho kusu. Horní madlo/top područky z měkčeného polyuretanu. Područka výškově stavitelná min. 7 cm s aretačním prvkem z venkovní strany područky. Područky uchyceny k sedáku, Podhlavník: 3D nastavitelný čalouněný podhlavník s plastovým černým krytem, Podstava: Pětiramenný černý nylonový kříž o průměru min. 64 cm. Pojezdová kola bez brzdy, pogumovaná kola pro tvrdé krytiny (dřevo, dlažba, lino). Zdvih sedu: Výška sezení je řešena černým plynovým pístem s rozsahem min. 10 cm. Kryt pístu není podmínkou. Nosnost: min. 130 kg. Rozměry: Výška sedu 43–54 cm, Šířka sedáku min 50 cm, Hloubka samostatného sedáku 45 cm, Výška opěradla od sedáku 56–61 cm, Výška samotného opěradla 55 cm, Šířka opěradla ve spodní části 42 cm, Šířka opěradla v horní části 48 cm, Celková výška min 135 cm, Šířka včetně područek max 67 cm, Průměr kříže min. 64 cm, Podhlavník: 28x15 cm.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník barevného provedení - konstrukce, potah koženka	Technický list, vzorník	LARA ALBA - viz příložený technický list
TS – KOVOVÁ ŽIDLE DO KUŘÁRNY	5	Prostorná a vysoce odolná kovová židle s područkami. Práškové lakovaný hliníkový sedák a opěradlo, područky, čtyři kovové nohy (né pérovka), určeno i pro venkovní použití. Podnož svařovaná z trubek min. o Ø25 mm, povrchová úprava práškové lakování, miskovité (neostré) ochranné spodní kluzáky z černého plastu. Sedák ergonomicky tvarovaný, přední hrana sedáku zaoblena, práškové lakovaný hliníkový sedák Opěrák je ergonomicky prohnuté opěradlo, práškové lakovaný hliníkový opěrák. Opěradlo k podnoži připevněno bez viditelných šroubových spojů. Opěradlo je fixní-bez výškového nastavení a záklonu. Područky černé kovové, pevně připevněny k podnoži bez viditelných šroubových spojů. Stohovatelnost min. 8 ks. Nosnost: min. 130 kg. Rozměry: cca 64x58x82 cm (ŠxHxV), Výška sedadla: 46 cm, Hloubka sedáku: 44 cm.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník barevného provedení - konstrukce, sedák	Technický list, vzorník	ZAHRADNÍ ŽIDLE - ZUIVER VONDEL - viz příložený technický list
Z7 – KŘESLO	6	Elegantní, prostorné a vysoce odolné odpočinkové křeslo, nepolohovatelné. Čalouněný sedák, čalouněný opěrák, dřevěná podnož s područkami. Podnož tvoří bukové ohýbané lamely o minimální síle 20 mm. Dřevěná konstrukce má 4 nohy. Přední nohy jsou vytažené nahoru a tvoří zároveň područky oblého tvaru v jednom kuse. Konstrukce je zpevněná čtyřmi dřevěnými prvky (luby). Konstrukce lakovaná bezbarvým lakem. Sedák a opěrák je tvořen z jednoho celku. Nosnou částí je svařovaný kovový rám z ohýbaných trubek, potažen kvalitní PUR pěnou a samotným čalouněním. Čalounění je zhotoveno ušitým vakem se spodním zipem bez krycích plastů. Potah z koženky. Područky nečalouněné, součástí dřevěné konstrukce. Nestohovatelné. Nosnost: min. 130 kg. Rozměry: výška sedu 38 cm, sedák šířka 52 cm, užitná hloubka sedáku 47 cm, opěradlo šířka ve spodní části u sedáku 55 cm, opěradlo šířka v horní části 55 cm, výška opěradla od sedáku 68 cm. Celková šířka 65 cm, celková hloubka 76 cm, celková výška 101 cm.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník barevného provedení - konstrukce, potah koženka	Technický list, vzorník	Křeslo Rado ALBA - viz příložený technický list
KK – KŘESLO PRO KARDIAKY	27	Pojízdné polohovací pečovatelské křeslo, pohodlné a stabilní na čtyřech kolech s brzdou. Křeslo má masivní konstrukci z mořeného bukového dřeva, pevné nebo výškově stavitelné područky, čalouněný sedák a opěrák komfortní s přidavným podhlavníkem. Křeslo má polohovatelný sedák a podnožku. Čalounění je snímatelné a bude čalouněno zdravotnickou koženkou. Pod čalouněním sedáku je použit tekutinám nepropustný materiál, který chrání křeslo před protečením a poškozením. Ke křeslu bude dodána jídelní deska, infuzní podpora ruky, držák sběrného sáčku na moč. Pečovatelské křeslo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je řešeno jako modulární systém, s jehož pomocí lze přesně nakonfigurovat jeho konečnou podobu podle požadavků a potřeb každého uživatele. Šířka 760 mm, Celková výška 1140 mm, Výška sedáku 470 mm, Kolečka brzditelná.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované normy výrobku, potah koženka	Certifikát, Technický list, vzorník	Křeslo Gavota F - viz příložený technický list
RS2 –POHOVKA ROHOVÁ	10	Kvalitní rohová sedačka, konstrukce vyrobená z masivního dřeva. Vnitřní výplň pohovky je pružinové jádro s paměťovou studenou pěnou. Nožky pohovky vyrobeny z kvalitního dubového dřeva. Bez opěrek. Potah: koženka. Rozměry: Délka: 240 cm, Šířka: 145 cm, Hloubka: 82 cm, Výška: 85 cm, Výška sedu: 44 cm, Hloubka sedu: 58 cm, Orientace: levá/pravá dle výběru.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, vzorník barevného provedení - konstrukce, potah koženka	Technický list, vzorník	Pohovka Alena rohová - výroba na míru - viz příložený technický list
SKT – TREZOR NA LÉKY	19	Materiál korpusu: jednoplášťový, ocel. Materiál dvířek: kovové dvouplášťové, ocel 8 mm. Vnější rozměry: 610x460x395 mm (vxšxh), Vnitřní rozměry: 600x450x340 mm (vxšxh), Barva: světlé šedá, tmavé šedá, černá RAL, Typ zámku: klíčový, Uzamykací závory: chráněny proti odvrtání pancéřovou deskou z kalené oceli, průměr závory 25 mm, Trezory jsou vyráběny dle normy VDMA-A, Police: 1 ks, Počet klíčů: 10 ks (s bezpečnostní kartou)	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované normy výrobku	Technický list	Sejř Profikon BTA5 nábytkový - viz příložený technický list

PV – PŘEVAZOVÝ A LÉKOVÝ VOZÍK	28	Rozměry:cca 578 cm x h57 cm x v103 cm - zkl. rozměry bez příslušenství, konstrukce: ocel s práškovou šedou barvou s antimikrobiálním povrchem a antivibrační výtuhou, pracovní deska vyrobena z nerezové oceli AISI304, prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy, nosnost 20 kg, ; prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg, 1x vel. S (v6 cm), 3x vel. L (v20 cm), čelo zásuvky dle vzorníku barev, centrální zamykání, 4x kvalitní otočné plastové kolo min. Ø 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky, celková nosnost: 150 kg; součástí vozíku je odkládací kapsa na dokumenty a nerezový sklopný stolek 49x35 cm s prolisem 2 mm, obojí v provedení nerez AISI 304.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované kvality nerez ocel	Technický list, doložení kvality oceli	Zdravotnický vozík Basic ZV1258N - viz příložený technický list
PO3 – LŮŽKO PRO PACIENTA ELEKTRICKÉ	20	Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52, Kovová konstrukce lůžka, Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka, Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 39 cm, Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka, Nejnižší poloha ložné plochy max. 39,5 cm, Čtyřdílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti, šířka lamel min. 8 cm, Šířka ložné plochy min. 90 cm, Délka ložné plochy min. 200 cm, Maximální vnější rozměry 102 x 214 cm , Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí elektromotoru, Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene, Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 40°, lýtkového min. 25°, Systém autoregrese - zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil (prevence dekubitů) min. 18 cm (zádový díl min. 12 cm, stehenní díl min. 6 cm), Vyjímatelná dobře čistitelná celoplastová čela s barevnou výplní, Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí, Postranice min. ve ¼ ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélné s ovládním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta), Výška postranic min. 45 cm nad ložnou plochou , Zábrany odnímatelné bez použití nářadí, Odnímatelná hrazda bude součástí dodávky lůžka, Ruční (pacientský) ovladač, možnost uzamknutí jednotlivých funkcí ovladače pomocí klíče, Kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou a aretací přímého směru, Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka , Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka, Nárazová kolečka v rozích lůžka, Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg, Možnost uložení pacienta na lůžku s hmotností min. 215kg, Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín, vhodné k časté dezinfekci ve zdravotnictví.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované normy výrobku, Tř. ZP	Technický list, doložení normy	Lůžko Superta E Proma Reha - viz příložený technický list
PO1 – LŮŽKO PRO PACIENTA HYDRAULICKÉ	21	Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52, Kovová konstrukce lůžka, Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození hydraulického pístu zdvihu – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka, Zdvih lůžka pomocí hydraulického pístu minimálně o 39 cm, Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka, Ovládání zdvihu lůžka pomocí nožního pedálu dostupného z obou stran lůžka, Nejnižší poloha ložné plochy max. 39,5 cm, Čtyřdílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti, šířka lamel min. 8 cm, Šířka ložné plochy min. 90 cm, Délka ložné plochy min. 200 cm, Maximální vnější rozměry 102 x 214 cm, Čtyřdílná ložná plocha, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí plynových pístnic, Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 40°, lýtkového min. 25°, Systém autoregrese - zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil (prevence dekubitů) min. 18 cm (zádový díl min. 12 cm, stehenní díl min. 6 cm), Vyjímatelná dobře čistitelná celoplastová čela s barevnou výplní, Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí, Postranice min. ve ¼ ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélné s ovládním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta), Výška postranic min. 45 cm nad ložnou plochou, Zábrany odnímatelné bez použití nářadí, Kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou a aretací přímého směru, Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka , Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka, Nárazová kolečka v rozích lůžka, Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg, Možnost uložení pacienta na lůžku s hmotností min. 215kg, Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín, vhodné k časté dezinfekci ve zdravotnictví.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované normy výrobku, třída ZP	Technický list, doložení normy	Lůžko Superta H Proma Reha - viz příložený technický list
PO2 – LŮŽKO KOTVENÉ DO PODLAHY	22	Kovová konstrukce lůžka – hlavní rám konstrukce složený – 40x30x2 mm, čelo rámu 40x20x2 mm, rám roštu z dostatečně masivních trubek min. Ø 25 mm a jeklů 30x30 mm, Lůžko bez čel a postranic, Výška ložné plochy max. 40 cm, dvoudílná ložná plocha vyrobena z HPL z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti, Šířka ložné plochy min. 90 cm, Délka ložné plochy min. 200 cm, Lůžko bude kotveno do podlahy, lůžko je vybaveno kotevními patkami, Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 200 kg, Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín, vhodné k časté dezinfekci ve zdravotnictví.	Technický list konkrétního výrobku - produktový list, certifikát, doložení požadované normy výrobku, třída ZP	Technický list, doložení normy	Lůžko Superta M Proma Reha - viz příložený technický list

Vybraný dodavatel předloží i ke všem ostatním výrobkům vnitřního vybavení produktové listy, které budou minimálně obsahovat technické parametry shodné s technickou specifikací, která je dána zadavatelem v rámci ZD.

Vybraný dodavatel předloží fyzicky vzorníky potahového materiálu - koženka a dále vzorníky pracovních desek a materiálu na výrobu nábytku na míru.