

**FOMA MEDICAL spol. s r.o.**

Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové

IČ: 02464454 DIČ: CZ02464454

Zapsaná v OR u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložce 33057

**PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ NABÍDKA Č.1541/S117 8/2017**

Zákazník: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Kontaktní osoba: Bc. Miron Baláž, Mgr. Tomáš Rek
Typ přístroje: DX-G
Výrobní číslo přístroje: 2150
Podle objednávky číslo:

Podle Vašeho požadavku byla připravena předběžná cenová nabídka na opravu zařízení AGFA DX-G

V návaznosti na servisní zásah na přístroji musíme konstatovat nemožnost další opravy přístroje bez výměny dílů. Podle zjištění technika je nutno vyměnit buffer unit.

V aktuálním stavu nemůžeme zaručit, že je přístroj způsobilý pro použití k výrobcem určenému účelu.

Náklady spojené s výměnou dílu jsou vyčísleny níže:

Popis	Kód	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena
Práce technika	REP	hod	5	1 290,00 Kč	6 450,00 Kč
Buffer Unit	CM+9517060014	ks	1	274 142,00 Kč	274 142,00 Kč
Cestovní náklady		km	504	11,00 Kč	5 544,00 Kč
					0,00 Kč
Sleva na ND		ks	1	-41 121,00 Kč	-41 121,00 Kč
Celkem bez DPH					245 015,00 Kč
Celkem s 21% DPH					296 468,15 Kč

Záruka na náhradní díly a provedenou práci je 6 měsíců.

Jako dobrému zákazníkovi Vám poskytneme mimořádnou slevu na náhradní díl.

Prosíme o sdělení, zda za těchto podmínek s nabídkou souhlasíte.

Platnost nabídky do: 15.8.2017

Splatnost faktury: 30 dnů

Nabídku zpracoval:

Datum: 24. srpna 2017

Jiří Gangur
Administrátor servisu
Tel.: +420 737 219 527
e-mail: jiri.gangur@foma.cz

Technické dotazy:

Ing. Lukáš Kotek
Servisní technik
e-mail: lukas.kotek@foma.cz