

	Elektrický ohřev pacienta 1 ks	cena vč. DPH 139 876 ,- Kč
--	---------------------------------------	---

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována

3. Maximální možná nabídková cena: 150.000,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je ((uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):

Systém pro ohřev pacienta Hot Dog:

WC 52 HotDog - řídicí jednotka Multi + kabel 1288, třída ZP IIb

U101 HotDog - ohřívací matrace, 50 x 82 cm, třída ZP IIb

B103 Hot Dog - přikrývka pro dolní část těla, třída ZP IIb

B102 Hot Dog - přikrývka pro horní část těla, třída ZP IIb

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1) Ovládací jednotka – dva nezávisle ovládané okruhy	Splňuje – viz návod k použití WC52
2) Provozní teploty v rozmezí min. 37 - 39°C s přesností ±1°C	Matrace od 35 do 39°C ± 1 °C – viz návod Ohřívací matrace Přikrývka od 37 do 43°C ± 1 °C – viz návod Ohřívací přikrývky
3) Nastavení teploty min. ve třech krocích	Splňuje – viz návod k použití WC 52
4) Kontrolka pro zobrazení úrovně teploty	Splňuje – viz návod k použití WC 52
5) Akustický i optický alarm primárního okruhu	Splňuje – viz návod k použití WC 52
6) Akustický i optický alarm sekundárního přehřátí s vypnutím topného okruhu	Splňuje – viz návod k použití WC 52
7) Autokontrolní test (diagnostika) po připojení přikrývky	Splňuje – viz návod k použití WC 52
8) Prostupnost podložek i přikrývek pro RTG snímkování	Splňuje – viz návod k použití WC 52
9) Délka propojovacích kabelů min. 2m	4 m – viz návod k použití WC 52
10) Ovládací jednotka - možnosti připevnění: na stojan, nebo Eurolištu	Splňuje – viz návod k použití WC52
11) Minimálně požadované příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> • 1ks matrace velikost min. 80x45cm • 1ks přikrývky velikost min. 80x45cm 	82x50 cm – příloha 1 KS 100x102 cm – příloha 1 KS
12) Dodání dalšího příslušenství – bude zvýhodněno při hodnocení nabídek 20% <ul style="list-style-type: none"> • 1ks přikrývky pro horní končetiny – dospělý pacient 	Splňuje – viz návod k použití Ohřívací přikrývky

Všechny požadované informace najdete také na webových stránkách výrobce www.hotdogwarming.com.

DAHLHAUSEN CZ

Knínicka 1577

664 34 Kuřim

V. Z.