



TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429

Příloha č. 1 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky: „TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY II“
Číslo zakázky: VZ/2017/2/02
Forma zadání: **veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona**

1)

Název učební pomůcky: Trenažér napíchnutí krční žíly	
<i>SIMH01 Simulátor koňské hlavy s napíchnutím žíly</i>	
Požadované parametry	Ano/NE Případně uvést nabízené parametry
Flexibilní hlava s dobře vykreslenou anatomíí, ilustrující faciální injekční místa a umožňující nasazení uzdy	Ano
Jugulární venepunkce s hmatnými žíly	Ano
Snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je minimálně 10 sad žil (po 10 ks)	Ano
Mechanický systém umožňující žíly natlakovat	Ano
Intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny	Ano
Trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka (srst) s hřívou	Ano



TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429

Součástí je kolečkový stojan s nastavitelnou výškou, náklonem a 90° rotací	Ano
Součástí dodávky jsou minimálně 2 ks náhradních intramuskulárních podložek	Ano
Součástí je náhradní venepunkční pokožka krku	Ano

2)

Název učební pomůcky: Autokláv	
VBMT - 15	
	Ano/NE
Požadované parametry	Případně uvést nabízené parametry
Flexibilní čidlo Pt100 a systém chlazení komory	Ano
Dvouprocesorový řídicí systém (Master a Slave) a zdvojená čidla tlaku a teploty	Ano
Dotyková obrazovka – přehled o každé fázi probíhajícího procesu	Ano
Řídicí software umožňuje rovněž snadné sestavení a úpravy vlastních programů uživatele	Ano
Možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu	Ano
Požadavky na certifikace: EN 554, ČSN 17 347, DIN 1.4571, AISI 316 Ti)	Ano
Materiál z nerezové oceli	Ano
Přístroj musí být vybaven čerpadlem pro plnění zásobní nádržky destilované vody – bez nutnosti napojení na odpad	Ano



TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429

Sterilizátor vhodný především k veterinárním účelům s minimálním objemem 7 litrů	Ano
--	-----

3)

Název učební pomůcky: Endoskop mikroskopického obrazu	
<i>SouprEnd-VET</i>	
Požadované parametry	Ano/NE Případně uvést nabízené parametry
Univerzální endoskopická sestava – LED světlo, vyjímací kleště, kamera	Ano
Software a kamera součástí dodávky	Ano
Nastavitelnost jasu, kontrastu, ostření	Ano
Součástí světelný zdroj (napájení) a přístroj pro zpracování obrazu plně kompatibilní s dodaným vybavením	Ano
Možnost uložení a editaci snímků	Ano
Součástí základní sada pro aplikaci a čištění	Ano

V Praze dne

.....
Razítko/O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

.....
Jan, Kašpar, jednatel

.....
podpis