

SERVISNÍ SMLOUVA

Č. 129

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČO: 28762886
DIČ: CZ28762886
Zastoupená: _____, jednatel
Bankovní spojení: Komerční bankou a.s.
Číslo účtu: 107-7705330247/0100

jako **objednatel** na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

a

Electric Medical Service, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13525

Se sídlem: Ledce 74, 664 62
IČO: 49970267
DIČ: CZ49970267
Zastoupený: _____, prokuristou
Bankovní spojení: Citibank a.s.
Číslo účtu: 2520450100/2600

jako **zhotovitel** na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“) a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ultrazvukové přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“, interní ev. č. VZ19/2025** (dále jen „veřejná zakázka“) tuto servisní smlouvu.

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele ze dne 17. 12. 2025 (dále jen „Nabídka“) a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, pozáruční servis **dodaných ultrazvukových přístrojů - pro Gynekologicko-porodnickou (GPO) ambulanci a ARIP-Centrální operační sály (COS)** (dále

jen „přístroj“), který je předmětem Kupní smlouvy č. 128 umístěného na pracovišti Objednatele – oddělení GPO ambulance a ARIP-COS. Identifikace těchto přístrojů je přílohou A této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně provedený servis zaplatit Zhotoviteli dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
3. Pozáruční servis zahrnuje za období 72 měsíců (6 let) po skončení záruční doby dodaného přístroje: všechny servisní zásahy, tj. diagnostiku a odstraňování zjištěných vad, práci servisních techniků, provádění pravidelných bezpečnostních kontrol dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 375/2022 Sb.“), případně dle doporučení výrobce (včetně všech náhradních dílů a PM kitů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny) či preventivních prohlídek, vše včetně vystavení příslušných protokolů, případný update software, cestovní náklady a časovou garanci zprovoznění (viz čl. III, odst. 3 této smlouvy).
4. Při aktualizaci návodu k obsluze Objednatel požaduje jeho zaslání v elektronické podobě na email ozt@nemnbk.cz.
5. Zhotovitel bude garantovat technický stav přístroje uvedeného výše podle technických parametrů udaných výrobcem při dodržování doporučených postupů, kalibrací a preventivních prohlídek dle doporučení výrobce při používání spotřebního materiálu dle specifikace výrobce.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je buď výrobcem zboží, nebo je výrobcem oprávněn k provádění servisu a dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technici), a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
7. Počet servisních zásahů Zhotovitele je u Objednatele neomezen.
8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto kontaktů:

Zhotovitel			
Jméno	Funkce	Telefon/Mobil	Email
	Servisní technik		@emsbrno.com
Objednatel - Pověřená osoba			
Jméno	Funkce	Telefon/Mobil	Email
	biomedicínský inženýr	+420	@nemnbk.cz

Čl. II

Smluvní odměna a platební podmínky

1. Cena pozáručního servisu popsaného v čl. I této smlouvy je cenou smluvní a byla sjednána ve výši jednotkových cen za jednotlivé servisní úkony:

ultrazvukový přístroj pro GPO ambulanci a ARIP- COS

Cena za 1 BTK		
Cena v Kč bez DPH	Výše DPH činí	Cena v Kč s DPH
4.500,- Kč	21%; 945,- Kč	5.445,- Kč
Cena za 1 výjezd technika		
Cena v Kč bez DPH	Výše DPH činí	Cena v Kč s DPH
1.300,- Kč	21%; 273,- Kč	1.573,- Kč
Cena za 1 hodinu práce technika		
Cena v Kč bez DPH	Výše DPH činí	Cena v Kč s DPH
1.200,- Kč	21%; 252,- Kč	1.452,- Kč

- V předchozím článku uvedené jednotkové ceny jsou úplné a zahrnují veškeré poplatky a náklady Zhotovitele spojené s plněním dle čl. I, odst. 3 této smlouvy a jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými. Předpokládaná celková nabídková cena za celou dobu trvání pozáručního servisu (6 let) je uvedena v příloze B této smlouvy.
- Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: fu@nemnbk.cz. **Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů** od jejího doručení Objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu v Kč na základě faktury vystavené Zhotovitelem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - identifikaci objednávky,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na příložený dodací list),
 - odkaz na tuto smlouvu,
 - servisní výkazy, dodací listy za fakturované období (pokud budou provedeny servisní zásahy).
- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
- Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- Pokud vznikne potřeba použít náhradní díly a materiály nebo případně další servisní práce, které nejsou do odměny dle čl. II zahrnuty, je Zhotovitel oprávněn tyto náklady vyfakturovat zvlášť s tím, že k takové faktuře bude připojena přesná specifikace servisních prací, náhradních dílů a spotřebního materiálu a Objednatelem potvrzené servisní výkazy. Zhotovitel bude zajišťovat náhradní díly a spotřební materiál k předmětu plnění na základě aktuální potřeby a stavu přístroje. **Cenový návrh na opravu bude**

Zhotovitelem zaslán Objednateli v případě, bude-li **převyšovat částku 7500 Kč bez DPH** za opravu přístrojů.

8. Odměna dle této smlouvy nezahrnuje jakékoliv náklady Zhotovitele spojené s opravou poškození, k němuž prokazatelně došlo na základě neodborného použití přístroje v rozporu s uživatelskou dokumentací ze strany zaměstnanců Objednatele či třetí strany, případně spojené s mechanickým poškozením (např. pádem přístroje), zásahem do operačního systému počítače, instalací nedoporučeného softwaru, použitím spotřebního materiálu potřebného pro provoz přístroje, který nebyl schválen/ doporučen Zhotovitelem a servisní zásahy s tímto spojené, resp. náklady za ně, jdou plně k tíži Objednatele.
9. Změna ceny v důsledku změny DPH – v případě, že v období mezi předložením nabídky účastníka a podpisem smlouvy, případně v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, upraví se nabídkové ceny s DPH. V takovém případě bude cena plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době provádění servisních činností; tato změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
10. Změna ceny – inflační doložka – cena díla, resp. jednotkové ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, nebudou měněny minimálně po dobu prvních 24 měsíců od okamžiku, kdy bylo započato s plněním dle této smlouvy. Po uplynutí této doby se smluvní strany mohou dohodnout na navýšení cen uvedených v Příloze A , každoročně o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 5 % (i v případě, že míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší), a to vždy k 1. 4. příslušného roku. Návrh na zvýšení jednotkové ceny o inflaci je poskytovatel povinen objednateli předložit nejpozději do 15. 3. příslušného roku, jinak toto právo dohodnout se na navýšení jednotkových cen v příslušném roce zaniká. Navýšení o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 % .

Čl. III

Způsob plnění, opravy a kontroly

1. Zhotovitel bude provádět pro Objednatele veškeré opravy přístroje tak, aby byla zachována plná funkce přístroje při jeho použití Objednatelem v rámci jeho činnosti. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky přístroje, přezkouší Zhotovitel funkčnost a bezpečnost přístroje a výsledek zaznamená do servisního protokolu, který předá Objednateli.
2. Náhradní díly a materiál, které jsou měněny v rámci oprav, nejsou zahrnuty do částky smluvní odměny dle čl. II této smlouvy a budou účtovány samostatně. V případě nesouhlasu Objednatele s dodávkou náhradních dílů předá Zhotovitel přístroj Objednateli v původním stavu a je oprávněn vyúčtovat doložené náklady. Zhotovitel je povinen zachovat na pracovišti Objednatele vadné náhradní díly vyjma případů, kdy je uvedený náhradní díl vyžadován výrobcem nebo příslušným orgánem státní správy k vrácení za účelem repase nebo posouzení závady nebo ekologické likvidace. V tomto případě se Zhotovitel zavazuje vyměněné/nahrazené náhradní díly na své náklady odvést za účelem provedení jejich diagnostiky a zajištění likvidace dle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahlásit přítomnost servisního technika, který zahájí servisní činnost v místě provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí k odstranění závady nejpozději do 48 hodin v pracovních dnech od nahlášení vady Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady

nevyžadující použití náhradních dílů nejpozději do 72 hodin v pracovních dnech od nahlášení vady. V případě vady vyžadující použití náhradních dílů nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Nebude-li vada odstraněna do výše uvedených termínů nebo při odvozu přístroje do externího servisu, je Objednatel oprávněn požadovat náhradní přístrojové vybavení formou výpůjčky po dobu trvání opravy, v případě, že to povaha přístroje umožňuje.

4. Případné reklamace je Zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady. Objednatel není povinen dílo/opravovaný přístroj převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání přístroje.
5. Záruční doba na provedené práce činí 6 měsíců od provedení opravy.
6. Záruka na dodané náhradní díly vyplývá ze záruky, kterou poskytuje výrobce, minimálně však 6 měsíců od dodání.
7. Objednatel je povinen hlásit vady písemnou formou na elektronickou adresu: servis@ultrazvuky.cz pro telefonické ověření doručení zprávy a konzultace uvádí Zhotovitel telefonní číslo na servis: 543 524 381. Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli písemně bez zbytečného odkladu.
8. Servis bude vykonáván servisními technikami ze servisního střediska Zhotovitele, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
9. Oprava bude provedena po předchozí dohodě s Objednatelem, a to přednostně v pracovní dny v době od 6:30 do 16:00 hodin. Oprava bude probíhat na pracovišti Objednatele a pouze v případě, kdy nebude možné provést opravu v místě provozu, provede Zhotovitel opravu dílensky. V případě, kdy příslušné pracoviště nebo oddělení Objednatele neposkytne dostatečnou součinnost dle tohoto odstavce a je v tomto směru v prodlení, není v prodlení Zhotovitel s činností dle této smlouvy.
10. Zhotovitel bude pro Objednatele provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly přístrojů (BTK) dle z. č. 375/2022 Sb., případně dle doporučení výrobce a preventivní prohlídky, spojené s ověřením jejich správné funkce a bezpečnosti pro zdraví uživatelů a třetích osob při poskytování zdravotní péče, jakož i další úkony směřující k zachování bezpečnosti charakteristických vlastností a plné funkčnosti přístroje, včetně výměny všech náhradních dílů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny. Součástí těchto kontrol BTK je dále (pokud je pro příslušný přístroj relevantní) provádění elektrické kontroly, případně elektrické revize u pevně připojených přístrojů, a to včetně vystavení příslušného písemného protokolu.
11. Zhotovitel se zavazuje provádět tyto pravidelné bezpečnostně technické kontroly dle doporučení výrobce. Tyto pravidelné kontroly/ prohlídky budou Zhotovitelem prováděny v takovém termínu, aby přístroje trvale a bez přerušení vyhovovaly legislativním požadavkům pro jejich bezpečný provoz.
12. Zhotovitel je povinen po provedení každé kontroly/ prohlídky vystavit příslušný protokol a je povinen jej předat na oddělení biomedicínského inženýrství Objednatele a dále v kopii na oddělení kde je přístroj umístěn, to nejpozději do 30 dnů od provedení.
13. Zhotovitel je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy.

14. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých pracovníků pověřených prováděním servisních prací.
15. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Objednateli či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.
16. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup do svých provozních prostor k servisovanému přístroji za účelem provedení servisu a poskytnout mu potřebnou součinnost tak, aby nebylo ohroženo termínové plnění Zhotovitele.

Čl. IV

Doba platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu **72 měsíců (6 let)** po skončení závazků Zhotovitele vyplývajících z Kupní smlouvy na přístroj uvedený v příloze A této smlouvy. Tuto smlouvu lze vypovědět v případech uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Smluvní vztah je možné ukončit:
 - a. písemnou dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí v souladu s platnými právními předpisy.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, a to:
 - na straně Objednatele, pokud Zhotovitel neprovede potřebné opravy a neodstraní zjištěné závady, případně neprovede nutnou servisní údržbu a další úkony dle této smlouvy na přístrojích řádně a včas dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která byla sjednána v délce 30 kalendářních dnů a dále pokud nebude Zhotovitel plnit ujednání podmínek smlouvy, pokud Zhotovitel nezajistil nápravu, přestože byl Objednatelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn. Pokud dojde z těchto důvodů k předčasnému ukončení smlouvy, přísluší Zhotoviteli poměrná část smluvní odměny od počátku toho, kterého ročního období až do doby nahlášení opravy, kterou Zhotovitel neprovedl ve výše uvedené lhůtě.
 - na straně Zhotovitele, pokud Objednatel překročí lhůtu splatnosti příslušné faktury tak, jak je sjednána v čl. II této smlouvy, o více než 60 dní, pokud Objednatel nezajistil nápravu, přestože byl Zhotovitelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. V

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované smluvní odměny, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení se zapůjčením náhradního přístroje ve výši 1 000,- Kč za každý započatý pracovní den přesahující 5. pracovní den od nahlášení tohoto požadavku.
3. Zhotovitel se zavazuje v případě, že vlastním zaviněním nenastoupí k odstranění vad, neodstraní oprávněně reklamované vady opravou nebo bude v prodlení se zápůjčkou náhradního přístroje ve lhůtách stanovených touto smlouvou a v případě, že vlastním zaviněním neprovede pravidelnou bezpečnostní kontrolu/validaci v předepsané periodě, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Do této lhůty se nezapočítává doba od vystavení cenové nabídky Zhotovitelem do jejího schválení a vystavení platné objednávky Objednatelem.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
5. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VI odst. 4 této smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
6. Za nedodržení povinností dle podmínek uvedených v čl. VI odst. 6 této smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
7. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.
8. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že výše smluvních pokut se odvíjí od charakteru Objednatele jako poskytovatele zdravotních služeb, kdy předmět koupě slouží k zajištění jeho činnosti, a proto je třeba zajistit jeho řádnou a včasnou funkčnost.

Čl. VI

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Objednatel uhradí za Zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Objednatel správcem daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně servisní smlouvy včetně případných dodatků a výsledků výběrového řízení na profilu Objednatel nebo jiným způsobem, určeným Objednatel, a dále dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši ceny dodaného přístroje dle kupní smlouvy bez DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
4. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o Objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplyvá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedorazí k dohodě, budou spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti obecného soudu Objednatele.
5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných dodatků k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva, nebude-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 1 vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede Objednatel.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

Příloha A – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha B – Cenová nabídka

Za Objednatele

V Nymburce dne

Za Zhotovitele

V Brně dne



.....
_____, jednatel

.....
_____, prokurista

ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE vč. POZÁRUČNÍHO SERVISU PRO NEMOCNICI NYMBURK s.r.o.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

ULTRAZVUK PRO GPO ambulanci

Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Základní vlastnosti přístroje		
- minimálně 4 aktivní vstupy na sondy	ANO	4 aktivní vstupy na sondy
- stranově a výškově nastavitelná klávesnice	ANO	
- LCD monitor s HD rozlišením (1920x1080) úhlopříčka minimálně 23", otočný +/- 90 °	ANO	LCD monitor s HD rozlišením (1920x1080), úhlopříčka 23", otočný +/- 90 °
- barevný minimálně 10" ovládací touchpanel	ANO	10,1"
- HDD s minimální kapacitou min. 500 GB	ANO	500 GB
- SW + kodeky a veškeré nutné vybavení k prohlížení 4D záznamů v počítači (4D viewer)	ANO	
- sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy)	ANO	
- integrovaný prostor pro periferní zařízení	ANO	
- provoz na baterii	ANO	
- váha max. 90 kg	ANO	90 kg
Specifikace požadovaných módů		
2D Imaging:		
B mód:		
- automatická optimalizace obrazu	ANO	
- vysílací fokusace - focus minimálně 1-5 fokální zóny nastavitelné v alespoň 7 polohách	ANO	1-5 fokální zón nastavitelných v 7 polohách
- obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze	ANO	

- read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze	ANO	
- write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení 20x, high resolution zoom)	ANO	zvětšení 20x, high resolution zoom
- panoramatické zobrazení	ANO	
- trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách	ANO	
- minimální penetrace 40 cm	ANO	penetrace 42 cm
- cine loop minimálně 1.000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání	ANO	
- THI (Tissue Harmonic Imaging)	ANO	
- vysílací frekvence 1-18 MHz	ANO	1-18 MHz
M mód:		
- nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze	ANO	
- nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD	ANO	
PWD mód:		
- rozsah PRF 0,9-22,0 kHz	ANO	0,9-22,0 kHz
- vysílací frekvence 1-18 MHz	ANO	1-18 MHz
- automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase	ANO	
- automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.)	ANO	
- HPRF	ANO	
CFM módy (barevné mapování):		
- Color Doppler	ANO	
- Power Doppler	ANO	
- Bi Directional Power Doppler	ANO	
- Tissue Doppler	ANO	
- nedopplerovské mapování toku B-Flow	ANO	
- vysílací frekvence 1-18 MHz	ANO	1-18 MHz
- rozsah PRF 0,1-20,5 kHz	ANO	0,1-20,5 kHz
- módy s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD flow, HD Power Doppler)	ANO	
- Mód se speciálním 3D/4D renderingem pro zobrazení cév s oblým průřezem (radiant flow)	ANO	
současné běžící módy:		
- B / Spectral Doppler	ANO	
- B / M-Mode	ANO	
- B / Tissue Doppler	ANO	
- B / Power Doppler	ANO	
- B / Color Doppler	ANO	
- B / Bi Directional Power Doppler	ANO	
- B / Compound Imaging	ANO	
- B / Speckle Reduction	ANO	
- možné triplexní módy:	ANO	
- B / Color Doppler / PW Doppler	ANO	
- B / Power Doppler / PW Doppler	ANO	
- B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler	ANO	
Požadavky na sondové vybavení		
Elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence:	ANO	

- čas přepnutí sond kratší než 3 vteřiny	ANO	2,5 vteřiny
1. 2D abdominální konvexní sonda cca 2,5-9 MHz, úhel zobrazení 94°	ANO	2,5-9,1 MHz, úhel zobrazení 94°
2. 2D endovaginální mikrokonvexní sonda cca 3-10 MHz, úhel zobrazení 185°	ANO	2,9-9,7 MHz, úhel zobrazení 185°
3. 3D/4D abdominální konvexní sonda cca 2-8 MHz, úhel zobrazení 90°(2D), 90°x 85°(3D)	ANO	2-8 MHz, úhel zobrazení 90°(2D), 90°x 85°(3D)
Požadavky na archivaci dat		
- vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů	ANO	
- export ve formátech BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI	ANO	
- přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash	ANO	
- možnost transferu v bezeztrátovém formátu (RAW)	ANO	
- minimálně 4x rozhraní USB	ANO	5x rozhraní USB
Požadavky na módy měření		
- softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a porodnictví	ANO	
- automatizované měření základních biometrií plodu	ANO	
- automatizované měření NT	ANO	
- automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time	ANO	
Možnosti rozšíření:		
- 2D lineární matrixová sonda (minimálně 1000 krystalů, 4-13 MHz)	ANO	1008 krystalů, 4-13 MHz
- 3D/4D endovaginální mikrokonvexní sonda (minimálně 192 krystalů, 4-9 MHz)	ANO	192 krystalů, 3,8-9,3 MHz
Požadujeme kompatibilitu se stávajícími systémy GE Voluson z důvodu zachování shodné filozofie ovládání, struktury menu, rozmístění ovládacích prvků a logiky uživatelského rozhraní.	ANO	

ULTRAZVUK PRO COS

Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Základní vlastnosti systému:		
- přenosný ultrazvukový systém	ANO	
- vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení	ANO	
- technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace	ANO	
- frekvenční rozsah přístroje 1,1 – 22 MHz	ANO	1,1 – 22 MHz
- hmotnost systému včetně baterie max. 7 kg	ANO	6,5 kg
- start systému do plné funkce max. 60 s, ze Sleep (Standby) módu do 10 s	ANO	Do plné funkce za 59 s, ze Standby za 9s
- ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15,6"	ANO	15,6"
- dezinfikovatelný ovládací panel	ANO	
- možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur	ANO	
- intuitivní multidotykové ovládání přístroje	ANO	
- možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě	ANO	
- plná práce systému na integrované baterii, min. 2 hod.	ANO	2 hodiny
- indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by)	ANO	
- snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývajícím časem skenování	ANO	
- možnost výměny sond za provozu	ANO	
- současné připojení min. 3 ultrazvukových sond	ANO	
- sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku	ANO	
- minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI	ANO	3x USB 3.0., LAN, HDMI
Základní funkce systému:		
- uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)	ANO	
- automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler	ANO	
- archivace patientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB)	ANO	128 GB
- interní integrovaná patientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této patientské databáze	ANO	
- funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast	ANO	
- možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)	ANO	
- interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření	ANO	125 s
- maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu	ANO	

- možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)	ANO	
- možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor	ANO	
- nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm	ANO	36 cm
- připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0	ANO	
- Wi-Fi přenos dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN pomocí integrované Wi-Fi – ne pomocí externího adaptéru	ANO	
- možnost připojení jícnové sondy	ANO	
Kalkulace:		
- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů	ANO	
- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR	ANO	
- programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty	ANO	
- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace	ANO	
- plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)	ANO	
- záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu	ANO	
- plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta	ANO	
- plně automatické vyhodnocení počtu B-liní na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření	ANO	
- integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu	ANO	
- integrovaný diagram pro kanylace, kdy SW po změření průměru cévy doporučí vhodnou velikost katetru	ANO	
- software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků	ANO	
Zobrazovací módy:		
- B-mód s automatickou optimalizací obrazu	ANO	
- M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód	ANO	
- barevný směrový rychlostní Doppler	ANO	
- citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler	ANO	
- spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra	ANO	
- harmonické zobrazení na všech sondách	ANO	
- nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spektrum ve více	ANO	

jak dvou krocích		
- compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů)	ANO	
- mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze	ANO	
- tkáňový Doppler (TDI)	ANO	
- zobrazení střední osy lineární sondy	ANO	
- panoramatické zobrazení	ANO	
- porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem	ANO	
Sondy:		
- konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 – 5,5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači	ANO	Konvexní sonda C1-5-RS, rozsah 1,4 – 5,7 MHz, počet krystalů: 192
- vaginální multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 2,5 – 12 MHz, úhel zobrazení min. 120°	ANO	Vaginální sonda E8C-RS, rozsah 2,2 – 12,5 MHz, úhel zobrazení 128°
- lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,5 – 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy min. 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům	ANO	Lineární sonda L4-12t-RS, rozsah 3,4 – 12,6 MHz, šířka akt. pole 39 mm, 192 krystalů, 4 programovatelná tlačítka
Součástí nabídky:		
- mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu	ANO	
Kompatibilita požadovaného přístroje se stávající kardiologickou sondou 3Sc-RS a lineární sondou 12L-RS na oddělení ARO.	ANO	Kompatibilita se sondami 3Sc-RS a 12L-RS



Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: _____, jednatel 28762886/
IČO / DIČ: CZ28762886

Příloha č. 6 ZD; příloha B Servisní smlouvy

CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky: Interní ev. č.: VZ19/2025
„Ultrazvukové přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

1. Kritéria hodnocení

Účastník výběrového řízení vyplní v souladu se zadávací dokumentací následující tabulku kritérií hodnocení v Kč.

Tabulka A) – nabídková cena za dodávku zdravotnického přístroje (ZP) – Ultrazvukový přístroj pro Gynekogicko-porodnickou (GPO) ambulanci a ARIP-Centrální operační sály (COS)

Předmět plnění	Obchodní název	Počet kusů	Nabídková cena za ZP bez DPH [Kč]	Nabídková cena za ZP včetně 21 % DPH [Kč]
Ultrazvukový přístroj pro GPO	VOLUSON S8t	1	1.165.000,- Kč	1.409.650,- Kč
Ultrazvukový přístroj pro ARIP-COS	VENUE Go	1	815.000,- Kč	986.150,- Kč

Výše uvedené ceny vyplní účastník do Přílohy č. 2 ZD – Návrh kupní smlouvy.

Tabulka B) – nabídková cena za pozáruční servis) – Ultrazvukový přístroj pro GPO ambulanci a ARIP-COS

Jednotlivé servisní výkony	Nabídková jednotková cena za BTK/činnost bez DPH [Kč]	Počet ZP	Počet BTK* /předpokládaných činností za 6 let u celkového počtu ZP	Celková nabídková cena za BTK/předpokládané činnosti bez DPH [Kč] za 6 let u celkového počtu ZP	Celková nabídková cena za BTK/činnost včetně 21% DPH [Kč] za 6 let u celkového počtu ZP
Cena za 1 BTK	4.500,- Kč	2	12	54.000,- Kč	65.340,- Kč
Cena za 1 výjezd technika	1.300,- Kč		20	26.000,- Kč	31.460,- Kč

Cena za 1 hodinu práce technika	1.200,- Kč		40	48.000,- Kč	58.080,- Kč
Celková cena za pozáruční servis bez DPH/s DPH				128.000,- Kč	154.880,- Kč

*Účastník vyplní cenu za 1 BTK pro 1 ks ZP

** Do sloupce "Počet" u položky "BTK" doplní počet předepsaných pozáručních servisů (BTK) výrobcem přístrojového vybavení nutných provést pro nabízené přístroje za dobu poskytování pozáručního servisu dle specifikace položky, tzn. je-li např. u přístroje stanoveno provedení BTK 1x za rok a servisní smlouva je uzavřena na 6 let, bude ve slupci uvedena číslovka 12 (1 x BTK ročně x 2 ZP x 6 let)

Výše uvedené jednotkové ceny vyplní účastník do Přílohy č. 3 ZD – Návrh servisní smlouvy.

Předmětem hodnocení bude:

V Brně dne

Hodnotící kritéria		Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Váha kritéria
1.	Celková nabídková cena v Kč bez DPH (za 2 ks) = <i>(suma příslušných cen <u>bez DPH</u> z tabulek A) a B)</i> (A) Celková nabídková cena za dodávku přístrojů + (B) Celková nabídková cena za pozáruční servis (po dobu 6 let)	2.108.000,- Kč	100 %

Tato celková nabídková cena bez DPH bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 4 ZD).

Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené pole.

Digitálně podepsal



_____, prokurista