

Od: Kesa s.r.o. <kesa@kesa.cz>
Odesláno: pondělí 13. října 2025 10:00
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: objednávka 25/599/MA

Dobrý den,

děkujeme za doplnění.

--

Hezký den, s pozdravem za KESA s.r.o.

[REDACTED]

Pondělí, 13 Říjen, 2025 07:36 CEST, Jitka Mašlová <maslova@nemopisek.cz> napsal:

> Dobrý den.

>

> Níže posílám požadované:

>

> Hematologicko-transfúzní odd.

- > • pracovní dobu jednotlivých oddělení - HTO – nepřetržitý provoz – preferujeme čas 7.00 až 16.00 hod
- > • kontaktní osobu jednotlivých oddělení – [REDACTED]
- > • nevyžadují teplotní mapy

>

> Biochemie

- > • pracovní dobu jednotlivých oddělení - OKB – nepřetržitý provoz – preferujeme čas 7.00 až 16.00 hod
- > • kontaktní osobu jednotlivých oddělení – [REDACTED]
- > • upřesnění délky měření teplotní mapy – vždy probíhalo měření 2 hodiny (cca po 15-ti minutách po vložení čidel už se obvykle teploty nemění)

>

> Mikrobiologie

- > • Mikrobiologie pracovní doba 7-15.00

> • [REDACTED]

>

> Děkuji a přeji hezký den.

>

>

>

>

> Zdravotní technika

> Nemocnice Písek, a.s.

> Karla Čapka 589

> 397 01 Písek

> mobil: [REDACTED]

> tel.: 38 [REDACTED]

> e-mail: [REDACTED]

>

>

>

> -----Original Message-----

> From: Kesa s.r.o. <kesa@kesa.cz>

> Sent: Wednesday, October 8, 2025 1:34 PM

> To: [REDACTED]va@nemopisek.cz>
> Cc: [REDACTED]@nemopisek.cz>
> Subject: Re: objednávka 25/599/MA
>
> Dobrý den,
>
> děkujeme za Vaši objednávku, prosíme o doplnění následujícího:
>
> - kontakt na jednotlivá oddělení
> - pracovní doba jednotlivých oddělení
> - požadovaná délka měření teplotních map jednotlivých zařízení
>
> Navrhujeme termín od 26.11.2025.
>
> Děkujeme
> --
> Hezký den, s pozdravem za KESA s.r.o.
> L [REDACTED] | 777 269 008 | kesa@kesa.cz
>
> Středa, 8 Říjen, 2025 11:50 CEST, Jitka Mašlová <maslova@nemopisek.cz> napsal:
>
>> Dobrý den.
>>
>>
>>
>> Objednávám u Vás:
>>
>>
>>
>> * technickou kontrolu MS Falcon na odděleních HTO, OKB a OKM
>> * validaci všech zařízení připojených do systému
>> * kalibraci snímačů těchto zařízení
>> * připojení přístrojů Bactec FX40 SN: FF3660 a FF7672 do systému na
>> OKM
>>
>>
>>
>> Prosím o provedení do konce listopadu 2025 a zaslání cenové nabídky.
>>
>>
>>
>> Děkuji.
>>
>>
>>
>> S pozdravem
>>
>> [REDACTED]
>>
>> Zdravotní technika

> >
> > Nemocnice Písek, a.s.
> >
> > Karla Čapka 589
> >
> > 397 01 Písek
> > mobil: 770 177 793
> > tel.: 382 772 063
> >
> > e-mail: <mailto:maslova@nemopisek.cz> maslova@nemopisek.cz
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>