

# Objednávka

dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Odběratel:</b> IČO: 00064173 DIČ: CZ00064173<br>Fakultní nemocnice Královské Vinohrady<br>Odbor nákupu a investic<br>Oddělení servisu ZT<br>Šrobárova 50<br>100 34 Praha 10 | <b>Číslo: 202600123</b><br><b>Datum vystavení:</b> 21.1.2026<br><b>Dodavatel:</b><br>Goldman water, s.r.o.<br>U Rybníka 13<br>250 91 Zeleneč<br><b>IČO: 24221228</b> <b>DIČ: CZ24221228</b><br><b>Tel.: 601558008</b> <b>Fax:</b> | <b>Strana: 1/1</b> |
| <b>Lhůta dodání: ihned</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

## Položka

1. Objednáváme opravu těsnění u úpravny vody GW 100 Klasik 1F, v. č. 18069/2018 (inv. č. 1001826) v místnosti přípravy léčiv - voda kape ze dvou míst.  
Ještě bychom potřebovali udělat servis přístroje, z důvodu zvyšující se vodivosti vody.

Před opravou, prosím, předem kontaktovat ohledně termínu realizace našeho technika ing. Bumbu, telef. 603 825 509.

21.1.2026 - objednáme opravu těsnění u úpravny vody GW100 Klasik 1F, v. č. 18069/2018 (inv. č. 1001826) v místnosti přípravy léčiv - voda kape ze dvou míst + provést servis přístroje - viz cenová nabídka č. N26010041 ze dne 14.1.2026 v ceně 63.084, Kč bez DPH, tj. 76.331,64 Kč vč. DPH.

## Poznámka:

Prosíme uvádějte na faktuře úplný název odběratele: FNKV - Odbor nákupu a investic - oddělení servisu ZT. Tato objednávka je platná za předpokladu, že dodavatel souhlasí se splatností faktury 60 dnů. V případě nesouhlasu kontaktujte vystavitele objednávky. Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze se souhlasem FN Královské Vinohrady.

**V případě opravy přesahující cenu 10 tis.Kč Vás žádáme o vystavení cenové nabídky. Následně si Vás dovoluujeme požádat o vyčkání na potvrzení cenové nabídky.**

V souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, žádáme o zaslání úplného ceníku prací Vaší společnosti pro aktuální rok v členění: hodinová sazba technika v Kč/hod., ztrátový čas technika v Kč/hod., cestovné v Kč/km, ceny periodických bezpečnostně-technických kontrol, validací atp.. Bez úplného ceníku prací Vaší společnosti a klinikou potvrzeného originálu servisního, resp. dodacího listu nebude možné provést věcnou a číselnou kontrolu Vaší fakturace a tato bude vrácena Vaší společnosti k přepracování.

Podpis a razítko