

ZNALECKÝ POSUDEK

ČÍSLO POLOŽKY: 1187-40-2025
ZNALEC: Ing. Zdeněk Jelínek
OBOR/ODVĚTVÍ/SPECIALIZACE: Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 8. 10. 1997 č.j. Spr. 673/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská a výpočetní technika, vybavení kanceláří, lékařské a laboratorní přístroje a zařízení, a obor kybernetika, odvětví výpočetní technika
ZADAVATEL: Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice IČO: 26095181 Doručovací číslo: PSČ 386 29 Spisová značka: B 1465 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích ¹
OBJEDNÁVKA ČÍSLO JEDNACÍ: č. 25/TO/48 ze dne 2. prosince 2025 ²
PŘEDMĚT: Vypracování znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny pro přístroj RTG Luminos drF Max, výrobce Siemens. Inventurní číslo 11009, sériové číslo 7059, ID 4999
POČET VYHOTOVENÍ: Předáno v dokumentu *.pdf s elektronickým podpisem
ČÍSLO VYHOTOVENÍ:
DATUM VYHOTOVENÍ: 8. prosince 2025
POČET STRAN: 17 (sedmnáct)
STANOVENÁ CENA: 254 000.- Kč VČETNĚ DPH
CENA STANOVENA KE DNI: KE DNI 2. PROSINCE 2025
SEZNAM KAPITOL: Zadání znaleckého posudku, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění, závěr
SEZNAM PŘÍLOH: 1) Objednávka znaleckého posudku 2) Karta majetku 3) Výpis z karty majetku

¹Dostupné z <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=217488&typ=PLATNY> ze dne 4.12.2025

² Viz příloha č. 1 k tomuto znaleckému posudku

Obsah

1	ÚVOD	3
1.1	Opatření (usnesení), zadavatel znaleckého posudku	3
1.1.1	Zadavatel znaleckého posudku	3
1.1.2	Fakturační adresa	3
1.2	Objednávka znaleckého posudku	3
1.3	Účel vyžádání znaleckého posudku	3
1.4	Datum, ke kterému má být ocenění provedeno	3
1.5	Obecné podmínky pro zpracování znaleckého posudku	3
1.6	Oceňování majetku – legislativa	3
1.7	Tržní hodnota a cena obvyklá	4
1.8	Definice ceny obvyklé	4
1.9	Metodika stanovení ceny obvyklé	4
1.10	Metodika zpracování tohoto znaleckého posudku	5
2	PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU	6
2.1	Podklady dodané zadavatelem posudku	6
2.2	Zajištěné znalcem	6
2.3	Konstatování věrohodnosti podkladů	6
3	NÁLEZ	7
3.1	Předmět posudku	7
3.2	Technické vlastnosti	7
3.3	Identifikace předmětu posudku - prohlídka	8
3.3.1	Fotodokumentace k předmětům prohlídky	8
3.4	Komentář k předmětu prohlídky	9
4	POSUDEK	10
4.1	Stanovení obvyklé (tržní) ceny	10
5	ZÁVĚR POSUDKU	12
5.1	Rekapitulace tržní hodnoty ultrazvukového přístroje	12
5.2	Zdůvodnění	12
6	ZNALECKÁ DOLOŽKA	13

Seznam obrázků:

Obrázek 1 - Výrobní štítek přístroje	7
Obrázek 2 - Výrobní štítek základní jednotky	7
Obrázek 3 - Evidenční štítek	7
Obrázek 4 - Evidenční štítek matrace	7
Obrázek 5 - Evidenční štítek kompresního pásu	7
Obrázek 6 - Evidenční štítek vybavení	7
Obrázek 7 - Čelní pohled na přístroj	8
Obrázek 8 - Boční pohled	8
Obrázek 9 - Pohybová hlava přístroje	8
Obrázek 10 - Stůl pro pacienta	8
Obrázek 11 - Boční pohled na přístroj se zdroji	8
Obrázek 12 - Hlava s ovládacími prvky a displejem	8
Obrázek 13 - Boční pohled	9
Obrázek 14 - Stůl pro pacienta s ovládacími prvky	9
Obrázek 15 - Řídící panel	9
Obrázek 16 - Sada štítků přístroje	9

Seznam tabulek:

Tabulka 1 - Stanovení obvyklé ceny	10
--	----

1 Úvod

1.1 Opatření (usnesení), zadavatel znaleckého posudku

1.1.1 Zadavatel znaleckého posudku

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČO: 26095181

Doručovací číslo: PSČ 386 29

Spisová značka: B 1465 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích³

1.1.2 Fakturační adresa

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČO: 26095181

(Adresa pro doručení: faktury@nemst.cz)

1.2 Objednávka znaleckého posudku

Objednávka č. 25/TO/48 ze dne 2. prosince 2025⁴

1.3 Účel vyžádání znaleckého posudku

Dle objednávky znaleckého posudku vypracování znaleckého posudku pro stanovení zůstatkových cen a cen obvyklých pro přístroj: RTG přístroj Luminos dRF Max, Siemens

1.4 Datum, ke kterému má být ocenění provedeno

Předmět posudku je uložen v Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice

1.5 Obecné podmínky pro zpracování znaleckého posudku

Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné.

Předpokládá se, že informace z jiných zdrojů, jež bere v úvahu znalecký posudek nebo jeho část jsou správné.

Předpokládá se, že podklady, předané znalci jsou úplné a správné, a informace nejsou účelově podány tak, aby znalce uvedly v omyl.

Není brána zodpovědnost za systémové změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou po datu vypracování tohoto posudku.

Je předpokládáno odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.

Posudek je vypracován za účelem stanovení obvyklé ceny hmotného majetku.

1.6 Oceňování majetku – legislativa

Pro oceňování majetku platí především vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. (tzv. oceňovací vyhláška) a její pozdější novely. Tato vyhláška stanovuje ceny, koeficienty a postupy pro oceňování majetku podle zákona o oceňování

³Dostupné z <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=217488&typ=PLATNY> ze dne 4.12.2025

⁴ Viz příloha č. 1 k tomuto posudku

majetku. Zákon č. 151/1997 Sb. je prováděn oceňovací vyhláškou a stanovuje obecná pravidla pro oceňování majetku. Aktuální znění vyhlášky zahrnuje veškeré úpravy provedené následujícími novelami: 199/2014 Sb. 345/2015 Sb. 53/2016 Sb. 443/2016 Sb. 457/2017 Sb. 188/2019 Sb. 488/2020 Sb. 424/2021 Sb. 337/2022 Sb. 434/2023 Sb. Poslední platná novela oceňovací vyhlášky (č. 441/2013 Sb.) je vyhláška č. 370/2024 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2025. Nyní je v legislativním procesu připomínkové řízení k další novele, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2026.

1.7 Tržní hodnota a cena obvyklá

Tržní hodnota je odhadovaná cena majetku k určitému datu podle znaleckého posudku nebo odborného odhadu. Cena obvyklá je reálná cena, za kterou se věc obvykle prodává na trhu v daném místě a čase. Definuje ji český zákon (zákon o oceňování majetku). Je to „běžná“ cena mezi nezávislými kupujícími a prodávajícími. Odráží skutečné tržní podmínky, bez mimořádných vlivů (tíseň, příbuzenský vztah, spekulace).

1.8 Definice ceny obvyklé

Dle legislativy je oceňování majetku a služeb tzv. obvyklá (=obecná, tržní) cena definována následujícím způsobem:

„Obvyklou cenou“ se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní oblíbenosti. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblíbeností se rozumí zvláštní hodnota přikládáná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.⁵

1.9 Metodika stanovení ceny obvyklé

Při hodnocení majetku se uplatňují tato obecná kritéria ⁶:

- výchozí cena
- životnost
- stáří předmětu
- technický stav
- funkčnost
- fyzické opotřebení
- morální opotřebení
- intenzita a způsob provozu
- provedené opravy, údržba
- index cen
- prodejnost na současném trhu

Výchozí cenou předmětu je pro jeho ocenění:

a) prodejní cena nového movitého předmětu. Použije se v případech, jestliže je oceňovaný typ předmětu k datu ocenění jako nový v prodeji,

⁵ Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

⁶ Znalecký standard 1/2005

b) srovnatelná cena (s DPH nebo bez), pokud výchozí cenu nelze stanovit podle písm. a).

Základní amortizace hodnoceného předmětu je stanovena pomocí amortizační křivky v závislosti na životnosti. Technická hodnota je stanovena pomocí výchozí technické hodnoty (THN) (nový předmět 100%, po GO 90%), základní amortizace dle amortizační křivky (ZA), koeficientu srážky či přírážky, stanoveného při prohlídce technického stavu (PS) a koeficientu morálního opotřebení, který vyjadřuje vliv inovačního procesu.

$$TH = \frac{THN \times (100 - ZA) \times (100 \pm PS)}{10^4}$$

Cena časová (CČ) je stanovena jako součin výsledné technické hodnoty (TH) a výchozí ceny.

$$CČ = \frac{CN \times TH}{100 \%}$$

Obvyklá cena jedné položky (OC) je součinem koeficientu prodejnosti (KP) a časové ceny (CČ)

$$COB = CČ \times KP^7$$

Koeficient prodejnosti je obrazem současného trhu. Je nasazen v případě běžného prodeje předmětů na soudobém trhu. Obecně se jedná o poměr, který je vypočítán mezi průměrem skutečně dosažených prodejních cen a průměrem časových cen nábytku, počítačů, tiskáren, periférií a ostatních předmětů. Pro výpočet koeficientu prodejnosti tedy platí:

$$\frac{\text{Průměrná cena prodejní}}{\text{Průměrná cena časová}} = \frac{\Sigma \text{ cen prodejních}}{\Sigma \text{ cen časových}}$$

1.10 Metodika zpracování tohoto znaleckého posudku

Předmětem znaleckého zkoumání bude, zda lze stanovit pro určený předmět cenu obvyklou, tedy cenu, za kterou je možno pořídit stejný předmět na trhu, nebo zda tržní hodnota předmětu je nízká nebo nulová vlivem dosažených vlastností předmětu a předmět nelze na trhu vlivem nízké nebo žádné tržní hodnoty uplatnit.

⁷ Znalecký standard

2 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

2.1 Podklady dodané zadavatelem posudku

- Objednávka znaleckého posudku, zaslaná prostřednictvím E-mail⁸ - 639002914224933575.pdf
- Karta majetku přístroje - Snímek obrazovky 2025-12-02 v 16.53.31.png
- Snímek výrobních štítků
- Doplnující snímky

2.2 Zajištěné znalcem

- Databáze lékařských a laboratorních přístrojů, nástrojů a zařízení
- Databáze cen a technických dat v IT
- Fotodokumentace z archivu autora posudku
- Podklady z jiných šetření v rámci znaleckých posudků
- Podklady od výrobců a dodavatelů, servisní protokoly
- AI
- Internet a webové prezentace včetně historie webů

2.3 Konstatování věrohodnosti podkladů

Podklady jsou úplné a správné. Plně dostačují k vypracování znaleckého posudku. Vycházejí z účetní evidence a uložených záznamech o zařízení a informací o hodnoceném přístroji.

⁸ Viz příloha č. 1 k tomuto posudku

3 Nález

3.1 Předmět posudku

ERCP stěna skiaskopicko-skiagrafická

Typ: Luminos dRF Max

Inventární číslo: 11009

Sériové číslo: 7059


ID přístroje: 4999

Výrobce : Siemens Healthcare


GmbH, Henke str.127, 91052 Erlangen, Německo



Obrázek 1 - Výrobní štítek přístroje




Obrázek 2 - Výrobní štítek základní jednotky




Obrázek 3 - Evidenční štítek

Přístroj byl vyroben v roce 2018. Dle znaleckoého standardu 8 roků starý.


Součástí je krycí matrace, kompresní pás a dodatečné vybavení přístroje Luminos.



Obrázek 4 - Evidenční štítek matrace



Obrázek 5 - Evidenční štítek kompresního pásu



Obrázek 6 - Evidenční štítek vybavení

3.2 Technické vlastnosti

Luminos dRF Max je „2 v 1“ systém – kombinuje dálkovou fluoroskopii (skiaskopii) a digitální radiografii v jednom zařízení. Cílem je umožnit flexibilní využití — podle potřeb lze provádět jak dynamické (filmování/kontrastní látka), tak klasické rentgenové snímky. Díky kombinaci fluoroskopie a radiografie v jednom přístroji lze provádět široké spektrum vyšetření. Možnost připojit volitelné součásti jako bezdrátové detektory, stropní X-ray trubici, stojan ke stěně (wall-stand), čímž se systém přizpůsobí různým typům vyšetření a potřebám. Dynamický detektor, scintilační technologie a soft-image zpracování (DiamondView Max, optimalizace) zajišťují dobré rozlišení, i při minimalizované expozici.

Stůl pro pacienta: Výška od 48 cm do 98 cm, naklopení stolu +90° / -45°, volitelně až +90° / -90°, maximální hmotnost pacienta 300 kg, motoricky posuvná podložka (longitudinální posuv) 160 cm

Detektor (flat panel – dynamický). Velikost 43 × 43 cm, rozlišení: 3.4 lp/mm.

Rentgenová trubice (X-ray tube) - anodní kapacita tepla: 580 000 J

Rentgenový generátor standardně 65 kW až 80 kW volitelné.

Zpracování obrazu “MAX image quality” pomocí funkcí: DiamondView Max, Digital Density Optimization, Auto Window


Celková hmotnost systému cca. 1 745 kg

3.3 Identifikace předmětu posudku - prohlídka

3.3.1 Fotodokumentace k předmětům prohlídky



Obrázek 7 - Čelní pohled na přístroj




Obrázek 8 - Boční pohled



Obrázek 9 - Pohybová hlava přístroje



Obrázek 10 - Stůl pro pacienta



Obrázek 11 - Boční pohled na přístroj se zdroji



Obrázek 12 - Hlava s ovládacími prvky a displejem




Obrázek 13 - Boční pohled



Obrázek 14 - Stůl pro pacienta s ovládacími prvky



Obrázek 15 - Řídicí panel



Obrázek 16 - Sada štítků přístroje

3.4 Komentář k předmětu prohlídky

Přístroj byl vyroben v roce 2018, dle znalecké metodiky je 8 roků starý. Je již na hranici technické a morální životnosti. Je opotřeben z provozu 24/7. Bude vyměněn za přístroj s C-ramenem. Tato zařízení se odpisují na 8 roků. Odpisová skupina 2. Zůstatková cena je k prosinci roku 2025 272 251,70 Kč včetně DPH.

Přístroj může být po vyřazení z nemocnice použit na náhradní díly, po průzkumu trhu lze konstatovat, že je přístroj daného stáří neprodejný. Od skiaskopii metodou hodnoceného přístroje se obecně ustupuje, pokud se metoda používá, tak pro gastroenterologické výkony. V současné době se používá sklopná stěna s C-ramenem. V roce 2022 již přišel od fy Philips generačně zcela nový model přístroje.

Přístroj má dle informací uživatele již nekvalitní zobrazovací řetězec zejména v případě pacientů s vyšší hmotností a je poruchový.

Pokud bude přístroj demontován a uskladněn, ze zkušeností lze konstatovat, že se přístroje již nikdy nezrealizují v prodeji a postupně je čeká ekologická likvidace. Ideální je přístroj odprodat na náhradní díly po předchozím otestování servisním technikem výrobce nebo výrobcem pověřené organizace.

4 Posudek


4.1 Stanovení obvyklé (tržní) ceny

Zůstatková hodnota přístroje, vedená v účetnictví je 272 251,70 Kč ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku⁹.

Pořizovací cena přístroje byla 5 287 700,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. Přístroj byl dotován částkou 4 494 545,- Kč z projektu Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s., registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.016_043/0001188.




4.2 Propočet obvyklé ceny



⁹ Viz příloha č. 3 k tomuto znaleckému posudku

¹⁰ Viz příloha č. 3 k tomuto znaleckému posudku



Výsledná cena po porovnání s nabídkou použitých přístrojů je 254 000.- Kč včetně daně z přidané hodnoty.

4.2.1 Porovnání nabídek

Luminos dRF MAX nabízí DOTmed za Francie, ale jako „unknown“ stav. Cena je pouze na vyžádání a prokázání oprávněnosti žadatele. Je to starší přístroj. Obdobné RTG přístroje DOTmed nabízí například za 14,500 EUR.

Prodejce Scandinavian Medical Solutions) Dánsko nabízí ve stavu, který je uveden jako „Used – Good“, rok výroby 2018, plně funkční podle OEM standardu. Je nabízen prostřednictvím dotmed.com. Bez uvedení ceny. Nabídka je již dlouhou dobu zveřejněná, bez pohybu.

Obdobný přístroj nabízí Bimedis na svém portálu bimedis.com. Opět přístroj z roku 2018. Nabídky použitých RTG přístrojů se zde pohybují od 200 tis. Kč po 500 tis. Kč v přepočtu na českou měnu.

Použité RTG přístroje nabízí dále například německá firmy Medprotech (medprotech.de), portál usedimaginequipment.com, portály medicalworks.de, primedeq.com, portál tomoscan.eu.

Použitá zařízení obdobného typu nabízí také známý čínský portál ebay.com, který provádí zprostředkování prodeje z různých světových míst.

Rok výroby 2018 znamená, když posudek je vypracován v prosinci roku 2025, že v příštím roce, kdy by mohl být logicky realizován prodej, bude přístroj již 9 roků starý, morálně i fyzicky zastaralý. Náklady na dopravu, při dovozu clo, dodatečné stavební úpravy nebo servis technicky nejistého zařízení jsou vysoké a zakoupit použitý stroj se do moderního lékařského prostředí vůbec nevyplatí. Většinou zveřejněné nabídky končí jako zdroj použitých náhradních dílů nebo dlouhým pobytem ve skladu a pak likvidací.

5 Závěr posudku

5.1 Rekapitulace obvyklé ceny ultrazvukového přístroje

Vzhledem k blížící se hranici technické a morální životnosti, ústupu od vyšetřovací metody, opotřebovanosti zařízení, byla stanovena obvyklá cena ve výši.

254 000.- Kč včetně DPH
Dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých

5.2 Zdůvodnění

Přístroj může být použit na náhradní díly. Po celosvětovém průzkumu trhu lze konstatovat, že je přístroj téměř neprodejný. Od skiaskopií způsobem, prezentující hodnocený přístroj, se obecně ustupuje, a pokud se metoda používá, tak pro gastroenterologické výkony. V současné době se již používá sklopná stěna s C-ramenem.

Přístroj má dle informací uživatele již horší zobrazovací řetězec, zejména pro obézní pacienty vlivem slabšího detektoru a je již poruchový.

Pokud bude přístroj demontován a uskladněn, jsou obecné zkušenosti, že se přístroje již nikdy nezrealizují v prodeji ani v provozu, a postupně je čeká ekologická likvidace. Ideální je přístroj odprodat na náhradní díly po předchozím otestování servisním technikem výrobce nebo pověřené organizace. Výhodou je, že si servisní organizace převezme přístroj včetně dopravy, která je nákladná při hmotnosti zařízení cca 2 tuny.

Posudek je vypracován v prosinci roku 2025. Pokud by byl prodej realizován v roce 2026, půjde ze znaleckého hlediska o 9 roků starý přístroj za technickou a morální životností. S přepravními náklady a velkými stavebními úpravami by cena vzrostla natolik, že se pořízení takového přístroje žádnému zdravotnickému zařízení při stáří přístroje a jeho nejisté budoucnosti nevyplatí. Proto i nabídky obdobných použitých zařízení dlouhou dobu stagnují a přístroj je ve světě nabízen pouze v několika málo kusech.

6 Znalecká doložka

Já, Ing. Zdeněk Jelínek, jsem podal tento znalecký posudek jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 8. 10. 1997 č.j. Spr. 673/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská a výpočetní technika, vybavení kanceláří, lékařské a laboratorní přístroje a zařízení a obor kybernetika, odvětví výpočetní technika a prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a toto prohlášení činím v souvislosti s § 127a občanského soudního řádu.

Znalecký výkon je zapsán pod pořadovým číslem 1187-40-2025 do elektronického znaleckého deníku, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.


V Brně dne 8. prosince 2025

Ing. Zdeněk Jelínek
Grohova 127/32
602 00 Brno

Přílohy:

- 1) Objednávka znaleckého posudku
- 2) Karta majetku přístroje
- 3) Opis karty majetku

Příloha č. 1 – Objednávka posudku



NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.

Ing. Karel Matas
vedoucí technicko-provozního oddělení
Tel.: +420 383 314 120
Mobil: +420 728 784 906
matas@nemst.cz

Radomyšská 336, 386 29 Strakonice

sekretariat@nemst.cz www.nemst.cz
(+420) 383 314 111 fax: 383 314 122
IČO: 26095181, DIČ: CZ 699005400 ID schránky: 86tfcBr
Banka: ČSOB Strakonice, ž. ú. 199127585 / 0300
IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585 SWIFT-CEKO CZ PP

Pulsar, s.r.o.
Grohova 126/32
602 00 Brno

IČ: 46983341

Tel.:
Email: jelinek@posudek.cz

OBJEDNÁVKA

VAŠE ZNAČKA	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	PLÁN UKONČENÍ	VE STRAKONICÍCH
	25/TO/48	Ing. MBA Matas Karel	02.12.2025	02.12.2025

Objednáváme u Vás:

Ing. Zdeněk Jelínek, E-mail: jelinek@posudek.cz, Mobil: +420 603 427 013, ID – datová schránka znalce : c47qz6

vypracování znaleckého posudku pro stanovení zůstatkových cen a cen obvyklých pro přístroj:
- RTG přístroj Luminos dRF, Siemens

Cena bez DPH:	10 000,00 Kč
DPH 21%:	2 100,00 Kč
Cena včetně DPH:	12 100,00 Kč

Ing. MBA Matas Karel
428310000 Investiční, zdr. technika, metrologie
Nemocnice Strakonice, a.s.
Tel.: +420383314157, +420728784906
Email: matas@nemst.cz

PODLE ZÁKONA 340/2015 Sb. O REGISTRU SMLUV, KTERÝ NABYL ÚČINNOSTI 1.7.2016, ŽÁDÁME O ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY V PŘÍPADĚ, ŽE HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH PŘESÁHNE 50 000,- Kč.


Vystavenou fakturu odešlete elektronicky na adresu faktury@nemst.cz. Vystavená faktury by měla obsahovat číslo objednávky, na základě které byla vystavena.




Akreditováno Spojenou akreditační komisí
Nejlepší nemocnice ČR dle HCT – top umístění
Czech Stability Award – AAA excelentní
ISO akreditace 15189 Centrálních laboratoří


Nemocnice Strakonice, a.s.
... nemocnice, které na Vás záleží

Příloha č. 2 – Karta majetku přístroje



Příloha č. 3 – Opis karty majetku





Finální auditní report/Final audit report

Podpisující A

