



Objednávka č.: DIS2600070

DIS2600070

VYŘIZUJE Heroldová Pavlína

☎ 588 442 281
FAX 588 442 529
E-MAIL Pavlina.Heroldova@fnol.cz

DATUM 06.01.2026

Electric medical serv
Videňská 55
63900 Brno - Štýřice

Druh faktury FNOL:

* Objednáváme u Vás provedení servisu na:

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

I026954-001	293103KR8	SONDA RM6C	
Rok výroby: 2018	Cena pořizovací: 294030,0000	Cena zůstatková: 272804,0000	

Oprava;Dobrý den,

prosím o reklamaci opravy sondy
Hlásí Probe Surveillance Signal (PSS) Failed
Please reselect the probe.

Při zvolení sondy sice najede asi na dvě vteřiny ale pak vždy vyskočí tato hláška. Se stejným problémem byla nedávno opravována.

Děkuji

Středisko: Porodnicko-gynekologická kl.: ambulance
Kontakt: Ing. Vojtěch Raška, tel. 588 445 137

NS: 0821

** Po opravě vračejte přístroje na oddělení servisu a BTK - dispečink oprav. Bude-li oprava nerentabilní nebo přesahovat částku 1/2 pořizovací ceny nového přístroje, neopravujte jej a vraťte nám ho zpět s vyřaz. protokolem. Pokud částka za opravu přesáhne 10 000,- vč DPH, zašlete CN předem ke schválení. Fakturu přiložte do balíku a zašlete na email finanční účtárny FNOL. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ ** * Fakturu zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Faktury zasílejte jednotlivě a e-mailem na adresu: fin@fnol.cz. Doplňujte do nich čísla objednávek. Přikládejte opravní list s uvedenou závadou a zda byla způsobena uživatelem nebo opotřebením. FN Olomouc hradí faktury 60 dní od data doručení faktury.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 281
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol

Soublasim
Zeman 2
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 281
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol
Ing. R. ZEMANEK