

	Sada cystoskopů pro pediatrii	Požadavek číslo 037-ZT-2025
--	--------------------------------------	------------------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

2. Kompatibilita: se stávajícím endoskopickým systémem OLYMPUS

- Kompatibilita na světlovodný kabel OLYMPUS WA 03310A nebo s cystoskopy dodat vhodné světlovodné kabely kompatibilní jak s dodávanými cystoskopy, tak i se zdrojem světla Olympus CLV-S400, případně adaptéry zajišťující kompatibilitu se stávajícím vybavením**
- Kompatibilita optiky s kamerovou hlavou OLYMPUS Visera CH-S400, případně dodat adaptéry, aby kamerová hlava šla použít s dodanými cystoskopy**

3. Medicínský účel: cystoskopické vyšetření dětských pacientů,**4. Specifikace:**

Cysto-Urethroscope 11/13/14,5Fr od výrobce Karl STORZ

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Rigidní cystoskop 13 Fr pediatrický, set	ANO	Katalog UROLOGIE str.50, 51
1.1. Rigidní pediatrický cystoskop 13Fr, délka 14 cm, včetně obturatoru, 1 Pracovní kanál 4 Fr, s 2 uzavíracími kohoutky na proximálním konci	ANO	Katalog UROLOGIE str.51
1.2. Optika 0°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50
1.3. Optika 30°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50
2. Rigidní cystoskop 14,5 Fr pediatrický, set	ANO	Katalog UROLOGIE str.50, 51
2.1. Rigidní pediatrický cystoskop 14,5 Fr, délka 14 cm, včetně obturatoru, 2 Pracovní kanály 5 Fr a 3 Fr, s 2 uzavíracími kohoutky na proximálním konci	ANO	Katalog UROLOGIE str.51
2.2. Optika 0°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50
2.3. Optika 30°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50
3. Rigidní cystoskop 11 Fr pediatrický, set	ANO	Katalog UROLOGIE str.50, 51
3.1. Rigidní pediatrický cystoskop 11 Fr, délka 14 cm, včetně obturatoru, 1 Pracovní kanál 3 Fr, s 2 uzavíracími kohoutky na proximálním konci	ANO	Katalog UROLOGIE str.51
3.2. Optika 0°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50
3.3. Optika 30°, průměr 2,7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ANO	Katalog UROLOGIE str.50

Příloha č. 1: Technická specifikace

4. Ochranná pouzdra na každou optiku (v dodávce tedy 6ks)	ANO	Součástí balení s optikou viz. příloha TS
5. Sterilizační kazety na každý cystoskop (v dodávce tedy 3ks)	ANO	Katalog ERMIS str.21