

PLNĚNÍ TYPU A

spočívá v poskytnutí následujících služeb a výhod odběrateli:

A.1 Pravidelná servisní prohlídka, která se provádí periodicky dle doporučení dodavatele, zpravidla jednou za 12 měsíců. Při této prohlídce se provádí následující činnosti:

- A.1.1 vyčištění a seřízení zařízení
- A.1.2 přezkoušení základních funkcí
- A.1.3 kalibrace měřidla
- A.1.4 vystavení kalibračního listu
- A.1.5 nastavení a seřízení výrobních parametrů
- A.1.6 v případě nutnosti příprava na úřední ověření, zajištění úředního ověření

PLNĚNÍ TYPU B

Plnění typu B zahrnuje všechna plnění typu A.1 a dále je rozšiřuje o tato plnění a výhody:

- B.1 Oprava všech poruch vzniklých při **běžném provozu** a bránících řádnému užívání v souladu s návodem k použití.
- B.2 Všechny součástky a náhradní díly nutné k provedení oprav dle bodu B.1 a B.3
- B.3 Generální oprava
- B.4 Sleva ve výši **5%** na všechny servisní činnosti prováděné poskytovatelem nad rámec této smlouvy
- B.5 Sleva ve výši **3%** na všechny náhradní díly použité k opravám zařízení

Ceny za uvedené služby jsou zahrnuty v ročním servisním poplatku, pokud dále není uvedeno jinak.

Předmětem plnění poskytovatele není:

- přezkoušení pomocí závaží jiná než uvedená v této smlouvě
- výměna nebo oprava spotřebních součástí, např. inkoustových náplní, provozních krytů, papírových svitků
- oprava částí a součástek počítačů a počítačové sítě, které nebyly dodány poskytovatelem
- oprava poruchy a nedostatky počítačů a počítačové sítě způsobené instalacemi a operacemi prováděnými objednatelem
- odstraňování škod způsobených jednáním zaměstnanců objednatele nebo jednáním třetích osob, jakož i nedovolenými pokusy těchto osob o opravu nebo údržbu
- nekvalifikované manipulační a pomocné práce. Tyto práce jako např. přenášení těžkých předmětů, úklidové práce apod. je povinen zajistit objednatel. Servisní technik je povinen být vybaven standardním nářadím k provádění servisních činností, které jsou předmětem plnění poskytovatele.
- poskytnutí speciálního nářadí, které s sebou servisní technik obvykle nevozí - např. vysokozdvizný vozík, ...
- služby vynucené důvody vyšší moci

Servisní pracovní doba a reakční doba

Poskytovatel bude zajišťovat servis podle svého uvážení od 8:00 do 16.00 v pondělí až pátek s výjimkou dnů pracovního klidu, volna a státem uznaných svátků, ledaže by se strany písemně dohodly jinak.

Poskytovatel je povinen započít s odstraňováním závady nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu byla závada objednatelem oznámena. Doba, která připadá na dny pracovního volna, klidu, případně na státem uznané svátky se do této lhůty nezapočítává. Všechny nutné součástky budou obstarány co nejdříve.

5. Místo poskytování servisu. Servis bude poskytován zpravidla v provozovně objednatele. Podle povahy servisního zásahu a typu přístroje si poskytovatel vyhraduje provedení servisního zásahu ve svém servisním středisku. Odvoz a dovoz zajistí poskytovatel.

6. Způsob poskytování servisu. Poskytovatel je při provádění servisu oprávněn:

- vyměnit jakoukoli součástku, která řádně nefunguje, aniž by ji opravoval
- použít k výměně opravené součástky, pokud jsou způsobilé k řádnému fungování a pokud splňují záruční podmínky podle této smlouvy
- použít k výměně nových a vylepšených součástek, které fungují podobně nejméně však tak jako součástky vyměněné

Všechny součástky vyňaté ze zařízení za účelem výměny se stávají vlastnictvím poskytovatele okamžikem vynětí ze zařízení.

Jestliže si servis provedený poskytovatelem následně vyžádá provedení úředního ověření, poskytovatel je povinen zajistit provedení úředního ověření a bezplatně se účastnit jeho provedení.

Odpovědnost

7. Odpovědnost za prodlení při poskytování servisu. V případě prodlení poskytovatele se zahájením servisních prací je objednatel oprávněn požadovat na poskytovateli poplatek z prodlení ve výši 1% ročního servisního poplatku za daný přístroj za každý den prodlení, nejvýše však 5% této roční odměny ročně.

8. Záruka za jakost servisu. Poskytovatel poskytuje záruku na poskytnuté servisních práce a vyměněné součástky po dobu 6 měsíců od instalace věcí nebo od poskytnutí servisních prací.

Pokud jde o postup při odstraňování vad, poskytovatel postupuje stejně jako při poskytování servisu.

9. Odpovědnost za vady servisu. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých servisních prací a náhradních součástek, které se projevily v době 6 měsíců od instalace věcí nebo od poskytnutí servisních prací. Pokud jde o postup při odstraňování vad, poskytovatel postupuje stejně jako při poskytování servisu.

10. Odpovědnost za škodu. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou při instalaci, testování, servisu zaviněným (nedbalým nebo úmyslným) jednáním osob, kterých použil ke splnění svého závazku podle této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

B. Práva a povinnosti objednatele

Základní povinnosti

11. Roční servisní poplatek. Objednatel se zavazuje zaplatit roční servisní poplatek, který je stanoven v příloze 1 této servisní smlouvy.

Uvedený poplatek bude uhrazen objednatelem do 30 dnů ode dne vystavení faktury poskytovatelem.

12. Jiné platební povinnosti. Všechny servisní návštěvy vyžádané z důvodů vad a poruch vyloučených z této smlouvy je objednatel povinen poskytovateli uhradit zvlášť dle platného ceníku poskytovatele.

Čekací doby, které v úhrnu přesáhnou 30 minut během jedné servisní návštěvy, je objednatel povinen uhradit podle platného ceníku jakožto vykonané servisní práce.

Pokud budou na žádost objednatele provedeny práce přesčas, je objednatel povinen zaplatit přírážku podle ceníku poskytovatele (ceníky jsou k dispozici na požádání).

Všechny poplatky, které nejsou zahrnuty do ročního servisního poplatku, jsou účtovány podle platného ceníku poskytovatele.

Všechny položky, jako např. odměna za práci přesčas budou uvedeny v servisní stvrzence, kterou servisní technik při servisní návštěvě vystaví. Servisní stvrzenka musí být podepsána na straně objednatele.

13. Povinnost péče o zařízení. Objednatel prohlašuje, že zařízení je ke dni účinnosti smlouvy v dobrém provozním stavu.

Objednatel se zavazuje pečovat řádně o zařízení v souladu s návody k obsluze a pokyny poskytovatele. Je povinen se postarat, aby zaměstnanci objednatele používali zařízení v souladu s návody k obsluze poskytovatele a aby se řídili pokyny poskytovatele týkající se běžné péče a užívání zařízení.

Objednatel ani třetí osoby jednající v zájmu objednatele nesmějí provádět ani pokoušet se provádět opravy, údržbu či jiné činnosti po dobu trvání této smlouvy. Jakýkoli neoprávněný zásah do zařízení nebo oprava či pokusy o opravu provedené osobami, které k tomu nemají pověření poskytovatele, jde k tíži objednatele. Poskytovatel nenes odpovědnost za škody způsobené těmito osobami.

14. Servisní součinnost. Objednatel se zavazuje:

- umožnit plný, svobodný a bezpečný přístup k zařízení
- vytvořit odpovídající pracovní podmínky: zejména poskytnout bezplatně dostatečný pracovní prostor, teplo, osvětlení, větrání, prostor parkování servisního vozidla
- dodržovat všechny předpisy k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci
- Při poskytování servisu spočívajícího v přípravě na úřední ověření je objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s úředním uvěřením, ledaže by se s poskytovatelem písemně dohodl jinak.
- Poplatky za provedení úředního ověření nejsou součástí ročního poplatku a objednatel je povinen je uhradit zvlášť.

Odpovědnost

15. Odpovědnost za prodlení. V případě neposkytnutí součinnosti při provádění servisu, jehož následkem budou průtahy v servisních pracích, je poskytovatel oprávněn požadovat úplatu podle ceníku za práce v plné délce, s výjimkou případů, kdy průtahy byly způsobeny jednáním nebo opomenutím na straně poskytovatele.

Práva a povinnosti obou smluvních stran

16. Povinnost utajovat informace. Žádná ze stran nezpřístupní třetí osobě informace, týkající se obchodní činnosti druhé strany nebo jejích zákazníků, které získala při sjednávání a při realizaci této smlouvy vyjma případů, kdy by to bylo nezbytné k zachování účelu této smlouvy.

Každá ze stran zajistí, aby tento závazek dodržovali její zaměstnanci a třetí osoby působící v jejím zájmu.

17. Vyšší moc. Žádná ze stran neodpovídá za opožděné nebo vadné plnění závazku druhé straně pokud tyto skutečnosti nastaly v důsledku nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí.

Servis týkající se poruch na zařízení, k nimž dojde v důsledku uvedené události, není předmětem závazku poskytovatele podle této smlouvy.

Za události uvedené v tomto odstavci se považují zejména akty veřejné moci, války, epidemie, povstání, stávky, požáry, záplavy, bouře, úder blesku, výpadky elektrického proudu.

Vznik, trvání a zánik smluvního vztahu

18. Vznik. Smluvní vztah založený touto smlouvou vzniká dnem účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma stranami.

19. Trvání. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

20. Zánik.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a to z následujících důvodů:

- objednatel není schopen nadále poskytovat výše uvedená plnění v dostatečném rozsahu a kvalitě
- objednatel se ocitne v prodlení déle než 30 dní s plněním ročního servisního poplatku
- objednatel opětovně a závažným způsobem neposkytuje součinnost při zajišťování servisu
- objednatel trvale nepečuje o zařízení nebo jejich části, která jsou předmětem servisu podle této smlouvy, nebo na nich provádí neodborné zásahy
- objednatel poruší jiným podstatným způsobem tuto smlouvu
- objednatel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek byl vyhlášen konkurs

Odstoupením poskytovatele z výše uvedených důvodů nezanikají jeho nároky na roční odměnu za rok, na který byla uzavřena příslušná servisní smlouva, a za servisní služby, které je podle této smlouvy povinen zaplatit za poskytnuté servisní služby.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a to z následujících důvodů:

- objednatel nemá nadále zájem o výše uvedená plnění, služby a výhody
- poskytovatel trvale neposkytuje servis a ani po 30 dnech od doručení písemné výzvy požadovaný servis neposkytne

V případě odstoupení objednatele podle předchozího odstavce má objednatel nárok na vrácení části roční odměny vypočtené jako podíl z roční odměny od okamžiku, kdy objednatel odstoupil, do konce roku.

21. Výpovědní lhůta – smluvní vztah zaniká uplynutím lhůty 30-ti dnů ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně

Závěrečná ustanovení

22. Tato smlouva upravuje všechna práva a povinnosti mezi stranami a může být změněna pouze písemnou dohodou.

Součástí této smlouvy je :

- Příloha 1 - seznam zařízení s uvedením pořadových čísel jednotlivých zařízení. Seznam musí být rovněž podepsán oběma stranami.

23. Objednatel nesmí převést svá práva a povinnosti, a to ani částečně, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

24. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy.

Jestliže v případě prodlení některé ze stran se druhá strana nebude domáhat splnění závazku, nelze této její nečinnosti rozumět tak, že se práva na plnění vzdala.

Nadpisy jednotlivých ustanovení nejsou závaznými částmi smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou bez DPH.

25. Strany se dohodly, že pro veškeré spory z této smlouvy, bude místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo poskytovatel.

26. Na práva a povinnosti stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se použijí ustanovení obchodního zákoníku o mandátní smlouvě.

Datum: 15.3.2001

Podpisy účastníků:

Za objednatele

Za poskytovatele

LABORATOŘ KONTROLY
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARETŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudecova 56a

METTLER TOLEDO, s.r.o.
Třebostická 2283/2
100 00 Praha 10

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 2 ze dne 1. 6. 2007

Servisní smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Invertární číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon	Poplatek Kč
1	AG245/A	1115360167	1115360167				0303	P			X				A	03	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	03	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	03	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	03	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	03	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	03	PSA			
7	PM200	H74907	H74907				0303	P			X				A	03	PSA			
8	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	03	PSA			
9	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	03	PSA			
10	MI 229 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	03	PSA			
11	MP225	084930M	084930M				0303	P							A	03	PSA			
12	MP225	069699M	069699M				0303	P							A	03	PSA			
13	MP120	001532	001532				0303	P							A	03	PSA			
14	MP125	001459	001459				0303	P							A	03	PSA			
15	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	03	PSA			
16	DL18	M94733	M94733				0303	P							A	03	PSA			
17	Byreta DV905	M94733					0303	P							A	03	PSA			
18	DA-110M	NJB46584	NJB46584				0303	P							A	03	PSA			
19	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			06	0607	P			X				A	03	PSA			
20	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			06	0607	P			X				A	03	PSA			
21	XS205-DU/M	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	03	PSA			
22	DL38	5127487771	5127487771			06	0607	P							A	03	PSA			
23	pH metr SevenEasy	52234117	52234117			06	0607	P							A	03	PSA			
24	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			06	0607	P							A	03	PSA			

[Redacted]

541518256

Mettler - Toledo, s.r.o.
servis
100 00 Praha 10, Trebohostická 2283/2

ÚSTŘEDNÍ
VETERINÁRNÍ
[Redacted]

[Redacted]
podpis zástupce poskytovatele

v *Břevně* dne 15 -06- 2007

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 2 ze dne 1. 6. 2007

Servisní smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Invertární číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon	Poplatek Kč
25	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	03	PSA			
26	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	03	PSA			

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")

Začátek smlouvy - doplňte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800")

Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)

Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")

MinWeigh - stanovení minimální navážky (MinWeigh) a vystavení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")

DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")

Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")

Servisní kniha - servisní kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")

iPac - je-li pro dané zařízení veden iPac, označit "X"

Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifické plnění) (viz text smlouvy)

Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena servisní prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")

Technik - jmenná zkratka servisního technika

Odpovědná osoba - osoba, která má být kontaktována při sjednávání termínu provedení servisní prohlídky.

Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.

Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

Celkem bez DPH

Sleva

Celkem po slevě bez DPH

V *Beneš*

dne

15-06-2007

[Redacted signature]
STAV DO STÁTNÍ KONTROLY

[Redacted signature]
3/2
vatele

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 3

Servisní smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Inventární číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	IPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon / E-mail	Poplatek Kč
1	AG245/A	1115360167	1115360167				0303	P			X				A	03	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	03	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	03	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	03	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	03	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	03	PSA			
7	PM200	H74907	H74907				0303	P			X				A	03	PSA			
8	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	03	PSA			
9	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	03	PSA			
10	MI 229 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	03	PSA			
11	MP225	084930M	084930M				0303	P							A	03	PSA			
12	MP225	069699M	069699M				0303	P							A	03	PSA			
13	MP120	001532	001532				0303	P							A	03	PSA			
14	MP125	001459	001459				0303	P							A	03	PSA			
15	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	03	PSA			
16	DL18	M94733	M94733				0303	P							A	03	PSA			
17	Byreta DV905	M94733					0303	P							A	03	PSA			
18	DA-110M	NJB46584	NJB46584				0303	P							A	03	PSA			
19	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			06	0607	P			X				A	03	PSA			
20	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			06	0607	P			X				A	03	PSA			
21	XS205-DU/M	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	03	PSA			
22	DL38	5127487771	5127487771			06	0607	P							A	03	PSA			
23	pH metr SevenEasy	52234117	52234117			06	0607	P							A	03	PSA			
24	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			06	0607	P							A	03	PSA			
25	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	03	PSA			
26	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	03	PSA			
27	PB3002-SDR/MPH	1129493043	1129493043			09	0110	P			X				A	03	PSA			
28	pH metr SevenEasy S20	1228345341	1228345341			07	0110	P							A	03	PSA			
29	pH metr SevenEasy S20	1228075356	1228075356				0110	P							A	03	PSA			
30	pH metr SevenEasy S20	1230135316	1230135316			09	0110	P							A	03	PSA			
31	pH metr SevenEasy S20	1227495012	1227495012			07	0110	P							A	03	PSA			
32	DL38	5127480709	5127480709			07	0110	P					X		A	03	PSA			
33	XP205DR/M	1129062649	1129062649			09	0110	P			X				A	03	PSA			

541518256 / novak@uskvbl.cz

Celkem bez DPH

Sleva

Celkem po slevě bez DPH

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")
 Začátek smlouvy - doplníte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800")
 Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)
 Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")
 MinWeigh - stanovení minimální návahy (MinWeigh) a vystavení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")
 DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")
 Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")
 Servisní kniha - servisní kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")
 IPac - je-li pro dané zařízení veden IPac, označit "X"
 Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifická plnění) (viz text smlouvy)
 Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena servisní prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")
 Technik - jmenná zkratka servisního technika
 Odpovědná osoba - osoba, která má být kontaktována při sjednávání termínu provedení servisní prohlídky.
 Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.
 Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU

LÉČIV

v PRAZE dne 18. 12. 2009

podpis zástupce objednatele

ovratele

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 4

Servisní smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Invertární číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon / E-mail	Poplatek Kč
1	AG245/A	1115360167	1115360167				0303	P			X				A	03	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	03	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	03	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	03	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	03	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	03	PSA			
7	PM200	H74907	H74907				0303	P			X				A	03	PSA			
8	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	03	PSA			
9	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	03	PSA			
10	MI 229 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	03	PSA			
11	MP225	084930M	084930M				0303	P							A	03	PSA			
12	MP225	069699M	069699M				0303	P							A	03	PSA			
13	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	03	PSA			
14	DL18	M94733	M94733				0303	P							A	03	PSA			
15	Byreta DV905	M94733					0303	P							A	03	PSA			
16	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			06	0607	P			X				A	03	PSA			
17	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			06	0607	P			X				A	03	PSA			
18	XS205-DUM	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	03	PSA			
19	DL38	5127487771	5127487771			06	0607	P							A	03	PSA			
20	pH metr SevenEasy	52234117	52234117			06	0607	P							A	03	PSA			
21	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			06	0607	P							A	03	PSA			
22	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	03	PSA			
23	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	03	PSA			
24	PB3002-SDR/MPH	1129493043	1129493043			09	0110	P			X				A	03	PSA			
25	pH metr SevenEasy S20	1228345341	1228345341			07	0110	P							A	03	PSA			
26	pH metr SevenEasy S20	1228075356	1228075356				0110	P							A	03	PSA			
27	pH metr SevenEasy S20	1230135316	1230135316			09	0110	P							A	03	PSA			
28	pH metr SevenEasy S20	1227495012	1227495012			07	0110	P							A	03	PSA			
29	DL38	5127480709	5127480709			07	0110	P					X		A	03	PSA			
30	XP205DR/M	1129062649	1129062649			09	0110	P			X				A	03	PSA			
31	Densito 30PX	LWE90251	LWE90251			10	0111	P							A	03	PSA			
Celkem bez DPH																				
Sleva																				
Celkem po slevě bez DPH																				

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")
 Začátek smlouvy - doplněte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800")
 Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)
 Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")
 MinWeigh - stanovení minimální navážky (MinWeigh) a vystavení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")
 DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")
 Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")
 Servisní kniha - servisní kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")
 IPac - je-li pro dané zařízení veden iPac, označit "X"
 Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifické plnění) (viz text smlouvy)
 Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena servisní prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")
 Technik - Jmenná zkratka servisního technika
 Odpovědná osoba - osoba, která má být kontaktována při sjednávání termínu provedení servisní prohlídky.
 Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.
 Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH

Mettler-Toledo, s.r.o.
 servis

Brně 20.01.2011

v

[Redacted signature and stamp area]

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 5

Servisní smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Invertární číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon / E-mail	Poplatek Kč
1	AG245/A	1115360167	1115360167				0303	P			X				A	04	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	04	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	04	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	04	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	04	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	04	PSA			
7	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	04	PSA			
8	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	04	PSA			
9	MI 229 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	04	PSA			
10	MP225	084930M	084930M				0303	P							A	04	PSA			
11	MP225	069699M	069699M				0303	P							A	04	PSA			
12	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	04	PSA			
13	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			06	0607	P			X				A	04	PSA			
14	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			06	0607	P			X				A	04	PSA			
15	XS205-DU/M	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	04	PSA			
16	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			06	0607	P							A	04	PSA			
17	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	04	PSA			
18	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	04	PSA			
19	PB3002-SDR/MPH	1129493043	1129493043			09	0110	P			X				A	04	PSA			
20	pH metr SevenEasy S20	1228345341	1228345341			07	0110	P							A	04	PSA			
21	pH metr SevenEasy S20	1228075356	1228075356				0110	P							A	04	PSA			
22	pH metr SevenEasy S20	1230135316	1230135316			09	0110	P							A	04	PSA			
23	pH metr SevenEasy S20	1227495012	1227495012			07	0110	P							A	04	PSA			
24	XP205DR/M	1129062649	1129062649			09	0110	P			X				A	04	PSA			
25	Densito 30PX	LWE90251	LWE90251			10	0111	P							A	04	PSA			
26	Titrač T50	B148503882	B148503882	laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
27	Byreta DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
28	Byreta DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
29	SevenCompact S230	B145444921	B145444921	laboratoř 58		12	0113	P							A	04	PSA			

██████████

541594512 /
██████████@
uskvbl.cz

Celkem bez DPH

Sleva

Celkem po slevě bez DPH

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")

Začátek smlouvy - doplňte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800")

Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)

Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")

MinWeigh - stanovení minimální navážky (MinWeigh) a vystavení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")

DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")

Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")

Servisní kniha - servisní kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")

iPac - je-li pro dané zařízení veden iPac, označit "X"

Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifické plnění) (viz text smlouvy)

Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena servisní prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")

Technik - jmenná zkratka servisního technika

Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.

Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
STERILNÍCH BIOPREPARETŮ A LÉČIV
621 00 B R N O, Hudcova 56a

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

podpis zástupce objednatele

Mořina-Talavová, s.r.o.
Tulová 104/2, 602 00 Brno
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

podpis zástupce poskytovatele

V PRAZE dne 15.11.2012

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ, Dodatek č. 6

Service smlouva číslo: 080301/JSK/1

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Inventurní číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Service kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon / E-mail	Poplatek Kč
1	AG24S/A	1115360187	1115360167				0303	P			X				A	04	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	04	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	04	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	04	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	04	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	04	PSA			
7	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	04	PSA			
8	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	04	PSA			
9	MI 226 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	04	PSA			
10	SevenCompact S220	B328558807	B328558807			14	0414	P							A	04	PSA			
11	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	04	PSA			
12	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			08	0607	P			X				A	04	PSA			
13	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			08	0607	P			X				A	04	PSA			
14	XS205-DU/M	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	04	PSA			
15	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			08	0607	P							A	04	PSA			
16	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	04	PSA			
17	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	04	PSA			
18	PB3002-SDR/MPH	1129493043	1129493043			09	0110	P			X				A	04	PSA			
19	pH metr SevenEasy S20	1228345341	1228345341			07	0110	P							A	04	PSA			
20	pH metr SevenEasy S20	1228075356	1228075356				0110	P							A	04	PSA			
21	pH metr SevenEasy S20	1230135316	1230135316			09	0110	P							A	04	PSA			
22	pH metr SevenEasy S20	1227495012	1227495012			07	0110	P							A	04	PSA			
23	XP205DR/M	1129062649	1129062649			09	0110	P			X				A	04	PSA			
24	Densito 30PX	LWE90251	LWE90251			10	0111	P							A	04	PSA			
25	Titrátor T50	B148503882	B148503882	laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
26	Byrela DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
27	Byrela DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
28	SevenCompact S230	B145444921	B145444921	laboratoř 58		12	0113	P							A	04	PSA			

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")
 Začátek smlouvy - dopřít měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 dopřít "0800")
 Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)
 Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")
 MinWeigh - stanovení minimální navážky (MinWeigh) a vyznačení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")
 DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")
 Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")
 Service kniha - service kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")
 iPac - je-li pro dané zařízení veden iPac, označit "X"
 Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifické plnění) (viz text smlouvy)
 Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena service prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")
 Technik - jmenové zkratka service technika
 Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.
 Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

Celkem bez DPH
 Sleva
 Celkem po slevě bez DPH

ÚSTAV PRO STAVBY
 VETERINÁRNÍCH BIOLOGICKÝCH
 621 00 B R N O, Hudcova 56a

v PRAZE dne 15. 4. 2014

podpis zástupce objednatele

Položka	Typ zařízení	Číslo systému	Sériové číslo	Umístění	Inventurní číslo	Rok nákupu	Začátek smlouvy	Typ měřidla	Zajištění ÚO	MinWeigh	DKD	Metrologický list	Servisní kniha	iPac	Typ plnění	Měsíc prohlídky	Technik	Odpovědná osoba	Telefon / E-mail	Poplatek Kč
1	AG245/A	1115360167	1115360167				0303	P			X				A	04	PSA			
2	AE163	F91085	F91085				0303	P			X				A	04	PSA			
3	AT261DR/A	1119161035	1119161035				0303	P			X				A	04	PSA			
4	PB602-S/A	1119011171	1119011171				0303	P			X				A	04	PSA			
5	PB3001-S/A	1119011172	1119011172				0303	P			X				A	04	PSA			
6	PM300	J90174	J90174				0303	P			X				A	04	PSA			
7	PB403-S/A	1121122199	1121122199				0303	P			X				A	04	PSA			
8	pH Delta 350	M2012	M2012				0303	P							A	04	PSA			
9	MI 229 ISFET	064478M	064478M				0303	P							A	04	PSA			
10	SevenCompact S220	B328558807	B328558807			14	0414	P							A	04	PSA			
11	MP220	206587M	206587M				0303	P							A	04	PSA			
12	PL602-S/M 13	1127163718	1127163718			06	0607	P			X				A	04	PSA			
13	PL1502-S/M-F	1127381020	1127381020			06	0607	P			X				A	04	PSA			
14	XS205-DU/M	1127481804	1127481804			06	0607	P			X				A	04	PSA			
15	pH metr SevenEasy	1227086069	1227086069			06	0607	P							A	04	PSA			
16	DL38	5127487071	5127487071			07	0607	P							A	04	PSA			
17	DV1005	5127487071				07	0607	P							A	04	PSA			
18	PB3002-SDR/MPH	1129493043	1129493043			09	0110	P			X				A	04	PSA			
19	pH metr SevenEasy S20	1228345341	1228345341			07	0110	P							A	04	PSA			
20	pH metr SevenEasy S20	1228075356	1228075356				0110	P							A	04	PSA			
21	pH metr SevenEasy S20	1230135316	1230135316			09	0110	P							A	04	PSA			
22	pH metr SevenEasy S20	1227495012	1227495012			07	0110	P							A	04	PSA			
23	XP205DR/M	1129062649	1129062649			09	0110	P			X				A	04	PSA			
24	Densito 30PX	LWE90251	LWE90251			10	0111	P							A	04	PSA			
25	Titrátor T50	B148503882	B148503882	laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
26	Byreta DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
27	Byreta DV1010	B148503882		laboratoř 62		12	0113	P							A	04	PSA			
28	SevenCompact S230	B145444921	B145444921	laboratoř 58		12	0113	P							A	04	PSA			
29	pH metr SevenExcellence	B715958252	B715958252			17	0917	P							A	04	PSA			

Celkem bez DPH

Sleva

Celkem po slevě bez DPH

541 594 512 /
@uskvbl.cz

Rok nákupu - rok nákupu zařízení (např. při nákupu 2001 uvést "01")

Začátek smlouvy - doplňte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800")

Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní)

Zajištění ÚO = zajištění úředního ověření (pokud má být provedeno, označit "X")

MinWeigh - stanovení minimální navážky (MinWeigh) a vystavení protokolu MinWeigh (pokud má být provedeno, označit "X")

DKD - akreditovaná kalibrace a vystavení akreditovaného kalibračního listu (pokud má být provedeno, označit "X")

Kontrolní list - vystavení kontrolního listu (má-li být vystaven, označit "X")

Servisní kniha - servisní kniha zařízení (pokud má být vedena, označit "X")

iPac - je-li pro dané zařízení veden iPac, označit "X"

Typ plnění - zvolený rozsah plnění pro dané zařízení (l = light, s = standard, c = kalibrace, u = specifické plnění) (viz text smlouvy)

Měsíc prohlídky - měsíc, kdy má být provedena servisní prohlídka, lze uvést i více měsíců (např. srpen uvést jako "08")

Technik - jmenná zkratka servisního technika

Telefon - telefonní číslo na Odpovědnou osobu.

Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU ®
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 B R N O, Hudcova 56a

Ředitel ÚSKVBL Brno

Metlier-Toledo, s.r.o.
Třebostická 2263/2, 100 00 Praha 10
Tel.: 226 808 100, Fax: 226 808 170

V Brně dne 4. 9. 2017

Podpis zástupce objednatele

Podpis zástupce poskytovatele

