

Objednávka č. 0064-2026-Ste (vydaná)

Objednatel: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59 586 01 Jihlava IČ: 00090638 DIČ: CZ00090638	Dodavatel: Dräger Medical s.r.o. Čestlice, Obchodní 124 251 01 Čestlice IČ: 26700760 DIČ: CZ26700760
---	--

Datum vystavení objednávky: 19.01.2026

Datum dodání:

Místo dodání: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Předmět: SERVIS - Anest. přístroj (ARO)

Objednávám servis anest. přístroje - netěsnost MAN-SPONT cca 330-340 ml/min. - zjištěno vadné víko ventilační jednotky.

Seznam dotčených přístrojů:

Kód	Výrobní číslo	Inventární číslo	Název	Model	Inventární úsek	Předpokl. cena vč. DPH
1/1	ASKL-0011	002-000-003-368	Přístroj anesteziologický Dräger	Primus	ARO AN anestezie	133 100,00 Kč

Na faktuře prosím uvést číslo naší objednávky. Fakturu prosím zaslat na: efaktura@nemji.cz

Vyřizuje: Ing. Marcela Stejskalová

Tel.: 567 157 456

Fax:

E-mail: stejskalovam2@nemji.cz