

Objednatel:

IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 267/2
Veveří
602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 48029289 DIČ: CZ48029289
Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 285/55
Prosek
190 00 Praha 9

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita, PŘF
Ústav chemie, C14/312, prof. J.
Preisler
Kamenice 753/5

Datum vystavení: 27.03.2026

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na základě cenové nabídky č. szCRM 26-0361 u Vás objednáваме:

Množství	MJ	Název položky	Základ DPH	DPH %	Částka DPH	Částka celkem
1 ks		pravidelná servis přístroje Q Exactive Plus	69 930,00	21	14 685,30	84 615,30

Celková cena s DPH: 84 615,30 Kč

Uvádějte, prosím, číslo objednávky na faktuře, jinak nebude proplacena.

Fakturu zašlete na

Děkuji.

Bankovní spojení:

IČO 00216 224, VAT/DIČ CZ00216224,

Swift Code:

Vystavila.

Jméno [redacted]
Organizace Ustav chemie
Oddělení
Ulice Kamenice 753/5
Město Brno
PSČ 62500

Zakázka číslo
Technik
Typ zakázky
Objednávka č.

SZCRM 26-0361
 [redacted]
 Placený servis

Ohlášená závada

Prosíme o pravidelnou PM našeho přístroje

Přístroj

Q Exactive Plus

S/N

SN04273L

Dopravné - cesta do místa realizace servisu a zpět

Typ dopravy	Mn.	Cena
	2	2 860,00 CZK

Cena celkem za dopravu (bez DPH) 2 860,00 CZK

Pracovní čas

Datum od	Datum do	Hodin	Popis	Cena
16.03.2026 08:00	16.03.2026 16:00	8,00	časová sazba u zákazníka (Thermo LCMS, GCMS, IC...	24 720,00 CZK
17.03.2026 08:00	17.03.2026 16:00	8,00	časová sazba u zákazníka (Thermo LCMS, GCMS, IC...	24 720,00 CZK

Cena celkem za práci (bez DPH) 49 440,00 CZK

Vydaný materiál/díly

ID	Popis	Mn.	Cena za jedn.	Cena
FA07-1050160	Fiber Reservoir TMH 260/262	1,00	4 930,00 CZK	4 930,00 CZK
FA07-BRE0026280	Filtr SV65B - SV120B / BI FC Sogevac	1,00	6 970,00 CZK	6 970,00 CZK
FA07-BRE0064146	Leybold oil LVO702	1,00	5 730,00 CZK	5 730,00 CZK

Cena celkem za materiál (bez DPH) 17 630,00 CZK

Předpokládaná cena provedení výkonu (bez DPH)

69 930,00 CZK

Provedená práce

- Diagnostika před PM
- Vsechny testy OK - pouze Fail na IG RF 2/3
- postupne se snizuje napeti dodavane touto deskou - za 3 roky o cca 150V
- doporučena vymena
- Vymena filtru a oleje ve vakuove pumpe
- Vymena mazaci patrony tmp
- Cistení prední optiky pred bent flatapolem
- Spusten bakeout
- Diagnostika po PM - OK
- Kalibrace a evaluace - OK
- Uložení master calfile
- Na pristi PM poridit nove standardy

Podpis technika

Podpis zákazníka

Den zápisu: 18.03.2026

Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 5

Servisní zpráva SZCRM 26-0361

Zákazník se zavazuje uhradit servisní zákrok a dodané zboží na základě faktury od firmy Pragolab s.r.o.

IČO: 48029289

DIČ: CZ48029289

www.pragolab.cz

1/1

Od: [REDACTED]

Odesláno: pondělí 30. března 2026 9:10

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: FW: Objednávka 3111/0330/26

Dobrý den,
souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Přikládám potvrzenou objednávku.

Zůstávám s pozdravem,

[REDACTED]
Realizace servisních zakázek, fakturace
Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55
190 00 Praha 9
Czech Republic
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 30, 2026 8:58 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Objednávka 3111/0330/26

Oproti běžnému postupu předně prosím o výslovné potvrzení objednávky a výslovný souhlas se zveřejněním objednávky v registru smluv odpovědí na tento email a tím akceptaci níže uvedených podmínek odpovědí na tento email.

Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou.

Smlouva, která vznikne na základě této objednávky, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel výslovně prohlašuje, že žádná informace v této smlouvě není obchodním tajemstvím a souhlasí s úplným uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
ekonomka ústavu

Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta Ústav chemie
A: Kamenice 753/5 | Pavilon C12/328 | 625 00 Brno

Odesláno z Inetu MU, který je vyvíjen a provozován Ústavem výpočetní techniky MU.